

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20602083048	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C.	Hora de envío :	17:15:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Ustedes solicitan Clavos corto de diámetro 9.3mm - 10mm ¿ 11mm ¿ 12mm.
Podemos ofertar Clavos cortos de diámetro 9.0mm ¿ 10mm ¿ 11mm ¿ 12mm

COMPOSICION DEL PRODUCTO:

-Ustedes solicitan 1 Hoja espiral de 10.3mm
Podemos ofertar Hoja espiral de 10.5mm
-Ustedes solicitan Tornillo de bloqueo de 4.5mm y 5.0mm
Podemos ofertar tornillo de bloqueo de 4.9mm

ITEM No 02 ¿ CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAMETREO 11MM X 40CM LARGO

DIMENSIONES:

-Ustedes solicitan Clavos largos anatómicos izquierda y derecha: diámetro 9.5mm - 10mm ¿ 11mm ¿ 12mm Longitud: 320mm ¿ 340mm ¿ 360mm ¿ 380mm ¿ 400mm -420mm ¿ 440mm

Podemos ofertar Clavos largos anatómicos izquierda y derecha: diámetro 9.0mm ¿ 10mm ¿ 11mm ¿ 12mm Longitud: 320mm - 340mm - 360mm - 380mm - 400mm - 420mm

COMPOSICION DEL PRODUCTO:

-Ustedes solicitan Hoja espiral de 10.3mm.
Podemos ofertar Hoja espiral de 10.5mm

-Ustedes solicitan Tornillo de bloqueo de 4.5mm y 5.0mm
Podemos ofertar tornillo de bloqueo de 4.9mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 4142
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJA ESPIRAL 10.5MM Y 10.3MM, SE ACEPTA TONRILLO BLOQUEO 4.5MM, 4.9MM, 5.0MM; SE ACEPTA DAIMENTRO 9.0MM,9.5MM,10MM,11MM,12MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJA ESPIRAL 10.5MM Y 10.3MM, SE ACEPTA TONRILLO BLOQUEO 4.5MM, 4.9MM, 5.0MM; SE ACEPTA DAIMENTRO 9.0MM,9.5MM,10MM,11MM,12MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página 41

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1, producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM", 3. Descripción del producto: La hoja de espiral Anti Rotacional compacta el hueso esponjoso, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar Tornillo deslizante.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION; SE EVIDENCIA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION; SE EVIDENCIA PLURALIDAD DE POSTORES

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página 41

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1, producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM", Dimensiones solicitan: Clavos cortos: Diámetro: 9.3mm - 10mm - 11mm - 12mm, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar: clavos cortos: Diámetro: 9.5mm - 10mm - 11mm - 12mm, considerando que cumple las mismas funciones.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA DIEMNSIONES 9.3MM. 9.5MM, 10MM, 11MM, 12 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA DIEMNSIONES 9.3MM. 9.5MM, 10MM, 11MM, 12 MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 41

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM", Dimensiones solicitan: Clavos cortos: Longitud: 170mm - 200mm - 240mm, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar Longitud: 200mm y 230mm.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUD 170MM, 200MM, 230MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUD 170MM, 200MM, 230MM

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Página 41
En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 producto "CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM", Composicion del producto solicitan: 1 clavo trocanterico canulado, 1 hoja espiral 10.3mm, 1 tornillo de bloqueo 4.5 y 5.0mm., 1 tornillo de cierre, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar: 1 clavo trocanterico canulado, 1 tornillo deslizante 10.5mm. 1 tornillo de bloqueo 4.5 y 5.0mm, 1 tornillo de cierre.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Art. 2 - LCE

Numeral: EETT

Literal: ITEM 1

Página: 41

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Página 42

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N°2 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MM X 40CM DE LARGO", Descripción del producto: La hoja de espiral Anti Rotacional compacta el hueso esponjoso, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar Tornillo deslizante.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Página 42

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N°2 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MM X 40CM DE LARGO", Dimensiones solicitan: Clavos largos anatomicos izquierda y derecha: Longitud: 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 440mm., SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar: clavos largos anatomicos izquierda y derecha: Longitud: 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUDES DE 240MM,360MM,380MM,400MM,420MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUDES DE 240MM,360MM,380MM,400MM,420MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Página 42

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N°2 producto "CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MM X 40CM DE LARGO", Composicion del producto solicitan: 1 clavo trocanterico canulado, 1 hoja espiral 10.3mm, 1 tornillo de bloqueo 4.5 y 5.0mm., 1 tornillo de cierre, SOLICITAMOS por favor nos permita ofertar: 1 clavo trocanterico canulado, 1 tornillo deslizante 10.5mm. 1 tornillo de bloqueo 4.5 y 5.0mm, 1 tornillo de cierre.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participacion y competitividad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: ITEM 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, DEBE CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA DE LA INSTITUCION, HOJAS ESPIRAL ANTIROTACIONAL 10.3

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Cap. 3.2 - Requisitos de Calificación
B. Experiencia del Postor, indica un listado de materiales correspondientes a "se consideran bienes similares a los siguientes".

A fin de existir mayor competitividad y pluralidad de postores que promueve la Ley de Contrataciones del Estado, SE SOLICITA al Comité aceptar también como bienes similares a: "clavo intramedular para femur"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 2 - LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE CONSIDERAN TAMBIEN COMO BIENES SIMILARES: CLAVOS INTRAMEDULAR Y DE FEMUR
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE CONSIDERAN TAMBIEN COMO BIENES SIMILARES: CLAVOS INTRAMEDULAR Y DE FEMUR

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Cap. 3.2 - Requisitos de Calificación

B. Experiencia del Postor, indica un listado de materiales correspondientes a "se consideran bienes similares a los siguientes".

A fin de existir mayor competitividad y pluralidad de postores que promueve la Ley de Contrataciones del Estado, SE SOLICITA al Comité aceptar también como bienes similares a: "dispositivos médicos para el servicio de traumatología"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES A LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES A LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACION

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta

e) Conforme a lo señalado en el numeral 4. de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:

- Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (CBPDYT)

De acuerdo a la Resolución Ministerial N°1000-2016/MINSA, en el numeral V. - Ámbito de Aplicación del artículo 2, señala que el Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos o dispositivos médicos "que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada".

En el presente proceso, no se está convocando dispositivos médicos que requieran condiciones de refrigeración, por tanto, SOLICITAMOS al Comité SUPRIMIR la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 - LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, NO APLICA SU PRESENTACION DE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, NO APLICA SU PRESENTACION DE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Página 18

2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta

e) Conforme a lo señalado en el numeral 4. de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:

- Ficha Técnica del Producto (Anexo N°6)

De acuerdo al Pronunciamiento N°262-2023/OSCE-DGR, el OSCE concluyó con lo siguiente: "Ahora bien, respecto de la presentación de la Ficha técnica de presentación del producto y la Declaración Jurada de Presentación del producto y vigencia mínima, se aprecia que fue considerada como documentación obligatoria; sin embargo, dicho requerimiento resultaría excesivo, toda vez que, en dichos formatos no se indicaría la acreditación de especificaciones técnicas, ya que se requiere datos meramente informativos del bien, según corresponda, que incluso, requeriría copiar uno a uno los requerimiento técnico mínimos; por lo que, dicha documentación no correspondería ser requerida para la presentación de ofertas, sino que, deberá ser presentada para la suscripción del contrato."

Por tanto, solicitamos al Comité de Selección aceptar que la Ficha Técnica del producto (Anexo - 6) será presentada en la etapa de suscripción de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pronunciamiento N°262-2023/OSCE-DGR LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, EL DOCUMENTO ES DE PRESENTACION OBLIGATORIA SEGUN FICHA TECNICA, PORQUE DEBE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD E INDICAR LAS NORMA TECNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y/O PROPIAS DE CALIDAD SEGUN CORRESPONDA ,MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, EL DOCUMENTO ES DE PRESENTACION OBLIGATORIA SEGUN FICHA TECNICA, PORQUE DEBE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD E INDICAR LAS NORMA TECNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y/O PROPIAS DE CALIDAD SEGUN CORRESPONDA ,MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	08:28:12

Consulta: Nro. 13
Consulta/Observación:
Página 27

Capítulo 3.1 - Especificaciones Técnicas, Numeral 4.2.1 - Del Dispositivo Médico, Literal e) Ficha Técnica del Producto (Copia Simple), indica:

"El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por EsSalud según el cuadro del requerimiento. Entre otros, también debe figurar el nombre del producto según su registro sanitario. Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas. La omisión de una o más especificaciones, acarrea la descalificación automática de la propuesta".

2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta

e) Conforme a lo señalado en el numeral 4. de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar copia simple de los siguientes documentos en relación al ítem:
- Ficha Técnica del Producto (Anexo N°6)

De acuerdo al Pronunciamiento N°262-2023/OSCE-DGR, el OSCE concluyó con lo siguiente: "Ahora bien, respecto de la presentación de la Ficha técnica de presentación del producto y la Declaración Jurada de Presentación del producto y vigencia mínima, se aprecia que fue considerada como documentación obligatoria; sin embargo, dicho requerimiento resultaría excesivo, toda vez que, en dichos formatos no se indicaría la acreditación de especificaciones técnicas, ya que se requiere datos meramente informativos del bien, según corresponda, que incluso, requeriría copiar uno a uno los requerimiento técnico mínimos; por lo que, dicha documentación no correspondería ser requerida para la presentación de ofertas, sino que, deberá ser presentada para la suscripción del contrato."

Por tanto, solicitamos al Comité de Selección aceptar que la Ficha Técnica del producto (Anexo - 6) será presentada en la etapa de suscripción de contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.2.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Pronunciamiento N°262-2023/OSCE-DGR LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA CONSULTA, EL DOCUMENTO ES DE PRESENTACION OBLIGATORIA SEGUN FICHA TECNICA, PORQUE DEBE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD E INDICAR LAS NORMA TECNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y/O PROPIAS DE CALIDAD SEGUN CORRESPONDA ,MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE LA CONSULTA, EL DOCUMENTO ES DE PRESENTACION OBLIGATORIA SEGUN FICHA TECNICA, PORQUE DEBE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD E INDICAR LAS NORMA TECNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y/O PROPIAS DE CALIDAD SEGUN CORRESPONDA ,MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 1

COD 20400161: Clavo Intramedular Bloqueado para Fémur Diámetro 12mm

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Diametro 9.3mm - 10mm - 11mm - 12mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar como mínimo con TRES de las CUATRO medidas solicitadas, conforme a la configuración de fábrica.

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Diametro 9.3mm - 10mm - 11mm - 12mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA 3 DE LAS 4 MEDIDAS SOLICITADAS 9.3MM, 10MM, 11MM, 12MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA 3 DE LAS 4 MEDIDAS SOLICITADAS 9.3MM, 10MM, 11MM, 12MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 1

COD 20400161: Clavo Intramedular Bloqueado para Fémur Diámetro 12mm

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Longitud 170mm - 200mm - 240mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar como mínimo con UNA de las TRES medidas solicitadas, conforme a la configuración de fábrica.

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Longitud 170mm - 200mm - 240mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SOLICITA LOGITUD DE 170MM, 200MM, 240MM, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SOLICITA LOGITUD DE 170MM, 200MM, 240MM, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 1

COD 20400161: Clavo Intramedular Bloqueado para Fémur Diámetro 12mm

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1 Hoja de Espiral 10.3mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestra solicitud, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

Composición del Producto

- 1 Hoja de Espiral 10.3mm ó 1 Tornillo Cefálicos 10.5mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, ACOGERSE A FICHA TECNICA, HOJA ESPIRAL 10.3MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, ACOGERSE A FICHA TECNICA, HOJA ESPIRAL 10.3MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 1

COD 20400161: Clavo Intramedular Bloqueado para Fémur Diámetro 12mm

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1 Tornillo de Bloqueo: de 4.5 y 5.0mm

CONSULTA

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestra medida, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

- 1 Tornillo de Bloqueo: de 4.5 y 5.0mm ó 1 Tornillo de Bloqueo de 5.2mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA TONRILLO DE BLOQUEO 4.5MM, 5.0MM, 5.2MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA TONRILLO DE BLOQUEO 4.5MM, 5.0MM, 5.2MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 1

COD 20400161: Clavo Intramedular Bloqueado para Fémur Diámetro 12mm

ESTERILIZACIÓN

Esterilizable en Autoclave o Gas Re Esterilizable.

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestra producto estéril, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

Esterilización

- Esterilizable en Autoclave o Gas Re Esterilizable ó Estéril.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE O GAS RE ESTERILIZABLE O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE O GAS RE ESTERILIZABLE O

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 2

COD 20400166: Clavo Intramedular para Femur AO Diametro 11mm x 40cm de largo

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Diametro 9.5mm - 10mm - 11mm - 12mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar como mínimo con TRES de las CUATRO medidas solicitadas, conforme a la configuración de fábrica.

DIMENSIONES

Clavos Cortos: Diametro 9.5mm - 10mm - 11mm - 12mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA 3 DE LAS 4 MEDIDAS SOLICITADAS 9.5MM, 10MM, 11MM, 12MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA 3 DE LAS 4 MEDIDAS SOLICITADAS 9.5MM, 10MM, 11MM, 12MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ITEM 2

COD 20400166: Clavo Intramedular para Femur AO Diametro 11mm x 40cm de largo

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1 Hoja de Espiral 10.3mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestra medida, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

Composición del Producto

- 1 Hoja de Espiral 10.3mm ó 1 Tornillo Cefálicos 10.5mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SOLICITA HOJAS ESPIRAL 10.3, EN FICHA TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SOLICITA HOJAS ESPIRAL 10.3, EN FICHA TECNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

ÍTEM 2

COD 20400166: Clavo Intramedular para Femur AO Diametro 11mm x 40cm de largo

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1 Tornillo de Bloqueo: de 4.5 y 5.0mm

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestra medida, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

- 1 Tornillo de Bloqueo: de 4.5 y 5.0mm ó 1 Tornillo de Bloqueo de 5.2mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA TONRILLO DE BLOQUEO 4.5MM, 5.0MM, 5.2MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA TONRILLO DE BLOQUEO 4.5MM, 5.0MM, 5.2MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

DE LAS BASES

COD 20400166: Clavo Intramedular para Femur AO Diametro 11mm x 40cm de largo

Esterilización

Esterilizable en Autoclave o Gas Re Esterilizable.

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la pluralidad de postores; que nuestro producto EBA ONE, cumple con efectividad la finalidad pública de la convocatoria de vuestra entidad, por lo que se solicita aceptar nuestro producto estéril, conforme a la configuración de fábrica.

Debiendo quedar de la siguiente manera:

Esterilización

- Esterilizable en Autoclave o Gas Re Esterilizable ó Estéril.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE O GAS RE ESTERILIZABLE O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE O GAS RE ESTERILIZABLE O

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 23
Consulta/Observación:
Especificaciones Técnicas del Equipo de Cesión de Uso

OBSERVACIÓN
Observamos que la información referida a las especificaciones técnicas del Equipo de Cesión de Uso, en las paginas 45 y 46 de las Bases, describe a dos equipos (Perforador) de modelo y marca determinada lo que vulnera el principio de pluralidad y libre participación, direccionando la compra.

Sin perjuicio de ello, se solicita se acepte las características propias de cada fabricante, de esta manera aceptar nuestro equipo Marca BOJIN con COD SAP 20201019; perforador eléctrico a batería que cumple para este tipo de cirugías para la colocación de los dispositivos que requiere la Entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: ANEXO 2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA PERFORADOR CANULADO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO EN SESION DE USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTA PERFORADOR CANULADO QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO EN SESION DE USO

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

3.2 Requisitos de Calificación

B. Experiencia en la Especialidad

Se considera bienes similares a los siguientes:¿

OBSERVACIÓN

Se le solicita al Comité de Selección, a fin de dar cumplimiento con la eficiencia y eficacia de las bases administrativas; en relación a la consideración de bienes similares indicar que será para Material Médico para Traumatología; a fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.2 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACION TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACION TECNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	17:53:58

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

9 CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA

OBSERVACIÓN

De la revisión de las Bases observamos y solicitamos el retiro del numeral 9 CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA ENTREGA, debido a lo oneroso del control de calidad previo solicitado, ya que para dicho fin los laboratorios requieren de aproximadamente 34 clavos, vulnerando el principio de libre concurrencia, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, más aun, si en las Bases contemplan un control de calidad posterior, en caso de presentarse alguna queja u observación de parte del usuario.

Asimismo, nuestros clavos ya cuentan con el Certificado de análisis, y vienen estériles de fábrica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 9 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, CEÑIRSE A ESPECIFICACION TECNICA DE LA INSTITUCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, CEÑIRSE A ESPECIFICACION TECNICA DE LA INSTITUCION

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	18:01:42

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ANEXO N°2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ÍTEM 1, CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR DIÁMETRO 12MM ¿ PÁG. 43

En el punto 4 donde indican las dimensiones:

Clavos cortos: 9.3mm ¿ 10 mm ¿ 11mm ¿ 12 mm

Longitud: 170mm ¿ 200mm ¿ 240 mm

Por tanto y a fin de existir amplia pluralidad de postores y el desarrollo de una competencia efectiva y al amparo del numeral 11 del Artículo 29° - Requerimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa: "El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria", REFERENTE AL ÍTEM 1, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR LAS MEDIDAS:

ø 9 (170 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm)

ø 10 (170 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm)

ø 11 (170 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm)

ø 12 (170 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm)

YA QUE LA MARCA CON LA QUE TRABAJAMOS MANEJA ESAS MEDIDAS, AL LIMITAR EL DIÁMETRO DEL CLAVO A SOLO ESAS MEDIDAS SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y PUDIENDO CONSIDERARSE DIRECCIONADO A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, TAMBIÉN SE SOLICITA ACEPTAR EL NOMBRE CLAVO GAMMA O PFNA, YA QUE ES EL NOMBRE COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUDES DE 170MM, 180MM, 200MM, 220MM, 240MM, EN LOS DIAMETROS 9MM,10MM,11MM,12MM; NO SE ACOGE NOMBRE DE CLAVO GAMMA YA QUE ES UN CLAVO DIFERENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, SE ACEPTA LONGITUDES DE 170MM, 180MM, 200MM, 220MM, 240MM, EN LOS DIAMETROS 9MM,10MM,11MM,12MM; NO SE ACOGE NOMBRE DE CLAVO GAMMA YA QUE ES UN CLAVO DIFERENTE

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	18:03:28

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

ANEXO N°2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ÍTEM 1, CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR DIÁMETRO 12MM ¿ PÁG. 43

En el punto 5 donde indican composición del producto:

- 1 clavo trocantérico canulado
- 1 hoja de espiral 10.3mm
- 1 tornillo de bloqueo de 4.5 y 5.0mm
- 1 tornillo de cierre

Por tanto y a fin de existir amplia pluralidad de postores y el desarrollo de una competencia efectiva y al amparo del numeral 11 del Artículo 29° - Requerimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa: "El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria", PARA ESTE PUNTO SE SOLICITA VARIAS CONSIDERACIONES:

1. REFERENTE AL CLAVO TROCANTÉRICO, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR EL NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA, YA QUE LA MARCA CON LA QUE TRABAJAMOS MANEJA ESE NOMBRE, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
2. REFERENTE A LA HOJA DE ESPIRAL, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR LA HOJA DE ESPIRAL DE 10.5MM, SIENDO LA MEDIDA QUE MANEJAMOS CON LA MARCA QUE TRABAJAMOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
3. REFERENTE AL TORNILLO DE BLOQUEO, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR EL TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.7MM, SIENDO LA MEDIDA QUE MANEJAMOS CON LA MARCA QUE TRABAJAMOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
4. REFERENTE AL TORNILLO DE CIERRE, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR LA TERMINOLOGÍA COMO TAPÓN DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE, YA QUE EN NUESTRO MARCA SE CONSIDERA BAJO CUALQUIERA DE ESOS NOMBRES, AL LIMITAR EL NOMBRE COMO COLOCAN SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y PUDIENDO CONSIDERARSE LA LIMITACION DE MERCADO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEA COGE LA CONSULTA, SE ACEPTA NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA, SE ACEPTA MEDIDAD HOJA ESPIRAL 10.5MM, SE ACEPTA TORNILLO DE BLOQUEO 4.7MM; SE ACEPTA TERMINOLOGIA TAPON DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SEA COGE LA CONSULTA, SE ACEPTA NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA, SE ACEPTA MEDIDAD HOJA ESPIRAL 10.5MM, SE ACEPTA TORNILLO DE BLOQUEO 4.7MM; SE ACEPTA TERMINOLOGIA TAPON DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	18:05:14

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

ANEXO N°2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ÍTEM 2, CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR AO DIAM 11 MM X 40 CM DE LARGO ¿ PÁG. 44

En el punto 4 donde indican las dimensiones:

Clavos largos anatómicos izquierda y derecha:

Diámetro: 9.5mm ¿ 10mm ¿ 11mm ¿ 12mm

Longitud: 320mm ¿ 340mm ¿ 360mm ¿ 380mm ¿ 400mm ¿ 420mm ¿ 440mm

Por tanto y a fin de existir amplia pluralidad de postores y el desarrollo de una competencia efectiva y al amparo del numeral 11 del Artículo 29° - Requerimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa: "El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria", REFERENTE AL ÍTEM 2, EN LAS DIMENSIONES, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR LAS MEDIDAS:

IZQUIERDA (LEFT = L), DERECHA (RIGHT = R)

9*320mm L 9*320mm R

9*340mm L 9*340mm R

9*360mm L 9*360mm R

9*380mm L 9*380mm R

9*400mm L 9*400mm R

9*420mm L 9*420mm R

10*320mm L 10*320mm R

10*340mm L 10*340mm R

10*360mm L 10*360mm R

10*380mm L 10*380mm R

10*400mm L 10*400mm R

10*420mm L 10*420mm R

11*320mm L 11*320mm R

11*340mm L 11*340mm R

11*360mm L 11*360mm R

11*380mm L 11*380mm R

11*400mm L 11*400mm R

11*420mm L 11*420mm R

12*320mm L 12*320mm R

12*340mm L 12*340mm R

12*360mm L 12*360mm R

12*380mm L 12*380mm R

12*400mm L 12*400mm R

12*420mm L 12*420mm R

YA QUE LA MARCA CON LA QUE TRABAJAMOS MANEJA ESAS MEDIDAS, AL LIMITAR EL DIÁMETRO DEL CLAVO A SOLO ESAS MEDIDAS SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y PUDIENDO CONSIDERARSE DIRECCIONADO A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, TAMBIÉN SE SOLICITA ACEPTAR EL NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA O CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA, YA QUE ES EL NOMBRE COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE.

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: General
Numeral: 1
Literal: 1
Página: 1

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN IDAMETROS DE 9MM,10MM, 11MM, 12MM Y LONGITUDES DE 320MM, 340MM, 360MM, 380MM, 400MM, 420MM PARA CADA DIAMETRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN IDAMETROS DE 9MM,10MM, 11MM, 12MM Y LONGITUDES DE 320MM, 340MM, 360MM, 380MM, 400MM, 420MM PARA CADA DIAMETRO

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	18:07:01

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

ANEXO N°2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ÍTEM 2, CLAVO INTRAMEDULAR PARA FÉMUR AO DIAM 11 MM X 40 CM DE LARGO ¿ PÁG. 44

En el punto 5 donde indican composición del producto:

- 1 clavo trocantérico canulado
- 1 hoja de espiral 10.3mm
- 1 tornillo de bloqueo de 4.5 y 5.0mm
- 1 tornillo de cierre

Por tanto y a fin de existir amplia pluralidad de postores y el desarrollo de una competencia efectiva y al amparo del numeral 11 del Artículo 29° - Requerimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa: "El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria", PARA ESTE PUNTO SE SOLICITA VARIAS CONSIDERACIONES:

1. REFERENTE AL CLAVO TROCANTÉRICO, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR EL NOMBRE CLABO INTRAMEDULAR PFNA, YA QUE LA MARCA CON LA QUE TRABAJAMOS MANEJA ESE NOMBRE, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
2. REFERENTE A LA HOJA DE ESPIRAL, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR LA HOJA DE ESPIRAL DE 10.5MM, SIENDO LA MEDIDA QUE MANEJAMOS CON LA MARCA QUE TRABAJAMOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
3. REFERENTE AL TORNILLO DE BLOQUEO, SOLICITAMOS AL COMITÉ, CONSIDERAR EL TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.7MM, SIENDO LA MEDIDA QUE MANEJAMOS CON LA MARCA QUE TRABAJAMOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR A TODOS LOS POSTORES PARTICIPAR.
4. REFERENTE AL TORNILLO DE CIERRE, SOLICITAMOS AL CÓMITE, CONSIDERAR LA TERMINOLOGÍA COMO TAPÓN DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE, YA QUE EN NUESTRA MARCA SE CONSIDERA BAJO CUALQUIERA DE ESOS NOMBRES, AL LIMITAR EL NOMBRE COMO COLOCAN SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y PUDIENDO CONSIDERARSE LA LIMITACIÓN DE MERCADO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA, SE ACEPTA MEDIDA DE HOJA ESPIRAL 10.5MM, SE ACEPTA TORNILLO DE BLOQUEO 4.7MM; SE ACEPTA TERMINOLOGIA TAPON DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA NOMBRE CLAVO INTRAMEDULAR PFNA, SE ACEPTA MEDIDA DE HOJA ESPIRAL 10.5MM, SE ACEPTA TORNILLO DE BLOQUEO 4.7MM; SE ACEPTA TERMINOLOGIA TAPON DE CIERRE O TORNILLO DE CIERRE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la pag. 41 EETT del Item 01

DENOMICACION SAP: CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM. 4.Dimensiones: - Clavos cortos: diametro:9.3mm-10mm-11mm-12mm.

SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde el diámetro 9mm, brindando mayor opción de solución para fragmentos óseos mas delgados, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios. Item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN MEDIDAS DE 9MM, 10MM, 11MM, 12MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN MEDIDAS DE 9MM, 10MM, 11MM, 12MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En la pag. 41 EETT del Item 01
DENOMICACION SAP: CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM. 5.COMPOSICION DEL PRODUCTO: 01 hoja de Espiral 10.3, SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde el diámetro 10.5, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios. Item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 21 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJAS ESPIRAL DE 10.3MM Y 10.5 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJAS ESPIRAL DE 10.3MM Y 10.5 MM

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:
En la pag. 41 EETT del Item 01
DENOMICACION SAP: CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 12MM. 5.COMPOSICION DEL PRODUCTO:
01 TORNILLO DE BLOQUEO 4.3 Y 5.0, SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde el diámetro 4.9, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios. Item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 MM, 4.9MM Y 5MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 MM, 4.9MM Y 5MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

denominación SAP: CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MMX40CM DE LARGO.
4.DIMENSIONES: clavos largos diámetro 9.5, SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde el diámetro 9.0, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios. Item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN MEDIDAS DE 9MM, 10MM, 11MM, 12MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTAN MEDIDAS DE 9MM, 10MM, 11MM, 12MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

denominación SAP: CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MMX40CM DE LARGO.

4.DIMENSIONES: clavos largos

Longitud:320mm-340mm-360mm-380mm-400mm-420mm-440mm, SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde la longitud de 300mm hasta 480mm, brindando 10 alternativas de medidas para solucionar indicaciones de fragmentos óseos largos, con 125° y 130° considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios Ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, YA QUE CUBRE EL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, YA QUE CUBRE EL RANGO DE MEDIDAS SOLICITADAS

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

denominación SAP: CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MMX40CM DE LARGO.
5.COMPOSICION DEL PRODUCTO:01 HOJA ESPIRAL 10.3, solicitamos al comité nos permita ofertar con el diámetro 10.5, con el beneficio de ser un tornillo canulado y fenestrado permitiendo la inyección de cementación para paciente con osteoporosis, con un diseño oblicuo al extremo reduciendo la presión sobre la cortical lateral, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios. Item.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJAS ESPIRAL DE 10.3MM Y 10.5 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA HOJAS ESPIRAL DE 10.3MM Y 10.5 MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20506667357	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:34:49

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

denominación SAP: CLAVO INTRAMEDULAR PARA FEMUR AO DIAM 11MMX40CM DE LARGO.

5.COMPOSICION DEL PRODUCTO: 1 tornillo de bloqueo de 4.5 y 5.0, SOLICITAMOS al comité nos permita ofertar desde el diámetro 4.9, considerando la libre concurrencia de postores a fin de lograr una mayor participación y competitividad en la presente licitación, debido a que somos una empresa con oportunidad de participar en varios ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a),b) y e) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 MM, 4.9MM Y 5MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE ACEPTA TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 MM, 4.9MM Y 5MM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101298184	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Estimados Comité Especial, solicitamos que el ítem 1: Clavo Intramedular Bloqueado para fémur diámetro 12 mm se solicite Clavo intramedular de aleación de titanio, Tornillos de aleación de titanio. Solicitamos que se incluyan Clavo intramedular en acero quirúrgico y/o titanio 100% y Tornillos en acero quirúrgico y/o titanio 100%, y así darle mayor pluralidad a participar a más postores.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 2.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, SE SOLICITA CLAVO DE TITANIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, SE SOLICITA CLAVO DE TITANIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101298184	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Estimados Comité Especial, solicitamos que el ítem 2: Clavo Intramedular para Femur AO diam 11 mm x 40 cm de largo solicite Clavo intramedular de aleación de titanio, Tornillos de aleación de titanio. Solicitamos que se incluyan Clavo intramedular en acero quirúrgico y/o titanio 100% y Tornillos en acero quirúrgico y/o titanio 100%, y así darle mayor pluralidad a participar a más postores.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 2.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, SE SOLICITA CLAVO DE TITANIO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, SE SOLICITA CLAVO DE TITANIO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101298184	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Estimados Comité Especial, solicitamos que el ítem 1: Clavo Intramedular Bloqueado para fémur diámetro 12 mm solicitamos para mayor participación de postores que se considere en la experiencia del postor MATERIAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGÍA EN GENERAL.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILARES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILARES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CLAVOS INTRAMEDULAR PARA FÉMUR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DE DOCE (12) MESES

Ruc/código :	20101298184	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Estimados Comité Especial, solicitamos que el ítem 2: Clavo Intramedular para fémur AO diam 11 mm x 40 cm de largo solicitamos para mayor participación de postores que se considere en la experiencia del postor MATERIAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGÍA EN GENERAL.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, CONSIDERAR BIENES SIMILIARES SEGÚN LO DISPUESTO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA