

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Doble empaque con cepillo de limpieza para el canal de trabajo

Al respecto es podemos observar que una de las características del Set es que el Ureterorenoscopio flexible sea "descartable" (no reutilizable), por lo que al tener esta condición, no es necesario limpiarlo, ya que únicamente será de un solo uso.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos al comité especial, acepte NO contener doble empaque con cepillo de limpieza.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se retirará de las especificaciones técnicas el doble empaque con cepillo de limpieza para el canal de trabajo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Bomba de presión

Nuestra empresa comercializa este tipo de producto, el cual contiene un adaptador en Y que controla el paso del agua a través de la llave, sin embargo su función es similar a la Bomba de presión.

Por tal motivo, con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial considerar para este punto: Bomba de presión ó adaptador en Y que controla el paso del agua a través de la llave.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, en cuanto al uso de la bomba de presión, se logra el mismo efecto terapéutico que con el adaptador en Y, por lo que se acepta considerar la Bomba de presión ó adaptador en Y.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)

Bomba de presión o adaptador en Y.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20604661740	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:03:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE  
Descartable. La punta tiene incorporado conector para fuente de luz

Nuestra empresa comercializa este tipo de producto, el cual contiene una fuente de Luz ntegrada, por lo que no se requiere de un conector  
En aras de brindar un producto de calidad en beneficio de la institucion, solicitamos al comité especial considerar se incluya como opcional dentro del requerimiento una fuente de luz, el cual es un beneficio adicional del dispositivo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EE.TT. Literal: N/A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n/a  
Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se aceptará también una fuente de luz integrada (que no requiera de conector), pues se logra el mismo objetivo con este tipo de tecnología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)  
Descartable. La punta tiene incorporado conector para fuente de luz, o presenta fuente de luz integrada.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20604661740	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:03:18

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

EE en las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

**1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE**

Canal de trabajo de 3.4 Fr por este canal se permite el uso de guías mecánicas, pinzas mecánicas, pinzas XXXXX, alambres guías, fibras de laser quirurgico, e irrigación

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial ampliar la medida del canal de trabajo de 3.4Fr o 3.6 Fr (canal más amplio), puesto que es más beneficioso para el paso de instrumentos

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** EE.TT.      **Literal:** N/A      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se ampliará la medida del canal de trabajo, considerando de 3.4Fr - 3.6 Fr, por lo que permitiría el uso simultáneo de las guías mecánicas, pinzas, fibras de láser y demás.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía: 1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Canal de trabajo de 3.4 Fr - 3.6 Fr por este canal se permite el uso de guías mecánicas, pinzas mecánicas, pinzas, cestas, alambres guía, fibras de laser quirúrgico o irrigación.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20604661740	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:03:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EEn las EE.TT del ítem N° 01, se indica:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE  
Longitud del eje: 65cm

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial ampliar la medida de la longitud del eje: 65cm o 68cm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EE.TT. Literal: N/A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n/a

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se acepta un mayor rango de la longitud de eje, considerando de 65cm o 68cm, pues no afecta la efectividad del tratamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)  
Longitud del eje: 65cm o 68cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Diámetro de base de eje: 8.2 FR - 8.7 Fr

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos muy amablemente al comité especial nos permita participar con nuestro Ureterorenoscopio flexible, que consta de undiámetro de base del eje, de: 7.7 Fr (punta) a 9.5 Fr (base)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, en relación al diámetro de base de eje NO SE ACEPTA lo solicitado pues considerar desde 7.7 Fr es muy delgado el material médico, lo cual lo hace más frágil, y a la vez una base ancha (9.5 Fr) dificulta uréteres delgados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Canal de trabajo: 3.4 Fr - 3.5 Fr

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial ampliar el rango del canal de trabajo de 3.4 Fr - 3.6 Fr (canal más amplio), puesto que es más beneficioso para el paso de instrumentos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

Literal: N/A

Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se ampliará el rango del canal de trabajo de 3.4Fr - 3.6 Fr, por lo que permitiría el uso simultáneo paso de más instrumentos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)

Canal de trabajo: 3.4 Fr - 3.6 Fr

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Dirección de vista: 90°

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial ampliar la medida de la dirección de la vista, de: 85° ó 90°

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, no es factible el cambio por el campo visual ser menor a lo estándar. Por lo que no se acepta lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20604661740	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:03:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE  
Profundidad de visión: 2 - 12mm

En aras de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos muy amablemente al comité especial nos permita participar con nuestro Ureterorenoscopio flexible, que consta de una distancia óptica de trabajo de 2-50mm, considerando que es más específico refiriéndose a la distancia a la que un dispositivo óptico en particular puede enfocar con claridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EE.TT. Literal: N/A Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

n/a

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se ampliará el rango de profundidad de visión de 2 - 50mm, debido a que hay una mayor amplitud de visión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:  
1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)  
Profundidad de visión: 2 - 50 mm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Píxeles en imagen: 10,000 píxeles

Nuestra empresa comercializa este tipo de producto, contando como una de sus características "cámara CMOS " Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial considerar también, nuestra característica para este punto: Píxeles en imagen: 10,000 píxeles ó cámara CMOS, el cual es de mejor calidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se aceptará también, en los píxeles en imagen, la cámara CMOS, pues se logra el mismo objetivo con este tipo de tecnología.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)

Píxeles en imagen: 10,000 píxeles a más o cámara CMOS.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

TIPO DE MATERIAL

Con anillo radiopaco

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial se sirva ampliar a: Con anillo radiopaco ó punta radiopaca

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

Literal: N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, se aceptará también, como tipo de material para la VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO, la punta radiopaca.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

TIPO DE MATERIAL

Con anillo radiopaco o punta radiopaca.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO  
TIPO DE ENVASE O EMPAQUE

El producto tiene una vigencia de 05 años desde su fabricación

Al respecto, comentamos que nuestro producto cuentan con una vigencia de 12 meses, el cual rige a partir de su fecha de fabricación, sin embargo, por el tiempo que demora la importación llegan a nuestro país aproximadamente con una vigencia de 9 meses; motivo por el cual, solicitamos respetuosamente al Comité de Selección acepte nuestro dispositivo con el debido sustento de vigencia de fabricación y con la presentación de una carta de compromiso de canje, en caso que el producto no sea utilizado antes de su fecha de vencimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, no se acepta lo solicitado, por tener un tiempo de vigencia mucho menor al 60% de vida útil que es aceptado excepcionalmente según en el numeral 9.2 del requerimiento establecido en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código : 20604661740

Fecha de envío : 18/12/2023

Nombre o Razón social : BOSTON SCIENTIFIC PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:03:18

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En las EE.TT del ítem N° 01, se indica:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO  
DIMENSIONES  
Largo 35cm

Nuestra empresa comercializa este tipo de producto, teniendo una longitud de 36cm

Con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial se sirva ampliar longitud de la vaina de acceso ureteral, de: 35 ó 36cm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: EE.TT.

**Literal:** N/A

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

n/a

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acepta su consulta, se aclara que, se aceptará también, como dimensiones para la VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO, el largo de 36cm, pues no afecta la efectividad del tratamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

DIMENSIONES

Largo: 35cm o 36cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20557331043	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:39:42

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

SET DE UROLOGIA

1- URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

Según bases administrativas, en la especificación técnica.

¿ 01 Bolsa porosa de polietileno de baja densidad.

En este sentido el órgano rector en materia sanitaria autoriza las formas de presentación a comercializar, razón por la cual se debe aceptar la forma de presentación autorizada por DIGEMID y no ser restrictivo con una determinada forma de presentación.

OBSERVAMOS las bases solicitando se acepte que el empaque, sea de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la observación, se aclara que, para el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, se considerará también como forma de presentación, que el empaque, sea de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)

01 Bolsa porosa de polietileno de baja densidad o presentación de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20557331043	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:39:42

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

SET DE UROLOGIA

1- URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

¿ Doble empaque con cepillo de limpieza para el canal de trabajo.

¿ Bomba de presión

Solicitamos al comité tenga bien considerar que estos accesorios no cumplen una función específica con el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE, por lo que OBSERVAMOS que se debería retirar de las Especificaciones Técnicas.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la observación, debido a que el URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE es un material descartable por lo tanto no procede tener cepillo de limpieza y respecto a la bomba de presión se puede usar en su lugar el adaptador o llave en Y.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

(¿)

Bomba de presión ó adaptador en Y.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20557331043	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:39:42

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

SET DE UROLOGIA

1- URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

¿ Canal de trabajo de 3.4 Fr por este canal se permite el uso de guías mecánicas, pinzas mecánicas, pinzas, cestas, alambres guía, fibras de laser quirúrgico o irrigación.

¿ Máxima Deflexión arriba/abajo 270° bidireccional.

¿ Dirección de vista: 90°

¿ Pixeles en imagen: 10,000 pixeles

Con el fin de permitir la pluralidad de postores, tal y como se establece en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones, e indica en sus literales: a. Libertad de Concurrencia, b. Igualdad de Trato, c. Transparencia y f. Eficacia y Eficiencia; es preciso que el Comité de Selección tenga a bien reconsiderar las características y quede de la siguiente manera:

¿ Canal de trabajo: hasta 3.6 fr

¿ Máxima Deflexión: arriba / abajo: hasta 275° bidireccional.

¿ Dirección de vista: Hasta 110°

¿ Pixeles en imagen: Igual o mayor a 10,000 pixeles

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la observación, se considera que procede la solicitud de la empresa en mención, pues no afecta la efectividad del tratamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía: 1. URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE

\* Canal de trabajo de 3.4 Fr - 3.6 Fr por este canal se permite el uso de guías mecánicas, pinzas mecánicas, pinzas, cestas, alambres guía, fibras de laser quirúrgico o irrigación. \* Máxima Deflexión: arriba/abajo: 270° - 275° bidireccional.

\* Dirección de vista: 90° - 110°

\* Pixeles en imagen: 10,000 pixeles a más o cámara CMOS.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20557331043	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:39:42

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

SET DE UROLOGIA

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

Según bases administrativas, en la especificación técnica TIPO DE ENVASE O EMPAQUE.

¿ Funda de polipropileno de baja densidad

En este sentido el órgano rector en materia sanitaria autoriza las formas de presentación a comercializar, razón por la cual se debe aceptar la forma de presentación autorizada por DIGEMID y no ser restrictivo con una determinada forma de presentación.

OBSERVAMOS las bases solicitando se acepte que el empaque, sea de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la observación, se aclara que, para la VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO, se considerará también como forma de presentación, que este sea de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID, pues no afecta la efectividad del tratamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se amplía:

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

Según bases administrativas, en la especificación técnica TIPO DE ENVASE O EMPAQUE.

\* Funda de polipropileno de baja densidad o presentación de acuerdo con lo autorizado en el registro sanitario emitido por DIGEMID.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-38-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE UROLOGIA Y FIBRA PARA SISTEMA LASER DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20557331043	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTEK PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:39:42

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

SET DE UROLOGIA

2. VAINA DE ACCESO URETERAL CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO

Según bases administrativas, en la especificación técnica TIPO DE ENVASE O EMPAQUE.

¿ El producto tiene una vigencia de 05 años desde su fabricación .

Con el fin de permitir la pluralidad de postores, tal y como se establece en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones, e indica en sus literales: a. Libertad de Concurrencia, b. Igualdad de Trato, c. Transparencia y f. Eficacia y Eficiencia; es preciso que el Comité de Selección tenga a bien reconsiderar la vigencia de 03 años desde su fabricación, sin desmerecer que adjuntamos carta de compromiso de canje por vencimiento.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1      Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente su observación, se aclara que, en conformidad a lo establecido en el numeral 9.2 del requerimiento establecido en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases, respecto a la vigencia del producto, se considerará para los dispositivos médicos que por sus propiedades biológicas, físicas y químicas no puedan cumplir con la vigencia mínima establecida, podrán presentar vigencias menores, siempre que estas no sean inferiores al 60% del tiempo de vida útil especificado en el producto y declarado por el fabricante. Para lo cual debe presentar una Carta de Compromiso de Canje y/o Reposición por Vencimiento (Formato N° 1). Por lo que, los 3 años solicitados estarían dentro de lo ya precisado en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

