

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Capitulo III Requerimiento

Especificaciones técnicas

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

Pag. 22

Componentes

Observaciones:

Se observan en las bases que en los componentes indicados se está haciendo referencias a una marca determinada y específica en el mercado. Por tal motivo, se pide al comité especial elimina el ítem componentes y envase mediato e inmediato. Ya que limita la participación en este proceso a una sola marca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área no acoge la consulta, ya que existe pluralidad de postores respecto al estudio de mercado efectuado, asimismo, los componentes establecidos cumplen con la satisfacción de la necesidad del área usuaria, establecido en la característica técnica mínima que cumplen con la finalidad publica de la contratación, se PRECISA que los envases mediatos e inmediatos deben ir acorde según el Decreto Supremo N°016-2011 SA y sus modificatorias.

Al respecto aclara que los componentes quedarán de la siguiente manera:

Diluyente: 20 litros

Detergente: 20 litros

Sheat y/o liquido envolvente y/o envolvente: 20 litros

Lisante y/o lyse : 1 Lt

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

Componentes

Consulta:

En las bases se hace referencia a ciertos componentes específicos, en el mercado existen diferentes marcas de equipos y reactivos los cuales tienen diferentes componentes, por tanto, solicitamos al comité especial colocar solo un nombre genérico como: DILUYENTES, LISANTES, DETERGENTES, SOLUCIÓN LIMPIADORA u otros de acuerdo a la metodología del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, ya que existe pluralidad de postores respecto al estudio de mercado efectuado, asimismo, los componentes establecidos cumplen con la satisfacción de la necesidad del área usuaria, el reactivo componente Sheat y/o liquido envolvente y/o envolvente de cualquier marca comercial, cumple la función de envolver a las células blancas de gran tamaño y mantener su integridad morfológica, concentración osmótica y fuerza iónica en su flujo continuo y evitar agregación en el conteo por el analizador, así mismo formen esferas y se pueda dispersar apropiadamente; el reactivo componente lisante y/o lyse cumple la función de lisar los glóbulos rojos, cabe mencionar que lo establecido en la característica técnica mínima que cumplen con la finalidad pública de la contratación, conforme a lo establecido en los principios de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 ¿Libertad de concurrencia¿ y ¿pluralidad de postores¿.

Al respecto aclara que los componentes quedarán de la siguiente manera:

Diluyente: 20 litros

Detergente: 20 litros

Sheat y/o liquido envolvente y/o envolvente: 20 litros

Lisante y/o lyse : 1 Lt

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

Accesorios

Consulta:

En accesorio solicitan controles y calibradores, se entiende que los controles y calibradores serán de la misma marca a los reactivos y equipos, no alicuotados, en envase original de 3 ml, en cantidad suficientes para mantener el correcto funcionamiento de los equipos. ¿Es correcta mi apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que los controles y calibradores deberán ser compatibles y en la cantidad suficiente que permitan la realización completa de la prueba, para mantener el correcto funcionamiento de los equipos, entendiéndose de cualquier marca comercial según lo establecido en las Bases, conforme a lo establecido en los principios de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 Libertad de concurrencia y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

19. Documentos obligatorios

Pag. 27

Su contenido es evaluable para el cumplimiento de los siguientes aspectos de las especificaciones técnicas:

LIS Y RS 232 (Software de Gestión y Turnos)

Consulta:

Al comité especial sírvase aclarar si LIS es utilizado para el Software de Gestión para integrarse con los equipos , el RS 232 es un conector, solicitan un Software de Turnos, a que se refiere este requerimiento?

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** III    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, y se aclara que el analizador debe ofrecer un sistema de conexión de interfase LIS a un software de Gestión de Laboratorio y un software de Gestor de turnos de atención a través de un conector RS232 y/o RJ45 y/o Cable ethernet u otro puerto de conexión.

Conforme a lo establecido en las bases estándar la documentación adicional que el postor debe presentarse de la siguiente manera:

- i) Documentación adicional que el postor debe presentar tales como folleto y/o instructivos y/o catálogos y/o inserto emitido por el fabricante.
- Debiendo contener el cumplimiento de los siguientes aspectos de las características técnicas:
- Para los reactivos:
- Presentación
  - Metodología
  - Muestra Biológica
  - Marca
- Para el Equipo Analizador Automatizado:
- Tipo
  - Metodología
  - Rendimiento
  - Características
  - LIS y RS232 y/o RJ45 y/o Cable ethernet u otro puerto de conexión.
  - Marca
  - Modelo

Asimismo, se precisa que la hoja de presentación del insumo y equipo será en formato propuesto por la entidad denominado ¿FORMATO 01¿ que se adjuntan a las presentes bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificaciones tecnicas de los equipos automatizados  
Pag. 30

Fluidos corporales

Siendo los establecimientos de salud Centros Maternos y Centros de Salud donde no existe internamiento Derivándose los casos críticos a los Hospitales de Nivel IV , solicitamos al comité especial considerar el retiro de las especificaciones equipos que procesen líquidos biológicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, debido a que la necesidad del área usuaria establece el recuento y la diferenciación de células (hemograma) en una gama de fluidos corporales diferentes como el líquido cefalorraquídeo, los líquidos serosos y el liquido sinovial; con la finalidad de buscar signos de infección o inflamación, como el liquido amniótico donde se realiza el recuento de leucocitos junto al valor de glucosa mejora el rendimiento para el diagnostico de respuesta inflamatoria fetal en comparación con la histopatología de la placenta lo que proporciona información útil para el enfoque correcto de los recién nacidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Especificaciones tecnicas de los equipos automatizados  
Pag. 30

Características específicas  
Uso de tubo primario o capilar

Dado la gran cantidad de población infantil, neonatos y adultos mayores los cuales es muchas veces la recolección de volumen de muestra necesaria para los procedimientos de hemograma Solicitamos al comité especial considere la inclusión a la vez de tubos primarios, también microtubos para micro muestras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, debido a que el área técnica estableció como característica técnica mínima: Uso de tubo primario y/o capilar; en caso de escasa muestra del paciente o en neonatos, el volumen de la micromuestra en capilares es de 40ul o 50ul, volumen suficiente para realizar la prueba de hemograma; mientras que el uso de microtubos requiere mayor volumen de muestra, siendo este volumen no acorde a nuestra necesidad rutinaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	18:36:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Especificaciones tecnicas de los equipos automatizados  
Pag. 30

Características específicas

Teniendo en consideración que los equipos actualmente van evolucionando constantemente y siendo los centros de salud y centros maternos del primer nivel los especializados en una atención temprana y teniendo actualmente una población con graves problemas de anemias, solicitamos al comité especial pueda considerar equipos que con la mas alta tecnología incluya entre estas Inteligencia Artificial para la detección de leucemias en sus variedades u otras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta, se considerará de manera opcional en las bases integradas de la siguiente manera:  
Tecnología que incluya la inteligencia artificial para la detección de leucemias y el método de tinción de ácidos nucleicos de células inmaduras por principio de fluorescencia para la detección de leucemias en sus variedades u otras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20609211530	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:35:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Documentos de presentación obligatorio:

i) Documentación adicional como folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochures o similares, deberá mencionar la nomenclatura y el nombre del procedimiento de selección.

Al respecto entendemos que existe un error de redacción ya que todo documento de proporciona la casa matriz como folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochures o similares contienen información relevante para fines comerciales e informativos del bien en el mercado, ya sea para su venta a privados como a entidades públicas de los distintos países en los cuales el producto tiene presencia, y no tienen por finalidad evidenciar el cumplimiento de lo que la entidad solicita, como nomenclatura o el nombre del procedimiento de selección; siendo así, SOLICITAMOS al comité de selección sirva SUPRIMIR dicho texto, por no corresponder.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2.1      Literal: S/L      Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, con la finalidad de no generar confusiones a los proveedores se procederá a suprimir de las bases el siguiente texto:

\*mencionar la nomenclatura y el nombre del procedimiento de selección\*

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20609211530	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:35:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

9. VIGENCIA DEL PRODUCTO

La vigencia de los reactivos no deberá ser menor de 18 meses al momento de su fecha de entrega.

Ante ello decimos Con la finalidad de generar un escenario de competencia real ¿podría confirmar que es posible entregar con una vigencia igual o mayor a 15 meses siempre y cuando se presente la carta de canje que asegure que si no se usa durante su vigencia el contratista canjeará el producto por otro que tenga una vigencia que permita alcanzar la vigencia estipulada en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, con la finalidad de resguardar el correcto uso de los productos se solicita ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20609211530	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:35:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGIA: 07 EQUIPOS AUTOMATIZADOS

- CONTAR CON CERTIFICACION INTERNACIONAL TIPO FDA, CE, IFCC Y/O ISO 13485 DE NORMATIVA ACTUALIZADA

Ante ellos decimos que es válido la presentación de cualquiera de los certificados mencionados, es decir:

CONTAR CON CERTIFICACION INTERNACIONAL TIPO FDA Y/O CE Y/O IFCC Y/O ISO 13485 DE NORMATIVA ACTUALIZADA

¿Es correcto nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: S/L      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que se aceptara la presentación de lo siguiente:

CERTIFICACION INTERNACIONAL TIPO FDA Y/O IFCC Y/O CE Y/O ISO 13485 DE NORMATIVA ACTUALIZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20609211530	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:35:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGIA: 07 EQUIPOS AUTOMATIZADOS

\*SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO

Los objetivos del presente requerimiento es permitir garantizar la disponibilidad de reactivos para la red de laboratorios de los establecimientos de salud para un adecuado y oportuno apoyo al diagnóstico en Beneficio de la población.

Para el logro pleno de estos objetivos y tener la certeza que la empresa adjudicada cuente con las condiciones necesarias para salvaguardar toda información de la Entidad. Ante ello SOLICITAMOS al comité de selección INCLUIR como documento de presentación obligatoria la certificación de Microsoft Partner Network para acreditar el funcionamiento optimo del SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO, para fines de la protección y seguridad de la información, esto nos dará la seguridad de que el software ha implementado prácticas sólidas de seguridad y cumplimiento para proteger los datos de los pacientes, y que la información este segura y en caso de un ataque cibernético, esta pueda ser recuperada al 100%. También se podrá compartir con otros usuarios y acceder a ellos desde cualquier lugar en todos tus dispositivos ininterrumpidamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta, a efectos de cumplir la finalidad pública en el uso adecuado de los bienes a adquirirse bajo el amparo de Normas para una adecuada y oportuna atención del software de Gestión de Laboratorio y gestor de turnos de atención en la toma de muestra, y por el principio de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 principio de ¿eficacia y eficiencia¿ y ¿vigencia tecnológica¿, el certificación de Microsoft Partner Network para acreditar el funcionamiento optimo del SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO se incorporará a las bases de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA (07 EQUIPOS EN CESIÓN DE USO)

Ruc/código :	20609211530	Fecha de envío :	06/09/2024
Nombre o Razón social :	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	20:35:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Al respecto SE SOLICITA al comité de selección PRECISAR Y/O DETALLAR cuáles serán los documentos de presentación obligatoria por parte del proveedor en el internamiento de los insumos, amparándonos en el principio de Transparencia, las Entidades deben proporcionar clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que los documentos de presentación obligatoria por parte del proveedor al momento del internamiento son:

- Orden de compra - guía de internamiento
- Guía de remisión: detallando de manera clara los productos entregados
- Declaración jurada de compromiso de canje y/o reposición por vicios ocultos, defectos de fabricación, vigencia del producto.
- Copia simple del protocolo de análisis donde debe mencionar el lote a ingresar
- Copia del Registro Sanitario
- Acta de verificación cualitativas ¿, cuantitativas indicando las cantidades y especificaciones técnicas
- Documento original y copia de Carta de compromiso de canje por fecha de vencimiento del bien ofertado.
- Los mencionados documentos deben ser firmados y sellados por el representante legal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null