

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Solicita: Reporte de  $\geq 29$  parámetros, con 3 a mas histogramas y 3 a más dispersograma (como mínimo).  
El comité aceptara reporte de 29 parámetros a más, con histogramas 3D de 5diff, y 3 histogramas 2D para WBC/BASO,RBC, PLT además de 1 dispersograma de 3D de 5 diff y 3 dispersogramas de 2D para WBC 5 diff.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III      Literal: 5.2      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

a fin de generar participación de potenciales postores y conforme señala el área usuaria se aceptara parcialmente la consulta tanto que se modificara Reporte de  $\geq 29$  parámetros con 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Reporte de  $\geq 29$  parámetros con 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Volumen de aspiración de muestra 20 a 80ul.

El comité ACEPTARA volumen de aspiración desde 10ul a 80ul y permitir mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

hago de conocimiento que el comité no aceptan la consulta, dado que existe pluralidad de postores que cuentan con un volumen de sangre en el rango solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:13:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita: Linealidad de Hemoglobina mayor o igual a 250g/L.  
El comité ACEPTARA linealidad de hemoglobina mayor o igual a 200g/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

hago de conocimiento que el comité no aceptan la consulta, el hospital atiende diferentes tipos de pacientes críticos con diferentes anomalías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Autocargador con compartimiento para tubos individuales y tubos pediátricos (Imagen en folletería). Este requerimiento direcciona a un fabricante en específico, se solicita al comité SUPRIMIR este requerimiento y evitar direccionamiento a una marca específica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 a) Libre concurrencia. 3) competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

hago de conocimiento que el comité no aceptan la consulta, existe pluralidad de postores que cumplen con este requisito

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Pantalla de 22 pulgadas, 1 puerto de red, protocolo hl7 soporte LIS.

El tamaño de la pantalla no mejora el rendimiento del analizador hematologico, esto corresponde a cada diseño del fabricante. Se solicita al comité ACEPTAR CPU, PANTALLA, Puertos de RED, y software que soporte LIS con protocolo HL7 según requerimiento del fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

en aras de generar participación de potenciales proveedores y conforme señala el comité aceptan la consulta. La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:13:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita: No interferencia por presencia de partículas lipídicas y cúmulos de plaquetas.  
Se solicita al comité que este requerimiento sea opcional y permitir la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

hago de conocimiento que el comité no acepta la consulta, el hospital atiende diferentes tipos de pacientes en hospitalización, emergencias y otras areas, por lo cual se requiere resultados que no sean afectados por interferentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: Suministro de energía: Con UPS en línea, autonomía 30 minutos.

Se solicita al comité ACEPTAR UPS con autonomía de 10min considerando que el hospital cuenta con generador eléctrico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

hago de conocimiento que el comité, no acepta la consulta. Es necesario contar con una UPS adecuada para evitar inconvenientes o riesgos ante un corte eléctrico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código : 20547899475

Nombre o Razón social : DIEGO MEDICAL S.A.C.

Fecha de envío : 25/04/2025

Hora de envío : 16:13:32

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: El proveedor debe brindar asesoría para verificación de métodos por consultor externo calificado y certificado, sin costo para la institución.

Se solicita al comité SUPRIMIR este requerimiento porque no es objeto de la convocatoria de reactivos de hematología con equipo en cesión de uso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 a) libertad de concurrencia. f) eficiencia y eficacia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité Aclaran que es OPCIONAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

OPCIONAL



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:13:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Certificado de trazabilidad de controles del lote entregado.  
Se solicita al comité Suprimir este requerimiento porque los controles no requiere certificado de trazabilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20547899475	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	DIEGO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	16:13:32

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se solicita: El control de calidad interlaboratorial resultado evaluados en tiempo real.  
Según la norma técnica de salud 072 el control de la fase analítica de laboratorio incluye DOS procedimientos, control interno (evalúa precisión) y externo (evalúa exactitud), su uso combinado permite lograr la garantía de la calidad de servicio, hace mención además que dichos métodos de control deben ser DEFINIDOS y CLAROS. Se solicita al comité Suprimir el control de calidad interlaboratorial por lo expuesto líneas arriba.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 5.2    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2: a) libre concurrencia f) eficacia y eficiencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité no aceptan su consulta, es necesario contar con un control interlaboratorial para la evolución y comparación diaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 5.2 característica del equipo cesión en uso indican equipo con año de fabricación no mayor de 2 años, sin embargo líneas abajo en Antigüedad solicita equipo con fecha de fabricación o antigüedad no mayor de 1 año. Entendemos que la antigüedad requerida es: no mayor a 2 años. ¿Es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que la antigüedad requerida es no mayor de 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo solicitan reporte de ¿ a 29 parámetros, con 3 a más histogramas y 3 a más disperso gama (como mínimo), solicitamos amablemente al área usuaria que considere equipo con reporte de ¿ a 29 parámetros, con 3 a más histogramas y/o 3 a más dispersograma (como mínimo) con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de generar participación de potenciales postores y conforme señala el comité se aceptara parcialmente la consulta tanto que se modificara Reporte de >= 29 parámetros con 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Reporte de >= 29 parámetros con 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo Analizador hematológico en cesión de uso en rendimiento mencionan autocargador de muestras incorporado, con mezcla por inversión. Al respecto, con el fin de dar paso a la pluralidad de postores, solicitamos amablemente que se considere autocargador de muestras incorporado, con mezcla por inversión o por rotación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta. Es necesario asegurar la correcta homogenización de la muestra para un adecuado resultado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso solicitan: memoria de almacenamiento > = 80000 o más resultados con valores numéricos y gráficos. Solicitamos amablemente al comité que se acepte Almacenamiento de > = 80,000 resultados o más con valores numéricos y gráficos en computadora accesoria.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que se aceptara memoria de almacenamiento o almacenamiento > = 80,000 o más resultados con valores numéricos y gráficos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso, solicitan linealidad de Hemoglobina mayor o igual a 250 g/L. Solicitamos amablemente que se considere linealidad de Hemoglobina mayor o igual a 240 g/L para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta, el hospital atiende diferentes tipos de pacientes críticos con diferentes anomalías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso, mencionan autocargador con compartimento para tubos individuales y tubos pediátricos (imagen folleteria). Solicitamos amablemente que permitan imagen folleteria o carta de fabricante para sustentar dicha característica en virtud de que la folleteria no siempre contiene imágenes de todas las partes del analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que la característica puede ser sustentada con folleteria y/o carta de fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso, mencionan Pantalla de 22 pulgadas. Solicitamos muy amablemente que permitan Pantalla de 12 pulgadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta. La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Las Especificaciones Técnicas del equipo Analizador equipo hematológico en cesión de uso, mencionan No interferencia por presencia de partículas lipídicas y cúmulos de plaquetas. Solicitamos muy respetuosamente que permitan: Alarma o no interferencia por presencia de partículas lipídicas y/o cúmulos de plaquetas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta, el hospital atiende diferentes tipos de pacientes en hospitalización, emergencias y otras áreas, por lo cual se requiere resultados que no sean afectados por interferentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo de cesión en uso solicitan: Contar con un profesional en tecnología médica y/o ingeniería electrónica con certificación de la casa matriz. Se solicita amablemente al área usuaria considerar lo siguiente: Contar con un profesional en tecnología médica acreditado por la SUNEDU con colegiatura del colegio de tecnólogos médicos, y/o ingeniería electrónica, con certificación de la casa matriz, para permitir mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta, se solicita profesional en tecnología médica y/o ingeniería electrónica con certificación de la casa matriz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la Calificación del equipo solicitan: Calificación del diseño según recomendación de ISO 15189:20221. Solicitamos muy respetuosamente que este documento sea presentado a la entrega del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta, este documento sea presentado a la entrega del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
este documento sea presentado a la entrega del equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo de cesión en uso solicitan: Control de calidad interlaboratorial. Solicitamos amablemente que permitan control de calidad interlaboratorial de primera o tercera opinión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta. Se permitirá que el control de calidad interlaboratorial de primera o tercera opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se permitirá que el control de calidad interlaboratorial de primera o tercera opinión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:31

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del equipo de cesión en uso Antigüedad solicitan: Presentar documento único de Aduana (DUA). Solicitamos muy amablemente que este documento sea presentado al internamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta, presentar DUA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:49

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases estándar no hacen referencia al tiempo de contratación por lo cual muy amablemente consultamos al área usuaria aclarar: ¿Por cuánto tiempo será el periodo de contratación, en virtud de que el cronograma de entrega indica una sola entrega?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que la contratación será para solo una entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,

Reporte de > a 29 parametros

Entendemos la importancia de parámetros reportables que nos brindan los analizadores, los cuales ayudan al clínico a un adecuado resultado, por lo que entendemos que los granulocitos inmaduros (IMG#, IMG%) son parte de los parámetros reportables, Solicitamos ACLARAR si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que su entender es correcto, los granulocitos inmaduros (IMG#, IMG%) son parte de los parámetros reportables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,  
Reporte de > a 29 parametros

Entendemos la importancia de parámetros reportables que nos brindan los analizadores, los cuales ayudan al clínico a un adecuado resultado, por lo que entendemos que los normoblastos o eritroblastos (NRBC#, NRBC%) son parte de los parámetros reportables, Solicitamos ACLARAR si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que su entender es correcto, los normoblastos o eritroblastos (NRBC#, NRBC%) son parte de los parámetros reportables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,  
Reporte de > a 29 parametros con 3 a mas histogramas y 3 a mas dispersogramas (como mínimo)

Entendemos que cada analizador según sus metodologías tiene sus propias características, por lo que solicitamos que también ACEPTE 2 o mas histogramas y 2 o mas dispersogramas. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aceptan parcialmente su consulta, se aceptará 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se aceptará 2 a mas histogramas WBC o RBC o PLT y 2 a mas dispersogramas (como mínimo)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Autocargador con capacidad de muestreo de 50 tubos en simultaneo.  
Entendemos que cada analizador según sus metodologías tiene sus propias características, por lo que solicitamos que también ACEPTE autocargador con capacidad de 30 tubos o más. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité no aceptan la consulta. El autocargardor debe tener capacidad de muestro de 50 tubos en simultaneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Solicitan en las características del equipo,  
Autocargador con compartimiento para tubos individuales y tubos pediátricos (imagen en folletería)

Entendemos que cada analizador según sus metodologías tiene sus propias características, por lo que solicitamos que también ACEPTE autocargador con compartimiento para tubos Y/O pediátricos. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** SE

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité aceptan la consulta y se aceptara autocargardor con compartimiento para tubos y/o pediátricos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se aceptara autocargardor con compartimiento para tubos y/o pediátricos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,  
Pantalla de 22 pulgadas, 1 puerto red, protocolo hi7 soporte lis

Entendemos que cada analizador tiene sus propias características, por lo que solicitamos que la pantalla, punto de red, protocolo hi7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta. La pantalla, punto de red, protocolo hi7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La pantalla, punto de red, protocolo hi7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,  
Autocargador con compartimiento para tubos individuales y tubos pediátricos (imagen en folletería)

Entendemos que cada analizador según sus metodologías tiene sus propias características, por lo que solicitamos que también ACEPTE autocargador con compartimiento para tubos Y/O pediaticos. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta y se aceptara autocargador con compartimiento para tubos y/o pediátricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se aceptara autocargador con compartimiento para tubos y/o pediátricos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Solicitan en las características del equipo,  
Verificación en un lapso de 24 hora dado la firma de contrato.

Entendemos que la instalación de los analizadores se realizará después de la firma de contrato, el cual tiene un tiempo estipulado para la entrega de bienes, por lo que la verificación y calibración del analizador NO puede ejecutarse en 24 horas después de la firma de contrato. Solicitamos eliminar este enunciado para evitar inconvenientes o incongruencias en el proceso.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** se

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité aceptan la consulta, se iniciara en un lapso de 24h dado la instalación de los analizadores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se iniciara en un lapso de 24h dado la instalación de los analizadores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitan: Realizar la capacitación por personal certificado por INACAL y auditor en la norma 15189 en relación a la introducción a la norma técnica peruana ISO 15189:2023 Laboratorio clínico

Requisitos para la calidad y competencias elaboración de la documentación de los requisitos de gestión y técnicos de acuerdo a la NTP ISO 15189:2023. Realizar el diagnostico situacional para la acreditación de la ISO 15189:2023

Entendemos que la capacitación del equipo lo realiza el personal capacitado de fábrica, por lo que para evitar incongruencias o malinterpretaciones en el proceso se solicita que este requerimiento sea OPCIONAL. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan su consulta (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

OPCIONAL



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitan en las características del equipo,  
El analizador con fecha de fabricación o antigüedad no mayor de 1 año Presentar documento único de aduana (DUA)

Entendemos que hubo un error tipografico, ya que el tipo de analizador solicitan:  
Tipo: 02 Analizadores año de fabricación no mayor de 2 años de antigüedad.

Por lo que solicitamos modificar la antigüedad no mayor de 2 años.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclaran que la antigüedad requerida es no mayor de 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Entendemos que no todas las especificaciones técnicas son acreditadas, y ante esto hay muchas resoluciones que indican que se debe Precisar que características deben ser acreditadas, lo cual SOLICITAMOS que debe ACREDITARSE en el equipo: metodología, rendimiento, características específicas y muestra, y las demás especificaciones se sustentara con el ANEXO N°3.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2      Literal: 2.1      Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan su consulta, debe ACREDITARSE en el equipo: metodología, rendimiento, características específicas y muestra, y las demás especificaciones se sustentara con el ANEXO N°3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACREDITAR en el equipo: metodología, rendimiento, características específicas y muestra, y las demás especificaciones se sustentara con el ANEXO N°3.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:49:57

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Entendemos que para acreditar las especificaciones técnicas solicitadas serán a través de brochure o manual o insertos o documentos o cartas aclaratorias emitidas por el fabricante. Solicitamos ACLARAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 2      Literal: 2.1      Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclaran que es correcto su entender.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HH-SBS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS HEMATOLOGICO P/ANALIZADOR X DET

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	25/04/2025
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:45:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En relación con el Anexo 3 de Especificaciones Técnicas, específicamente el ítem 5.1, donde se establece como requisito que el equipo en cesión de uso cuente con una pantalla de 22 pulgadas, solicitamos respetuosamente al comité evaluador, en conjunto con el área usuaria, considerar la posibilidad de aceptar una pantalla de menor tamaño, específicamente de 12.1 pulgadas.

Esta solicitud se fundamenta en que, en muchos hospitales, el espacio físico del área de laboratorio es limitado, por lo que un equipo de mayores dimensiones podría dificultar o interferir con el normal desarrollo de las labores. Además, destacamos que la pantalla de 12.1 pulgadas propuesta es táctil, lo que facilita un manejo más ágil, intuitivo y eficiente del equipo durante el procesamiento de muestras, mejorando así la experiencia de uso y operatividad.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 5.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aceptan la consulta. La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La pantalla, punto de red, protocolo hl7, soporte lis sea de acuerdo a cada fabricante.