

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el punto ¿e) 7.¿ de los documentos solicitados se indica ¿Ficha Técnica del Producto (Anexo N° F), sin embargo el Anexo N° F no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e7 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo F

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo F - Ficha Técnica del Producto Conforme a las Especificaciones Técnicas de Essalud

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el punto ¿e) 8.¿ de los documentos solicitados se indica ¿Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto¿, solicitamos al comité especial se sirvan aceptar también "carta o declaración de fabricante" para poder sustentar las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e8 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se aceptará que el postor adicione documentación complementaria que refuerce las Especificaciones Técnicas, el uso y funcionalidad del Dispositivo Médico, siempre y cuando presente la documentación solicitada como obligatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el punto ¿i)¿ de los Requisitos para perfeccionar el contrato se hace mención a la ¿Declaración Jurada de Presentación del Dispositivo Médico ofertado y vigencia (Anexo N° E del Requerimiento)¿, sin embargo el Anexo N° E no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: i Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo E. Entendiéndose que el Anexo E reemplaza al Anexo N° 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo E - Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia Mínima.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el punto ¿i)¿ de los Requisitos para perfeccionar el contrato se hace mención a la ¿Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos (Anexo N° H del Requerimiento¿, sin embargo el Anexo N° H no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: j Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo H. Entendiéndose que el Anexo H reemplaza al Anexo N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo H - Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Oculto

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el punto ¿e)¿ de ¿Del dispositivo médico¿ se hace referencia a la ¿Ficha Técnica del producto¿ el cual indican que es el ¿Anexo F¿, sin embargo el Anexo N° F no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1 Literal: e Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo F

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo F - Ficha Técnica del Producto Conforme a las Especificaciones Técnicas de Essalud

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el punto ¿f)¿ de ¿Del dispositivo médico¿ se indica ¿Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto¿, solicitamos al comité especial se sirvan aceptar también "carta o declaración de fabricante" para poder sustentar las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1 Literal: f Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se aceptará que el postor adicione documentación complementaria que refuerce las Especificaciones Técnicas, el uso y funcionalidad del Dispositivo Médico, siempre y cuando presente la documentación solicitada como obligatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el punto ¿6. Muestra¿ se indica que el detalle del lugar dónde se dejarán las muestras está indicado en el ¿Anexo D¿, sin embargo el Anexo D no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo D

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo D - Relación de Muestras para Evaluación Técnica

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el punto ¿7. La evaluación de las muestras¿ se indica que en el ¿Anexo G¿ esta detallada la metodología a emplear para la evaluación de las muestras, sin embargo el Anexo G no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo G

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo G - Metodología y Cuadro de Evaluación de las Muestras

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el punto ¿10. De la conformidad y recepción¿ se indica que se debe entregar en almacén la ¿Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos (Anexo C)¿, sin embargo el Anexo C no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo C - Carta de Compromiso de Canje y/o Reposición por Vencimiento

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el punto ¿11. Documentación adicional a considerar para la firma del contrato¿ se indica que se debe entregar la ¿Declaración Jurada de Presentación del dispositivo médico ofertado y vigencia (Anexo N° 05)¿, sin embargo el Anexo N° 05 no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo E. Entendiéndose que el Anexo E reemplaza al Anexo N° 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo E - Declaración Jurada de Presentación del Producto y Vigencia Mínima.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el punto ¿11. Documentación adicional a considerar para la firma del contrato¿ se indica que se debe entregar la ¿Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos (Anexo N° 06)¿, sin embargo el Anexo N° 06 no ha sido adjuntado en las presentes bases. Solicitamos puedan incluir dicho formato en las bases, a fin de poder presentarlo como parte de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que, se incluirán todos los anexos que forman parte de las Especificaciones Técnicas en las Bases incluido en Anexo H. Entendiéndose que el Anexo H reemplaza al Anexo N° 06

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporarán en las Bases Integradas todos los anexos proveniente de las Especificaciones Técnicas, incluido el Anexo H - Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Oculto

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE DISPOSITIVO MÉDICO ESPECIALIZADO DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO DE NUDOS PARA CIRUGÍA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA II DE LA GERENCIA QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20547243065	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.	Hora de envío :	16:30:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a la presentación de muestras, se solicita se sirva exceptuar al producto Dispositivo de Cierre automatico de nudos (dispositivo médico Clase IV Critico en materia de riesgo), debido a su costo elevado y a su condición de producto estéril y frágil, a fin de evitar una manipulación innecesaria que pondría en riesgo la seguridad y desempeño del dispositivo y en consecuencia la salud de los pacientes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se precisa que se aceptará la presentación de una (01) nuestra para poder realizar la evaluación del Material Médico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null