

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-INCN-B-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : adquisición de set de instrumental quirúrgico para cirugía de tórax x 36 piezas micro instrumental

Ruc/código : 20601895103

Nombre o Razón social : FERTA MEDICA S.A.C.

Fecha de envío : 08/07/2025

Hora de envío : 18:52:46

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

PODEMOS APRECIAR ALGUNOS ERRORES INVOLUTARIOS TIPOGRÁFICOS EN EL CAPITULO III, PAGINA 21, COMPONENTE 1.18, LA CUBETA DEBE TENER SISTEMA DE TERMABLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, PARA INDICAR QUE EL CONTENDORES A PASADO POR EL PROCESO EN AUTOCLAVE, INDICADOR ROJO. CONSULTAMOS AL OFICIAL DE COMPRA, CONFIRMAR SI SE REFIEREN A: LA CUBETA DEBE TENER SISTEMA DE TERMOBLOQUEO EN ACERO INOXIDABLE, PARA INDICAR QUE EL CONTENDOR A PASADO POR EL PROCESO EN AUTOCLAVE, INDICADOR ROJO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

" SE ACLARA QUE LA CUBETA DEBE TENER SISTEMA DE TERMOBLOQUEO EN ACERO INOXIDABLE, PARA INDICAR QUE EL CONTENDOR A PASADO POR EL PROCESO EN AUTOCLAVE, INDICADOR ROJO."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

" SE ACLARA QUE LA CUBETA DEBE TENER SISTEMA DE TERMOBLOQUEO EN ACERO INOXIDABLE, PARA INDICAR QUE EL CONTENDOR A PASADO POR EL PROCESO EN AUTOCLAVE, INDICADOR ROJO."