

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-29-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	22:51:55

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

En las bases solicitan: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se consideran bienes similares a los siguientes: Equipo de aspiración de ovocitos y/o ecógrafo táctil multifrecuencia y/o ecógrafo con sistema de aspiración folicular (OPU) y/o ecógrafo veterinario para extracciones de óvulos y/o ecógrafo portátil para detección de gestaciones en gabando bovino y/o línea de aspiración folicular (OPU) y/o equipo de colecta de semen y/o el equipo de recuperación de embriones y/o el aspirador de folículos y/o el equipo de inseminación artificial y/o los sistemas de congelación y criopreservación y/o sistemas de ultrasonido y/o sistemas de transferencia de gametos o microinyección (ICSI).

Se solicita al comité de selección que para validar correctamente la experiencia del postor en la especialidad y asegurar que la empresa cuenta con la capacidad de brindar el soporte técnico y la garantía solicitada, se deben de considerar UNICAMENTE como bienes similares a los equipos: EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS Y/O ECÓGRAFO TÁCTIL MULTIFRECUENCIA Y/O ECÓGRAFO CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN FOLICULAR (OPU) Y/O ECÓGRAFO VETERINARIO PARA EXTRACCIONES DE ÓVULOS Y/O ECÓGRAFO PORTÁTIL PARA DETECCIÓN DE GESTACIONES EN GANADO BOVINO Y/O LÍNEA DE ASPIRACIÓN FOLICULAR (OPU) Y/O ASPIRADOR DE FOLÍCULOS Y/O BOMBA DE ASPIRACIÓN Y/O SISTEMAS DE ULTRASONIDO Y/O ECOGRAFO VETERINARIO. Estos equipos mencionados corresponden a los que participan en la aspiración folicular, aspiración de ovocitos y diagnóstico por imagen; evidenciando la experiencia y capacidad del proveedor en brindar el soporte técnico en el periodo de garantía e incluso posterior a ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la experiencia del postor en la especialidad se mantiene conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas (EETT) de las Bases Estandar, dado que los bienes requeridos pertenecen al área de reproducción animal y están destinados específicamente para trabajos con gametos o embriones, al igual que el equipo actualmente en proceso de adquisición.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-29-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	22:51:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: Bomba de aspiración OPU para bovino.  
Se solicita al comité de selección que considere como característica técnica: incorporada en maletín resistente de transporte con protección de impacto. Esta mejora beneficia el desempeño en campo del equipo, evitando daños físicos y mejorando el tiempo de vida útil del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: .      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que esta característica puede ser considerada como una mejora en la protección de la bomba de aspiración, mas no constituye un requisito que limite o comprometa la capacidad técnica del equipo en el cumplimiento de su objetivo principal, que es la obtención de gametos (ovocitos) mediante el uso de dicha bomba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-29-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	22:51:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección que aclare si, al especificar los transductores requeridos como: MICRO CONVEXO, CONVEXO y LINEAL ENDORECTAL PARA REPRODUCCIÓN, se contempla que el equipo sea compatible con estos transductores y cuente con su disponibilidad. No obstante, se observa que únicamente se solicita el transductor destinado a la aspiración folicular (MICROCONVEXO TRANSVAGINAL DE UNA SOLA PIEZA) y el transductor lineal endorectal para reproducción (evaluación reproductiva del animal), ambos trabajan en conjunto en el área reproductiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el ecógrafo ofertado debe ser compatible con transductores de los siguientes tipos: microconvexo, convexo y lineal endorrectal para reproducción.

Respecto al transductor microconvexo, se precisa lo siguiente: ...01 transductor microconvexo, el cual puede ser individual o estar integrado a la guía de aspiración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A ADQUIRIR

4.1. Descripción de la adquisición

TRANSDUCTOR

- ¿ Compatibles con el ecógrafo ofertado.
- ¿ Se requiere la provisión de los siguientes:
  - 01 transductor microconvexo, el cual puede ser individual o estar integrado a la guía de aspiración.
  - 01 transductor convexo.
  - 01 transductor lineal.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-29-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	22:51:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección que para promover la pluralidad de postores y fomentar la competencia y participación de otras marcas y modelos, acepte que la resolución de la pantalla sea desde 10 pulgadas (cómo mínimo).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, considerando la naturaleza de los trabajos a realizar, el tamaño adecuado de pantalla es de 12 pulgadas. Por tal motivo, esta característica debe mantenerse como parte de los requerimientos técnicos del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null