

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código : 20546357377

Nombre o Razón social : QSI PERU S.A.

Fecha de envío : 17/03/2025

Hora de envío : 17:35:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considerarán bienes similares a los siguientes: Todo tipo de equipos de molienda trituración y/o procesamiento a nivel de laboratorio, independiente de su configuración

Al respecto, que OSCE, a través de la OPINIÓN N° 090-2008/DOP señala que: ¿¿Si bien la normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado no establece expresamente la definición de ¿similar¿ para el caso de bienes, deberá entenderse por ¿similar¿ aquello parecido o semejante pero no igual al objeto materia de convocatoria. Es decir, todo aquel bien que comparta ciertas características esenciales o que pertenezca a la misma familia o clase con aquél convocado.

Asimismo, el Pronunciamiento N° 279-2012/DSU destaca lo siguiente:

(¿)Atendiendo a la definición esbozada, debemos afirmar que para la determinación de los bienes que serán considerados como similares al objeto de la convocatoria, debe tenerse en cuenta que son bienes similares aquellos de naturaleza semejante, no iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso.

Tomando en consideración que los bienes solicitados para el ítem descrito pertenece a la familia de equipos de laboratorio, cabe precisar que solicitar que la experiencia sea acreditada a través del monto acumulado por la venta estrictamente de equipos iguales o similares a Todo tipo de equipos de molienda trituración y/o procesamiento a nivel de laboratorio, independiente de su configuración, resultaría restrictivo toda vez que impide la participación de aquellos postores cuyas ofertas cumplen y superan las solicitadas en las bases; postores que cuentan con vasta experiencia en venta de diversos equipos de laboratorio para diferentes aplicaciones; hecho que no merma en lo absoluto su capacidad de ofertar los productos materia de la presente convocatoria.

¿Podría el comité especial aceptar como bienes similares a equipos de laboratorio en general?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

OPINIÓN N° 090-2008/DOP Pronunciamiento N° 279-2012/DSU

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Observacion realizada por el opstor SE ACOGE, por lo que se precisara de la siguiente forma:

Se considerará bienes similares a los siguientes: todo tipo de equipos de molienda, trituración y/o procesamiento a nivel de laboratorio, y/o equipos de laboratorio en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará bienes similares a los siguientes: todo tipo de equipos de molienda, trituración y/o procesamiento a nivel de laboratorio, y/o equipos de laboratorio en general.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:18:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan: PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENADARIOS POSTERIOR A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACION DE LA ORDEN COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, considerando la situación actual que atraviesan los fabricantes europeos y que afecta los tiempos de fabricación y envío, OBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité, en beneficio del área usuaria de poder contar con equipos de alta calidad, poder ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, quedando la especificación de la siguiente manera:

PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 DIAS CALENADARIOS POSTERIOR A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACION DE LA ORDEN COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion realizada NO SE ACOGE, debido a que el en estudio de mercado se evidencia la participacion de varios proveedores que cumplen con el plazo solicitado para la entrega del bien requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:18:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan: Escala de agitación de hasta 20000 RPM o mayor.

Al respecto, la velocidad de agitación es un parámetro que depende de cada fabricante. Que un equipo requiera mayor o menor velocidad depende del diseño empleado. Nuestra oferta ofrece un equipo de alta tecnología alemana, con capacidad de alcanzar 10000 rpm de manera rutinaria y hasta 14000 rpm en modo Boost, gracias a su potente motor industrial de 1000 W. Por ello, CONSULTAMOS amablemente al comité, si aceptaría un equipo con la siguiente especificación: Ajuste de velocidad: Hasta 10000 rpm y 14000 rpm en modo boost.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta realizada por el opstor SE ACOGE PARCIALMENTE, por lo que se precisara de la siguiente forma:

Escala de agitación de 14000 RPM o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Escala de agitación de 14000 RPM o mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:18:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: Volumen del vaso: dentro del rango de 350 a 400ml (removible) o dos vasos de sumados en volumen se encuentren en el rango de 350 a 400ml.

Al respecto, nuestra oferta ofrece un equipo con un vaso de 1000ml de volumen y capaz de ser reducido (si la aplicación lo requiere) a 500ml gracias a una tapa reductora de volumen. Esto representa una mejora tecnológica y ventaja para la parte usuaria pues ofrece flexibilidad para el manejo de distintas cantidades de muestra.

Por ello, CONSULTAMOS amablemente al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder aceptar un equipo con la siguiente especificación: Volumen del vaso de 1000ml con capacidad de reducción hasta 500ml.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta realizada por el opstor SE ACOGE PARCIALMENTE, por lo que se precisara de la siguiente forma:

Volumen del vaso: dentro del rango de 350 a 400ml (removible) o dos vasos de sumados en volumen se encuentren en el rango de 350 a 400ml o mayor capacidad para molienda de muestras de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen del vaso: dentro del rango de 350 a 400ml (removible) o dos vasos de sumados en volumen se encuentren en el rango de 350 a 400ml o mayor capacidad para molienda de muestras de laboratorio.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:18:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: Cuchillos: Tipo Hélice cortante en acero inoxidable.

En aras de una mayor precisión en lo solicitado, CONSULTAMOS amablemente al comité, poder aceptar un equipo con la siguiente especificación equivalente: Cuchillas afiladas y robustas con hojas de acero inoxidable o titanio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta realizada por el opstor SE ACOGE PARCIALMENTE, por lo que se precisara de la siguiente forma:

Cuchillos: Tipo hélice cortante en acero inoxidable (equivalente o mejor).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cuchillos: Tipo hélice cortante en acero inoxidable (equivalente o mejor).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOLINOS ANALÍTICOS DE USO INVESTIGATIVO PARA EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA EAP INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL EN LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC¿ CON CUI 2234524

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:18:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: SD o entrada USB para recuperación de datos.

Al respecto, la utilización de memorias SD o entradas USB no es común en esta clase de equipos y su exigencia resulta perjudicial y restrictivo para muchos postores. Nuestra oferta ofrece un equipo con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas que ofrece una fácil configuración de parámetros, memoria para rutinas SOP y acceso directo al portal web a través de un código QR. Se pueden almacenar 8 procedimientos operativos estándar y 4 secuencias de programa para operaciones de rutina.

Por ello,vOBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité, en beneficio de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: SD o entrada USB para recuperación de datos o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la Consulta realizada por el opstor SE ACOGE PARCIALMENTE, por lo que se precisara de la siguiente forma:

SD o entrada USB para recuperación de datos o según fabricante que garantice el almacenamiento y recuperación de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SD o entrada USB para recuperación de datos o según fabricante que garantice el almacenamiento y recuperación de datos.