

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/06/2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO AVANZADO PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CENTRO QUIRURGICO - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		GERENCIA PERMANENTE																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		58																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2113029																				
		Documento que declaró la viabilidad			RDE N° 192-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°D134-2024-GR-CAJ-DRS-HGJ/DACQ			Fecha de recepción		3/05/2024																
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		16/05/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X															
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X																
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X															
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X															
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación															
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X															
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia															
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>Informe N° D429-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA/UL</td><td>14/05/2024</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	1	12				12	Informe N° D429-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA/UL	14/05/2024
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
1	12				12	Informe N° D429-2024-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA/UL	14/05/2024																		

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.Nuestro equipo cuenta con un monitor de signos vitales y vaporizadores de marca distinta a la de nuestra máquina de anestesia; pero este no es un impedimento para que estos puedan trabajar en conjunto, permitiendo así el funcionamiento idóneo del equipo. Por lo antes expuesto y con la finalidad de fomentar la mayor pluralidad de postores; solicitamos se contemplen en las especificaciones técnicas: A01 SISTEMA INTEGRADO: LOS COMPONENTES REFERIDOS EN B (SISTEMA DE: SUMINISTRO, DOSIFICACIÓN, VENTILACIÓN, MONITOREO Y VAPORIZADORES) DEBENSER DEL MISMO FABRICADO Y/O MARCA Y CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN ENTRE TALES SISTEMAS Y/O DE DISTINTA MARCA.
2. Solicitar vaporizadores electrónicos o con control electrónico encarece de forma significativa el costo del equipo, no habiendo relevancia en cuanto a la funcionalidad con los vaporizadores manuales; también de esta forma limita la pluralidad de postores ya que esta característica es propia de 2 marcas en el mercado. Por lo que solicitamos modificar este párrafo, debiendo decir: B14 VAPORIZADORES CONTROLADOS ELECTRÓNICAMENTE O VAPORIZADOR ELECTRÓNICO O MANUAL
3. El solicitar sistema integrado del mismo fabricante y/o marca limita la participación de nuestra representada MAQUET de procedencia sueca, la cual es una empresa líder en desarrollo tecnológico en unidad de cuidados intensivos y sala de operaciones, con diseños innovadores tal como el uso de un sistema que reemplaza el fuelle y garantiza una reinhalación de gases anestésicos hasta en 95% siendo un beneficio y ahorro para la entidad. Maquet cuenta con una plataforma abierta de monitoreo la cual está diseñada para que admita cualquier marca de monitor de signos vitales como son: NIHON KOHDEN, PHILIPS, SPACELABS, MINDRAY. Marcas reconocidas de prestigio internacional, monitores con las cuales la máquina de anestesia puede tener comunicación. Solicitamos aceptar: A01 SISTEMA INTEGRADO O MODULAR: LOS COMPONENTES REFERIDOS EN B (SISTEMAS DE: SUMINISTRO, DOSIFICACION, VENTILACION Y VAPORIZADOR) DEBEN SER DEL MISMO FABRICANTE Y/O MARCA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OTRA MARCA CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN ENTRE TALES SISTEMAS
4. Nuestra máquina de anestesia de marca MAQUET cuenta con un sistema que garantiza una concentración de 28% de oxígeno en la mezcla de oxígeno y óxido nitroso, el cual es mejor que 25 % ya que existe mayor concentración de oxígeno para evitar hipoxia en la mezcla de oxígeno y óxido nitroso. Solicitamos aceptar: B10 SISTEMA QUE GARANTICE UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 25% O 28% DE OXIGENO, EN LA MEZCLA DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO (SISTEMA DE GUARDA - HIPOXICA).
5. En la actualidad para evitar infección cruzada las máquinas de anestesia usan circuitos de paciente descartable. Solicitamos aceptar: D02 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ANESTESIA REUSABLE O DESCARTABLE: TRES (03) JUEGOS REUSABLE O CINCUENTA (50) DESCARTABLE PARA ADULTOS, TRES (03) JUEGOS REUSABLE O CINCUENTA (50) DESCARTABLE PARA PEDIATRICOS Y TRES (03) JUEGOS REUSABLES O CINCUENTA (50) DESCARTABLE PARA NEONATOS, CADA CIRCUITO ESTA CONFORMADO COMO MINIMO POR: CORRUGADOS, BOLSAS PARA VENTILACION MANUAL, CONECTOR TIPO "Y" Y CODO.
6. Debemos entender que juego reusable se hace referencia a la trampa de agua y la parte descartable seria la línea de muestra. Solicitamos cambiar de la siguiente manera: D05 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GASES (C02, N2O Y AGENTE ANESTESICO): CINCO (05) TRAMPAS DE AGUA Y CIEN (100) TUBOS DE MUESTRA.
7. Cada sistema de evacuación de gases varía según diseño de cada fabricante, nuestra máquina de anestesia cuenta con evacuación de gases tipo pasivo. Solicitamos aceptar: D15 SISTEMA DE EVACUACION DE GASES (TIPO ACTIVO O PASIVO)
8. Los equipos de fabricación 2024 tendrán un periodo de entrega de por lómenos 90 días calendario (esto incluye fabricación, importación, desaduanaje, instalación y capacitación). Solicitamos modificar de la siguiente manera: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL EQUIPO EN UN PLAZO MAXIMO DE 90 DIAS.
9. Se solicita ampliar la especificación a: B52. REGISTRADOR CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR EN PAPEL DE 50 mm DE ANCHO O UNA IMPRESORA LASER INCORPORADA O CONECTADA
10. Al parecer no colocaron en la especificación D01 los accesorios de la impresora laser: D01. VEINTE (20) ROLLOS O PAQUETES DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EL REGISTRADOR O UN MILLAR (1000) DE HOJAS BOND A4 COMO MÍNIMO
11. Solicitamos que aclaren en este punto, que no incluya a los accesorios, ya que por la cantidad y variedad de modelos pueden ser mayores a 12 meses de fabricación
12. Ampliar el plazo de entrega hasta 60 días calendarios después de la recepción de la orden de compra.

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	12				12	Informe N° D205-2024-GR-CAJ-DRS-HGJ/UFOMIEH	16/05/2024

1.No se acoge, los equipos y componentes deben ser del mismo fabricante y/o marca en el mercado existe pluralidad de postores, eso garantiza una correcta postventa y uso del equipamiento.

2. No se acoge, se solicita vaporizadores de ultima generacion controlados electricamente o electronico

3. No se acoge la consulta, los equipos y componentes deben ser del mismo fabricante y/o marca, en el mercado existe pluralidad de postores, eso garantiza una correcta postventa y uso del equipamiento.

4. Se acoge la consulta , quedando la especificacion como sigue: **B10 SISTEMA QUE GARANTICE UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DE 25% O 28% DE OXIGENO, EN LA MEZCLA DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO (SISTEMA DE GUARDA - HIPOXICA).**

5. No se acoge lo solicitado dado que la contaminacion cruzada nno es un objeto determinar el uso de circuito de pacientes.

6. Se acoge quedando de la siguiente manera: **D05 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GASES (C02, N2O Y AGENTE ANESTESICO): CINCO (05) TRAMPAS DE AGUA Y CIEN (100) TUBOS DE MUESTRA.**

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
7. Se acoge la consulta, quedando la especificacion como sigue: D15 SISTEMA DE EVACUACION DE GASES (TIPO ACTIVO O PASIVO)					
8. No se acoge lo solicitado.					
9. Se acoge la observacion quedando de la siguiente manera: B52. REGISTRADOR CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR EN PAPEL DE 50 mm DE ANCHO O UNA IMPRESORA LASER INCORPORADA O CONECTADA					
10. Se hace la aclaracion que en el caso de la imresora laser corresponde el suministro de 1000 hojas bond A4 y que para la impresora termica o registrados corresponde 20 rollos o paquete de papel termosensible.					
11. Se acoge parcialmente los accesorios deben ser no mayor a 12 meses , debido a que se busca obtener dicho insumo en la calidad de conservacion adecuada y que garantice su uso del mismo.					
12. Se acoge la observacion en Relacion a que el expediente queda en 60 dias y que por error material tambien indica 30 dias por lo que el tiempo de entrega a 60 dias.					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento			
1		4. Se acoge la consulta , quedando la especificacion como sigue: B10 SISTEMA QUE GARANTICE UNA CONCENTRACIÓN MINIMA DE 25% O 28% DE OXIGENO, EN LA MEZCLA DE OXIGENO Y OXIDO NITROSO (SISTEMA DE GUARDA - HIPOXICA).			
		6. Se acoge quedando de la siguiente manera: D05 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GASES (CO2, N2O Y AGENTE ANESTESICO): CINCO (05) TRAMPAS DE AGUA Y CIENTO (100) TUBOS DE MUESTRA.			
		7. Se acoge la consulta, quedando la especificacion como sigue: D15 SISTEMA DE EVACUACION DE GASES (TIPO ACTIVO O PASIVO)			
		9. Se acoge la observacion quedando de la siguiente manera: B52. REGISTRADOR CON CAPACIDAD PARA IMPRIMIR EN PAPEL DE 50 mm DE ANCHO O UNA IMPRESORA LASER INCORPORADA O CONECTADA			
		11. Se acoge parcialmente los accesorios deben ser no mayor a 12 meses , debido a que se busca obtener dicho insumo en la calidad de conservacion adecuada y que garantice su uso del mismo.			
		12. Se acoge la observacion en Relacion a que el expediente queda en 60 dias y que por error material tambien indica 30 dias por lo que el tiempo de entrega a 60 dias.			
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/05/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	x	NO	
SPECTRUM INGENIEROS SAC. ; FERTA MEDICA SAC; FUENTE SEACE					
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO	
mindray; draeger					
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO	x
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	x
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					