

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 052-2022-MINSA-2**

“ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS”

Siendo las 11:00 horas del 23 de marzo de 2023, se reunieron a través local de la Unidad de Adquisiciones y Programación de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del MINSA, los siguientes miembros del Comité de Selección, designados mediante Formato N° 04 “DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 067-2022-OGA/MINSA del 13 de octubre de 2022:

- Tatyana Jesús del Río Sulca, como Presidenta Suplente.
- Rocio Isabel Guevara Rimarachin, como Primer miembro titular.
- Francisco José Melchor Sánchez Pinto, como Segundo miembro titular.

I. AGENDA

Enseguida, se describe el alcance de las actividades a desarrollar, de acuerdo a las etapas de la Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA-2:

- 1.1 Admisión de ofertas.
- 1.2 Evaluación de ofertas.
- 1.3 Calificación de ofertas.
- 1.4 Otorgamiento de la Buena Pro.

II. VERIFICACIÓN DE PARTICIPANTES Y POSTORES REGISTRADOS EN EL SEACE

A continuación, de la verificación efectuada en el SEACE, se evidencia que, al procedimiento de selección en mención, habiendo concluido el 19 de marzo de 2023, el plazo para el registro de participantes, se inscribieron como tales los siguientes:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social |
|------|-------------|--|
| 1 | 10416420501 | GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL |
| 2 | 20100162238 | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. |
| 3 | 20160056062 | BELOMED S.R.L. |
| 4 | 20415716754 | ENRAF MEDICA E.I.R.L. |
| 5 | 20454256141 | MEGATECH PERU S.A.C. |
| 6 | 20516809524 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C |
| 7 | 20519063221 | PROVI NOW SCIENTIFIC S.A.C. |
| 8 | 20556662887 | ALYTECH MEDIC S.A.C. |
| 9 | 20557788841 | CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L. |
| 10 | 20600989988 | CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L. |
| 11 | 20605046127 | UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C. |

III. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL COMITÉ

Según calendario del SEACE, se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), contando solo con la oferta del siguiente postor:

| Nro. ítem | Descripción del ítem | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO -SAN BORJA- ESPECTOFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS | | | |
| 20100162238 | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | 20/03/2023 | 18:54:58 | Electronico |

El Comité de Selección, procedió a descargar del SEACE el archivo que contenía la oferta del postor, a fin de determinar si la oferta presentada cumple con presentar la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las Bases del procedimiento de selección – Documentos para admisión de la oferta, conforme lo señalado en el artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IV. ADMISION DE OFERTAS

A continuación, se verificó que la oferta visualizada cumpla con la presentación de la documentación obligatoria exigida en las Bases, para la admisión de ofertas.

Sobre el particular, se ha verificado que el postor AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A, ha efectuado la presentación de la totalidad de la documentación exigida en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases integradas; sin embargo, antes de declarar su oferta como admitida, se verificará si la información contenida en el folio 12 al 49 de su oferta (documentos técnicos y ficha técnica del bien ofertado), responden a las características y/o requisitos funcionales y/o condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases integradas.

En ese sentido, haciendo uso de las facultades previstas en el numeral 46.4 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que el comité de selección, cuando está a cargo del procedimiento de selección, puede solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, procede de acuerdo a lo indicado a continuación, con acuerdo unánime.

Por ello, mediante OFICIO N° 002-CS/AS-052-2022-2, de fecha 21 de marzo de 2023, se solicitó al Director General del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, que verifique si el bien ofertado por el postor AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A, según documentos técnico y fichas técnicas incluidas en su oferta, cumplen con las características y/o requisitos funcionales y/o condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases integradas.

En respuesta, mediante correo electrónico, de fecha 21 marzo de 2023, el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, comunica que el bien ofertado por el postor AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A, **CUMPLE** con las características y/o requisitos funcionales y/o condiciones de las Especificaciones Técnicas, solicitadas en el requerimiento de la “ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS”.

CUADRO RESUMEN DE VALIDACION DE ESPECTROFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMATICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS

Resultado de la evaluación de propuesta de la Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA – Segunda Convocatoria, remitido por personal de abastecimiento del MINSA el 21/03/23

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO: | | VALIDACIÓN | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| ESPECTROFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMATICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS MARCA: THERMOSCIENIFIC MODELO: NANO DROP ONE MICROVOLUME UV-VIS SPECTROPHOTOMETRE (ND-ONE-W) | | | | | | |
| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PROVEEDOR | CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | AÑOS DE GARANTÍA | PLAZO DE ENTREGA | CUMPLE SI/NO |
| 01 | UNIDAD | AHSECO PERU SAC | CUMPLE | 3 | 60 DIAS CALENDARIO | SI |

- **COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD (...):**
FOLIOS 016 y 017 indican: Todos los instrumentos NanoDrop aprobados por CE y UL/CSA, por lo que se considera que cumple con este punto.
- **COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO (...):**
FOLIOS: 019 adjunta Certificación de DIGEMID que sustenta que el equipo no requiere al no encontrarse sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario, por lo que se considera que cumple con este punto.
- **COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (...):**
FOLIOS 024 y 025 indican: Todos los instrumentos NanoDrop aprobados por CE, por lo que se considera que cumple con este punto
- **FORMATO 08 (...): B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08 Y B09:**

Firmado digitalmente por
MANAOSERO MORALES O Gonzalez
Carnet de Identificación FAU 220.547 al 23.10.23
Módulo: Digi en auditor del documento
Fecha: 21.03.2023 17:49:58 -05:00

FIRMA DIGITAL
Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja

Firmado digitalmente por RAMIREZ
CARNET: 019 725 1018
Módulo: Digi en auditor del documento
Fecha: 21.03.2023 19:40:55 -05:00

| | CARATERISTICA TECNICA | CUMPLE | DETALLE U OBSERVACION |
|-----|--|--------|---|
| B01 | LIMITE DE DETECCION: DE 2ng/ul (dsDNA) o MENOR. | SI | FOLIO 33 INDICA: Limite de detección - dsDNA : Pedestal: 2.0 ng / uL/ Cubeta: 0.2 ng / uL |
| B02 | CONCENTRACION MAXIMA: 15000ng/ul (dsDNA) o MAYOR. | SI | FOLIO 32 INDICA: Concentración Máxima - dsDNA: Pedestal: 27 500 ng / uL |
| B03 | FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE XENON. | SI | FOLIO 33 INDICA: Lámpara de Flash de Xenón |
| B04 | RANGO DE LONGITUD DE ONDA: DE 200 o MENOR, A 840nm O RANGO MAYOR. CON PRESICION DE +/-1nm o menor | SI | FOLIO 33 INDICA: Longitud de onda Rango 190-850nm Precisión: +/-1nm |
| B05 | TIEMPO DE MEDICION: DE 8 SEGUNDOS o MENOR. | SI | FOLIO 33 INDICA: tiempo de medición y procesamiento de datos: 8 segundos |
| B06 | PANTALLA : 1024 X 600 PÍXELES, SE ACEPTARÁN LAS PROPUESTAS QUE INCLUYAN UNA PANTALLA A UNA RESOLUCIÓN SUPERIOR O MAYOR | SI | FOLIO 33 INDICA: Pantalla en color de alta definición de 7 pulgadas y 1280 x 800 |
| B07 | CON ALMACENAMIENTO INTERNO | SI | FOLIO 33 INDICA: 32 GB de Memoria flash |
| B08 | CONECTIVIDAD: USB O ETHERNET. | SI | FOLIO 33 INDICA: Tres puertos USB-A, Ethernet, bluetooth and Wi-Fi |
| B09 | SOFTWARE DE ANALISIS: CUANTIFICACION o CONCENTRACION DE ÁCIDOS NUCLEICOS, y CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS. | SI | FOLIO 33 INDICA: Soporte de Aplicaciones Ácidos nucleicos A260, A260 / A280, A260 / A230 y ácidos nucleicos marcados; Proteína A280 y A205, Proteínas Pierce 660, Proteínas Bradford, Proteínas BCA, Proteínas Lowry, Proteínas etiquetadas, OD600, Cinética, UV-Vis y métodos personalizados. |

Cabe precisar que la admisión de la oferta presentada se describe en el **Cuadro N° 1 – Admisibilidad de las Ofertas**, el mismo que forma parte de la presente acta.

Finalmente, en resumen, de acuerdo al **Cuadro N° 1 – Admisibilidad de las Ofertas**, el postor cuya oferta fue admitida es el siguiente:

| POSTOR | RESULTADO |
|---|-----------|
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A | ADMITIDO |

V.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección procedió a determinar el puntaje, según los factores de evaluación enunciados en el capítulo IV de las bases, se obtiene el siguiente orden de prelación:

| POSTOR | MONTO OFERTADO | FACTOR DE EVALUACIÓN PRECIO | PUNTAJE OBTENIDO |
|---|----------------|---|------------------|
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A | S/ 76,994.00 | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $\frac{P_i}{O_i} = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> | 96.00 |

| POSTOR | PLAZO DE ENTREGA | OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE OBTENIDO |
|---|--------------------|---|------------------|
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A | 60 días calendario | <p>De [70]hasta [74] días calendario: [01] punto</p> <p>De [65] hasta [69] días calendario: [02] puntos</p> <p>De [61] hasta [64] días calendario: [03] puntos</p> <p>Hasta [60] días calendario: [04] puntos</p> | 4.00 |

| POSTOR | PUNTAJE DE PRECIO | PLAZO DE ENTREGA | PUNTAJE TOTAL OBTENIDO | ORDEN DE PRELACIÓN |
|---|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A | 96.00 | 4.00 | 100.00 | 1° |

VI. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

De acuerdo al numeral 75.1 del artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la evaluación de ofertas, se califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases integradas:

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Razón Social del Postor Orden de Prelación N° 1 | | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A | |
| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | Cumple | No Cumple |
| A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | X | |
| B. | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | X | |
| | B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | | |
| RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN | | CALIFICADO | |

El detalle de calificación de ofertas se puede apreciar en el **Cuadro N° 2 – Calificación de las Ofertas**, el mismo que forma parte de la presente acta.


VII. ACUERDOS

Los presentes adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

7.1 **Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA-2** al postor **AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A**, por el monto de **S/ 76,994.00 (Setenta y seis mil novecientos noventa y cuatro con 00/100 Soles)**.

7.2 Proceder a remitir el expediente de contratación a la Oficina de Abastecimiento, luego de su consentimiento.

Siendo las 14:00 horas del 23 de marzo de 2023 y no habiendo otros temas a tratar, se procedió a dar por concluida la presente Sesión, procediendo a firmar la presente Acta en señal de conformidad.




Tatyana Jesús del Río Sulca
Presidente


Rocio Isabel Guevara Rimarachin
Primer Miembro


Francisco José Melchor Sánchez Pinto
Segundo Miembro

**"ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS"****ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS**

| Nº | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | POSTORES |
|--|--|---|
| | | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A |
| Documentos de presentación obligatoria | | 1 |
| a) | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | SÍ |
| b) | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. | SÍ |
| c) | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2) | SÍ |
| d) | Declaración jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | SÍ |
| e) | COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL o AAMI o NFPA o IEC o EN o CSA o NTP 60601-1-2010, emitido por el fabricante del equipo propuesto en función a la normativa que utilice. En caso no cuenten con las certificaciones se aceptará copia de los catálogos, manuales, folletos u otros documentos del fabricante que demuestre que cuentan con las certificaciones de seguridad eléctrica, según lo indicado en el numeral 6.4 (Reglamentos Técnicos, normas metrológicas) de las Especificaciones Técnicas del capítulo III de la sección específica de las bases. | SI |
| f) | COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS, SEGÚN CORRESPONDA, vigentes a la fecha de presentación de las ofertas, expedido por la DIGEMID a nombre del postor o de terceros que describa el producto ofertado. En caso que el producto no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenido en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizada a través de la web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto o dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades que posee el producto o dispositivo, tanto sobre el producto mismo como respecto de otros productos o dispositivos, según lo indicado en el numeral 6.4 (Reglamentos Técnicos, normas metrológicas) de las Especificaciones Técnicas del capítulo III de la sección específica de las Bases. | SÍ |
| g) | COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) para el equipo, el cual deberá estar emitido por la Autoridad o Entidad competente o Documento de Fabricante que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad específicas al tipo de equipamiento médico: Certificado CE de la Comunidad Europea o Norma ISO vigente o FDA o equivalente, según lo indicado en el numeral 6.4 (Reglamentos Técnicos, normas metrológicas) de las Especificaciones Técnicas del capítulo III de la sección específica de las bases. | SÍ |
| h) | FORMATO 08 "Hoja de presentación del equipo/sustento de cumplimiento de características técnicas", complementando a través de copia de catálogos ilustrativos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, data sheets y/o brochures del fabricante y/o dueño de la marca, según lo indicado en el numeral 6.4 (Reglamentos Técnicos, normas metrológicas) de las especificaciones técnicas del capítulo III de la sección específica de las Bases. Tener presente que las características y/o requisitos a ser acreditados son los siguientes: B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08 y B09, y que, para el caso de las características técnicas que no se encuentren en los manuales, folletos, brochures, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá una carta del fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características. | SÍ |
| i) | Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | SÍ |
| j) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | NO APLICA |
| k) | El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. | SÍ |
| | | S/ 76,994.00 |
| ESTADO | | ADMITIDA |


Tatyana Jesús del Río Sulca
Presidente
Rocío Isabel Guevara Rimarachin
Primer Miembro
Francisco José Melchor Sánchez Pinto
Segundo Miembro



PERÚ

Ministerio
de Salud

CUADRO N° 02

Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA-2


0778


"ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS"

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

| | | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----------------------------|---|--|
| | | 1° |
| ÍTEM | DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A |
| A | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 160,000.00 (Ciento sesenta mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 12,500.00 (Doce mil quinientos con 00/100 Soles, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. | CUMPLE: Ver HOJA DE TRABAJO N° 1 |
| B | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | |
| B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Requisitos: PERSONAL CLAVE 1: PROFESIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Dos (02) años de experiencia laboral en mantenimiento y/o reparación, de equipos iguales y/o Equipos de Laboratorio en General. PERSONAL CLAVE 2: PROFESIONAL PARA LA CAPACITACIÓN Dos (2) años de experiencia laboral en manejo y uso de los equipos de EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL. Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. | CUMPLE: Presenta documentos que acredita lo solicitado. Folio 94 al 102 |
| CALIFICADO / DESCALIFICADO | | CALIFICADO |


Tatyana Jesús del Río Sulca
Presidente


Rocio Isabel Guevara Rimarachin
Primer Miembro


Francisco José Melchor Sánchez Pinto
Segundo Miembro



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOJA DE TRABAJO N° 1

Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA-2

"ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

POSTOR: AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A

| N° | CLIENTE | CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO/ FACTURA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE DEL DOCUMENTO (S/) | CANCELACIÓN Y/O CONFORMIDAD | FECHA DE LA CONFORMIDAD O DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DEL DOCUMENTO | FOLIOS | IMPORTE ACREDITADO FINAL (S/) | OBSERVACIÓN |
|----|--|---|---|-------------------------------|--|---|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C | FACTURA N° 001- 0051457 | ESPECTOFOTÓMETRO UV VISIBLE | S/ 18,880.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 16/12/2016 | 57 al 59 | S/ 18,880.00 | Cumple |
| 2 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A | FACTURA N° 001- 0053891 | ESPECTOFOTÓMETRO UV/VIS DE MICROPLACAS | \$11,796.46 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 7/11/2017 | 60 al 62 | \$11,796.46 | No cumple Según estado de cuenta, no se logra evidenciar montos concordantes con el monto facturado. |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0001462 | ESPECTOFOTÓMETRO UV/VIS | S/ 55,393.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DE LA FACTURA PAGADA | 2/08/2018 | 63 al 64 | S/ 55,393.00 | Cumple |
| 4 | CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0001710 | ESPECTOFOTÓMETRO | S/ 27,418.43 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DE LA FACTURA PAGADA | 5/09/2018 | 65 al 66 | S/ 27,418.43 | Cumple |
| 5 | UNIV. NAC. DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0002754 | TURBIDIMETRO, ESPECTOFOTÓMETRO Y HOLDERS | S/ 52,000.00 | PRESENTAN DEPÓSITO DE CHEQUE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 21/01/2019 | 67 al 69 | S/ 52,000.00 | No cumple Según comprobante de retención, no se logra evidenciar montos concordantes con el monto facturado. |
| 6 | M.P. MUNIC. DE A.P Y A. SAN MARTÍN S.A | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0002847 | ESPECTOFOTÓMETRO UV/VIS | S/ 32,140.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DE LA FACTURA PAGADA | 7/02/2019 | 70 al 71 | S/ 32,140.00 | Cumple |
| 7 | AUSTRAL GROUP SAA | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0002945 | ESPECTOFOTOMETRO | S/ 33,842.40 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 20/02/2019 | 72 al 74 | S/ 33,842.40 | Cumple |
| 8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0003500 | ESPECTOFOTÓMETRO UV VIS | S/ 387,753.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 16/05/2019 | 75 al 77 | S/ 387,753.00 | Cumple |
| 9 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0004731 | ESPECTOFOTOMETRO AQUAMATE | S/ 88,500.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 5/12/2019 | 78 al 81 | S/ 88,500.00 | Cumple |
| 10 | UNIVERSIDAD CIENFICA DEL SUR S.A.C | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0007368 | ESPECTOFOTOMETRO | S/ 57,725.60 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 11/03/2021 | 82 al 84 | S/ 57,725.60 | Cumple |
| 11 | CONSORCIO HOSPITALARIO DEL CENTRO | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0007730 | ESPECTOFOTOMETRO | S/ 42,782.26 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DE LA FACTURA PAGADA | 14/05/2021 | 85 al 86 | S/ 42,782.26 | Cumple |
| 12 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0008188 | ESPECTOFOTOMETRO | S/ 64,454.02 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 12/08/2021 | 87 al 89 | S/ 64,454.02 | No cumple Según estado de cuenta, no se logra evidenciar montos concordantes con el monto facturado. |
| 13 | UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN HUANUCO | FACTURA ELECTRÓNICA N° F001-0010373 | ESPECTOFOTOMETRO DE MICROVOLUMENES | S/ 72,500.00 | PRESENTA: ESTADO DE CUENTA CORRIENTE Y COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA FACTURA PAGADA | 20/09/2022 | 90 al 92 | S/ 72,500.00 | Cumple |
| | | | | | | | | S/ 816,934.69 | |

Tatyana Jesús del Río Sulca
Presidente

Rocio Isabel Guevara Rimarachin
Primer Miembro

Francisco José Melchor Sánchez Pinto
Segundo Miembro

CUADRO RESUMEN DE VALIDACION DE ESPECTROFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMATICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS

Resultado de la evaluación de propuesta de la Adjudicación Simplificada N° 052-2022-MINSA – Segunda Convocatoria, remitido por personal de abastecimiento del MINSA el 21/03/23

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO: | | VALIDACIÓN | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| ESPECTROFOTOMETRO DE BARRIDO AUTOMATICO PARA ADN, ARN Y PROTEINAS MARCA: THERMOSCIENTIFIC MODELO: NANO DROP ONE MICROVOLUME UV-VIS SPECTROPHOTOMETRE (ND-ONE-W) | | | | | | |
| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | PROVEEDOR | CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO | AÑOS DE GARANTÍA | PLAZO DE ENTREGA | CUMPLE SI/NO |
| 01 | UNIDAD | AHSECO PERU SAC | CUMPLE | 3 | 60 DIAS CALENDARIO | SI |

- **COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD (...):**
FOLIOS 016 y 017 indican: Todos los instrumentos NanoDrop aprobados por CE y UL/CSA, por lo que se considera que cumple con este punto.
- **COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO (...):**
FOLIOS: 019 adjunta Certificación de DIGEMID que sustenta que el equipo no requiere al no encontrarse sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario, por lo que se considera que cumple con este punto.
- **COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (...):**
FOLIOS 024 y 025 indican: Todos los instrumentos NanoDrop aprobados por CE, por lo que se considera que cumple con este punto
- **FORMATO 08 (...) B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08 Y B09:**

| | CARATERISTICA TECNICA | CUMPLE | DETALLE U OBSERVACION |
|-----|---|-----------|--|
| B01 | LIMITE DE DETECCION: DE 2ng/ul (dsDNA) o MENOR. | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Limite de detección - dsDNA : Pedestal: 2.0 ng / uL // Cubeta: 0.2 ng / uL |
| B02 | CONCENTRACION MAXIMA: 15000ng/ul (dsDNA) o MAYOR. | SI | <u>FOLIO 32</u> INDICA: Concentración Máxima - dsDNA: Pedestal: 27 500 ng / uL |
| B03 | FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE XENON. | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Lámpara de Flash de Xenón |
| B04 | RANGO DE LONGITUD DE ONDA: DE 200 o MENOR, A 840nm O RANGO MAYOR. CON PRESICION DE +/-1nm o menor | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Longitud de onda Rango 190-850nm Precisión: +/-1nm |
| B05 | TIEMPO DE MEDICION: DE 8 SEGUNDOS o MENOR. | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: tiempo de medición y procesamiento de datos: 8 segundos |
| B06 | PANTALLA : 1024 X 600 PÍXELES, SE ACEPTARÁN LAS PROPUESTAS QUE INCLUYAN UNA PANTALLA A UNA RESOLUCIÓN SUPERIOR O MAYOR | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Pantalla en color de alta definición de 7 pulgadas y 1280 x 800 |
| B07 | CON ALMACENAMIENTO INTERNO | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: 32 GB de Memoria flash |
| B08 | CONECTIVIDAD: USB O ETHERNET. | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Tres puertos USB-A, Ethernet, bluetooth and WI-FI |
| B09 | SOFTWARE DE ANALISIS: CUANTIFICACION o CONCENTRACION DE ÁCIDOS NUCLEICOS, y CUANTIFICACIÓN DE PROTEINAS. | SI | <u>FOLIO 33</u> INDICA: Soporte de Aplicaciones Ácidos nucleicos A260, A260 / A280, A260 / A230 y ácidos nucleicos marcados; Proteína A280 y A205, Proteínas Pierce 660, Proteínas Bradford, Proteínas BCA, Proteínas Lowry, Proteínas etiquetadas, OD600, Cinética, UV-Vis y métodos personalizados. |