

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-2023-RSSCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS HOSPITALÁRIOS, PARA LA OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO".

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:10:18

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

B11 PUERTO DE COMUNICACION RS232 O 485 O USB

SRES DEL COMITE ESTE PUERTO ES EL QUE SE UTILIZA PARA CONECTARSE DESDE UNA PC O EL QUE SE UBICA EN EL TABLERO ELECTRICO

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 7.2      **Literal:** B      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En Coordinacion con el Area Usuaría, y luego de leer y analizar la consulta formulada, se aclara que el puerto de comunicación RS232 O 485 O USB, es el que se utiliza para conectar una PC y debe estar ubicado en el panel de mando, para facil acceso.hace constar en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se utiliza para conectar una PC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-2023-RSSCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS HOSPITALÁRIOS, PARA LA OBRA.  
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO  
LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO".

Ruc/código :	20503919908	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	ESTERILIZA SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:10:18

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
B22 PUERTA DE MECANISMO MANUAL O AUTOMATICO DE CIERRE DE PUERTA B24 EMPAQUETADURA DE PUERTA DE SILICONA RESISTENTE AL CALOR  
SRES DEL COMITE LA PUERTA DEBE SER HORIZONTAL O VERTICAL

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 7.2      **Literal:** B      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
En Coordinacion con el Area Usuaría y luego de leer y analizar la consulta formulada, se aclara que la puerta con mecanismo manual o automatico de cierre de puerta, empaquetadura de puerta de silicona resistente al calor sera de deslizamiento horizontal, hace constar en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Puerta de deslizamiento Horizontal