

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPICO UHD PARA LOS PACIENTES ENDOUROLOGICOS Y LAPAROSCOPICOS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - SERVICIO DE UROLOGIA

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 04/09/2023

Hora de envío : 17:56:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

5.2 Del equipo requerido

Deberá contar con:

Kit para cirugía laparoscópica

Se solicita al Comité de evaluación para lograr un efecto ideal en el acto quirúrgico el material debe estar en condiciones óptimas. Esto se consigue empleando material completamente nuevo y estéril para cada cirugía de igual manera es posible disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Por lo antes expuesto solicitamos ampliar a un kit con materiales descartables.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 artículo 2 incisos a) b) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que los Kit de Urología son reusables como su nombre lo indica, tiene un procedimiento de limpieza y esterilización con estándares que manda la norma; siendo que el costo para la institución por volúmenes del paciente es menor comparado al uso descartable. Por lo expuesto no se acoge a la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null