

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice nivel acústico de 51.7 dB, Los equipos de 50dB son equipos que generan ,mucho ruido las nuevas tecnologías nos proporcionan equipos de con menor ruido por lo que se solicita amablemente al comité evaluador aceptar lo siguiente: nivel acústico de 45 dB o menor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 literal e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que el Nivel Acustico MAXIMO es de 51.7 Db por lo que si puede ser de menor nivel acustico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA EN LA Especificacion tecnica: NIVEL ACUSTICO MAXIMO: 51.7 dB

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: "Dimensiones aproximadas: 460X850 de alto X 420mm" Por lo que se solicita amablemente al comité evaluador aceptar lo siguiente: Medidas de acuerdo a cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que las Dimensiones del equipo son aproximadas y toman como referencia a esas medidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: "Cuna pediátrica eléctrica", movimientos accionados por 3 actuadores eléctricos, permite movimientos de espaldar, pies, cambio de altura y autocontorno, sistema de tres motores sellados contra agua y polvo, Posiciones: Flexión Espalda 70°, Flexión piernas 40° Altura MIn 52c Max 82cm Autocontorno. Dimensiones externas, Largo 170cm Ancho 83cm. Describe un equipo muy específico y no prioriza la efectiva satisfacción de los fines público. Por lo que se solicita amablemente al comité evaluador aceptar lo siguiente: Cabecera y piecera: Construida de tubo cuadrado de 1 ½¿ en calibre 20, el panel de la cabecera y piecera en forma de barrotes. Pintura horneada. ¿ Barandales: Deslizables de tubos en la parte superior e inferior. Con separadores sujetos unidos a la estructura y tope inferior de hule macizo. ¿ Medidas 1.50 metros x 70 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 Literal f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que la cuna pediátrica electrica se encuentra en stock en el mercado. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: "Cama Clínica eléctrica, todas las funciones al alcance de un control remoto." Por lo que se solicita amablemente al comité evaluador aceptar lo siguiente: Cama clínica con manivelas para tener mayor pluralidad de ofertas tanto por el tiempo de entrega y por la función propia del producto, que tendría los mismos movimientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 Literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION. , El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que la cama clinica electrica se encuentra en stock en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: "Varilla porta suero telescópico, barandas de aluminio de riel abatibles y control inalámbrico remoto." Por lo que se solicita amablemente al comité evaluador aceptar lo siguiente: "Varilla porta suero telescópico, barandas de aluminio de riel abatibles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 6 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 Literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION., El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que la cama clinica electrica se esta incluyendo la varilla porta suero telescopico y el control remoto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENFERMERIA TECNICA PARA LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, AREQUIPA¿, CUI 2337917

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	19:34:52

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 20 (VEINTE) DÍAS CALENDARIOS. Solicitamos al comité de selección aceptar: plazo de 45 (VEINTE) DÍAS CALENDARIOS, por la cantidad de ítems a entregar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 literal e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Es correcto que los ciclos de entrega por algunos equipos por importacion sean mayores,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el plazo de ENTREGA SERÁ DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIOS)