

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 12:21:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A04 QUE PERMITA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS EXTERNOS, VENTILADOR COMO MÍNIMO OPCIONALMENTE CON MÁQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS.

Solicitamos al comité especial considerar que la conectividad con otros equipos o dispositivos externos sea con ventilador y/o maquina de anestesia y/o analizadores de gases sanguíneos; con la finalidad de ampliar la opción de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXOS **Literal:** A04 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ESTÁN HOMOLOGADAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN ¿ IETSI, Y SON REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL USUARIO, POR LO TANTO, NO ES PROCEDENTE ATENDER LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20100262291

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C

Hora de envío : 17:40:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ÍTEM N ° 1 - MONITOR FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS S/ 140,000.00

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: PARA EL ÍTEM N ° 1: SE CONSIDERA EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL

TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS SON EQUIPOS DE MONITOREO

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR COMO BIENES SIMILARES A EQUIPOS DE MONITOREO YA QUE TIENEN LA MISMA FUNCIONALIDAD

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL REQUERIMIENTO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ES UN REQUERIMIENTO MINIMO DEL USUARIO, Y CONSIDERA EXPERIENCIA EN VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL CON EL FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE LA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES POSIBLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20501645517

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Hora de envío : 17:59:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita amablemente al comité de selección en informarnos, que según el ANEXO III, indican que se realizara 5 horas de capacitación en servicio técnico y 5 horas de capacitación al personal usuario, pero no se detalla cuantos días se llevará a cabo ello, favor de indicarnos si las horas señaladas será repartida con los días que nos indicaran.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: ANEXO III

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TANTO PARA LA CAPACITACIÓN TÉCNICA COMO LA CAPACITACIÓN PARA EL USUARIO SE DEBEN CUMPLIR COMO MÍNIMO 5 HORAS CRONOLÓGICAS PUDIENDO ESTAS SER DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS DÍAS SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20501645517

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Hora de envío : 17:59:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

INSTALACIÓN DEL EQUIPO

se solicita amablemente al comité de selección, en poder informarnos en que áreas serán instalados los monitores de signos vitales o será en una sola área médica. Favor de indicarnos.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 5.5.2

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS SERÁN INSTALADOS EN EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20160340534

Nombre o Razón social : MASTER MEDIC S.A.

Fecha de envío : 11/09/2023

Hora de envío : 18:09:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

5.2.3 FECHA DE FABRICACION DE LOS EQUIPOS

AMPARADOS EN EL PRINCIPIO QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DE ¿LIBERTAD DE CONCURRENCIA¿ PERMITIENDO ASI LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES:

¿ACEPTARA EL COMITÉ EQUIPOS CON FECHA DE FABRICACION CON 30 MESES O MAS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 5.2

Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PLAZO DE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS ESTABLECIDO EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO - NUMERAL 5.11 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN, ES UN REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL USUARIO, ASIMISMO, EL CITADO PLAZO FUE ESTABLECIDO Y CONFIRMADO EN LA INDAGACIÓN DE MERCADO PREVIO A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEMOSTRANDO PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLÍAN CON EL MENCIONADO REQUISITO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-63-2022-ESSALUD/CEABE.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS CORRESPONDIENTES A LA INVERSION DE OPTIMIZACION DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, RESECTOSCOPIO, EQUIPO ECOGRAFO Y LITOTRIPTOR ULTRASONICO ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN- LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI N 2535537, DERIVADA DEL DESIERTO AS N 63-2022-ESSALUD/CEABE-1. 1ITEM: MONITOR DE FUNCIONES VITALES 05 PARAMETROS

Ruc/código : 20604687137

Fecha de envío : 11/09/2023

Nombre o Razón social : DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.

Hora de envío : 23:47:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

A04 QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS EXTERNOS: VENTILADOR COMO MÍNIMO, OPCIONALMENTE CON MAQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS.

Observamos esta característica debido a que limita la participación de otras marcas, no permitiendo la pluralidad de postores y la libre concurrencia.

Solicitamos al comité para una mayor pluralidad de postores y según Ley de Contrataciones con el Estado dicha especificación como opcional y sea de la siguiente manera

A04 QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD CON OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS EXTERNOS: VENTILADOR COMO MÍNIMO, OPCIONALMENTE CON MAQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS. (OPCIONAL)

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2

Literal: A04

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ESTÁN HOMOLOGADAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN ¿ IETSI, Y SON REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL USUARIO, POR LO TANTO, NO ES PROCEDENTE ATENDER LO SOLICITADO.

ASIMISMO, SE ACLARA QUE EN EL PUNTO A04, SE SOLICITA QUE EL EQUIPO PERMITA LA CONECTIVIDAD CON MAQUINA DE ANESTESIA Y/O ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS DE MANERA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null