

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN
Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNJ/OEC-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA MEDICA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA MEDIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	22:23:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA, Solicitamos al Comité de Selección considerar un plazo de entrega de 60 días como mínimo, teniendo en cuenta que se trata de un paquete de varios equipos de distinto fabricante, que deben ser importados. Caso contrario, el mantener un plazo de 30 días limitaría la participación de postores restringiendo la postulación solo de aquella empresa que disponga de los equipos almacenados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** A **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC teniendo en cuenta lo indicado por el área usuaria quien según el Art. 29 del RLCE es la responsable de elaborar el requerimiento que contiene las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, precisa que se acepta ampliar el plazo de entrega de los equipo a 60 días calendarios, teniendo en cuenta que para la entrega de los bienes será: 55 días calendarios y para la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos: 05 días calendarios después de la entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la pág. 15 de las bases integradas en el punto 1.9 Plazo de entrega: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

- Plazo para la entrega del bien: 55 días calendarios.
- Plazo para instalación y puesta en funcionamiento de los bienes: 5 días calendarios después de la entrega.

En la pág. 25 de las bases integradas en el punto XI. Plazo de entrega de las EETT

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-22-2023-UNJ/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA MEDICA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA MEDIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN

Ruc/código : 20438551825

Fecha de envío : 16/07/2024

Nombre o Razón social : CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.

Hora de envío : 22:32:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO PENTA OCULAR, Solicitamos amablemente al Comité de Selección aclarar cuantos observadores en simultaneo tiene el microscopio solicitado ? Podemos entender que al hablar de un microscopio penta ocular , se refiere a un microscopio con un cabezal principal y cuatro cabezales secundarios, es decir para cinco observadores en simultaneo. Por que se menciona nueve cabezales basculantes, cuatro puentes de doble cabezal ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC teniendo en cuenta lo indicado por el área usuaria quien según el Art. 29 del RLCE es la responsable de elaborar el requerimiento que contiene las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, precisa que el microscopio tiene 9 observadores en simultaneo más el docente en el cabezal principal, sumando un total de 10 observadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null