

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 13:35:50

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

C04 CORTE PULSADO (PURO/MEZCLA): 200W

Solicitamos al comité técnico especializado ampliar la especificación para garantizar la pluralidad de postores.

C04 CORTE PULSADO (PURO/MEZCLA): 100W

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de Ginecología y Urología se utilizan potencias de CORTE PULSADO mayores a 120W

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge parcialmente la consulta. debiendo de modificar las bases integradas : C04 CORTE PULSADO ( PURO MEZCLA) 120 A 200 WATT.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	13:35:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

C12 COAGULACIPON PULSADA SPRAY: 200W  
Solicitamos al comité técnico especializado ampliar la especificación para garantizar la pluralidad de postores.  
C12 COAGULACIPON PULSADA SPRAY: 100W

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de Ginecología y Urología se utilizan potencias de COAGULACIÓN PULSADA SPRAY mayores a 100W con rangos de hasta 180W. Por ello se solicita dichas potencias para que el uso del equipo no sea limitado a ciertas operaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta debiendo de ceñirse a las bases iniciales

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	13:35:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONDICIONES GENERALES DE LA ADQUISICIÓN

En base a las especificaciones técnicas brindadas la entidad solicita Manuales de Servicio Técnico, con información detallada de: Diagrama de bloques, esquema de circuitos electrónicos, esquemas de partes mecánicas, funcionamiento y calibración. Además, solicitan incluir una lista y catálogos de piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con código del fabricante y catálogos ilustrativos.

Ante la complejidad de la solicitud, solicitamos cordialmente, que el manual de Servicio técnico sea OPCIONAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los manuales de Servicio son indispensables para el conocimiento técnico del personal profesional que labora en la Institución, además del manual de usuario correspondiente para los profesionales de la salud que manipulan el equipo biomédica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá de ceñirse a las bases iniciales

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 13:35:50

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN**

El plazo de entrega establecido por la entidad es de 15 días, se solicita amablemente al comité poder considerar un plazo mayor de entrega, teniendo en cuenta el tiempo de transporte desde su país de fabricación, el desaduanaje, tiempo de almacenaje, tiempo de distribución, en su centro de salud, es por ello por lo que sugerimos en poder considerar lo siguiente:

**PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO**

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** I

**Literal:** 1.9

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la indagación de mercado efectuado, existe la pluralidad de postores que ofertan en el plazo establecido en las bases iniciales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Debe ceñirse alas bases Iniciales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 13:35:50

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225 aprobadas con Resolución de Presidencia N.° 210-2022-OSCE/PRE, se encuentran vigentes a partir del 28 de octubre de 2022. Por lo que, se advierte que el comité de selección ha realizado el uso de bases estándar que no se encuentran vigentes al momento de la convocatoria, tal y como se evidencia en las bases publicadas.

Un ejemplo de ello es el Anexo 1 del folio 57, donde se solicitan 5 tipos de responsabilidades, de acuerdo con la nueva directiva son 06 responsabilidades.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** -                    **Literal:** -                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al Análís efectuado por el OEC las bases serán actualizadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge la observación, se modificará en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:24:13

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

PLACA NEUTRO 150 X 250MM, GOMA, CABLE 4M, REUTILIZABLE

Solicitamos al comite tecnico especializado evaluar si es necesario la adquisicion de la Placa neutra reusable, ya que estan solicitando Placa de Retorno descartable, que brida una mayor seguridad por contener un gel adhesivo a diferencia de la placa reusable que no lo tiene.

20 PLACA DE RETORNO BIPOLAR DESECHABLE PARA ADULTO CON CABLE REM DE 3M

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

de acuerdo al análisis efectuado se acoge parcialmente la consulta Se acoge Se requieren 20 PLACAS DE RETORNO BIPOLAR DESECHABLE PARA ADULTO CON CABLE REM DE 3 Metros a mas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificara las bases integradas G02 - 20 PLACAS DE RETORNO BIPOLAR DESECHABLE PARA ADULTO CON CABLE REM DE 3 METROS A MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:24:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CINTA DE FIJACION PARA PLACA NEUTRA DE 1500MM

Solicitamos al comite tecnico especializado evaluar si es necesario la adquisicion de la Cinta de fijacion para placa neutra, ya que la Placa de Retorno descartable, no requiere el uso de esta cinta para su funcionamiento.

Siendo un articulo innecesario para el uso de la placa de retorno descartable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Análís efectuado por el OEC la cinta de fijación se puede utilizar en placas descartables o reusables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá de ceñirse a las bases iniciales G 10 UNO (01) CINTA DE FIJACION PARA PLACA NEUTRA DE 1500MM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 23:55:36

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

A01 MODO GENERAL: PERMITE PRESTACION DE PLENA POTENCIA PARA CIRUGIAS PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA ABIERTA, LAPAROSCOPICA O MINIMAMENTE INVASIVAS Y CIRUGIA ENDOSCOPICA. Se entiende por modo general que se entregara un equipo apto que permita plena modos operativos PARA CIRUGIAS o PROCEDIMIENTOS DE CIRUGIA ABIERTA, LAPAROSCOPICA O MINIMAMENTE INVASIVAS Y CIRUGIA ENDOSCOPICA. Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: CAP III

**Literal:** 3.1

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma su apreciación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Deberá de ceñirse a la base inicial.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

A02 MODO FLUIDOS: PERMITE UNA ENTREGA INMEDIATA DE ENERGIA PARA PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO EN MEDIOS FLUIDOS (SALINE URO-GYN CUT/SALINE ARTHRO CUT). Se entiende por modos fluidos que se entregara un equipo que permita una entrega de energia PARA PROCEDIMIENTOS especializados EN MEDIOS FLUIDOS con solucion salina en especialidades como: ginecologia, urologia y ortopedia. Estamos en lo correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá de ceñirse a las bases iniciales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 21/09/2023

Hora de envío : 23:55:36

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

A03 MODO LAPAROSCOPICO: PERMITE UNA OPTIMA SEGURIDAD, GRACIAS A LA REGULACION DEL CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA, QUE MONITORIZA PERMANENTEMENTE LOS MICROPROCESADORES INTERNOS Y LO REALIZAN EN SEGUNDO PLANO SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD DEL USUARIO (SE EMITE UNA ALARMA ACUSTICA Y OPTICA, ADEMAS DE DISMINUIR LA POTENCIA DE SALIDA AUTOMATICAMENTE HASTA CERO, PARA EVITAR QUEMADURAS EN EL PACIENTE). Equipo cuenta con modo operativo laparoscopico que permite una regulación de potencia especifica para cirugía endoscópicas regulada según estándares de seguridad internacional y estudios del fabricante, por lo que colocar las especificaciones exactas como lo realiza el equipo segun lo solicitado es cerrar las especificaciones con una marca en particular, lo que irian contra la ley de contrataciones del estado. Por ello para mayor plurabilidad y participacion de postores, sugerimos porfavor aceptar: MODO LAPAROSCOPICO: PERMITE UNA OPTIMA SEGURIDAD, GRACIAS A LA REGULACION DEL CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA, QUE MONITORIZA PERMANENTEMENTE LOS MICROPROCESADORES INTERNOS Y LO REALIZAN EN SEGUNDO PLANO SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD DEL USUARIO (SE EMITE UNA ALARMA ACUSTICA Y ÓPTICA, ADEMAS DE DISMINUIR LA POTENCIA DE SALIDA AUTOMATICAMENTE HASTA CERO, PARA EVITAR QUEMADURAS EN EL PACIENTE) O MODO LAPAROSCOPICO REGULACIONES SEGÚN FABRICANTE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: CAP III

**Literal:** 3.1

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al anlisis efectuado y para una mayor participacion de potenciales postores se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara en las bases integradas: A03 MODO LAPAROSCOPICO: PERMITE UNA OPTIMA SEGURIDAD, GRACIAS A LA REGULACION DEL CONTROL DE POTENCIA DE SALIDA, QUE MONITORIZA PERMANENTEMENTE LOS MICROPROCESADORES INTERNOS Y LO REALIZAN EN SEGUNDO PLANO SIN AFECTAR LA ACTIVIDAD DEL USUARIO (SE EMITE UNA ALARMA ACUSTICA Y OPTICA, ADEMAS DE DISMINUIR LA POTENCIA DE SALIDA AUTOMATICAMENTE HASTA CERO, PARA EVITAR QUEMADURAS EN EL PACIENTE) y/o MODO LAPAROSCOPICO REGULACIONES SEGÚN FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 23:55:36

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

A05 CON DOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL: SISTEMA ADC Y SISTEMA APC Equipo cuenta con modo de AUTOSTART, que permite el que el equipo arranque automáticamente con la activación por contacto con el tejido. Por lo que para mayor pluralidad y participacion de postores sugerimos: A05 CON DOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL: SISTEMA ADC Y SISTEMA APC O MODO DE ARRANQUE AUTOMATICO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el mercado nacional existe una diversidad de marcas con las características de autostat por tal motivo no se acogen la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ceñirse alas bases iniciales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A06 MODO CORTE PURO: SIN EFECTO COAGULANTE. Cada fabricante puede utilizar nombres diferentes para distinguir sus productos en el mercado. En el caso de MODO CORTE PURO: SIN EFECTO COAGULANTE, en nuestra ofertada se llama Estándar. Es importante tener en cuenta que estos nombres comerciales pueden variar entre fabricantes, pero en esencia se refieren al mismo tipo de corte solicitado. Por ello solicitamos al comité para la mayor participación y pluralidad de postores considerar: MODO CORTE PURO O ESTANDAR: SIN EFECTO COAGULANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis efectuado se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mordicará en las bases integradas A06 MODO CORTE PURO O ESTANDAR: SIN EFECTO COAGULANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A07 MODO CORTE MEZCLA I: CON EFECTO COAGULANTE SUAVE. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE MEZCLA I: CON EFECTO COAGULANTE SUAVE O Seco

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al Análís efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará las bases integradas MODO CORTE MEZCLA I: CON EFECTO COAGULANTE SUAVE O Seco

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

A08 MODO CORTE MEZCLA II: CON EFECTO COAGULANTE MUY INTENSO. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE MEZCLA II: CON EFECTO COAGULANTE MUY INTENSO O Argón

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificaá en las bases integradas MODO CORTE MEZCLA II: CON EFECTO COAGULANTE MUY INTENSO O Argón

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

A09 MODO CORTE PULSADO: PURO Y MEZCLA. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE PULSADO: PURO Y MEZCLA O Laparoscopia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis efectuado se acoge las consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificaá las bases integradas MODO CORTE PULSADO: PURO Y MEZCLA O Laparoscopia

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A10 MODO MICRO CORTE: PURO Y MEZCLA. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO MICRO CORTE: PURO Y MEZCLA O MICRO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisi efectuado se coge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas MODO MICRO CORTE: PURO Y MEZCLA O MICRO



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A11 MODO CORTE PAPILO: CONTINUO O PULSADO SIN EFECTO COAGULANTE Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE PAPILO: CONTINUO O PULSADO SIN EFECTO COAGULANTE O CORTE PARA papilotomía

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas : A11 MODO CORTE PAPILO: CONTINUO O PULSADO SIN EFECTO COAGULANTE O CORTE PARA papilotomía.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:55:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

A12 CUATRO (4) MODALIDADES DE ADMINISTRACION: CONTINUA O PULSADA CON MODULACION LENTA, INTERMEDIA, RAPIDA Y POLIPO. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: CUATRO (4) MODALIDADES DE ADMINISTRACION: CONTINUA O PULSADA CON MODULACION LENTA, INTERMEDIA, RAPIDA Y POLIPO O alternativa, CONSTANTE Y sinusoidal

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las bases integradas A12 CUATRO (4) MODALIDADES DE ADMINISTRACION: CONTINUA O PULSADA CON MODULACION LENTA, INTERMEDIA, RAPIDA Y POLIPO O alternativa, CONSTANTE Y sinusoidal :

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 23:57:35

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

A13 MODO COAGULACION FORZADA: CON CHISPAS DE CONTACTO. Contamos con varios tipos de coagulación forzada de contacto Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO COAGULACION FORZADA: CON CHISPAS DE CONTACTO o MODO COAGULACION FORZADAde pulso modulada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis efectuado se acoge la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará las bases integradas : A13 MODO COAGULACION FORZADA: CON CHISPAS DE CONTACTO o MODO COAGULACION FORZADAde pulso modulada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A15 MODO COAGULACION PULSADO: ADMINISTRACION MAS DELICADA. Equipo cuenta con modos para coagulación de pulso modulada por Argon, considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO COAGULACION PULSADO: ADMINISTRACION MAS DELICADA o Argón

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis efectuado se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará las bases integradas : A15 MODO COAGULACION PULSADO: ADMINISTRACION MAS DELICADA o Argón

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

A16 MODO COAGULACIN PIN POINT: CON CHISPAS SUPERFICIALES INTERMEDIAS. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO COAGULACION PIN POINT: CON CHISPAS SUPERFICIALES INTERMEDIAS o Forzado mixto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo al analisis efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica´ra las bases integradas : A16 MODO COAGULACION PIN POINT: CON CHISPAS SUPERFICIALES INTERMEDIAS o Forzado mixto

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:57:35

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

A17 MODO MICRO COAGULACION SUAVE: CON CHISPAS MUY BAJAS. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO MICRO COAGULACION SUAVE: CON CHISPAS MUY BAJAS o para cirugias cardiacas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará las bases integradas : A17 MODO MICRO COAGULACION SUAVE: CON CHISPAS MUY BAJAS o para cirugías cardiacas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 23:57:35

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

A18 MODO BICORTE ESTANDAR: CORTE SECO Y HUMEDO. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO MICRO COAGULACION SUAVE: MODO BICORTE ESTANDAR: CORTE SECO Y HUMEDO o Moderada

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al analisis efectuado se acoge la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará las bases integradas : A18 MODO MICRO COAGULACION SUAVE: MODO BICORTE ESTANDAR: CORTE SECO Y HUMEDO o Moderada

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:57:58

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

A19 MODO BICORTE MEZCLA: CORTE CON COAGULACION INTENSA AL 95%. Equipo cuenta con Hasta 9 efectos / mezclas por modo lo que brinda una mayor personalizacion al momento de configurar el equipo. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO BICORTE MEZCLA: CORTE CON COAGULACION INTENSA AL 95%. o Moderada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al analisis efectuado se acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara las bases integradas : A19 MODO BICORTE MEZCLA: CORTE CON COAGULACION INTENSA AL 95%. o Moderada



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 23:58:52

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

A20 MODO CORTE SALINO I: CORTE ENDOSCOPICO EN SOLUCION SALINA PARA URO-GINECO. Equipo cuenta corte y coagulación monopolar y bipolar con solucion salina en cirugía de urología, ginecología y ortopedia. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE SALINO I: CORTE ENDOSCOPICO EN SOLUCION SALINA PARA URO-GINECO o MODO DE RESECCION MONOPOLAR Y BIPOLAR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP III

**Literal:** 3.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para los diferentes procedimientos realizados en las especialidades de Uro, Gineco y Ortopedía. La impedencia de las estructuras son diferentes y dichas características funcionales del aqipo brindan un mayor control de la intesidad de la energía necesarias para su correcto rabajo. por ello no se acoge su consulta, señirse a las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la consulta deberá de ceñirse a las bases iniciales.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-DIRESA ICA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) ELECTROBISTURÍ PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - IOARR 2546438

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:58:52

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

A21 MODO CORTE SALINO II: CORTE ESPECTROSCOPICO EN SOLUCION SALINA PARA ARTROSCOPIA. Equipo cuenta corte y coagulación monopolar y bipolar con solucion salina en cirugia de urologia, ginecologia y ortopedia. Siendo esta una mejora y considerando que se cumple con lo solicitado mas no con el mismo nombre de modo, solicitamos al comite considerar: MODO CORTE SALINO I: CORTE ENDOSCOPICO EN SOLUCION SALINA PARA URO-GINECO o MODO DE RESECCION MONOPOLAR Y BIPOLAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para los diferentes procedimientos realizados en las especialidades de Uro, Gineco y Ortopedía. La impedencia de las estructuras son diferentes y dichas características funcionales del aequipo brindan un mayor control de la intesidad de la energía necesarias para su correcto rabajo. por ello no se acoge su consulta, señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá de ceñirse a las bases iniciales