

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-90-2019-ESSALUD/CEABE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ. DE EQUIP. COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA IOARR RECALENTADORES DE CAMAS O ACCESORIOS PARA FOTOTERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ELECTROBISTURI, EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS, SIERRA NEUMATICA, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MAQUINAS RESPIRADORAS DE PRESION POSITIVA INMINENTE IPPB, VIDEO COLONOSCOPIO, VIDEO GASTROSCOPIO Y ELECTROCAUTERIO PARA EL SER. DE EMERGENCIA DEL HNERM CON CUI 2430673 - ITEM: COCHE DE PARO, DERIVADA DEL DESIERTO DE LA AS N 90-2019-ESSALUD/CEABE-1

Ruc/código : 20553285101

Fecha de envío : 17/03/2023

Nombre o Razón social : MEDSTEP PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:30:55

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Consulta N°01

En la especificación técnica indica lo siguiente VII.1 COCHE FABRICADO CON POLIMERO RESISTENTE AL IMPACTO, CON MANUBRIO QUE PERMITA UN FACIL DEZPLAZAMIENTO, CON CUATRO (04) CAJONES, COMO MINIMO, DE FACIL DESLIZAMIENTO CON TIRADORES, CON AUTOCIERRE Y CERRADURA CENTRALIZADA CON PORTASUERO TELESCOPICO, PORTABALON DE OXIGENO, PORTA ASPIRADOR DE SECRECIONES. CON CUATRO (04) GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO, OMNIDIRECCIONALES, CON RUEDA DE 8 CM DE DIAMETRO COMO MINIMO, DOS DE ELLAS CON FRENO DE PIE. DIMENSIONES APROXIMADAS: PROFUNDIDAD ENTRE 54 CM Y 65 CM, ALTURA ENTRE 95 CM Y 107 CM, ANCHO ENTRE 75 CM Y 86 CM; Solicitar garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales es dirigir a una marca; por lo que en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

VII.1 COCHE FABRICADO CON POLIMERO RESISTENTE AL IMPACTO, CON MANUBRIO QUE PERMITA UN FACIL DEZPLAZAMIENTO, CON CUATRO (04) CAJONES, COMO MINIMO, DE FACIL DESLIZAMIENTO CON TIRADORES, CON AUTOCIERRE Y CERRADURA CENTRALIZADA CON PORTASUERO TELESCOPICO, PORTABALON DE OXIGENO, PORTA ASPIRADOR DE SECRECIONES. CON CUATRO (04) GARRUCHAS DE, CON RUEDA DE 8 CM DE DIAMETRO COMO MINIMO, DOS DE ELLAS CON FRENO DE PIE. DIMENSIONES APROXIMADAS: PROFUNDIDAD ENTRE 54 CM Y 65 CM, ALTURA ENTRE 95 CM Y 107 CM, ANCHO ENTRE 75 CM Y 86 CM

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5**

**Literal: 5.2**

**Página: 51**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que, las Especificaciones Técnicas del Equipo Coche de Paro se encuentran homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI.

Asimismo, se precisa que el requerimiento de garruchas de grado hospitalario, es un requerimiento minimo solicitado por el area usuaria de EsSalud, y fue objeto de estudio de mercado, determinando la existencia de pluralidad de marcas y proveedores. Por lo cual no corresponde efecutar ninguna modificación a las EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-90-2019-ESSALUD/CEABE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ. DE EQUIP. COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA IOARR RECALENTADORES DE CAMAS O ACCESORIOS PARA FOTOTERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ELECTROBISTURI, EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS, SIERRA NEUMATICA, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MAQUINAS RESPIRADORAS DE PRESION POSITIVA INMINENTE IPPB, VIDEO COLONOSCOPIO, VIDEO GASTROSCOPIO Y ELECTROCAUTERIO PARA EL SER. DE EMERGENCIA DEL HNERM CON CUI 2430673 - ITEM: COCHE DE PARO, DERIVADA DEL DESIERTO DE LA AS N 90-2019-ESSALUD/CEABE-1

Ruc/código : 20553285101

Fecha de envío : 17/03/2023

Nombre o Razón social : MEDSTEP PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:30:55

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Consulta N°02

En la especificación técnica indica lo siguiente VII.2 RESUCITADOR MANUAL ADULTO REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON BOLSA DE SILICONA CON ACUMULADOR DE OXIGENO CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 1200 ML, CON VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA DE PEEP (ESTERILIZABLE), VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION. CUATRO (04) MASCARILLAS ADULTO DE TAMAÑO 4 Y 5 CON BORDES ACOJINADOS, ANATOMICAS, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. DIEZ (10) BOLSAS RESERVORIO DE OXIGENO Y DIEZ (10) LINEAS PARA CONEXIÓN A BALON DE OXIGENO; Solicitar mascarilla adulto de tamaños 4 y 5 con bordes acojinados, anatómicos es dirigir a una marca; por lo que en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

VII.2 RESUCITADOR MANUAL ADULTO REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON BOLSA DE SILICONA CON ACUMULADOR DE OXIGENO CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 1200 ML, CON VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA DE PEEP (ESTERILIZABLE), VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION. CUATRO (04) MASCARILLAS ADULTO DE DOS TAMAÑOS DIFERENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. DIEZ (10) BOLSAS RESERVORIO DE OXIGENO Y DIEZ (10) LINEAS PARA CONEXIÓN A BALON DE OXIGENO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que, las Especificaciones Técnicas del Equipo Coche de Paro se encuentran homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI.

Asimismo, se precisa que el requerimiento de mascarillas adulto de tamaños 4 y 5 con bordes acojinados, anatómicos , es un requerimiento minimo solicitado por el area usuaria de EsSalud, y fue objeto de estudio de mercado, determinando la existencia de pluralidad de marcas y proveedores. Por lo cual no corresponde efecutar ninguna modificación a las EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-90-2019-ESSALUD/CEABE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ. DE EQUIP. COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA IOARR RECALENTADORES DE CAMAS O ACCESORIOS PARA FOTOTERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ELECTROBISTURI, EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS, SIERRA NEUMATICA, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MAQUINAS RESPIRADORAS DE PRESION POSITIVA INMINENTE IPPB, VIDEO COLONOSCOPIO, VIDEO GASTROSCOPIO Y ELECTROCAUTERIO PARA EL SER. DE EMERGENCIA DEL HNERM CON CUI 2430673 - ITEM: COCHE DE PARO, DERIVADA DEL DESIERTO DE LA AS N 90-2019-ESSALUD/CEABE-1

Ruc/código : 20553285101

Fecha de envío : 17/03/2023

Nombre o Razón social : MEDSTEP PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:30:55

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Consulta N°03

En la especificación técnica indica lo siguiente VII.3 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON BOLSA DE SILICONA CON ACUMULADOR DE OXIGENO CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 400 ML Y MENOR IGUAL A 1000ML, CON VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA DE PEEP (ESTERILIZABLE), VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION. CUATRO (04) MASCARILLAS PEDIATRICAS DE TAMAÑO DE 2 Y 3 CON BORDES ACOJINADOS, ANATOMICAS, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. DIEZ (10) BOLSAS RESERVORIO DE OXIGENO Y DIEZ (10) LINEAS PARA CONEXIÓN A BALON DE OXIGENO; Solicitar mascarilla pediátrica de tamaños 2 y 3 con bordes acojinados, anatómicos es dirigir a una marca; por lo que en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

VII.3 RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON BOLSA DE SILICONA CON ACUMULADOR DE OXIGENO CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 400 ML Y MENOR IGUAL A 1000ML, CON VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA DE PEEP (ESTERILIZABLE), VALVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION. CUATRO (04) MASCARILLAS PEDIATRICAS DE DOS DISTINTOS TAMAÑOS, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. DIEZ (10) BOLSAS RESERVORIO DE OXIGENO Y DIEZ (10) LINEAS PARA CONEXIÓN A BALON DE OXIGENO

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 5

**Literal:** 5.2

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las Especificaciones Técnicas del Equipo Coche de Paro se encuentran homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI.

Asimismo, se precisa que el requerimiento de mascarillas pediátrica de tamaños 2 y 3 con bordes acojinados, anatómicos, es un requerimiento mínimo solicitado por el área usuaria de EsSalud, y fue objeto de estudio de mercado, determinando la existencia de pluralidad de marcas y proveedores. Por lo cual no corresponde efectuar ninguna modificación a las EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-90-2019-ESSALUD/CEABE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ. DE EQUIP. COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA IOARR RECALENTADORES DE CAMAS O ACCESORIOS PARA FOTOTERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ELECTROBISTURI, EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS, SIERRA NEUMATICA, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MAQUINAS RESPIRADORAS DE PRESION POSITIVA INMINENTE IPPB, VIDEO COLONOSCOPIO, VIDEO GASTROSCOPIO Y ELECTROCAUTERIO PARA EL SER. DE EMERGENCIA DEL HNERM CON CUI 2430673 - ITEM: COCHE DE PARO, DERIVADA DEL DESIERTO DE LA AS N 90-2019-ESSALUD/CEABE-1

Ruc/código : 20553285101

Nombre o Razón social : MEDSTEP PERU S.A.C.

Fecha de envío : 17/03/2023

Hora de envío : 17:30:55

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Consulta N°04

En la especificación técnica indica lo siguiente en el numeral VII.4 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL, CON INDICADOR DE PRESION NEGATIVA, FILTRO BACTERICIDA, DE BAJO NIVEL DE RUIDO(IGUAL O MENOR A 60 DB A 1 METRO DE DISTANCIA) PRESION DE VACIO REGULABLE HASTA 470 MMHG O MAYOR, CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 20LTS/MIN. FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1LT O MAYOR, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE O INDELEBLE, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO. UN (01) FRASCOD E REPUESTO. VEINTE (20) CANULAS DE SUCCION, DIEZ ADULTOS Y DIEZ PEDIATRICAS, DESECHABLES. DIEZ (10) FILTROS ADICIONALES DE REPUESTO. REQUERIMIENTO DE ENERGIA 220 VAC, 60 HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD); Solicitar 60 db a 1 metro de distancia está dirigido a una marca; por lo que en base al principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado en los siguientes términos:

VII.4 ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL, CON INDICADOR DE PRESION NEGATIVA, FILTRO BACTERICIDA, DE BAJO NIVEL DE RUIDO (IGUAL O MENOR A 66 DB) PRESION DE VACIO REGULABLE HASTA 470 MMHG O MAYOR, CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 20LTS/MIN. FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1LT O MAYOR, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE O INDELEBLE, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO. UN (01) FRASCOD E REPUESTO. VEINTE (20) CANULAS DE SUCCION, DIEZ ADULTOS Y DIEZ PEDIATRICAS, DESECHABLES. DIEZ (10) FILTROS ADICIONALES DE REPUESTO. REQUERIMIENTO DE ENERGIA 220 VAC, 60 HZ (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.2      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto se aclara que, las Especificaciones Técnicas del Equipo Coche de Paro se encuentran homologadas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI.

Asimismo, se precisa que el requerimiento de aspirador de secreciones portatil con nivel de ruido igual o menor a 60 dB a 1 metro de distancia , es un requerimiento minimo solicitado por el area usuaria de EsSalud, requerimiento con el que se efectuó el estudio de mercado, determinando la existencia de pluralidad de marcas y proveedores. Por lo cual no corresponde efecutar ninguna modificación a las EE.TT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-90-2019-ESSALUD/CEABE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ. DE EQUIP. COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE A LA IOARR RECALENTADORES DE CAMAS O ACCESORIOS PARA FOTOTERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA CRT-D, ECOGRAFO, ELECTROBISTURI, EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETROS, SIERRA NEUMATICA, VENTILADORES DE TRANSPORTE, MAQUINAS RESPIRADORAS DE PRESION POSITIVA INMINENTE IPPB, VIDEO COLONOSCOPIO, VIDEO GASTROSCOPIO Y ELECTROCAUTERIO PARA EL SER. DE EMERGENCIA DEL HNERM CON CUI 2430673 - ITEM: COCHE DE PARO, DERIVADA DEL DESIERTO DE LA AS N 90-2019-ESSALUD/CEABE-1

Ruc/código : 20603346344

Fecha de envío : 20/03/2023

Nombre o Razón social : SAINT INDUSTRY E.I.R.L.

Hora de envío : 18:21:49

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De la revisión del punto VII.4, donde solicitan veinte(20) canulas de succión, Solicitamos al comité especial sírvase aclarar si las cánulas solicitadas son equivalentes a decir " sonda de succión", ya que nuestro registro sanitario tiene el producto registrado con ese nombre, todo ello. A fin de poder cumplir técnicamente los requisitos mínimos solicitados.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III**

**Literal: 5.2**

**Página: 51**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que los accesorios solicitados ""canulas de succión desechables", son aquellos tubos que se conectan del frasco de aspiración a la sonda de aspiración, por lo que dichos accesorios pueden sustentarse con el nombre que cada fabricante le otorgue a dichos accesorios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null