

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1 NÚMERO DE ACTA**

001-2023-CS- AS-HOMOLOGACION N° 22-2023-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los seis (06) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 10:00 am horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS-HOMOLOGACION N° 22-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS-HOMOLOGACION N° 22-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE TRES (03) INCUBADORAS NEONATAL PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA	Titular	X	Dependencia:	HOSPITAL LEONCIO PRADO
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	20130329471
3	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055
4	RICAF MEDICAL E.I.R.L	20477671561
5	DRAEGER PERU S.A.C.	20538597121
6	SOLUCIONES MEDICAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	20548839433
7	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
8	PB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.	20603355289
9	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
10	NIMAT MEDICAL S.A.C.	20608071521

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	31/10/2023	19:08:18
2	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	31/10/2023	17:23:10
3	NIMAT MEDICAL S.A.C.	31/10/2023	21:27:41

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases. Para lo cual se evalúa con el ingeniero equipador especialista miembro del comité.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	NIMAT MEDICAL SAC	No cumple con las especificaciones técnicas señaladas en cuadro de evaluación de cumplimiento de las EE.TT- anexo a la presente evaluación

2	ALBUJAR MEDICA SAC	No cumple con las especificaciones técnicas señaladas en cuadro de evaluación de cumplimiento de las EE.TT- anexo a la presente evaluación
---	--------------------	--

# 8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	NOVAMED PERU SAC	ITEM 1

# 9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	NOVAMED PERU SAC	464, 200.00	99.18%

# 9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la

# 10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC
	FACTORES	
	PRECIO	PUNTAJES
	PLAZO DE ENTREGA	60
	MEJORAS TECNOLOGICAS	30
	BONIFICACION MYPE	10
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	5
		105 PUNTOS

# 11 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1	NOVAMED PERU SAC
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X
A.2	FATURACION	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE

# 12 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
1	NOVAMED PERU SAC		
DE SER EL CASO INCLUIR:			
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
1	xxxxxxx	xxxxxxxxx	

# 18 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

# 19

Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez  
Presidente Titular

ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA  
Primer Miembro

LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA  
Segundo Miembro

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS



## AS-HOMOLOGACION N° 22-2023-GERESALL

ADQUISICIÓN DE TRES (03)  
INCUBADORAS NEONATAL  
PARA HOSPITAL DE APCYO  
LEONCIO PRADO DISTRITO  
DE HUAMACHUCO,  
PROVINCIA SANCHEZ  
CARRIÓN, DEPARTAMENTO  
LA LIBERTAD

3 unid

S/ 468,000.00

MONTO DISPONIBLE

S/ 468,000.00

POSTORES		NIMAT MEDICAL SAC	NOVAMED PERU SAC	ALBUJAR MEDICA SAC
RUC		20608071521	20604537372	20130329471
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE				
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS (ITEM 01)				
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	D	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS-FORMATO 01	E	NO CUMPLE-SEGUN LO INDICADO EN CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE EE.TT	CUMPLE-SEGUN LO INDICADO EN CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE EE.TT	NO CUMPLE-SEGUN LO INDICADO EN CUADRO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE EE.TT
REGISTRO SANITARIO	E	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485 MAL DEVICES		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	ANEXO 04	CUMPLE-SEGUN FICHA HOMOLOGADA 15 DIAS	CUMPLE-SEGUN FICHA HOMOLOGADA 15 DIAS	CUMPLE-SEGUN FICHA HOMOLOGADA 13 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA				
BONIFICACION DE MYPE	5%	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
PUNTAJES				
VALOR OFERTA		S/ 415,500.00	S/ 464,200.00	S/ 376,000.00
% DEL VALOR DE OFERTA			99.18%	
PUNTAJE DE LA OFERTA			60.00	
PLAZO DE ENTREGA			30.00	
Mejoras tecnologicas			10.00	
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACION			100.00	
BONIFICACION DE MYPE			5.00	
PUNTAJE TOTAL			105.00	
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR				
EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01			CUMPLE	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# AS N° 022-2023-GERESALL

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ITEM: INCUBADORA NEONATAL

POSTOR 1: NIMAT MEDICAL SAC  
POSTOR 2: NOVAMED PERU SAC  
POSTOR 3: ALBUJAR MEDICA SAC

ESPECIFICACIONES TECNICAS		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3
<b>GENERALES</b>				
CONTROL DE TEMPERATURA	MEDIANTE MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>PANEL DE CONTROL</b>				
TIPO DE PANTALLA	LCD (TFT) A COLOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
TAMAÑO DE PANTALLA	8" O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
VISUALIZACIÓN	TEMPERATURA (PIEL Y AIRE MULTÁNEAMENTE), HUMEDAD RELATIVA Y PESO, COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
BASE	RODABLE, CON FRENSOS EN LAS CUATRO RUEDAS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
NIVEL DE RUIDO DENTRO DEL HABITÁCULO.	MEJOR O IGUAL A 45 DB	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
PUERTAS DE ACCESOS AL PACIENTE	CINCO (05) COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CONTROL DE ALTURA	AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CAJÓN	UNO (01) COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
ACCESOS PARA TUBOS	PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA U OTROS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
BANDEJA PARA PROCEDIMIENTOS DE RAYOS X	INTEGRADA AL EQUIPO (ACCESO SIN NECESIDAD DE MOVER AL NEONATO)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
MECANISMO DE INCLINACIÓN DEL COLCHÓN Y/O DE LA CÚPULA	DE 17 GRADOS COMO MÍNIMO O CAPACIDAD DE REALIZAR POSICIÓN TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERSA.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CON DOBLE PARED O SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL NEONATO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS GRÁFICAS	DE AL MENOS 24 HORAS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
VELOCIDAD DE AIRE SOBRE EL COLCHÓN	0,35 M/S O MENOR.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SISTEMA DE CONVERSIÓN A CUNA DE CALOR RADIANTE(SERVOCUNA)	CONTROL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO O MANUAL	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CAPACIDAD DE UTILIZAR CALEFACTOR (MODO SERVOCUNA)	CON POTENCIA DE HASTA 100%	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA</b>				



DE AIRE	AJUSTABLE DE 23°C O MENOS A 37°C O MÁS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
DE PIEL	AJUSTABLE DE 35°C O MENOS A 37°C O MÁS (SERVOCONTROLADO).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA.	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD (ACTIVA)</b>				
HUMEDAD SERVOCONTROLADA	AJUSTABLE DE 40% O MENOS A 95% O MÁS.	NO CUMPLE CON SUSTENTO DE REQUERIMIENTO DE EETT (SE SOLICITA SISTEMA SERVOCONTROLADA, POSTOR PROPONE SISTEMA CONTROL).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
LECTURA DIGITAL DE HUMEDAD	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE CONTROL DE % OXIGENO</b>				
CONCENTRACION DE OXIGENO SERVOCONTROLADA	AJUSTABLE DE 22% O MENOS A 65% O MÁS	NO CUMPLE CON SUSTENTO DE REQUERIMIENTO DE EETT (SE SOLICITA SISTEMA SERVOCONTROLADA, POSTOR PROPONE SISTEMA CONTROL).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
LECTURA DIGITAL DE OXIGENO	SI	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE PESAJE</b>				
BALANZA ELECTRONICA	INTEGRADA AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CAPACIDAD MAXIMA DE MEDICION	7 KG O MAS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
RESOLUCION	10 GRAMOS O MENOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES</b>				
TEMPERATURA DE PIEL	ALTA Y BAJA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
TEMPERATURA DE AIRE	ALTA Y BAJA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CONCENTRACIÓN DE OXIGENO	ALTA Y BAJA	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
DE FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
DE FALLA DE SENSORES.	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN O CIRCULACIÓN DE AIRE.	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
DE BAJO NIVEL O FALTA DE AGUA.	SI.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>B. COMPONENTES (INCORPORADOS O INTEGRADOS A LA INCUBADORA)</b>				
UNIDAD DE RESUSCITACIÓN Y/O REANIMACIÓN	UNA (01), COMPACTA (CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN, MEZCLADOR DE AIRE/02 (BLENDER) Y MANÓMETRO COMO MÍNIMO, INTEGRADOS O INCORPORADOS EN LA UNIDAD), CON VÁLVULA DE PIEZA EN T.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO CUMPLE CON SUSTENTO DE REQUERIMIENTO DE EETT (DE ACUERDO A LA ASOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES)
UNIDAD DE MONITORIZACIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO (SP02)	UNA (01), CON DISEÑO QUE PERMITA RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSIÓN; TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE SEÑALES (O ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES).	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA EFICAZ Y COMPLETA REQUERIMIENTO DE EETT (NO SUSTENTA: RECHAZAR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO)
SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES	UNO (01), GIRABLE O TIPO BANDEJA LATERAL.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

SOPORTE PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA	UNO (01), DE MATERIAL ANTICORROSIVO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA EFICIENTE Y COMPLETA REQUERIMIENTO DE EETT (NO SUSTENTA DE MATERIAL ANTICORROSIVO)
RESERVORIO DE HUMEDAD	UNO (01), REMOVIBLE, CON CAPACIDAD DE 1000 ML O MÁS O SUMINISTRO DE AGUA EXTERNO CON CONEXIÓN AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
LÁMPARA DE LUZ BLANCA	UNA (01) TECNOLOGÍA LED, PARA PROCEDIMIENTOS	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
UNIDAD DE FOTOTERAPIA	UNA (01) LÁMPARA DE TECNOLOGÍA LED	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SOPORTE PARA TUBOS DE VENTILADOR	UNO (01), DE MATERIAL ANTICORROSIVO.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA EFICIENTE Y COMPLETA REQUERIMIENTO DE EETT (NO SUSTENTA DE MATERIAL ANTICORROSIVO)
<b>C. ACCESORIOS</b>				
COLCHONETAS	CUATRO (04), DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, RADIODOPROTECTOR A LOS RAYOS X.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL	TRES (03) REUSABLES O SESENTA (60) DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CIRCUITO PACIENTE	DOS (02) JUEGOS REUSABLES O VEINTE (20) DESECHABLES PARA LA UNIDAD DE RESUSCITACIÓN Y/O REANIMACIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA (NEONATAL)	SEIS (06), REUSABLES Y SIN RESORTES O PINZAS DE SUJECCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
CASCOS CEFÁLICOS	TRES (03), DE DIFERENTES TAMAÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
FILTROS DE AIRE	CINCO (05) JUEGOS.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
MASCARILLA FACIAL NEONATAL	UNA (01), DE SILICONA REUSABLE O CUARENTA (40) DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	NO SUSTENTA EN FORMA EFICIENTE Y COMPLETA REQUERIMIENTO DE EETT (NO SUSTENTA QUE SEA NEONATAL)
COBERTOR PARA PROTECCIÓN DE LUZ AL NEONATO	UNO (01), REUSABLE, PARA CUBRIR TODA LA INCUBADORA.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
<b>D. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA</b>				
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO	220 VAC (NOMINAL)	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60 HZ.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT
TIPO DE ENCHUFE	SCHUKO, 250V, 16 A.	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT

La evaluación se sustenta en las Resoluciones: N° 1950-2019-TCE-S2 y N° 0235-2022-TCE-S4; donde se dice "... Al respecto, cabe precisar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad". (lo subrayado no es propio)

POSTOR 1: NIMAT MEDICAL SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA
POSTOR 2: NOVAMED PERU SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA
POSTOR 3: ALBUJAR MEDICA SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA