

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código : 20263368992

Nombre o Razón social : CYMED MEDICAL SAC

Fecha de envío : 05/11/2024

Hora de envío : 17:47:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 Experiencia del personal clave:

Requisitos:

Experiencia mínima de dos (02) años en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X.

La presente solicitud que realiza, en razón a la experiencia del personal clave, NO se adecuan a la libre concurrencia y competencia que existe en el mercado, y que, al solicitarlo de esa forma, se estaría limitando la participación de postores, y vulnerando a lo establecido en el artículo 2°, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225, los cuales detallan lo siguiente:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo tanto, observamos y solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN se acepte considerar en ampliar a la experiencia del personal clave, a lo que se detalla:

Experiencia mínima de dos (02) años en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X y/o equipos de diagnóstico por imágenes en general.

Ello es con la finalidad de NO vulnerar la libre concurrencia y pluralidad de postores del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado al presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: C.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2°, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

NO SE ACEPTA LA MODIFICACIÓN SOLICITADA, DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDO INCLUYE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X, LO QUE HACE INDISPENSABLE QUE EL PERSONAL CLAVE POSEA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

	Específico	3.2	C.1	24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 2°, literal a), b), e) y f) de la Ley 30225				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
IMÁGENES DE RAYOS X.				
ESTA EXIGENCIA RESPONDE A LA NECESIDAD DE GARANTIZAR QUE EL SERVICIO CONTRATADO SE EJECUTE CON LA DEBIDA CALIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL, DADO QUE LOS EQUIPOS DE RAYOS X REQUIEREN CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS POR SU COMPLEJIDAD Y SU RELEVANCIA EN EL DIAGNÓSTICO MÉDICO. ASIMISMO, ESTA CONDICIÓN NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LA LEY N.º 30225:				
- LIBRE CONCURRENCIA: LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES RAZONABLE Y PROPORCIONAL AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.				
IGUALDAD DE TRATO: SE OTORGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES A TODOS LOS POSTORES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS.				
- EFICIENCIA Y EFICACIA: SE PRIORIZA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases administrativas señala:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 Experiencia del personal clave:

Requisitos:

Experiencia mínima de dos (02) años en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de Rayos X.

Dentro de los equipos de diagnóstico por imágenes de Rayos X, se refiere a todos los equipos que emiten radiación tales como: todo tipo de angiógrafos, rayos X rodable, rayos X estacionario, rayos X arco en C, ecógrafos, mamógrafos, tomógrafos en general y litotriptor.

Por lo tanto, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN precise en aclarar: ¿si nuestra apreciación es correcta con respecto al diagnóstico por imágenes de Rayos X mencionados en el párrafo anterior corresponde a lo requerido para acreditar en la experiencia del personal clave?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: C.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

LA APRECIACIÓN PRESENTADA NO ES CORRECTA.

DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, EL TÉRMINO 'EQUIPOS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE RAYOS X' SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE A AQUELLOS EQUIPOS QUE EMITEN RADIACIÓN IONIZANTE, TALES COMO:

- ANGIÓGRAFOS.
- EQUIPOS DE RAYOS X RODABLES Y ESTACIONARIOS.
- ARCOS EN C.
- MAMÓGRAFOS.
- TOMÓGRAFOS COMPUTARIZADOS.
- LITOTRITORES EXTRACORPÓREOS QUE INCLUYEN SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X.

NO SE CONSIDERAN EQUIPOS COMO ECÓGRAFOS, YA QUE ESTOS NO EMITEN RADIACIÓN IONIZANTE Y UTILIZAN ULTRASONIDO PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES.

POR LO TANTO, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, DEBERÁ VERIFICARSE QUE LA MISMA ESTÉ RELACIONADA EXCLUSIVAMENTE CON LOS EQUIPOS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍA DE RAYOS X PARA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, CONFORME A LO SEÑALADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases administrativas solicitan:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Plazo máximo de 120 DIAS CALENDARIO según ANEXO III (entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos y capacitación).

Actualmente, a nivel global se viene experimentando algunas crisis que impactan directamente en los tiempos de fabricación, embarque y transporte de los equipos, extendiendo los tiempos de entrega para todos los fabricantes. Una de las más resaltantes es la disponibilidad logística en cuanto a la disponibilidad de contenedores que permita importar el equipamiento en menor tiempo, lo cual afecta los tiempos de tránsito de cargamento.

Por lo que se debe considerar que los tiempos deben ser razonables y proporcionales a la naturaleza y complejidad al momento de entregar el bien requerido; siendo fabricado una vez suscrito el contrato, y que considerar 120 días como en el plazo de entrega, limitaría la participación y/o libertad de concurrencia al presente proceso de selección, afectando la pluralidad, asimismo, afectando la igualdad de trato de los proveedores; el cual conllevaría una exigencia ventajosa para algún proveedor en específico.

En ese contexto, de conformidad con el literal a), b), c) y f) del artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la indicación del plazo de entrega debe guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación, sino se estaría trasgrediendo el principio de libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo que solicitamos modificar el plazo en base a lo indicado en las especificaciones técnicas; precisándose de la siguiente manera:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Plazo máximo de 150 DIAS CALENDARIO (entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos y capacitación)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 literal a), b), c) y f) - Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

NO SE ACEPTARÁ LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

EL PLAZO DE 120 DÍAS CALENDARIO HA SIDO ESTABLECIDO CONSIDERANDO LA COMPLEJIDAD DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN, LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD Y LOS RESULTADOS DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO, SIENDO RAZONABLE Y APLICABLE UNIFORMEMENTE PARA TODOS LOS POSTORES.

POR LO TANTO, EL PLAZO ESTABLECIDO ES RAZONABLE, PROPORCIONAL Y GARANTIZA LA IGUALDAD DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III solicitan:

B21 INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE POR LO MENOS (NUEVE) 9 in (PULGADAS) CON CAMARA DE TV CCD Y MATRIZ DE IMAGEN DE 1024X 1024 PÍXELES OPCIONAL

E02 SISTEMA DE RAYOS X CON TECNOLOGIA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE 10X 10 COMO MINIMO EN LUGAR DE LO SOLICITADO EN B21

Consultamos al comité de selección: ¿Confirmar, que en caso se oferte un equipo con detector plano la especificación técnica B21 será reemplazada por E02?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B.21 Página: 2/3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

SE CONFIRMA QUE, EN CASO SE OFERTE UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E02, ESTA REEMPLAZARÁ A LA ESPECIFICACIÓN B21 DEL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES SOLICITADO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III solicitan:

E02 SISTEMA DE RAYOS X CON TECNOLOGIA DE DETECTOR PLANO (FLAT PANEL) DE 10X 10 COMO MINIMO EN LUGAR DE LO SOLICITADO EN B21

Consultamos al comité de selección que nos aclare, ¿si referente a esta medida 10 x 10 es la equivalencia de lo solicitado para I.I. 9¿ = FPD 21 cm x 21 cm?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: E02 Página: 3/3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, EN LA ESPECIFICACIÓN B21 DE LA FICHA TÉCNICA SE SOLICITA UN INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE POR LO MENOS 9 PULGADAS QUE ES IGUAL A 22.86 CM.
POR OTRA PARTE, LA ESPECIFICACIÓN E02 SOLICITA UN FLAT PANEL DETECTOR (FPD) DE 10" X 10" (25.4 CM X 25.4 CM) COMO MÍNIMO.
POR LO TANTO, LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E02 Y B21 NO SON EQUIVALENTES EN CUANTO AL TAMAÑO DEL DETECTOR. ASIMISMO, UN FPD DE 21 CM X 21 CM NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN E02 (25.4 CM X 25.4 CM COMO MÍNIMO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III solicitan:

B29 TRANSDUCTOR TRANSRECTAL PARA BIOPSIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (OPCIONAL)

Consultamos al comité de selección: precise ¿si la presente EETT tiene puntaje adicional ya implica un costo mayor en la configuración final del Sistema?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B29 Página: 2/3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA B29 DESCRIBE LO SIGUIENTE:
B29 TRANSDUCTOR TRANSRECTAL PARA BIOPSIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS(OPCIONAL)

SE ACLARA QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA B29 NO FORMA PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OPCIONALES' DE LA FICHA TÉCNICA ELABORADA POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN - IETSI. EL TÉRMINO 'OPCIONAL' DESCRITA EN LA MENCIONADA ESPECIFICACIÓN B29 DA POTESTAD AL ÁREA USUARIA DETERMINAR SI REQUIERE O NO LO ALLÍ SOLICITADO. EN ESE SENTIDO LA SUB GERENCIA DE EQUIPAMIENTO Y COMPONENTES COMPLEMENTARIOS HA DETERMINADO QUE SÍ ES NECESARIO OFERTAR LO REQUERIDO EN B29: 'TRANSDUCTOR TRANSRECTAL PARA BIOPSIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS'.
ASIMISMO, LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS NO CONSIDERA PUNTAJE ADICIONAL EN LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III solicitan:

C03 CUARENTA (40)DISPOSITIVOS ELECTRODOS (BUJIAS) PARA EL CASO DE GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE ELECTROCONDUCTIVO

Consultamos al comité de selección en precisar: ¿Qué la presente EETT se refiere para el postor que ofrezca un Equipo con tecnología Electroconductiva y no corresponde a equipos con tecnología Electromagnético?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: C03 Página: 2/3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

SE ACLARA QUE LA APRECIACIÓN DEL POSTOR ES CORRECTA.

LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA B01 SOLICITA UN GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE DE TIPO ELECTROMAGNÉTICO (EM) O DEL TIPO ELECTROCONDUCTIVO. EN ESE SENTIDO, LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA C03, SOLO APLICA PARA EQUIPOS CON GENERADOR DE ONDAS DE CHOQUE ELECTROCONDUCTIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20263368992	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CYMED MEDICAL SAC	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del Capítulo III solicitan:

ESTACION DE TRABAJO UROLOGICA DIGITAL
B10 MONITOR LCD (TFT O LED O IPS) U OLED DE ALTA RESOLUCION (1280 X 1024 PÍXELES COMO MINIMO) DE 17 in (PULGADAS) O MAYOR

SISTEMA DE LOCALIZACION CON RAYOS X
B24 DOS (02) MONITORES LCD (TFT O LED O IPS) U OLED DE ALTA RESOLUCION (1280X 1024 PÍXELES COMO MINIMO) A COLOR DE 19 In (PULGADS) O MAYOR

Consultamos al comité de selección: ¿Precisar que la presentes EETTs sobre Monitores se complementan ya que la Estación de trabajo y el Sistema de Localización están integrados en un solo modulo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: B10 Página: 1/3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

No aplica

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESTABLECEN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS E INDEPENDIENTES PARA LOS MONITORES DE LA *ESTACIÓN DE TRABAJO UROLÓGICA DIGITAL* (B10) Y EL *SISTEMA DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X* (B24). POR TANTO, CADA ESPECIFICACIÓN DEBE CUMPLIRSE DE MANERA SEPARADA, ENTREGÁNDOSE LOS MONITORES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE ELLAS, AUN CUANDO AMBOS SISTEMAS SE ENCUENTREN INTEGRADOS EN UN ÚNICO MÓDULO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:03:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la revisión de se aprecia que se exige la presentación del certificado de seguridad eléctrica; sin embargo, no se precisa por quien debiera ser emitido dicho certificado.

Siendo así, y en atención al Principio de transparencia, le solicitamos puedan confirmar que dicho certificado debe ser emitido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en la medida que dicha Institución es la idónea de emitir este tipo de documentación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

SE ACLARA AL POSTOR QUE 'NO ES COMPETENCIA' DEL INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR - IPEN EL EMITIR CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. YA QUE SU COMPETENCIA SE LIMITA A LA REGULACIÓN DE MATERIALES RADIATIVOS Y SEGURIDAD NUCLEAR, NO A LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DE EQUIPOS MÉDICOS.

ASIMISMO, EL POSTOR PODRÁ ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PRESENTANDO UN CERTIFICADO PROPIAMENTE DICHO O DEMOSTRANDO, YA SEA EN CATÁLOGO, MANUAL, FOLLETOS U OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE, QUE CUENTA CON ALGUNO DE LOS ESTÁNDARES INDICADOS EN EL NUMERAL 5.3.4 CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:03:53

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases, se aprecia que la modalidad de contratación es bajo la modalidad de llave en mano. Sobre el particular, de acuerdo con las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, se advierte que cuando la modalidad es llave en mano, la Entidad debe precisar el plazo de entrega y el plazo de instalación y puesta en funcionamiento.

Siendo así, de la revisión de las bases se aprecia, que se ha indicado que el plazo de entrega es de conformidad con el anexo III adjunto a las bases, siendo el plazo de 120 días calendarios.

En ese sentido, le solicitamos, confirmar que el plazo de entrega es de 120 días calendarios y que incluye el plazo de la instalación y puesta en funcionamiento.

No obstante, le solicitamos precisar cuál es el plazo máximo para la entrega de los bienes, y cual es el plazo máximo para la instalación y puesta en funcionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6, 1.9 Literal: - Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y Art. 2 Principio de Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

SE CONFIRMA QUE EL PLAZO DE **120 DÍAS CALENDARIO** INDICADO EN EL ANEXO III, "CUADRO DE SERVICIOS CONEXOS", CORRESPONDE AL PLAZO MÁXIMO PARA LA **ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** DE LOS BIENES.

EN ESE SENTIDO, LOS POSTORES TIENEN LA LIBERTAD DE DISTRIBUIR DICHO PLAZO ENTRE LAS ETAPAS MENCIONADAS, SIEMPRE Y CUANDO EL TOTAL NO EXCEDA LOS "120 DÍAS CALENDARIO" ESTABLECIDOS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:03:53

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases se advierte que vuestra Entidad está requiriendo como requisito de la experiencia del personal clave lo siguiente:

¿dos años de experiencia en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X¿.

Sobre el particular, cabe señalar que el objeto de la contratación es la adquisición de un equipo biomédico para la especialidad de urología, sin embargo, están requiriendo un personal clave con experiencia en una especialidad distinta al objeto de contratación.

Al respecto, es importante que vuestra Entidad deba contar con personal clave con experiencia igual o similar al objeto de la contratación, es decir, con experiencia en instalación en equipo biomédicos de la especialidad de urología, que es el más acorde con el objeto de la contratación, toda vez que no limita específicamente a una experiencia requerida, y que, además, es propio al objeto de la contratación.

Por tanto, le solicitamos ampliar el requisito de la experiencia del personal clave y que también se acepte experiencia mínima de dos años en mantenimiento y/ instalación en equipos biomédicos de la especialidad de urología, esto considerando que el equipo objeto de la contratación es un equipo que se requiere para el diagnóstico, tratamiento y otros, de imágenes de la especialidad de urología, como el caso de detectar enfermedades y otros en los riñones, etc., a fin de contar con mayor pluralidad de proveedores.

De lo contrario, se podría considerar que el requisito de la experiencia de personal clave requerido únicamente con experiencia en mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X, estaría direccionado, en la medida que sólo se está limitando a una experiencia, cuando es posible contar con otras experiencias para instalar y poner en funcionamiento el equipo objeto de la contratación.

En ese sentido, le solicitamos que el requisito de la experiencia del personal clave quede de la siguiente manera:

¿Experiencia mínima de dos (2) años en:

mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes de rayos X, o mantenimiento y/o instalación de equipos biomédicos de la especialidad de urología.

Cabe señalar que, el artículo 16 de la LCE, ha establecido que el expediente de contratación debe ser formulado sin obstáculos o direccionamiento que perjudiquen la competencia.

En tal sentido, le solicitamos acoger la referida observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma vulnerada Art. 2,16 LRCE y Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO.

SE ACLARA QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LAS BASES, ESPECÍFICAMENTE EN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE RAYOS X, SE ESTABLECE EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDEL EQUIPO A ADQUIRIR, EL CUAL INCLUYE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN CON RAYOS X.

ESTO GARANTIZA QUE EL PERSONAL CLAVE CUENTE CON LA EXPERIENCIA Y CUIDADOS NECESARIOS PARA MANEJAR LA COMPLEJIDAD DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:03:53

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación a la definición de bienes similares, se advierte que vuestra Entidad sólo ha requerido la acreditación de ¿equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes¿, pese a que el equipo objeto de la contratación, no sólo tiene la funcionalidad de capturar imágenes, o diagnosticar por imágenes, sino que, además, deberá capturar imágenes, realizar tratamientos a través de dicho equipo en relación a las distintas enfermedades que se detecten en los riñones. Es por ello, que realizamos la presente observación, en la medida que existe una serie de equipos biomédicos en la especialidad de urología que puede realizar este tipo de detección de enfermedades por imágenes, realizar tratamientos a los riñones, entre otros.

Además, de acuerdo con las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, se ha previsto que, en la definición de bienes similares, se debe consignar aquellos bienes similares al objeto de la contratación. Sin embargo, conforme hemos expuesto, vuestra Entidad estaría limitando únicamente a requerir experiencia a aquellas empresas que tienen experiencia en la venta de equipos biomédicos de ¿DIAGNOSTICO POR IMÁGENES¿. Finalmente, es importante señalar que del siguiente enlace, se puede apreciar bienes similares al objeto de la contratación : <https://ietsi.essalud.gob.pe/petitorio-de-equipos-biomedicos/>. Tales como: Litotriptor Intracorpóreo Láser Holmio, Litotriptor intracorporeo ultrasónico, entre otros.

En ese sentido, y a fin de no contravenir con la directiva de las bases estándar y ampliar la pluralidad de proveedores, le solicitamos que se acepte también otros bienes como similares quedando de la siguiente manera: ¿equipos biomédicos de diagnóstico por imágenes, o equipos biomédicos para la especialidad de urología, o equipos biomédicos en general para la especialidad de urología.

Cabe señalar, que no se está solicitando experiencia en la venta de otros equipos distintos al objeto de la contratación, sino son similares y están dentro de la especialidad de urología.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma vulnerada Art.2,16 LRCE y Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO

SE ACLARA QUE LA DEFINICIÓN DE BIENES SIMILARES EN LAS BASES SE ESTABLECE EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO LICITADO, QUE INCLUYE TECNOLOGÍA DE RAYOS X PARA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. ESTO GARANTIZA QUE LOS POSTORES TENGAN EXPERIENCIA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL EQUIPO REQUERIDO. LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN EL ENLACE PROPORCIONADO, AUNQUE VINCULADOS A LA ESPECIALIDAD DE UROLOGÍA, NO SON TÉCNICAMENTE COMPARABLES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. POR ELLO, NO SE AMPLIARÁ LA DEFINICIÓN DE BIENES SIMILARES, MANTENIÉNDOSE LO INDICADO EN LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
LP-SM-63-2024-ESSALUD/CEABE-1
1
Bien
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO, LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20610339175	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	ARIMEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:03:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases, se aprecia que en la ficha técnica del IETSI, se está requiriendo la especificación técnica B21 ¿Intensificador de imágenes de por lo menos (nueve) 9 in (pulgadas) con cámara de tv ccd y matriz de imagen de 1024x1024 pixeles.

Y que, de manera opcional, se puede ofertar el equipo biomédico con la especificación técnica E02 ¿sistema de rayos x con tecnología de detector plano (flat panel) de 10¿ x 10¿ como mínimo, en lugar de lo solicitado en la especificación técnica B21.

Sobre el particular, es preciso señalar que, de acuerdo con el Principio de Vigencia Tecnológica, las Entidades deben prever las mejoras a los bienes requeridos en tanto, dichos equipos en el tiempo hayan sido actualizados.

En ese sentido, y considerando que la especificación técnica E02 es una mejora a la especificación técnica mínima del B21, le solicitamos que se pueda incorporar como ¿MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS¿ de las bases, de conformidad con las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, que se incorpore como FACTOR DE EBALUACIÓN LAS MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E02, quedando de la siguiente manera:

MEJORA 1: E02 ¿sistema de rayos x con tecnología de detector plano (flat panel) de 10¿ x 10¿ EN REEMPLAZO DEL B21, CON PUNTAJE: 10 PUNTOS.

Cabe señalar, que no se está solicitando modificar ninguna especificación técnica, lo que se está solicitando es que considerando que dentro de la misma ficha técnica existen características opcionales en reemplazo de otra y que además son mejoras, se les otorgue puntaje adicional a aquellas empresas postoras que oferten el equipo con la característica E02, en lugar de B21

Acápite de las bases :
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico
Numeral: -
Literal: -
Página: 52

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA BRINDÓ RESPUESTA DE ABSOLUCIÓN, SEÑALANDO LO SIGUIENTE:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO

SE ACLARA QUE EL instituto de evaluación en tecnolog IETSI HA CONTEMPLADO LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA E02 COMO UNA ALTERNATIVA OPCIONAL AL B21, Y NO COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA OPCIONAL. EN ESE SENTIDO, NO CORRESPONDE CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFIACIÓN E02 COMO PUNTAJE ADICIONAL, DADO QUE EL ENFOQUE DE LAS BASES ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SIN ESTABLECER FACTORES DE EVALUACIÓN ADICIONALES NO PREVISTOS INICIALMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null