

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE		
Nomenclatura :	AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)		

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:05:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la Página 26. Capítulo III Requerimiento 3.1. Especificaciones Técnicas
En la sección 5.3.1. Características técnicas de los equipos, en las características del Equipo N°1 Inmunología, solicitan dos equipos con performance mínima de 85 pruebas por hora.

Si se adquieren dos equipos con esta capacidad, sumaría un total de 170 pruebas por hora.
Se solicita al comité ACEPTAR un equipo de 200 pruebas por hora, un performance mayor que los dos juntos mencionados previamente. Basándonos en el Principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, NO SE ACEPTA UN SOLO EQUIPO, YA QUE SE REQUIERE UN EQUIPO PRINCIPAL Y UN EQUIPO BACK UP, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:05:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Página 32. Capítulo III Requerimiento 3.1. Especificaciones Técnicas

En la sección 20-B. Experiencia del postor en la especialidad, mencionan que ¿Se consideran bienes similares a los siguientes: Reactivos de laboratorio clínico en general¿.

Se solicita al comité ACLARAR si esta nomenclatura también corresponde a los reactivos ligados a equipos en cesión de uso. Además, considerar también la venta de equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 20.B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, EL POSTOR DEBE ACREDITAR POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EN ESTE CASO, LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL MÁS NO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:05:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 16 de las bases administrativas, en el numeral 1.2. Objeto de la Convocatoria, en la cual se indica que el objeto de la contratación es la adquisición de reactivos asociados a equipos y software de gestión de laboratorio - ITEM PAQUETE (INMUNOLOGIA - HEMATOLOGIA - BIOQUIMICA.

En atención al principio PLURALIDAD DE POSTORES, se solicita al comité, si es posible la separación del ITEM PAQUETE ÚNICO, por los siguiente ITEM N° 01 INMUNOLOGÍA, ITEM N° 02 HEMATOLOGÍA, ITEM N° 03 BIOQUÍMICA, para que los postores puedan elegir a qué items pueden postular.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, NO SE ACOGE LA CONSULTA, EN RAZON A QUE EL PAQUETE ESTA ASOCIADO A UN SOFTWARE DE LABORATORIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:12:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Capitulo III ¿ Requerimiento-Especificaciones Técnicas
5.3.2 Características de los equipos de Cesión En Uso ¿
Equipo 2 -HEMATOLOGIA

Se indica que el control de calidad interno debe de contar con un control de calidad Inter laboratorial con reportes diarios.

Por los principios que rigen las contrataciones del estado en su art. 2 acápite a) Libertad de Concurrencia, al estar solicitando esta característica solamente en lo referente a Hemograma se esta restringiendo la concurrencia de postores para todo el paquete.

Solicitamos al comité se retire lo correspondiente a lo solicitado e incluir que el postor proponga un control de calidad externo para hematología con experiencia internacional como nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE SE CONSIDERARÁ TAMBIÉN EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL COMO NACIONAL, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: SE CONSIDERARÁ TAMBIÉN EL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL COMO NACIONAL, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referente al software de laboratorio:

-Modulo de Microbiología, incluyendo antibiograma.

Al ser un proceso para el laboratorio central en el que los items requeridos son para el laboratorio de rutina, los módulos de microbiología están dirigidos para un área especializada, no de rutina, se solicita amablemente al área usuaria considerar que el módulo de microbiología sea opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE ACEPTA QUE EL MÓDULO DE MICROBIOLOGÍA SEA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA LO SIGUIENTE: SE ACEPTA QUE EL MÓDULO DE MICROBIOLOGÍA SEA OPCIONAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente al software de laboratorio:

-Incluya un modulo de consulta web de resultados que permita al paciente acceder de forma remota a la visualización de resultados.

Al ser un proceso por una corta duración de tiempo aproximadamente 45 días, algunos módulos de IT son costosos y puede exponer al proveedor a presentar una propuesta que no se competitiva en precios, se solicita amablemente al área usuario considerar de manera opcional el módulo de consulta web

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, EL MÓDULO DE CONSULTA WEB SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: EL MÓDULO DE CONSULTA WEB SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicita lo siguiente para analizador de inmunología:

-Capacidad de interfase de resultados directamente al sistema del hospital.

El presente proceso tendrá una duración de 45 días aproximadamente, las interfaces a sistemas HIS toman tiempo y algunos desarrollos, en pro de ofrecer una oferta competitiva solicitamos amablemente al área usuaria que la interfase al sistema del hospital sea opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, LA CAPACIDAD DE INTERFASE DE RESULTADOS DIRECTAMENTE AL SISTEMA DEL HOSPITAL SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: LA CAPACIDAD DE INTERFASE DE RESULTADOS DIRECTAMENTE AL SISTEMA DEL HOSPITAL SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al requerimiento del analizador de inmunología:

Externo:Software de Gestion de laboratorio (SGL) que incluya las interfaces para los analizadores y que permita la conectividad hacia una red externa (Sistema de Gestión Hospitalaria)

El presente proceso tendrá una duración de 45 días aproximadamente, las interfaces a sistemas HIS toman tiempo y algunos desarrollos, en pro de ofrecer una oferta competitiva solicitamos amablemente al área usuaria que la interfase al sistema del hospital sea opcional

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, LA CONECTIVIDAD HACIA UNA RED EXTERNA (SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA) SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: A CONECTIVIDAD HACIA UNA RED EXTERNA (SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA) SERÁ OPCIONAL, DEBIDO A LA DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto a la antigüedad de los equipos de inmunología:

ANTIGÜEDAD: Hasta 5 años (de acuerdo a los Certificados del fabricante y DUA (Documento Unico de Aduanas)
Se solicita amablemente al área usuaria aceptar equipos de hasta 8 años de antigüedad, siempre y cuando el proveedor garantice la operatividad de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPOS ACORDE AL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Referente al equipo de hematología:

PERFORMANCE: Mínimo 100 hemogramas por hora

Se solicita confirmar al área usuaria que el performance solicitado es para el conteo de glóbulos blancos y para la determinación de las 5 estirpes leucocitarias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, EL PERFORMANCE SOLICITADO ES PARA EL CONTEO DE GLÓBULOS BLANCOS Y PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 5 ESTIRPES LEUCOCITARIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con respecto a la antigüedad del equipo hematológico:

ANTIGÜEDAD: Hasta 5 años (de acuerdo a certificado del fabricante)

Se solicita amablemente al área usuaria aceptar equipos de hasta 7 años de antigüedad, siempre y cuando el proveedor garantice la operatividad de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPOS ACORDE AL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con respecto a la antigüedad de los equipos de bioquímica:

ANTIGÜEDAD: Hasta 5 años (de acuerdo a certificado del fabricante)

Se solicita amablemente al área usuaria aceptar equipos de hasta 9 años de antigüedad, siempre y cuando el proveedor garantice la operatividad de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPOS ACORDE AL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

e) Certificado de análisis y/o protocolo de análisis y/o ficha técnica de análisis y/o certificado de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica y que deben contener el refrendo (nombre, firma y sello) del director técnico del postor (debe consignar nombre del producto y/o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita.

Se debe entender que el postor tiene que presentar en la Presentación de ofertas, la documentación requerida en este literal de los reactivos principales de acuerdo a lo siguiente: Item paquete 1 (22 reactivos) , Item paquete 2 (Kit de reactivos y soluciones libres de cianuro), Item paquete 3 (14 reactivos)
Consultamos al Comité de Selección si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, EL POSTOR TIENE QUE PRESENTAR EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LAS BASES, ACLARANDO QUE ES UN PAQUETE ÚNICO (22 REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA, 1 REACTIVO DE HEMATOLOGÍA Y 14 REACTIVOS DE BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

e) Certificado de análisis y/o protocolo de análisis y/o ficha técnica de análisis y/o certificado de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica y que deben contener el refrendo (nombre, firma y sello) del director técnico del postor (debe consignar nombre del producto y/o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita.

Al respecto, debemos precisar que, en el caso de los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro fabricados en el extranjero, la documentación que emiten los fabricantes, como es el Certificado de Análisis, se sujeta a las directrices específicas del fabricante y son emitidos en virtud de los formatos propios de estos, con la información que estos consideran incluir en dichos certificados.

Asimismo, estos documentos no suelen incluir toda la información requerida por la normativa sanitaria nacional en un solo documento. Esto ocurre, por ejemplo, con los límites, también conocidos como especificaciones técnicas, los cuales son definidos inicialmente por el fabricante y se encuentran contenidos en uno o más documentos independientes. Estos límites o especificaciones técnicas, luego son usados como parámetros para verificar el cumplimiento de cada uno de los lotes fabricados.

En este contexto, siendo que los certificados de análisis de los productos ofertados son emitidos por los fabricantes extranjeros en su formato y con información propia, sobre los cuales los postores no tenemos injerencia, solicitamos lo siguiente:

Que se acepte el certificado de análisis en el formato original proporcionado por el fabricante, complementado con un documento adicional que incluya los límites o especificaciones técnicas u otros datos que el certificado no contenga y que, leídos de manera conjunta, permitan verificar la información requerida por la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE ACEPTA UN DOCUMENTO ADICIONAL AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS, SIEMPRE Y CUANDO EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO DETALLE MAYOR INFORMACIÓN U OTROS DATOS EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: SE ACEPTA UN DOCUMENTO ADICIONAL AL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS, SIEMPRE Y CUANDO EL CERTIFICADO DE ANÁLISIS NO DETALLE MAYOR INFORMACIÓN U OTROS DATOS EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

e) Certificado de análisis y/o protocolo de análisis y/o ficha técnica de análisis y/o certificado de análisis tal cual son emitidos por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo, incluyendo los emitidos electrónicamente o con firma electrónica y que deben contener el refrendo (nombre, firma y sello) del director técnico del postor (debe consignar nombre del producto y/o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento, pruebas realizadas y resultados analíticos obtenidos, firma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio fabricante que lo emita.

Teniendo en cuenta que se trata de un documento sujeto a una vigencia (vencimiento) y referido a un lote específico del producto, que no necesariamente corresponderá al lote del producto a internar, momento en el cual se hace una verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto ofrecido con el certificado de análisis del lote entregado, no existe razonabilidad para su presentación al momento de la oferta.

En consideración a ello, solicitamos:

a) Suprimir de la relación de documentos de presentación obligatoria con la oferta, la presentación del certificado de análisis, dado que el mismo es presentado en la etapa de ejecución contractual al momento de entrega del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES (PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS), ACLARANDO QUE NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PRESENTADO EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, YA QUE ENTENDEMOS QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTÁN CONDICIONADAS A LA FECHA DE ENTREGA, FECHA DE LA CUAL NO SE CONOCERÍA CON EXACTITUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: SE RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES (PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y/O PROTOCOLO DE ANÁLISIS), ACLARANDO QUE NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA FECHA DE VENCIMIENTO PRESENTADO EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, YA QUE ENTENDEMOS QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTÁN CONDICIONADAS A LA FECHA DE ENTREGA, FECHA DE LA CUAL NO SE CONOCERÍA CON EXACTITUD.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

f) Registro sanitario o certificado de Registro sanitario

Se debe entender que el postor tiene que presentar en la Presentación de ofertas, la documentación requerida en este literal de los reactivos principales de acuerdo a lo siguiente: Item paquete 1 (22 reactivos) , Item paquete 2 (Kit de reactivos), Item paquete 3 (14 reactivos)

Consultamos al Comité de Selección si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN (REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO) REQUERIDA EN UN ITEM PAQUETE ÚNICO (22 REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA, 1 REACTIVO DE HEMATOLOGÍA Y 14 REACTIVOS DE BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

f) Registro sanitario o certificado de Registro sanitario o documento que acredite que no están sujetos al otorgamiento de registro sanitario o listado oficial actual publicado en la página web de Digemid de los bienes que no requieren registro sanitario vigente.

De acuerdo con nuestra interpretación, el punto mencionado requiere dicha documentación para aquellos reactivos de los ítems paquete 1, 2 y 3 que necesitan registro sanitario.

Solicitamos amablemente al comité especial que se suprima el siguiente texto:
¿documento que acredite que no están sujetos al otorgamiento de registro sanitario o listado oficial actual publicado en la página web de Digemid de los bienes que no requieren registro sanitario vigente¿
Consideramos que esta supresión es necesaria para evitar posibles malas interpretaciones entre los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES (PRESENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO), DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES DE IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

j) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) vigente y/o documentación alternativa como es el caso del certificado CE de la comunidad Europea y/o Norma ISO 13485 vigente y/o FDA.
De acuerdo con nuestra interpretación,el postor debe presentar en la Presentación de ofertas, la documentación requerida en este literal por los reactivos principales de acuerdo a lo siguiente:
Item paquete 1 (22 reactivos) , Item paquete 2 (Kit de reactivos), Item paquete 3 (14 reactivos)
Consultamos al Comité de Selección si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: j Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN (CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA VIGENTE Y/O CERTIFICADO CE DE LA COMUNIDAD EUROPEA VIGENTE Y/O ISO 13485 VIGENTE Y/O FDA VIGENTE) REQUERIDA EN UN ITEM PAQUETE ÚNICO (22 REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA, 1 REACTIVO DE HEMATOLOGÍA Y 14 REACTIVOS DE BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

k) Ficha técnica del producto y equipo en cesión en uso

En el PRONUNCIAMIENTO N° 122-2023/OSCE-DGR, el OSCE determina que la Entidad no debería exigir la presentación de Ficha técnicas del producto y equipo en cesión en uso para la presentación de ofertas.

Esto se considera excesivo, dado que dichos anexos no acreditan alguna especificación técnica, sino que solo requieren datos meramente informativos de los reactivos y del equipo en cesión de uso, según corresponda.

Asimismo, estas fichas requieren copiar uno a uno los requerimientos técnicos mínimos. Por consiguiente, dichos requisitos deberán ser presentados para la suscripción del contrato.

Solicitamos amablemente al comité especial que precise que la Ficha técnica del producto y equipo en cesión en uso deberán ser presentados para la suscripción del contrato, con el fin de evitar malas interpretaciones entre los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES, YA QUE BRINDA INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL REACTIVO Y EQUIPO EN CESIÓN DE USO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

I) El cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos en cesión en uso, se acreditará con la presentación de catálogos, manuales de usuario o servicio u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca.

Al respecto, conforme lo establecido en el Pronunciamiento N° 897-2019/OSCE-DGR de fecha 07 de octubre de 2019 concordante con lo estipulado en la base estándar vigente del presente proceso de selección, el cual establece que en caso se solicite documentación adicional, se deberá detallar qué características técnicas corresponde se acrediten con los documentos antes mencionados, en ese sentido, solicitamos al Comité precise en las bases que con los documentos antes mencionados corresponde se acredite las siguientes especificaciones técnicas para los equipos en cesión en uso:

Metodología, Performance, Características y Muestra, entendiéndose que las demás características técnicas se encontrarán acreditadas con la presentación del Anexo N° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: | Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE PRECISARÁ EN LAS BASES LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DE CESIÓN DE USO: METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICA Y MUESTRA EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE CESIÓN DE USO, SE ACREDITARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑA DE LA MARCA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: SE PRECISARÁ EN LAS BASES LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS EQUIPOS DE CESIÓN DE USO: METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICA Y MUESTRA EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE CESIÓN DE USO, SE ACREDITARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y/O FABRICANTE LEGAL Y/O DUEÑA DE LA MARCA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

k) Ficha técnica del producto

De acuerdo con nuestra interpretación, cuando se refieren en el literal k) a la Ficha Técnica del Producto, se está haciendo referencia a los insertos de los reactivos.
Consultamos al Comité de Selección si es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, ES CORRECTO SU APRECIACIÓN, LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HACE REFERENCIA A LOS INSERTOS DE LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

k) Ficha técnica del producto y equipo en cesión en uso todos los productos deben corresponder a una sola marca comercial preferentemente y compatible con el equipo en cesión en uso.

Cabe señalar que lo relevante en este proceso es que los Reactivos y los equipos en cesión en uso pertenezcan al mismo fabricante, toda vez que este enfoque reduce el riesgo de incompatibilidades técnicas e incide en la calidad e idoneidad de los bienes.

Solicitamos amablemente al comité especial permitir que los Reactivos y los equipos en cesión en uso de cada ítem paquete sea de la misma marca comercial y/o fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES, A FIN DE NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE LA LIBRE CONCURRENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

k) Ficha técnica del producto

Solicitamos amablemente al comité especial permitir que la acreditación de los reactivos en la presentación de ofertas se realice con Manual de uso o inserto para acreditar las siguientes especificaciones técnicas: Presentación, Metodología y Muestra.

Entendiendose que las demas especificaciones se encontraran acreditadas con la Declaración Jurada de cumplimiento de las EETT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE PRECISARÁ EN LAS BASES LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS REACTIVOS: METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICA, ACCESORIOS Y MUESTRA EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS, SE ACREDITARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS (INSERTOS) EMITIDOS POR EL LABORATORIO FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: SE PRECISARÁ EN LAS BASES LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS REACTIVOS: METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICA, ACCESORIOS Y MUESTRA EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS, SE ACREDITARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS (INSERTOS) EMITIDOS POR EL LABORATORIO FABRICANTE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

k) Ficha técnica del producto y equipo en cesión en uso

Solicitamos amablemente al comité especial que se suprima el siguiente texto:
¿equipo en cesión en uso¿ y solo mantener a la ficha técnica del producto

Consideramos que esta supresión es necesaria para evitar posibles malas interpretaciones entre los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, NO SE SUPRIMIRÁ LO INDICADO EN LAS BASES, SE ACLARA QUE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HACE REFERENCIA A LOS REACTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

5 Descripción detallada de los bienes solicitados

ITEM PAQUETE 2: REACTIVOS DE HEMATOLOGIA

PRESENTACIÓN: Tiempo de expiración

Debemos señalar que esta es una característica que corresponde a cada postor asegurar la entrega del reactivo con el tiempo indicado en la especificación técnica.

Solicitamos amablemente al comité especial considerar que la acreditación del tiempo de expiración para la presentación de ofertas se efectúe mediante el Anexo 3 - Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, SE RATIFICA LO INDICADO EN LAS BASES (PRESENTACIÓN, METOLODÍA, MUESTRA, ACCESORIOS), ACLARANDO QUE NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA FECHA DE VENCIMIENTO, YA QUE ENTENDEMOS QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTAN CONDICIONADAS A LA FECHA DE ENTREGA, FECHA DE LA CUAL NO SE CONOCERÍA CON EXACTITUD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS (ITEM PAQUETE 1,2 Y 3)

Al respecto, debemos señalar que el OSCE ha indicado en diversos Pronunciamientos que el solicitar para la admisión de ofertas, la antigüedad del equipo supondría que los postores ya cuenten con el equipo pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas, conforme lo señala el Pronunciamiento N° 263-2015/DSU.

Solicitamos amablemente que la antigüedad se solicite al postor ganador al momento de la firma de contrato y no al momento de presentación de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, EN RELACIÓN A LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS SE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO CON EL ANEXO N° 03, ENTENDIENDOSE QUE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ PRESENTADA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE: EN RELACIÓN A LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS SE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO CON EL ANEXO N° 03, ENTENDIENDOSE QUE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ PRESENTADA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-GRC/UL-HSJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS Y SOFTWARE DE GESTION DE LABORATORIO-ITEM PAQUETE(INMUNOLOGÍA-HEMATOLOGÍA-BIOQUÍMICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:47:16

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el requerimiento señalan a los REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPO Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE LABORATORIO ITEM PAQUETE (1,2 Y 3)

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar si el presente procedimiento de selección es un item paquete con 3 sub item o son item independientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, ACLARA QUE, DICHO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CORRESPONDE A UN ITEM PAQUETE ÚNICO (22 REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA, 1 REACTIVO DE HEMATOLOGÍA Y 14 REACTIVOS DE BIOQUÍMICA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null