

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código : 20327514581

Nombre o Razón social : PLATINUM CORP S.R.L.

Fecha de envío : 10/01/2025

Hora de envío : 17:39:42

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Plazo de Entrega

Siguientes Entregas:

¿.En segunda instancia, las siguientes entregas podrán variar en la fecha de giro de la orden de compra de acuerdo a disponibilidad de stocks existentes en los almacenes institucionales.

=====

A fin de asegurar el cumplimiento del cronograma y de que el Contratista garantice contar con el stock de reactivos, se debe precisar que si en caso varían las siguientes entregas (como se ha indicado), se requiere de la aceptación del Contratista, pues este debe confirmar que cuenta con el stock necesario.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta, se precisa que respecto al cambio o cambios necesarios a indicarse, estos deben ser realizados con previa coordinación entre la Entidad y el Contratista, lo que se indicara en la integración de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta, se precisa que respecto al cambio o cambios necesarios a indicarse, estos deben ser realizados con previa coordinación entre la Entidad y el Contratista, lo que se indicara en la integración de las bases.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Cronograma de Entregas

=====

Solicitamos confirmar que se va a respetar la emisión de ordenes de compra por el total de reactivos de cada mes, esto con la finalidad de asegurar el cumplimiento del contrato, ordenar la gestión de entregas y que el Contratista garantice contar con el stock suficiente para cada entrega garantizando el cumplimiento de la necesidad del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta; A fin de llevar el proceso ordenadamente se dará cumplimiento al cronograma de entregas presentado por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Cronograma de Entregas

Ítem 1.2 Colesterol LDL

1ra Entrega: 300

4ta Entrega: 300

7ma Entrega: 300

10ma Entrega: 300

12va Entrega: 300

Total 1500 Determinaciones

=====

Nuestra presentación del reactivo Colesterol LDL es caja por 600 Determinaciones lo cual cumple el requerimiento solicitado (presentación por 300 Det a más).

En cumplimiento de la autorización de DIGEMID en Registro Sanitario solo podemos entregar en cajas por 600 Determinaciones.

Por lo expuesto CONSULTAMOS a fin de que se acepte que la entrega del reactivo Colesterol LDL (ítem 1.2), se realice del modo siguiente:

1ra Entrega: 600

4ta Entrega: 600

7ma Entrega: 300

Total 1500 Determinaciones

Lo cual no afecta la totalidad del reactivo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta; para la entrega de reactivos Colesterol LDL (ítem 1.2), también se aceptara del modo siguiente:

1ra Entrega: 600 DET

4ta Entrega: 600 DET

7ma Entrega: 300 DET

T o t a l                    1   5   0   0                    D e t e r m i n a c i o n e s                    D E T

Considerando la fecha de vencimiento del reactivo o en su defecto un documento que garantice el canje ,en caso de vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta; para la entrega de reactivos Colesterol LDL (ítem 1.2), también se aceptara del modo siguiente:

1ra Entrega: 600 DET

4ta Entrega: 600 DET

7ma Entrega: 300 DET

T o t a l                    1   5   0   0                    D e t e r m i n a c i o n e s                    D E T

Considerando la fecha de vencimiento del reactivo o en su defecto un documento que garantice el canje ,en caso de vencimiento.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Documentos de presentación obligatoria  
Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (Original o copia simple)  
¿La folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto servirá para acreditar las siguientes especificaciones técnicas:  
Reactivos: Presentación y Metodología  
Equipo: Metodología y Características  
=====

Consultamos a fin de que se precise que en el EQUIPO también debe acreditarse el TIPO de Equipo indicado en folios 37 y 38 de las bases.  
Quedando el requisito del modo siguiente:  
¿ Reactivos: Presentación y Metodología  
¿ Equipo: Tipo, Metodología y Características

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.k) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta; adicional a lo señalado también debe acreditarse el TIPO de Equipo, entonces para lo cual SOLO debe presentarse lo siguiente: Para Reactivos: Presentación y Metodología, Para el Equipo: Tipo, Metodología y Características. Lo cual se actualizara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan acoger su consulta; adicional a lo señalado también debe acreditarse el TIPO de Equipo, entonces para lo cual SOLO debe presentarse lo siguiente: Para Reactivos: Presentación y Metodología, Para el Equipo: Tipo, Metodología y Características. Lo cual se actualizara en las bases integradas.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Documentos de presentación obligatoria

Para las otras características de las especificaciones técnicas de los reactivos y equipo en cesio en uso, podrán ser acreditadas con una Carta que sustente el compromiso de cumplimiento de los solicitado.

=====

Consultamos a fin de que se precise que lo solicitado en este párrafo se refiere a documento emitido por el postor, siendo además suficiente con la presentación del Anexo 03 de las Bases ¿Declaración Jurada d cumplimiento de Especificaciones Técnicas¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.k) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determina precisar que, para las demás características y condiciones, que no se ha solicitado la acreditación en la oferta, es suficiente la presentación del Anexo 03 de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requisitos para perfeccionamiento del Contrato  
a) Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato.

=====  
Consultamos a fin de que se precise que se aceptará una Carta Fianza por cada Ítem. (Ítem 1 Reactivos de Presentación Unitaria, Ítem 2 reactivos de Presentación dual)

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2    Literal: 2.3    Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que, se aceptara Carta Fianza, Así mismo, indicar que según el articulo 149.1 del Reglamento de la ley de contrataciones "(¿)la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.(...)" , en este sentido va a corresponder presentar la carta fianza según el valor del ítem paquete o la sumatoria de los valores de los ítems paquetes adjudicados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Requisitos para perfeccionamiento del Contrato

I) Declaración jurada de deslinde de responsabilidad (Anexo B)

=====

Consultamos a fin de que se corrija el error material

Dice: Anexo B

Debe Decir: Anexo F

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2    Literal: 2.3    Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se acepta la consulta, se procederá a la corrección del error material en las bases integradas:

Dice: Anexo B

Debe Decir: Anexo F

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se acepta la consulta, se procederá a la corrección del error material en las bases integradas:

Dice: Anexo B

Debe Decir: Anexo F

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Requerimiento

Reactivos (página 26 a 36 de bases)

=====

Respecto a la vigencia mínima solicitada en los reactivos. Consultamos a fin de que se precise que se aceptará vencimiento menor siempre que se presente carta de compromiso de canje (Anexo B de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que la vigencia mínima será la señalada en el numeral 6 - Vigencia mínima del Producto, del requerimiento del Capítulo III de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Consultamos a fin de que se corrija el error material

Dice: Ítem Paquete 1

Debe Decir: Ítem Paquete 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se acepta la consulta, se procederá a la corrección del error material en las bases integradas: (REACTIVO DE PRESENTACION DUAL) Dice: Ítem Paquete 1

Debe Decir: Ítem Paquete 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se acepta la consulta, se procederá a la corrección del error material en las bases integradas: (REACTIVO DE PRESENTACION DUAL) Dice: Ítem Paquete 1

Debe Decir: Ítem Paquete 2

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consultamos a fin de que en el caso excepcional y sustentado, que para el ítem Paquete N° 2 no se cuente con alguno de los sub ítems de reactivos duales, entonces se acepte también la entrega de reactivos individuales en la misma cantidad equivalente, asumiendo el contratista el costo de los mismos. Lo cual no afectaría la finalidad pública de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No aceptar la Consulta, ya que vulnera la indagación de mercado, el requerimiento y la pluralidad de postores. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Páginas 38 ¿ 39

Equipo Principal en Cesión en Uso

Antigüedad:

MENOR de 03 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz).

Copia certificada.

=====

Solicitamos la evaluación por parte del área usuaria, para que determine que el año de antigüedad del equipo se amplíe a 5 años, acreditado con certificado del fabricante que consigne la fecha de fabricación.

Considerando la tecnología del equipo que se oferta, en este caso química seca, es decir nuestro equipo automatizado de vanguardia tiene un funcionamiento óptimo y performance de hasta 10 años de trabajo continuos.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se aceptara equipos con una antigüedad de 3 a 5 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz). Copia certificada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se aceptara equipos con una antigüedad de 3 a 5 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz). Copia certificada.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Páginas 38 ¿ 39

Equipo de SOPORTE en Cesión en Uso

Antigüedad:

MENOR de 03 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz).

Copia certificada.

Solicitamos la evaluación por parte del área usuaria, para que determine que el año de antigüedad del equipo se amplíe a 5 años, acreditado con certificado del fabricante que consigne la fecha de fabricación.

Considerando la tecnología del equipo que se oferta, en este caso química seca, es decir nuestro equipo automatizado de vanguardia tiene un funcionamiento óptimo y performance de hasta 10 años de trabajo continuos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se aceptara equipos con una antigüedad de 3 a 5 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz). Copia certificada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan precisar que se aceptara equipos con una antigüedad de 3 a 5 años de fabricación (Certificado de fabricante que consigne fecha de fabricación emitido por casa matriz). Copia certificada.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:39:42

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DEL EQUIPO DE SOPORTE EN CESION EN USO

METODOLOGIA

Colorimétrico, potenciométrico, inmunocinético y turbidimétrico

CONSULTAMOS: En el requerimiento solicitan la metodología turbidimétrica; entendemos que esta metodología es para el procesamiento de pruebas de rutina (EQUIPO PRINCIPAL); en tal sentido siendo un equipo de soporte o back up solo se relacionan a pruebas de emergencia y están no necesariamente utilizan esta metodología; por lo tanto, esta metodología sea opcional.

Quedando la especificación del equipo de soporte del modo siguiente:

¿ EQUIPO DE SOPORTE EN CESION EN USO

¿ Metodología: Colorimétrico, potenciométrico, inmunocinético y turbidimétrico (opcional).

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan aceptar la consulta, se precisa que se aceptara para el Equipo de SOPORTE se acepta del modo siguiente: Metodología: Colorimétrico, potenciométrico, inmunocinético y turbidimétrico (opcional).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan aceptar la consulta, se precisa que se aceptara para el Equipo de SOPORTE se acepta del modo siguiente: Metodología: Colorimétrico, potenciométrico, inmunocinético y turbidimétrico (opcional).

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:  
CREATININA FOSFOKINASA CPK-MB O CREATINA KINASA CK-MB  
Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico  
En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: IFCC y/o metodología de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:  
FOSFATASA ALCALINA  
Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico  
En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: IFCC y/o metodología de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Consulta:  
De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:  
DESHIDROGENASA LÁCTICA  
Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico  
En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: IFCC y/o metodología de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Consulta:

De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:

AMILASA

Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: Cinético y/o metodología de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:  
COLESTEROL LDL

Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: Método Directo y/o metodología de acuerdo al fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA BIOQUÍMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/01/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	21:29:31

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan el reactivo de:  
COLESTEROL HDL

Metodología: Colorimétrico y/o Enzimático y/o Turbidimétrico

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores, consultamos al comité si aceptarían también la siguiente metodología: Método Directo y/o metodología de acuerdo al fabricante.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al análisis, el Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, por decisión unánime determinan, No se acoge la Consulta. Nos ratificamos en las especificaciones indicadas en las bases, donde se detallan varias alternativas pero como metodologías específicas de reacción , determinadas en virtud a las expectativas técnicas y operativas propias de la entidad, puestas en función de nuestros pacientes en concordancia con las condiciones actuales de nuestra área (infraestructura y servicios); así como con los objetivos de nuestro servicio (resultados eficientes ,oportunos y de calidad) , sin dejar de lado la repercusión sanitaria al medio ambiente ,que se afecta con el tipo de metodología escogida para procesar (por ej. aquellas metodologías con deficiente manejo de sus desechos líquidos contaminados) , garantizando de esta manera la Bioseguridad de nuestro personal y del ambiente intra-hospitalario. En tal sentido, nos reafirmamos con lo solicitado. Por tanto, no se acoge la consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null