

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES MECÁNICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601910030	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN ELECTROMEDICA DEL PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	20:30:52

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

**C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O REPARACIÓN DE VENTILADORES MECÁNICOS Y OTROS EQUIPOS BIOMEDICOS SIMILARES

**CONSULTA:**

Cuando detallan el término ¿Y OTROS EQUIPOS BIOMEDICOS SIMILARES? se entiende por equipos biomédicos en general.

En Aras de la Liberta de concurrencia de postores y la Igualdad de trato solicitamos al comité de selección aclare de la siguiente manera:

Debe decir:

Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O REPARACIÓN DE VENTILADORES MECÁNICOS Y OTROS EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** c      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE YA QUE LOS EQUIPOS SIMILARES NO SON TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, PERO SI ALGUNOS LOS CUALES SE DETALLARÁ

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARA SIMILARES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O REPARACION DE VENTILADORES MECÁNICOS Y/O SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O REPARACIÓN DE MÁQUINA DE ANESTESIA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-51-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORES MECÁNICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601910030	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN ELECTROMEDICA DEL PERÚ S.A.C.	Hora de envío :	20:45:06

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

**1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 25 días calendario, contados a partir del día de la suscripción del contrato.

**OBSERVACION:**

Al respecto solicitamos al comite de seleccion AMPLIA EL PLAZO DE LA PRESTACION A 45 DIAS, por el tema de la demora de importacion de los repuestos y componentes, sabemos claramente las proveedores que trabajamos en este rubro que DRAGER es un equipo importado, por lo cual para cumplir con lo requerido en los TDR y el contrato, se va requerir importar los componentes, para ello se requiere un tiempo razonable de 45 días para cumplir con el objeto de la convocatoria.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: PLAZO Página: 13**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, EL PLAZO DE LA PRESTACIÓN SERÁ HASTA 45 DÍAS CALENDARIO EL MISMO QUE SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null