

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	15:23:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Respecto a la primera entrega y puesta en operación, se ha establecido que la primera entrega se entregará dentro de los siete (10) días calendario contados desde el día siguiente de Notificado la Orden de Compra: No obstante, dicho plazo resulta insuficiente, considerando que en este plazo se deberá entregar el equipo ofertado en cesión de uso, su instalación y puesta en funcionamiento; por lo que solicitamos al comité de selección que amplíe el plazo de la primera entrega, conforme al siguiente detalle:  
PRIMERA ENTREGA: Será dentro de los quince (20) días calendario contado a partir del día siguiente de la firma del contrato. Incluye la entrega de reactivos, equipo en cesión de uso, su instalación y puesta en funcionamiento."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se aclara que se aceptará que la PRIMERA ENTREGA: Será dentro de los quince (15) días calendario contado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Además se aclara que en la primera entrega el contratista deberá hacer la entrega de kits, equipo en cesión de uso, su instalación y puesta en funcionamiento. SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	15:23:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"Respecto a las especificaciones técnicas del kit, Solicitan: Kit completo para Aféresis según el uso (Plaquetas o recambio plasmático terapéutico)

Consultamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva ACLARAR cuál es la necesidad del kit: Entendiéndose que la tecnología de aféresis es un tipo de separación de Hemocomponentes y dependiendo que componente se desea obtener se utilizará el tipo de kit adecuado, como Kit para Plaquetaféresis o Kit para Eritroaféresis o Kit para Plasmaféresis. Pues cada kit tiene su propio Registro Sanitario, Certificado de Análisis, Instrucciones de Uso."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria se aclara al participante que, tal como se encuentra detallado en las Especificaciones Técnicas del Requerimiento se requiere: Kit completo para aféresis en empaque individual, las cantidades de kits de aferesis segun el uso (plaquetaféresis y recambio plasmático terapéutico) la cantidad aproximada que se requiere es de: 240 kit para plaquetaféresis y 60 kit de plasmaféresis (procedimiento terapeutico), dicha cantidad responde a la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

el o los equipos entregados en cesion en uso por el proveedor deben ser no reponteciados, con una antigüedad de menor a los cuatro años como maximo

Solicitamos en la antigüedad del equipo se considere una antigüedad menor de seis años, sabiendo que si el equipo tiene sus mantenimientos preventivos al día se garantiza su perfecta operatividad; y tambien para evitar que el valor de un equipo mas nuevo repercuta en un mayor precio del kit a ofertar

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, a fin de promover la mayor participacion de postores se aclara la consulta, se aceptará equipos con una antigüedad no mayor a 5 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

el servicio de laboratorio requiere 2 computadoras.  
solicitamos amablemente se considere solo una (01) computadora, por ser suficiente para realizar todas las tareas descritas, y tambien para asegurar la integridad de la informacion

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria y a fin de cumplir con el principio de libertad de concurrencia, se aclara la consulta, se requiere 01 computadora, servidor, cableado y 01 impresora los mismo que permitirán el manejo de datos exportados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El mantenimiento es necesario por lo menos cada dos meses.  
solicitamos que el mantenimiento preventivo del equipo por favor sea cada seis meses, tal como lo recomienda el fabricante

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se acepta parcialmente la consulta, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos entregados por el postor, se establecerá que el mantenimiento preventivo del equipo se realizará cada 4 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:18:20

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
uso plaquetaferesis (producto final leucorreduccio)o recambio plasmatico terapeutico.  
Señores solicitamos amablemente precisar si los kits se utilizaran solo para procedimientos de plaquetaferesis o tambien se realizaran procedimientos de recambio plasmatico ( procedimientos terapeuticos)

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, Se aclara que los kits se utilizaran para procedimientos de plaquetaferesis y también se realizarán procedimientos de recambio plasmático ( procedimientos terapéuticos)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: 4.5 Metodología Analítica Este tipo de producto es sui generis y tiene Metodología propia del Fabricante, la cual puede ser verificada en los folletos instructivos, catálogos, manuales y también en los Protocolos de Análisis, Certificado de Análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad. El Comité de Selección aceptara la propuesta técnicas con la verificación de las especificaciones técnicas del Kit Completo para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 4.5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará la propuesta con la verificación de las especificaciones técnicas del Kit Completo para Aféresis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales, carta del fabricante, protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Requerimiento consumibles calibradores controles y accesorios. Los equipos de aferesis no requieren de controles para realizar los procedimientos de Aferesis.

El Comité de Selección eliminara estos requerimientos por no ser adaptables al equipo de aferesis?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta , se eliminará el requerimiento controles por no corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Procesamiento de datos Externo: Software con interfaz e interconexión operativa al Sistema de Salud del Centro Asistencial tanto para la recepción de solicitudes y envío de resultados con capacidad de manejar toda la información del laboratorio por el periodo de duración del servicio ( solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadística, entre otros). Esta especificación técnica resulta incongruente por varios motivos, como el equipo de aferesis no recibe solicitudes, tampoco realiza control de calidad, tampoco realiza estadística, tampoco almacena resultados históricos y lo más imporatnte que se hace referencia al laboratorio cuando el equipo de aferesis se usa en Banco de Sangre y este servicio no tiene el software institucional, por lo tanto se debería eliminar para todos los establecimientos de EsSalud esta característica.

El Comité de Selección eliminará de este proceso la necesidad del software con interfaz e interconexión por ser incongruente con el equipo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, Se aclara la consulta y se indica que, con respecto al procesamiento de datos externos, se requiere como mínimo, que el equipo ofertado tenga capacidad de archivo de los procedimientos terapeuticos realizados con capacidad de exportar al software del usuario (banco de sangre). Se aclara que se elimina el requerimiento de software con interfaz e interconexión al Sistema de Salud del Centro Asistencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Procesamiento de datos Hardware de acuerdo al requerimiento del usuario final (computadoras, servidor y cableado) Interconexión a la WEB (intranet y/o Internet) para aplicaciones en el Banco de Sangre si el usuario lo requiere. Esta especificación tecnica resulta también incongruente e innecesaria ya que no es posible hacer la conexión del equipo via internet o intranet, ademas solicitan computadoras, es decir mas de una, cuando se solicitan dos equipos de aferesis, y no se requiere de servidor y menos de cableado. El Comité debería suprimir estas solicitudes.

El Comité de Selección eliminará estos requerimientos por no ser adaptables al equipo de aferesis?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se aclara la consulta, se requiere 01 computadora, servidor, cableado y 01 impresora los mismo que permitirán el manejo de datos exportados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: 5.2 Condiciones de la Cesion en Uso del Equipo

El Comite especial solicita que la antigüedad del equipo no sea menor a los 4 años de antigüedad.

El Comité de Selección aceptara la propuesta técnicas con un equipo de aferesis con una antigüedad menor o igual a 6 años?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, a fin de promover la mayor participacion de postores se aclara la consulta, se aceptará equipos con una antigüedad no mayor a 5 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: 5.6 Sistema Informatico de Laboratorio

Esta especificación técnica resulta también incongruente e innecesaria ya que no es posible hacer la conexión del equipo vía internet o intranet y tampoco hay un software institucional por lo tanto se debería suprimir este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se aclara que se elimina el requerimiento de software con interfaz e interconexión al Sistema de Salud del Centro Asistencial es decir software institucional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: B De la experiencia del postor en la especialidad

El Comité especial solicita que se consideren bienes similares a los siguientes: reactivos e insumos de laboratorio, los kits solicitados son dispositivos que son utilizados en banco de sangre por lo que solicitamos se consideren bienes iguales o similares a la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo señalado por el área usuaria, a fin de garantizar que los postores cuenten con las calificaciones para la atención del presente requerimiento, Se acepta la consulta, para la experiencia del postor en la especialidad se considerarán bienes iguales o similares a la convocatoria: reactivos e insumos para banco de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADA CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA UN PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:09:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: 10 Control de Calidad: 10.1 Del Control Previo el cual lo realizara un Laboratorio de MINSA. En este requerimiento en especial indicamos que ninguno de los Laboratorios acreditados de la Red de laboratorio de Control de calidad, van a poder realizar ninguna prueba ya que este producto es Sui Generis, los kits de Aferesis vienen completamente sellados y estériles y no es posible ver su interior, además estos laboratorios no cuentan con los equipos de aferesis para realizar las pruebas, por lo tanto es innecesario e incongruente solicitar este tipo de Informe de Ensayo, como si lo es con los demás reactivos de laboratorio y de Banco de sangre, recordemos que los kits de Aferesis NO son reactivos de Laboratorio.

El Comité de Selección eliminará el requerimiento de Informe de Ensayo para el ítem correspondiente al Kit Completo para Aferesis?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta por lo que se suprime la necesidad de control de calidad previo asimismo el informe de ensayo del el Kit completo para aféresis por no corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null