

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:51:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

6 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.6 OTRAS DOCUMENTACIONES

6.6.1 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO / DOCUMENTOS TECNICOS SUSTENTATORIO, EN ORIGINAL O COPIA SIMPLE (ANEXO N°)

LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO: Información en un formato libre (debe contener como mínimo la característica técnica, año de fabricación, marca, modelo, país de origen y nro. de folio, los comentarios son opcionales) donde se indicará el cumplimiento de las características físicas solicitadas de los literales con sus subnumerales: A01 al C03 y cualquier otra información distinta del producto, que será(n) tomada(s) en cuenta para la evaluación respectiva.

OBSERVACIÓN:

Los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán acreditados con la documentación requerida son precisados por la Entidad, de tal manera, no resulta razonable que se solicite acreditar ¿cualquier otra información distinta del producto¿.

De tal manera que, al no ser necesario demostrar o sustentar el cumplimiento de ¿cualquier otra información distinta¿ a las características técnicas mínimas, solicitamos, tenga a bien suprimir dicho párrafo, ya que no será sujetas a evaluación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.6.1. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE: Art. 2°. Numerales: a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE RETIRARA EL PARRAFO OBSERVADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO : Información en un formato libre (debe contener como mínimo la característica técnica, año de fabricación, marca, modelo, país de origen y nro. de folio, los comentarios son opcionales) donde se indicará el cumplimiento de las características físicas solicitadas de los literales con sus subnumerales: A01 al C03

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:51:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.6 FORMA DE PAGO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Informe del funcionario responsable del DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICA emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

OBSERVACIÓN:

Considerando que el objeto de la presenta convocatoria, es la Adquisición de Dos (02) equipos dermatomos, más no, la prestación de ¿servicios¿, solicitamos tengan a bien considerar, para los efectos del pago la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Acta de Recepción y Conformidad del responsable del DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICA.
- Comprobante de pago.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE: Art. 2°. Numerales: a), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Recepción del personal de Almacén Central del HNHU.
- Acta según la Directiva de Recepción de Equipos Vigente emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Copia de la Orden de compra
- Comprobante de pago.
- Guía de remision (Original y Copia)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

A03 AJUSTE DE GROSOR DE INJERTO DESDE 0.1MM A 1.2 MM (0.004 A 0.048 PULGADAS) O MÁS.

Nuestro equipo a ofertar permite cortes con gran precisión y seguridad para el paciente en el rango de 0.1 mm a 1.1mm.

Por lo solicitamos al comité de selección se amplié la característica Técnica "ajuste de grosor de injerto desde 0.1 mm a 1.1 mm ó mas" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AMPLIARA EL RANGO DEL AJUSTE DE GROSOR DE INJERTO. DE 0.1 MM A 1.1MM O MAYOR, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. CABE RESALTAR QUE EL RANGO DE 0.1MM A 1.2MM CUMPLE CON SER UN RANGO MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A03 AJUSTE DE GROSOR DE INJERTO DESDE 0.1MM A 1.1 MM (0.004 A 0.043 PULGADAS) O MAYOR.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

A04 AJUSTE VARIABLE EN ANCHO DE CORTE DESDE 35MM A 80MM (1.38 A 3.15 PULGADAS) O MÁS

Nuestro equipo a ofertar tiene un ajuste variable de ancho de corte desde 8mm a 78 mm.

Por lo que solicitamos al comité de selección se amplié la característica técnica "ajuste de grosor de variable de ancho de corte desde 8 mm a 78 mm o más" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE AMPLIARA EL RANGO DE AJUSTE. A04 AJUSTE VARIABLE EN ANCHO DE CORTE DESDE 35MM O MENOS A 78 MM O MAS (1.38 A 3.07 PULGADAS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 AJUSTE VARIABLE EN ANCHO DE CORTE DESDE 35MM MENOS A 78 MM A MAS (1.38 A 3.07 PULGADAS) O MAYOR

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

A05 BATERÍA RECARGABLE Y MOTOR NO ESTERILIZABLE

Nuestro equipo a ofertar tiene batería recargable y el motor al ser incluido internamente en la pieza de mano es esterilizable con el equipo.

Por lo que solicitamos al comité de selección se amplíe la característica técnica "batería recargable y motor esterilizable o no esterilizable" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA SU CONSULTA, PARA UN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN MÁS SENCILLO SE REQUIERE QUE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SEAN RETIRADOS PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN INTERNA PROPIA DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR CALOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

B02 . SOLICITAN UN (01) MOTOR O CARTUCHO DE MOTOR

Nuestro equipo a ofertar tiene un motor incluido internamente en la pieza de mano.

Por lo que solicitamos al comité de selección se amplié la característica técnica "motor o cartucho de motor como componente externo o motor incluido interno en la pieza de mano del dermatomo" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IIII **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTA SU OBSERVACION PARCIALMENTE Y SE AMPLIARA DE LA SIGUIENTE MANERA. B02. UN MOTOR O CARTUCHO DE MOTOR O MOTOR INCLUIDO INTERNO EN LA PIEZA DE MANO DEL DERMATOMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B02. UN MOTOR O CARTUCHO DE MOTOR O MOTOR INCLUIDO INTERNO EN LA PIEZA DE MANO DEL DERMATOMO.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

C. ADITAMENTOS

C01 . SOLICITAN 3 PLACAS DIMENSIONADORAS O ABRAZADERAS REDUCTORAS DE ANCHO DE CORTE DE 35MM, 50MM Y 65MM DE ANCHO

Nuestro sistema de dermatomo Acculan 4 consiste de 10 lengüetas o mini-placas de 8 mm cada una. Con la activación individual de cada lengüeta se puede establecer 10 anchos de corte distintos que van de 8mm hasta 78mm.

Se solicita al comité de selección se amplíe la característica técnica: "3 placas dimensionadoras o abrazaderas reductoras de ancho de corte de 35 mm, 50 mm y 60 mm de ancho o sistema de 10 lengüetas de 8mm cada una que permite ancho de corte de 8 mm a 78 mm a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTA SU OBSERVACION PARCIALMENTE Y SE MODIFICARA DE LA SIGUIENTE MANERA. C01 TRES (03) PLACAS DIMENSIONADORAS O ABRAZADERAS REDUCTORAS DE ANCHO DE CORTE DE 35MM, 50MM Y 65MM DE ANCHO O SISTEMA DE 10 LENGUETAS DE 8 MM CADA UNA QUE PERMITA ANCHO DE CORTE DE 8MM A 78MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 TRES (03) PLACAS DIMENSIONADORAS O ABRAZADERAS REDUCTORAS DE ANCHO DE CORTE DE 35MM, 50MM Y 65MM DE ANCHO O SISTEMA DE 10 LENGUETAS DE 8 MM CADA UNA QUE PERMITA ANCHO DE CORTE DE 8MM A 78MM.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las bases administrativas señalan lo siguiente:

5.2 Características técnicas

C. ADITAMENTOS

C05 . SOLICITAN DIEZ (10) CUCHILLAS DESCARTABLES: LONGITUD DE 88MM O MÁS

Solicitamos al comité de selección ampliar a DIEZ(10) CUCHILLAS DESCARTABLES LONGITUD DE 81MM O MÁS" a fin de fomentar la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE MODIFICARA DE LA SIGUIENTE MANERA. C05 . DIEZ (10) CUCHILLAS DESCARTABLES: LONGITUD DE 81MM O MÁS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C05 . DIEZ (10) CUCHILLAS DESCARTABLES: LONGITUD DE 81MM O MÁS

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) DERMATOMOS PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES ESPECIALIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, SEGÚN IOARR CENTRO QUIRÚRGICO CODIGO ÚNICO 2564543

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	14/04/2025
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	20:37:43

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD .REQUISITOS EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/.400.000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 soles), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES.

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION SE CONSIDERE COMO VENTA DE BIENES SIMILARES TODOS LOS MOTORES QUIRÚRGICOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD A FIN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE ACEPTA SU OBSERVACION, SE ADICIONARA LOS MOTORES QUIRURGICOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.
Se consideran bienes similares a los siguientes: EXPANSOR DE PIEL, INSTRUMENTAL QUIRURGICO, MOTORES QUIRURGICOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD. "