

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código : 20458379395

Nombre o Razón social : LABIN PERU S.A.

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 16:48:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases en el numeral 1.9 ndica que ¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de 7 días calendarios posterior al envío de la orden de compra¿ en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que dicho plazo se extienda al menos a 30 (treinta) días contabilizados al siguiente día de haberse emitido la orden de compra; toda vez que involucra la instalación del equipo en cesión de uso, capacitación al personal así como implementación de interface y accesorios necesarios para el funcionamiento de los analizadores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:48:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el cronograma de entregas se establece que solo serán dos para la presente convocatoria, se entiende que esto será para el periodo de un año; en tal sentido solicitamos al Comité de selección indicar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1.9 Literal: j Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Se precisa que en la Finalidad publica (pagina 22), indica que la atencion es para 06 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código : 20458379395

Nombre o Razón social : LABIN PERU S.A.

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 16:48:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el literal g se solicita dentro de las características del a acreditar del analizador el "Rendimiento" en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que esto se aplique a los reactivos ya que de acuerdo a su presentación se puede establecer el rendimiento en el equipo en cesión de uso ofertado.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** G **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:48:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el CUADRO N° 2: Características del Equipo en Cesión de Uso, se solicita procesamiento de líquidos corporales (LCR y serosos) en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que esto sea considerado como opcional ya que líneas arriba se está considernado el tipo de muestra y al incluir esta característica específica sea opcional porque al incluirla se estaría infringiendo los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia previstos en el art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:48:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el CUADRO N° 2: Características del Equipo en Cesión de Uso, se solicita una precisión muy específica en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que esto sea considerado como opcional o se retire ya que al incluir esta característica específica sea opcional porque al incluirla se estaría infringiendo los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia previstos en el art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:48:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el CUADRO N° 2: Características del Equipo en Cesión de Uso, se solicita un parámetro reportable de granulocitos inmaduros en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que esto sea considerado como opcional o se retire ya que al incluir esta característica específica sea opcional porque al incluirla se estaría infringiendo los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia previstos en el art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20458379395	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LABIN PERU S.A.	Hora de envío :	16:48:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el CUADRO N° 2: Características del Equipo en Cesión de Uso, se solicitareporte de normoblastos con corrección de leucocitos en tal sentido solicitamos al Comité de Selección que esto sea considerado como opcional o se retire ya que al incluir esta característica específica sea opcional porque al incluirla se estaría infringiendo los principios de Libre Concurrencia, Igualdad de Trato y Transparencia previstos en el art. 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 25/03/2025

Hora de envío : 18:35:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en características del equipo sobre la metodología solicitamos sea de acuerdo a cada fabricante, asimismo debemos indicar que los equipos que usan la tecnología dispersion de laser para el conteo y analisis diferencial del WBC no usan la tecnología fluorescencia. Por tanto se acepte que sea Citometria de flujo y/o Dispersion laser y/o Fluorescencia, para permitir mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Acoge la observacion. Se modificara las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara: "y/o Fluorescencia". Pagina 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases administrativas , características tecnicas del equipo en el tipo de muestra indican Sangre total con anticoagulante EDTA K3 y/o K2, entendemos que este tipo de muestra son tanto para tubos adultos y pediatricos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Se precisa el tipo de muestra son tanto para tubos adultos y pediatricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas en las características técnicas del equipo en modo de muestreo: con cargador automático o tubo cerrado , al respecto entendemos que es carga automática por inversión para tubos adultos y pediaticos, indicar si es correcto nuestro entender.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	18:35:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en las características tecnicas del equipo indican No interferencia por: particulas lipidicas y cumulos de plaquetas , lo cual hace referencia a un modelo especifico de equipo el cual es BC7000 Mindray ,por lo cual solicitamos que dicha característica sea Opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Acoge la observacion. Se modificara las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara: " (opcional)". Pagina 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Metodología Citometría de Flujo (FCM) + Dispersión del Laser para el conteo y análisis diferencial del WBC

Entendemos la importancia de las metodologías para ser más precisos en la identificación de los leucocitos y sus diferenciales, como la fluorescencia que permite la diferenciación de las células de manera más precisa, por lo que solicitamos que también ACEPTE Fluorescencia, citometría de flujo (FCM) + dispersión del laser para el conteo y análisis diferencial de WBC, solicitamos acepte la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Acoge la observacion. Se modifico. las bases, revisar consulta 8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara: "y/o Fluorescencia". Pagina 23

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Capacidad de reporte de normoblastos (#, %) con corrección de leucocitos.
Entendemos que el reporte de normoblastos deben ser parámetros reportables, solicitamos PRECISAR si nuestro entender es el correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Se precisa que son parametros reportables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Volumen de muestra en sangre completa: mínimo 20ul a máximo 100 ul.

Entendemos que la obtención de muestra de sangre es muy importante considerando las diferentes condiciones de los pacientes que se atienden en hospitalización, emergencias y otras áreas, donde tratamos de cuidar al máximo el volumen obtenido, por lo cual solicitamos que ACEPTE el volumen de muestra en sangre completa menor o igual a 50ul. Solicitamos acepte la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página:** SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Se precisa que el rango solicitado "menor o igual a 50ul", esta considerado en el rango "minimo 20 ul a maximo 100 ul"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El procesamiento debe ser diario para todos los niveles.
Solicitamos ACLARAR que el enunciado ¿el procesamiento debe ser diario para todos los niveles¿ hace referencia AL PROCESAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que se refiere al Procesamiento de Controles Internos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan sustentar: Presentación, sensibilidad y especificidad para los reactivos.
Entendemos que las características Acreditar deben estar descritas en el requerimiento, Reactivo: presentación, sensibilidad y especificidad, lo cual no se describe en las características técnicas del reactivo, por lo que solicitamos que modifique y se ACREDITE: Insumos y reactivos, control de calidad interno y externo, para evitar inconvenientes o inadecuadas interpretaciones futuras. Solicitamos acepte la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Acoge la observacion. Se modificara las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá: "sensibilidad y especificidad". Se adicionara: "control de calidad interno y externo". Pagina 18

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura :AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Solicitan Mejora Tecnológica: Linealidad de leucocitos: no menor de 500 x 109L
Entendemos que las Mejoras tecnológicas permiten tener una característica diferencial en los analizadores, el cual permite mejorar la experiencia con el equipo, por lo cual solicitamos que las mejoras tecnológicas tengan 10 puntos dentro del factor evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección NO acoge la consulta. Debera ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan

Capacidad Técnica y profesional:

Experiencia personal clave

Entendemos la necesidad de contar con un personal Clave e idóneo capacitado en el analizador, considerando que los equipos hematológicos son analizadores exclusivos por sus tecnologías, por lo cual es necesario que el personal clave tenga capacitación en el equipo ofertado, por cual solicitamos que la EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE tenga certificado de capacitación de fabrica del equipo ofertado mayor a 1 año. Solicitamos acepte la consulta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección Acoge la observacion. Se modificara las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá: "dos (02) años". Se adicionara: "un (01) año". Pagina 32.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/03/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:21:07

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que la experiencia del personal clave sea ACREDITADO solo con el certificado de emitido por el fabricante del equipo ofertado, el cual debe ser mayor de un año, para asegurar el adecuado conocimiento del personal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO acoge la consulta. Se precisa que si esta contemplado presentar "Certificado", el cual debe ser de trabajo, para acreditar la experiencia del personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null