

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	14:49:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección ampliar el plazo de entrega a 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, ya que los productos son de importación. Con la finalidad de que haya una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPITULO I **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE ACEPTARA LA PROPUESTA DE PLAZO DE ENTREGA A LOS 30 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	14:49:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Descripción: COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES

Solicitamos al comité de selección aceptar la presentación de COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO X 108 DETERMINACIONES, para una mayor pluralidad de postores, nos comprometemos a entregar 300 kit COLESTEROL HDL x 108 DET

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENTE AL NUMERO DE DETERMINACIONES ESTABLECIDOS EN LAS BASES. PSR LO TANTO EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	14:49:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Descripción: COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES

Solicitamos al comité de selección aceptar la presentación de COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 108 DETERMINACIONES, para una mayor pluralidad de postores, nos comprometemos a entregar 300 kit COLESTEROL LDL x 108 DET

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENTE AL NUMERO DE DETERMINACIONES ESTABLECIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

2da entrega a los 90 días calendario notificado la O/C

2da entrega a los 120 días calendario notificado la O/C

Entendemos que se emitirá y notificara una sola orden de compra según lo expresado, para que en la segunda entrega se contabilice los 90 días calendarios de notificada la O/C, solicitamos que se nos PRECISE si se emitirá una sola orden de compra para la primera y segunda entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA QUE SE EMITIRA UNA SOLA ORDEN POR LA CANTIDAD TOTAL DEL REQUERIMIENTO SIENDO LA PRIMERA ENTREGA A LOS 30 DIAS CALENDARIOS Y LA SEGUNDA ENTREGA A LOS 90 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección.

Las bases estandarizadas dictan que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (anexo N° 3), se indicara, detallando con claridad, que características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas requieran acreditarse.

Al respecto no se observa que características y/o requisitos funcionales tienen que acreditarse ni con que documentos; de acuerdo al literal e), consultamos al comité de selección si los documentos solicitados en este literal servirán para acreditar las características y/o requisitos funcionales contenidas en el numeral 6.2.1 del capítulo III de la sección específica de las bases; en caso sea positiva la respuesta, ACLARAR y PRECISAR las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben acreditarse, en el entendido que no se podrá requerir la acreditación del total de las características técnicas contenidas numeral 6.2.1 del capítulo III, porque constituiría un exceso contrario al Principio de Competencia (Resolucion N° 01827-2022-TCE-S2)

De otro lado cabe PRECISAR de forma adicional que en caso no se indique que características técnicas deben acreditarse, se entenderá acreditado el total de las características técnicas contenidas en el numeral 6.2.1 del capítulo III de la sección específica de las bases a través del anexo N° 3, Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA AL POSTOR QUE, DEL NUMERAL 6.2.1. DEBERA PRESENTAR EL INSERTO DE TRABAJO EN ESPAÑOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, según lo autorizado en su registro sanitario

Dentro de la documentación adicional que cada postor debe presentar, se ha considerado los rotulados inmediato y mediato, se solicita se PRECISE si se presentaran los rotulados inmediato y mediato con los datos de lote y fecha de vencimiento (no siendo necesariamente del lote que se entregara en caso de salir favorecido con la buena pro) o se presentara el proyecto del rotulado inmediato y mediato aprobado según su registro sanitario (no contiene ni lote ni fecha de vencimiento).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACLARA AL POSTOR QUE DEBE CONCORDAR LOS DATOS DEL LOS ROTULADOS DEL ENVASE MEDIATO E INMEDIATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Copia simple de la folletería, instructivos, catálogos o similares, remitida por el fabricante que permita demostrar que los bienes cumplen con las CARACTERISTICAS PRINCIPALES contenidas en el numeral IV características técnicas del producto del presente documento de requerimiento y especificaciones técnicas.

Revisando las bases se observa que en el capítulo III de la sección específica de las bases, no existe el NUMERAL IV, en su lugar el numeral 6 indica las características y condiciones de los bienes a contratar, siendo específicamente que en el numeral 6.2.1 se expresan las CARACTERISTICAS TECNICAS de los bienes a adquirir, entendiéndose estas como CARACTERISTICAS PRINCIPALES; adicional debemos mencionar que las bases estandarizadas dictan que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (anexo N° 3), se debe indicar detallando con claridad, que características técnicas y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas (numeral 6.2.1) requieran acreditarse.

Al respecto según lo indicado en uno de los apartados del literal e) se debe demostrar con los documentos mencionados que los bienes ofertados por el postor CUMPLEN CON LAS CARACTERISTCAS PRINCIPALES indicados en el numeral 6.2.1 pero no se observa que características técnicas y/o requisitos funcionales tienen que acreditarse, por lo que se pide ACLARAR y PRECISAR las características técnicas y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en el numeral 6.2.1 que deben acreditarse, en el entendido que no se podrá requerir la acreditación del total de las características técnicas contenidas numeral 6.2.1 del capítulo III, porque constituiría un exceso contrario al Principio de Competencia (Resolución N° 01827-2022-TCE-S2).

De otro lado cabe PRECISAR que en caso no se indique que características técnicas deben acreditarse, se entenderá acreditado el total de las características técnicas contenidas en el numeral 6.2.1 del capítulo III de la sección específica de las bases a través del anexo N° 3, Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL POSTOR DEL NUMERAL 6.2.1. DEBERA PRESENTAR EL INSERTO DE TRABAJO EN ESPAÑOL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Colesterol total enzimatico x 100 determinaciones

Presentación kit x 100 determinaciones

La presentación del kit en cualquier marca comercial corresponde a la presentación comercial que el fabricante determina al diseñar su producto; en este entendido los fabricantes al diseñar una determinada presentacion comercial no siempre seran iguales o similar, por ejemplo el fabricante A para su kit comercial de 100 ml lo presenta en un solo frasco de 100 ml, el fabricante B para el mismo kit comercial de 100 ml lo presenta en dos frascos de 50 ml cada uno y el fabricante C para este mismo kit comercial de 100 ml lo presenta en 4 frascos de 25 ml, y asi sucesivamente se pueden crear varias presentaciones pero todos son kit x 100 ml, con esto queremos demostrar que la presentación comercial no debería ser considerada como una característica técnica, porque esta depende del diseño de cada fabricante, solicitando se acepten los kit de 100 ml según lo determine cada fabricante y agregar que un kit de un solo frasco no es de mejor calidad que otro kit que se compone de dos o mas frascos, solicitando se aceptada toda presentación comercial de 100 ml indistintamente a la conformación del kit comercial.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE ACEPTARA EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, TALES COMO LOS KIT DE 100 ML SEGÚN LO DETERMINE CADA FABRICANTE Y AGREGAR QUE UN KIT DE UN SOLO FRASCO NO ES DE MEJOR CALIDAD QUE OTRO KIT QUE SE COMPONE DE DOS O MAS FRASCOS, SERA ACEPTADA TODA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE 100 ML INDISTINTAMENTE A LA CONFORMACIÓN DEL KIT COMERCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Presentación kit x 100 determinaciones

Se solicita que la presentación comercial sea kit x 100 determinaciones, de forma adicional agregamos que lo requerido en función del valor estimado es HDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE, en este orden de ideas solicitamos se acepte kit de HDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 200 determinaciones con el compromiso de entregar la misma cantidad de determinaciones equivalente a lo solicitado; en este caso se solicita 300 kits de 100 determinaciones lo que equivale a 30,000 determinaciones, en nuestro caso entregaríamos 150 kits de HDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 200 determinaciones que equivale a las 30,000 determinaciones solicitadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Colesterol HDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

En función del valor estimado de este proceso se solicita se PRECISE que lo requerido no es HDL COLESTEROL DIRECTO ENZIMATICO x 100 determinaciones sino HDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 100 determinaciones, dado que ninguna de las empresas que oferto este item en su oferta económica se ajusto al valor estimado; creemos que en el estudio de mercado las empresas que participaron enviando su cotización ofertaron el método precipitante, es la única razón para que el valor estimado sea tan bajo. Los reactivos HDL DIRECTO ENZIMATICO son de costo elevado en comparación del HDL COLESTEROL de metodología PRECIPITANTE, el único inconveniente es que para la completa realización de la prueba requiere del reactivo de colesterol total para la fase de determinación enzimatica del HDL colesterol.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE ACEPTARA LA METODOLOGIA PRECIPITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

Presentación kit x 100 determinaciones

Se solicita que la presentación comercial sea kit x 100 determinaciones, de forma adicional agregamos que lo requerido en función del valor estimado es LDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE, en este orden de ideas solicitamos se acepte kit de LDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 200 determinaciones con el compromiso de entregar la misma cantidad de determinaciones equivalente a lo solicitado; en este caso se solicita 300 kits de 100 determinaciones lo que equivale a 30,000 determinaciones, en nuestro caso entregaríamos 150 kits de LDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 200 determinaciones que equivale a las 30,000 determinaciones solicitadas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:02:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Colesterol LDL DIRECTO enzimatico x 100 determinaciones

En función del valor estimado de este proceso se solicita se PRECISE que lo requerido no es LDL COLESTEROL DIRECTO ENZIMATICO x 100 determinaciones sino LDL COLESTEROL en metodología PRECIPITANTE x 100 determinaciones, dado que ninguna de las empresas que oferto este item en su oferta económica se ajusto al valor estimado; creemos que en el estudio de mercado las empresas que participaron enviando su cotización ofertaron el método precipitante, es la única razón para que el valor estimado sea tan bajo. Los reactivos LDL COLESTEROL DIRECTOS ENZIMATICOS son de costo elevado en comparación del LDL COLESTEROL de metodología PRECIPITANTE, el único inconveniente es que para la completa realización de la prueba requiere del reactivo de colesterol total para la fase de determinación enzimatica del LDL colesterol.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA
ACLARA QUE SE ACEPTARA LA METODOLOGIA PRECIPITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20542481138	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGE-LAB EIRL	Hora de envío :	21:38:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

consulta si puede excluir como requisito mínimo el presentar la Copia simple del Certificado de B u e n a s Prácticas de Distribución y Transporte ¿ BPDT vigente, la cual será exigida según legislación y normatividad establecida por la ANM o ARM.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.3.1.d Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CMOITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABBLECIDO EN LAS BASES DEBIDO A QUE SON REACTIVOS QUE REQUIEREN DE UN SISTEMA DE REFRIGERACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20542481138	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGE-LAB EIRL	Hora de envío :	21:51:14

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:
Que el comite aclare las características técnicas del reactivo COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET, si es metodo directo o reactivo precipitante

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 6.2.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL REACTIVO COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET. ES CON METODOLOGIA PRECIPITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRESA-HCO/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO (COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100-COLESTEROL HDL DIRECTO ENZIMATICO-X 100 COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET Y TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA ¿TGP- Y TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALICA CINETA X 100 DETERMINACIONES)PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20542481138	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INGE-LAB EIRL	Hora de envío :	21:51:14

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
Que el comite aclare las características técnicas del reactivo COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET, si es metodo directo o reactivo precipitante

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL REACTIVO COLESTEROL LDL DIRECTO ENZIMATICO X 100 DET. ES CON METODOLOGIA PRECIPITANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null