

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-INSN-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ANUAL DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: MICROGUIA 0.008 in X 200 cm

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	19:17:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según EETT solicitan:

*DIMENSIONES:

Longitud: 200cm

Solicitamos al comité aceptar nuestro producto con longitud de 220cm, la cual es una mejora ya que a mayor longitud permite acceso mas distal e intercambio de microcatéteres.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que las Especificaciones Técnicas solicitadas están orientadas al cumplimiento de las funciones de la Entidad. Al ser un instituto pediátrico se necesitan variedad de dispositivos y se necesitan de estas medidas para el abordaje de lesiones fistulosas. Y, en vista de que las Especificaciones Técnicas solicitadas es acorde a la necesidad y acorde al flujo de atenciones, NO SE ACEPTA la consulta y se ratifica lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-INSN-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION ANUAL DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: MICROGUIA 0.008 in X 200 cm

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	19:17:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según EETT solicitan:

*CARACTERISTICAS:

Longitud de la punta en forma de coil: 10cm

Solicitamos al comité aceptar nuestro producto con Longitud de la punta en forma de coil o parte flexible de 8cm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que las Especificaciones Técnicas solicitadas están orientadas al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

La longitud de la punta en forma de coil: 10 cm es ideal para los procedimientos endovasculares en pacientes pediátricos para el abordaje de lesiones fistulosas. Y, en vista de que las Especificaciones Técnicas solicitadas es acorde a la necesidad y acorde al flujo de atenciones, NO SE ACEPTA la consulta y se ratifica lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica.