

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el ítem HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL, en el sub ítem METODOLOGÍA se solicita: Quimioluminiscencia convencional con antígenos recombinantes del Core de la Hepatitis B Tipo Competitivo o No Competitivo. Conociendo que el riesgo que se generaría en un ensayo tipo Competitivo frente a una situación de arrastre o lavado deficiente es el de brindar un resultado FALSAMENTE NO REACTIVO generando un impacto negativo médico legal, y además, en búsqueda de estandarizar la interpretación de resultados, así como la zona gris del Banco de Sangre de la institución, se solicita que el marcador HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL sea del tipo No Competitivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara que con la finalidad de evitar contaminación cruzada por arrastre en la fase de lavado lo cual puede darse en las metodología competitivas y podría desencadenar problemas medicos legales, se acepta y se colocará que para el reactivo HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL la metodología a usar sea No Competitivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. En la pág 16. Inciso i) y k) del ítem 2.2.1.1. Documentos para admisión de la oferta. Como parte de los documentos obligatorios solicitan: Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario y Certificado de BPM, considerando que ambos documentos son documentos regulatorios, entendemos que se deben presentar solo de las Bolsas colectoras de sangre que es el producto que requiere de registro sanitario y está bajo el ámbito de DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: II

Literal: 2.2.1.1.

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara, que su apreciacion es correcta. Por lo que, dichos documentos solo deben ser presentados paqra el SUB ITEM 8 BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE del ITEM 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan: 01 equipo de fraccionamiento automatizado con antigüedad menor a 6 años. Considerando que se importan equipos nuevos no repotenciados y la vida útil de estos accesorios es en promedio 7 a 10 años, que es el tiempo promedio en el cual se deprecian los equipos ante SUNAT, solicitar que los equipo tenga una antigüedad de no mayor de 6 años constituiría una barrera burocrática que según INDECOPI en el manual sobre prevención y eliminación de barreras burocráticas Vol. 1 indica: Las barreras burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que impongan las entidades de la administración pública (en adelante, «entidad» o «entidades»), dirigidos a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. Además, solicitar accesorios con una fecha de fabricación no mayor a 2 años incrementaría el precio del bien a adquirir. Finalmente debemos resaltar que son EQUIPOS EN CESIÓN EN USO y deben estar operativos 24/7 durante todo el proceso de contratación, por lo cual solicitamos al comité especial se amplíe la antigüedad solicitada a: Fecha de importación no mayor a 6 años acreditado con DUA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara que, si bien es cierto lo que se menciona en la consulta, es importante precisar que en las experiencias previas de nuestro servicio con determinados equipos, que han tenido una antigüedad incluso menor, han presentado ciertas fallas las cuales a través del tiempo fueron más continuas (aún con los mantenimientos realizados), por tanto NO se acoge la consulta de la empresa y se le solicita ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: (04) camillas o sillones de hemodonación, entendemos que estos sillones deben tener 2 reposabrazos de movimiento tridimensional para un adecuado confort del brazo del donante y no doblen el codo que pudiese retrasar la donación al disminuir el flujo sanguíneo hacia la bolsa colectora y con posibilidad de formación de microcoágulos. Además, que permita alcanzar posición de inclinación de Trendelemburg. Solicitamos al comité especial aclare si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara y precisa que el entender de la empresa es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UE 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan se acredite la presentación y características de la bolsa colectora y los equipos en cesión de uso, entendemos que solo se debe acreditar el equipo de fraccionamiento automatizado. Solicitamos al comité especial nos aclare si nuestro entender es el correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara y precisa que los postores deben acreditar la presentación y características tanto de las bolsas colectoras y de todos los equipos en cesión de uso, los cuales son el equipo de fraccionamiento automatizado, los selladores de tubuladuras, las hemobásculas y las camillas o sillones de hemodonación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el Sub ítem 5. PRUEBA DE COOMBS POLIESPECÍFICO EN TARJETA Solicitan 800 pruebas, en las especificaciones técnicas del mismo bien a licitar indica 1,500 pruebas. A efecto de no incurrir en interpretaciones erradas solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise cual será el requerimiento final en pruebas para el Sub ítem 5. PRUEBA DE COOMBS POLIESPECÍFICO EN TARJETA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara que la cantidad real de pruebas solicitadas para el presente proceso es de 800 pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el subitem 6.- Prueba de Grupo Sanguíneo ABO RH Globular y Sérico en Tarjeta, en presentación solicitan: Tarjeta sellada para la determinación de Grupo Sanguíneo A,B,D, Ctl y Sérico A1, B¿(..)..

Al respecto solicitamos amablemente al comité especial aclare y precise que, con el objetivo de elevar la seguridad transfusional y que los resultados sean seguros y confiables incluirá dentro de las especificaciones técnicas el antisuero anti AB, quedando el requerimiento de la siguiente manera.

Subitem 6.- Prueba de Grupo Sanguíneo ABO RH Globular y Sérico en Tarjeta

Presentación: Tarjeta sellada para la determinación de Grupo Sanguíneo A, B, AB, D, Ctl y Sérico A1, B. Tiempo de expiración no menor a 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara y precisa que, a efecto de elevar la seguridad transfusional, se incluirá dentro de las especificaciones técnicas el antisuero anti AB, quedando el requerimiento de la siguiente manera:

Subitem 6.- Prueba de Grupo Sanguíneo ABO RH Globular y Sérico en Tarjeta

Presentación: Tarjeta sellada para la determinación de Grupo Sanguíneo A, B, AB, D, Ctl y Sérico A1, B. Tiempo de expiración no menor a 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UE 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 04/09/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 18:31:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En los Item 5, 6 y 7 solicitan: Tiempo de expiración no menor a 6 meses a partir de la fecha de entrega. Al respecto solicitamos amablemente al comité especial aclare y precise que aceptará también fecha de expiración menor o igual a 06 meses con carta de compromiso de canje.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara y precisa que para los Item 5, 6 y 7 aceptará fecha de expiración menor a 06 meses, se aceptará carta de compromiso de canje en caso que los productos internados en el almacén de nuestro establecimiento tengan una vigencia menor a lo especificado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 10:56:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que los controles internos sean sustentados por insertos y/o cartas de fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: III.

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC aclara la consulta, manifestando que los controles internos deben ser sustentados con insertos mas No con Cartas del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/VO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 10:56:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que para reactivo ANTICUERPO ANTI HEPATITIS C: En metodología, entendemos que los reactivos deben contener mínimamente antígenos No Estructurales NS3, NS4 y NS5 para asegurar la más alta sensibilidad del reactivo el cual debe ser sustentado con inserto del producto.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara y precisa que el entender de la empresa es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 10:56:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que para el reactivo CHAGAS: Se detalle a qué se refiere con "antígenos recombinantes de última generación" debido a que el término "última generación" es un término relativo que puede ser interpretado según cada fabricante de distintas maneras.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC aclara que, el término de ultima generación hace referencia a la capacidad de que el reactivo tenga la sensibilidad y especificidad solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/VO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 14:54:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que las características a acreditar sean:

REACTIVO: Presentación, tiempo de expiración, metodología, características y muestra biológica.

EQUIPO: Tipo, metodología, performance, características y muestra biológica.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.1.

Literal: III

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC aclara que, los requisitos mínimos a sustentar para los REACTIVOS ofertados sea PRESENTACIÓN, TIEMPO DE EXPIRACIÓN, METODOLOGIA Y MUESTRA BIOLÓGICA y EQUIPO EN CESIÓN EN USO TIPO, METODOLOGÍA Y PERFORMANCE, CARACTERISTICA Y MUESTRA BIOLOGICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 14:54:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de especificaciones técnicas del equipo.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 2.2.1.1.

Literal: III

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC aclara que, para la acreditación de las características técnicas de los productos y equipos que no se encuentran en las fichas técnicas, folletos, insertos o instructivos del producto se aceptarán documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de las mismas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS, MATERIAL MEDICO E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 16:33:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección retiren del paquete 1: INMUNOSEROLOGIA, LAS BOLSAS COLECTORAS DE SANGRE CUADRUPLA y lo pongan en un paquete aparte, con la finalidad de fomentar los principios de la Ley de contrataciones como el de Libre Concurrencia y Competencia, Imparcialidad, Vigencia Tecnológica y Trato Justo e Igualitario y de Equidad.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1.2

Literal: I

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este OEC le aclara que en coordinación con el área usuaria y como resultado del estudio de mercado para la convocatoria del presente proceso, se evidencia que existe pluralidad de marcas y postores que ofertan la totalidad del ITEM 1, y conforme a la normativa vigente resulta mas competitivo agrupar en ITEM PAQUETE a fin de obtener la oferta mas ventajosa para satisfacer la necesidad de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null