

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 19/09/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 16:26:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dosaje de tiempo de protrombina:

Solicitan reactivo liofilizado de tromboplastina de cerebro de conejo....

Teniendo en consideración que los reactivos líquidos cuentan con mayor estabilidad, por lo que se reduciría el numero de repeticiones y/o recalibraciones, adicionalmente que al utilizar reactivos que requieren reconstitución se corre el riesgo de contaminación del reactivo, por lo que solicitamos considerar esta característica:

Solicitan reactivo liofilizado Y/O LIQUIDO de tromboplastina de cerebro de conejo....

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 1.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en coordinación con el Área Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará también para Dosaje de Tiempo de Protrombina reactivos líquidos con el fin de ampliar la participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:26:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dosaje de tiempo de fibrinogeno:
Solicitan reactivo conteniendo Trombina liofilizada....

Teniendo en consideración que los reactivos líquidos cuentan con mayor estabilidad, por lo que se reduciría el numero de repeticiones y/o recalibraciones, adicionalmente que al utilizar reactivos que requieren reconstitución se corre el riesgo de contaminación del reactivo, por lo que solicitamos considerar esta característica:

Solicitan reactivo conteniendo Trombina liofilizada Y/O LIQUIDO....

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** SE **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en coordinación con el Área Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará también para Dosaje de Fibrinogeno reactivos líquidos con el fin de ampliar participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro del cronograma de entregas se visualiza una incongruencia producto de un error en el tipeo del cuadro debido que en la última fila se indica: Reactivos para coagulación con equipo en cesión de uso, seguidamente a ello, se indica la sumatoria de las cantidades de los reactivos indicados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 del cuadro.

Al respecto, se evidencia un error en toda la última fila, entendiendo que está relacionado al total de las cantidades de los reactivos a ofertar en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3

En ese sentido, SOLICITAMOS al Comité de Selección que corrija dicho error y precise para la integración de Bases que la última fila está relacionada al total de las cantidades de los reactivos a ofertar en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 del cronograma de entregas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en coordinación con el Área Usuaría ACLARA que se refiere e indica la cantidad total de determinaciones: 10800 (12 meses)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprimir la palabra kit, y en denominación se incluye cantidad total de reactivos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el literal e) que comprende la página 16 de las Bases se hace mención a una frase que puede generar confusiones al momento de la elaboración de la oferta, nos referimos a lo siguiente:

e) (¿) AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, folletos, instructivos, cartas aclaratorias del fabricante, (¿)

Al respecto, cabe resaltar que hacer mención a AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO puede generar una tremenda confusión al abrir paso a ambigüedades, debido que son los postores que en comunicación con sus fabricantes solicitan la información concerniente a las especificaciones técnicas del producto y son enviadas a fin de acreditar el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas para los procedimientos de selección en los cuales los postores se presenten, es decir, dicha información es proporcionada por los mismos fabricantes a través de folletos, instructivos, brochure, catálogos o cartas emitidas por el mismo fabricante no requiriendo alguna autorización del producto.

En ese sentido, a fin de evitar posibles ambigüedades que repercutan a posibles vicios de nulidad, solicitamos al Comité de Selección SUPRIMIR para las Bases Integradas el término: AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO.
(Solicitamos considerar la misma solicitud para lo indicado en el literal f) de la página 17 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge lo solicitado, se procederá a suprimir el enunciado: AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO tanto del literal e) como f) de la página 16 y 17 respectivamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que establezca que a fin de acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas permita también que se adjunte CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE, para acreditar las EETT indicadas en los literales e) y f) de la página 17 de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge lo solicitado. Se aceptará también CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE para acreditar las EETT indicadas en los literales e) y f) de la página 17 de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el SubItem 1, en relación a las características de Reactivo de Tiempo de Protrombina, OBSERVAMOS que indicas el termino REACTIVO A, así también la presentación indica que deberá ser de 10 x 2 ml, al respecto ello limita la participación de las formas de presentación que cada fabricante establece, por lo expuesto solicitamos se acepte PRESENTACIONES de acuerdo A CADA FABRICANTE. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del estudio de mercado.
(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para los Subitem 1.1, 1.2 y 1.3, en relación al TIEMPO DE EXPIRACIÓN, solicitamos se acepten también reactivo con vigencia no menor de 8 meses, cabe señalar que el cronograma de entregas es mensual, por lo que ello permitirá que el futuro proveedor siempre cuente con lotes de mejor vigencia, así mismo solicitamos se acepte nuestra consulta esto con el fin de permitir nuestra participación del estudio de mercado.
(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite en coordinación con el area usuaria ACLARA que la vigencia será no menor de 8 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el SubItem 1, en relación al FUNDAMENTO DEL METODO, debido a que la descripción indicada es específica para cierta marca del mercado, solicitamos se acepte como FUNDAMENTO DEL METODO, a la metodología de Medición por detección por viscosidad, SOLICITAMOS se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.
(ver pagina 24 y 25)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta parcialmente su consulta, por lo cual se agregará en fundamento a la metodología de medición por viscosidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el SubItem 2, en relación a la configuración solicitada de reactivo en la que piden un REACTIVO A Y B, con la información de la composición de estas, es una especificación orientada a un único postor, por lo que solicitamos se amplie la característica ACLARANDO, que se aceptará formatos propios de cada fabricante en relación a la presentación del reactivo y su composición. SOLICITAMOS se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.
(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el SubItem 3, en relación a la configuración solicitada de reactivo en la que piden un REACTIVO A Y B, con la información de la composición de estas, es una especificación orientada a un único postor, por lo que solicitamos se amplie la característica ACLARANDO, que se aceptará formatos propios de cada fabricante en relación a la presentación del reactivo y su composición. SOLICITAMOS se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.
(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación al Subitem 3, consultamos si el reactivo deberá ser de presentación líquida, que permita al área usuaria minimizar errores pre-analíticos.
(ver pagina 24 y 25)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en coordinación con el Área Usuaria ACOGE su consulta, se aceptará también para Dosaje de Fibrinogeno reactivos líquidos con el fin de ampliar participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación con el Analizador, solicitan que el analizador pueda realizar atiii que es la Antitrombina III y la prueba dd que es la prueba de Dimero D, al respecto el presente requerimiento solicita solo 3 pruebas coagulométricas, el Tiempo de Protrombina, Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada y fibrinógeno. Por lo que no es motivo del presente requerimiento la determinación de atiii y dd, por lo que solicitamos que la determinación de estas dos pruebas sea OPCIONALES.

(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, la prueba de AT III, y DD serán OPCIONALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En relación con ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO, NO MAYOR A 01 AÑO, solicitamos se acepte también analizadores con Antigüedad No mayor de 02 AÑOS, esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta , se aceptará Equipos con antigüedad No Mayor a 02 Años nuevo sin uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación con el Analizador, solicitan que el analizador pueda realizar atiii que es la Antitrombina III y la prueba dd que es la prueba de Dimero D, al respecto el presente requerimiento solicita solo 3 pruebas coagulométricas, el Tiempo de Protrombina, Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada y fibrinógeno. Por lo que no es motivo del presente requerimiento la determinación de atiii y dd, por lo que solicitamos que las METODOLOGIAS CROMOGENICOS Y TURBIDIMETRICOS, sean OPCIONALES, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

(ver pagina 24 y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, la metodología cromogenico y turbidimetricos serán opcionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación con el Registro Sanitario consultamos que en caso el producto y/o control y/o consumible no requiere de Registro Sanitario, se deberá sustentar con Oficio Emitido por Digemid y/o caso contrario con Listado Web actualizado. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el Area usuria ACOGE su consulta, para los productos y/o controles y/o consumibles se deberá presentar Registro Sanitario o en su defecto deberá presentar documentación que demuestre que No requieren Registro Sanitario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Consultamos, si para el cumplimiento d las Especificaciones Técnicas, se deberá acreditar que tanto los reactivos y equipos sean de la misma marca da fabricante. Solicitamos se precise con el fin que el área usuaria cuente con un sistema Reactivo-Analizador compatibles.

(VER PAGINA 24 Y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el Area Usuaría ACLARA que tanto el equipo y ractivo deberán ser de las misma Marca de Fabricante de los Reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En relación a la capacidad de transmisión de datos consultamos si deberá acreditarse que el analizador cuente con capacidad de conexión al Host unidireccional.
(VER PAGINA 24 Y 25)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área Usuaria ACLARA que deberá presentarse experiencia de conexión en otra institución de territorio nacional, a través de actas de conformidad del modelo a ofertar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:53:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En relación con la INCUBADORA 18/16, entendemos que se refiere a que el analizador puede ser ofertado con capacidad de 18 y/o 16 posiciones de cubetas, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación el proceso de selección.

(VER PAGINA 24 Y 25)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria No Acoge su consulta, así mismo se ACLARA, que se aceptará analizadores con 18 o 16 canales de incubación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se mencionan las características del Reactivo para dosaje del tiempo de protombina donde se requiere una presentación determinada de 10 x 2 ml. Solicitamos al comité especial que para mayor participación de postores, se permita la presentación de 5 x 5 ml y/o 8 x 12 ml.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se mencionan las características del Reactivo para dosaje del tiempo de Tromboplastina parcial donde se requiere una presentación determinada de 6 x 2.5 ml de Reactivo A y 1 x 15 ml de cloruro de calcio; Solicitamos al comité especial que para mayor participación de postores, se permita la presentación de 5 x 3 ml para Reactivo A y 2 x 10 ml de cloruro de calcio

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se mencionan las características del Reactivo para dosaje del Fibrinógeno donde se requiere una presentación determinada de 10 x 1 ml de Reactivo A y 2 x 60 ml de Reactivo B; Solicitamos al comité especial que para mayor participación de postores, se permita la presentación de 5 x 2 ml para Reactivo A y 2 x 15 ml de Reactivo B (50 Determinaciones).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará conformación y/o denominación del kit de acuerdo a cada fabricante, así mismo se aclara que se deberá cumplir con el número de determinaciones por cada PRESENTACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases administrativas se mencionan las características del Reactivo para dosaje del Fibrinógeno donde se requiere que el calibrador este incluido en el kit con una presentación de 1x 1 ml. Solicitamos al comité especial considerar también que el calibrador se entregue en kit separado cuya presentación de de 6 x 1 ml en cantidad suficiente para dosar las 3,600 Determinaciones y así fomentar la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite en coordinación con el Area Usuaría ACOGE su consulta, se aceptará también Calibradores separados del kit de Reactivos de Dosaje de Fibrinogeno, siempre y cuando sean de la misma marca del fabricante de los reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-GRC-HV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA COAGULACION (TP, TTP, FIBRINOGENO) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	19/09/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:09:36

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con respecto al equipo, se están solicitando Incubadora con 18/16 posiciones de cubetas. Solicitamos que para mayor participación de postores, se permita la participación de equipos cuya capacidad para incubación sea de 8 posiciones.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria No Acoge su consulta, así mismo se ACLARA, que se aceptará analizadores con 18 o 16 canales de incubación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null