

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cinco (05) días calendarios como máximo, contados desde la notificación de la Orden de Compra correspondiente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que los insumos serán ingresados al almacén con Rotulado, por lo que el plazo de entrega de los insumos tomaría más de cinco (05) días calendario.

Por lo que solicitamos cordialmente al comité de Selección ampliar y considerar:

1.9 PLAZO DE ENTREGA: Diez (10) días calendarios como máximo, contados desde la notificación de la Orden de Compra correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el area usuaria no acepta su consulta y precisa que el plazo de entrega de los bienes es de 5 días calendario como máximo, según lo establecido en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. REQUERIMIENTO DE BIENES

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

Al respecto, se solicita cordialmente al comité revisar y especificar que la vigencia mínima del producto es según el numeral 5. c) VIGENCIA DEL PRODUCTO: 12 MESES, debido a que existe una incongruencia con la Tabla N° 1, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES en la que indican que la vigencia de los insumos debe ser de 18 meses.

Por lo que solicitamos cordialmente al comité corregir y colocar en la Tabla N° 1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES, la vigencia mínima del producto de acuerdo con el numeral 5. c) VIGENCIA DEL PRODUCTO: 12 MESES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria aclara que la vigencia del producto debe ser 12 meses a partir de la fecha de ingreso al almacén del hospital y se precisará en la tabla N° 1 de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TABLA N°1 : Columna VIGENCIA MINIMA DEL PRODUCTO(INGRESO AL ALMACEN) 12 MESES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.1 SET DE LINEAS ARTERIAL Y VENOSA PARA HEMODIALISIS DE ADULTO

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿ Deberá tener color azul los siguientes aditamentos: Conector al paciente, conector al dializador, puerto para la toma de muestras y clamp de la línea principal.

Al respecto, nuestras líneas Arterial y Venosa para Hemodiálisis de Adulto cuentan con color azul para el segmento venoso y rojo para el segmento arterial.

Por lo tanto, solicitamos cordialmente al comité considerar también:

¿Deberá tener color azul para el segmento venoso y rojo para el segmento arterial en los siguientes aditamentos: Conector al paciente, conector al dializador, puerto para la toma de muestras y clamp de la línea principal¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria aclara y precisa que: deberá tener color azul para el segmento venoso y rojo para el segmento arterial en los siguientes aditamentos: conector al paciente, conector al dializador, puerto para toma de muestra y clamp de la línea principal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Deberá tener color azul el segmento venoso y rojo el segmento arterial en los siguientes aditamentos; conector al paciente, conector al dializador, puerto para la toma de muestras y clamp de la línea principal

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.3 SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L

1. MATERIAL

¿ Galonera por 4 litros

Al respecto, con la finalidad de fomentar la libre participación de postores solicitamos cordialmente al comité la ampliación de la presentación de la galonera a 4.39 litros.

Quedando de la siguiente manera:

5.1.1.3 SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L - 4.39 L

1. MATERIAL: Galonera por 4 L ¿ 4.39 L

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.3

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el area usuaria; a fin de fomentar la libre participación de postores precisa, que se aceptará la presentación de la galonera con dimensiones entre 4 - 4.5 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Galonera; 4 - 4.5 litros

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.3 SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Cada 1000 ml contiene:

¿ Bicarbonato de sodio 65.52g ¿¿ 780 mmol

¿ Cloruro de sodio 23.40 g ¿¿¿ 400 mmol

¿ Excipientes c.s.p

Con la finalidad de fomentar la libre participación de postores solicitamos cordialmente al comité la ampliación de las características técnicas:

Cada 1000 ml contiene: Bicarbonato de sodio 84.0 g y agua para inyección c.s.p. 1000 ml.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.3

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el area usuaria; a fin de fomentar la libre participación de postores acepta su consulta y precisa que se ampliará el rango del Bicarbonato de sodio (65- 85g)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bicarbonato de sodio 65 - 85 g

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.3 SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L

1. DIMENSIONES:

¿ Galonera de 4 litros.

Con la finalidad de fomentar la libre participación de postores solicitamos cordialmente al comité la ampliación de la presentación de la galonera a 4.39 litros.

Quedando de la siguiente manera: Galonera por 4 ¿ 4.39 litros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.4

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria; a fin de fomentar la libre participación de postores acepta su consulta y precisa que las dimensiones de la galonera sera entre 4 - 4.5 Lt.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Galonera; 4 - 4.5 litros

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.3 SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L

Al respecto, Fresenius Medical Care del Perú S.A ofrece como otra alternativa el Bicarbonato en polvo (BIBAG), opción con los siguientes beneficios:

- Suministro higiénico que evita la contaminación del líquido de diálisis.
- Las guías internacionales recomiendan su uso.
- Disminuye espacio, almacenamiento y volumen de transporte.

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al comité considerar:

SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L O BICARBONATO EN POLVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.4

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el area usuaria, acoge su consulta, y precisa que se acepta el Bicarbonato en sus diferentes presentaciones (polvo-galonera-cartucho-bolsa) siempre que cumpla con las características de las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS CON BICARBONATO SOL 4 L O BICARBONATO EN POLVO- GALONERA- CARTUCHO -BOLSA

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.4. SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS ACIDA SOL 4L

1. MATERIAL

¿ Galonera de 4 litros.

Con la finalidad de fomentar la libre participación de postores solicitamos cordialmente la ampliación de la presentación de la galonera a 3.6 litros.

Quedando de la siguiente manera:

5.1.1.4. SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS ACIDA SOL 3.6 L - 4L

1. MATERIAL: Galonera por 3.6 ¿ 4 litros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1.1.4

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria; a fin de fomentar la libre participación de postores acepta su consulta y precisa que las dimensiones de la galonera sera entre 3.6 - 4 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Galonera:3.6 - 4 litros

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

5.1.1.4. SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS ACIDA SOL 4L

3. DIMENSIONES:

¿ Galonera de 4 litros.

Con la finalidad de fomentar la libre participación de postores solicitamos cordialmente al comité la ampliación de la presentación de la galonera a 3.6 litros.

Quedando de la siguiente manera: Galonera por 3.6 ¿ 4 litros

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1.4

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria; a fin de fomentar la libre participación de postores; acepta su consulta y precisa que las dimensiones de la galonera sera entre 3.6 - 4 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Galonera; 3.6 - 4 litros

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1.2.4 GARANTÍA COMERCIAL:

El proveedor debe brindar una garantía comercial mínima de dieciocho (18) meses, a la fecha de ingreso al almacén designado por el Hospital.

Al respecto, Fresenius Medical Care del Perú S.A no ofrece GARANTÍA COMERCIAL por insumos, sin embargo, ofrecemos 12 MESES DE VIGENCIA DEL PRODUCTO. Así mismo, considerando los trámites de importación ya que los productos son de procedencia alemana y china, y adicionalmente con el tiempo de permanencia en nuestros almacenes, se atiende generalmente con una vigencia de producto de 12 meses.

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al comité considerar:

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 12 MESES

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.2.4

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria aclara que la garantía comercial es la misma de la vigencia del producto(12 meses), teniendo en consideración que la garantía comercial no es por insumos pero sí debe cumplir por las máquinas de hemodiálisis en sesión de uso, según especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garantía comercial: 12 meses

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

6.1 HARDWARE Y EQUIPOS:

MÁQUINA DE HEMODIALISIS:

¿ Sistema de dializado: Programación para el flujo de dializado (¿) detección y alarma de FUGAS DE AIRE.

Al respecto solicitamos cordialmente al comité de selección revisar y corregir:

Detección y alarma de FUGAS DE SANGRE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 6.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acepta parcialmente la consulta y precisa que: el sistema de dializado debe contar con detección de aire y detección de fugas de sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de dializado debe contar con detección de aire y detección de fugas de sangre.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

6.1 HARDWARE Y EQUIPOS:

MÁQUINA DE HEMODIALISIS:

¿ SOFTWARE: Programa de diagnóstico de fallas y calibración (¿) programa para medir Kt/V calculado.

Al respecto solicitamos cordialmente al comité de selección considerar:

KTV calculado y/o medido en línea.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 6.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria con respecto a la Maquina de hemodiálisis aclara que se considerará: KTV calculado y/o medido en línea

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KTV calculado y/o medido en línea

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE SOLUCIÓN DE HEMODIALISIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HNHU

Ruc/código : 20462793791

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Hora de envío : 18:36:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CAPITULO III: REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

6.2.1 SOFTWARE:

Si fuese el caso, configuración flexible, que permita transferencia de datos e información. Compatible con el software en operación del Hospital.

Al respecto, nuestra máquina realiza la transferencia de datos e información a través del sistema TDMS, el software se vende por separado.

Por lo que solicitamos cordialmente al comité considerar el software como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 6.2.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria, acoge su consulta, y precisa que el software será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Software: opcional