

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO (EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA) TIOPIOFICADO COMO OTROS GASTOS DE CAPITAL (OGK) PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC-INCLUYE PRESTACION ACCESORIA

Ruc/código : 20459090003

Nombre o Razón social : JP REHAB S.R.L.

Fecha de envío : 27/12/2024

Hora de envío : 18:13:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del Capitulo III de las características técnicas - generales en el ítem A04 se requiere CON CAPACIDAD DE CONFIGURAR Y ALMACENAR NUEVOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO (100 COMO MÍNIMO)

Se solicita al Comité Especial que se acepte un equipo de Terapia Combinada con la posibilidad de configurar y almacenar nuevos protocolos a partir de 25 como mínimo, permitiendo así la libre competencia y pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5.2.6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, EN VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES FUERON EMITIDAS POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSI). EN CONSECUENCIA, CUALQUIER MODIFICACIÓN, AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE DICHAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLO PODRÁ SER REALIZADA PREVIA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DE DICHA INSTITUCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA