

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 27/04/2023

Hora de envío : 17:15:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita: 001 AGD-MA. Velocidad de 100 ¿ 2000 r.p.m.

En gran parte de los métodos de laboratorio las velocidades de agitación están en torno a 500 r.p.m. y 1000 r.p.m. ya que son las más adecuadas para mezclado, disolución, dispersión, etc, aplicaciones propias en entornos educativos y de investigación. En casos muy excepcionales se supera esta velocidad. Es por esto que gran parte de los fabricantes limita (esto por eficiencia y seguridad) el máximo y amplía el alcance de la velocidad mínima. Por ello y para no restringir la pluralidad de postores OBSERVAMOS amablemente al comité se modifiquen las bases quedando de la siguiente manera: Velocidad de 100 r.p.m. o menos a 1600 r.p.m. o más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1

Literal: A

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE a dicha observación, la velocidad deberá ser de 100-1500 r.p.m, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita: 001 AGD-MA. Dimensiones de placa de 7x7 cm como mínimo.
Al respecto, una placa de mayor dimensión ofrece mayor flexibilidad de trabajo por lo que, en beneficio del área usuaria, CONSULTAMOS al comité si aceptara una placa circular de 130 mm de diámetro por ser una MEJORA TECNOLÓGICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, deberá ser Dimensiones de placa de 7x7 cm. como mínimo o de 160 mm de diámetro como mínimo, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita: 001 AGD-MA. Estructura metálica recubierta de resina epoxi para resistir sustancias químicas corrosivas u oxidantes.

Existen diversas técnicas y métodos que los fabricantes de equipos de laboratorio utilizan para dar protección a la corrosión. Una de las técnicas de mejores resultados es acero inoxidable tratado especialmente para resistir la abrasión y corrosión por químicos. Por lo expuesto y en beneficio del área usuaria, CONSULTAMOS al comité, si aceptará: Estructura metálica de acero inoxidable no corrosiva, resistente a ácidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando estructura metálica de acero inoxidable no corrosiva, resistente a ácidos, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

estructura metálica de acero inoxidable no corrosiva, resistente a ácidos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita: 003 HOR-EL. Temperatura de hasta 350 °C.

Para aplicaciones biológicas o afines, la temperatura de trabajo no supera los 300 °C. En caso se requiera temperaturas superiores, el equipo más optimo es una mufla u horno cuyas temperaturas de trabajo superan fácilmente los 1000 °C. Por lo expuesto, CONSULTAMOS al comité, en aras de una mayor pluralidad de postores y por ser un valor cercano si aceptará una temperatura de hasta 300 °C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ SE ACOGE la consulta, quedando Temperatura de hasta 300 °C, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temperatura de hasta 300 °C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita: 003 HOR-EL. Capacidad de volumen de 20 a 40 L.
El volumen del equipo es un parámetro de importancia pues definirá el rendimiento de trabajo del laboratorio. Por ello y para no limitar la pluralidad de postores y por ser de mejora tecnológica pues permitirá al laboratorio ampliar su capacidad de trabajo, OBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité se modifiquen las bases quedando de la siguiente manera: capacidad de volumen hasta 55 L.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, Capacidad de volumen de hasta 55 L, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad de volumen de hasta 55 L

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 27/04/2023

Hora de envío : 17:15:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita: 003 HOR-EL. Bandejas de aluminio o alambre niquelado y cromado.

El material de las bandejas no tiene un impacto directo ni en el funcionamiento del equipo ni en los ensayos realizados, sin embargo, significará un mayor tiempo de vida útil del accesorio y, por ende, un ahorro a largo plazo. Nuestra oferta incluye bandejas de alta calidad para una mayor resistencia y durabilidad. Por lo expuesto, CONSULTAMOS al comité, en beneficio del área usuaria, si aceptará bandejas de acero inoxidable electropulidas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, deberá ser 2 bandejas de aluminio o alambre niquelado o acero inoxidable, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: 002 EST-CO. Distancia interpupilar 50 ¿ 75 mm.

La distancia interpupilar es el espacio entre los ojos, variable para cada persona y se considera medidas estándar para adultos entre 45 y máx 75 mm. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de evaluación si para no contravenir el principio de universalidad de ofertantes y se puedan ofrecer estereomicroscopios de características técnicas similares y con mejoras técnicas, propuestas con ¿distancia interpupilar ajustable de 45 a 71 mm¿ ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, deberá ser Distancia Interpupilar de 55 -75 mm, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: 004 DES-PO. Volumen de destilado: 1L/h.

Nuestra oferta incluye un equipo cuyo volumen de destilado es de 4L/h, siendo una producción mayor a la solicitada. En pro de ofrecer equipos de mayor tecnología y mayor capacidad de producción, OBSERVAMOS al comité modificar las bases quedando de la siguiente manera: Volumen de destilado 4L/h.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, quedando Volumen de destilado: 4L/hora, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen de destilado: 4L/hora

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: 004 DES-PO. Cubierta de termoplástico.

Al respecto mencionamos que la carcasa de los equipos de destilación es de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, existen equipos con carcasa de chapa de acero galvanizada, más robusto y resistentes a golpes y a ambientes con humedad. Con la finalidad de no restringir la participación de los postores quienes podrían ofrecer equipos de mayor tecnología, OBSERVAMOS al comité modificar las bases quedando de la siguiente manera: Cubierta o carcasa de chapa de acero galvanizada con recubrimiento de polvo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, quedando Cubierta o carcasa de chapa de acero galvanizada con recubrimiento de polvo, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cubierta o carcasa de chapa de acero galvanizada con recubrimiento de polvo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: 004 DES-PO. Potencia: 750 W.

Al respecto mencionamos que la potencia está relacionada con la capacidad de producción de equipo. Nuestra oferta cuenta con un equipo que produce 3 veces más de volumen por hora que el equipo solicitado y por tanto posee una mayor potencia. CONSULTAMOS al comité si en pro de recibir mejoras tecnológicas y de aumentar la cantidad de postores aceptar como opción un equipo cuya potencia es de: 3 kW.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Potencia: 3KW, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia: 3KW

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:15:58

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: 004 DES-PO. Anillo de silicona para sellado para mantener la presión interna.

Al respecto mencionado que la configuración mecánica interna de los equipos, así como partes internas del del ensamblaje del equipo son a criterio y tecnología de cada fabricante. Especificar una pieza de ensamble del equipo podría orientar la oferta de forma involuntaria hacia un postor en específico. OBSERVAMOS las bases y solicitamos al comité retirar la especificación o en su defecto situarla como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1

Literal: A

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, quedando Anillo de silicona opcional, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Anillo de silicona opcional

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

- VELOCIDAD DE 100 ¿ 2000 r.p.m.

Actualmente en el mercado existen diversos modelos y marcas, además como especialistas en centrifugación recomendamos que la velocidad no debe exceder los 1200 r.p.m., debido a que se pueden presentar fragmentaciones en las muestras, por lo cual para una mayor pluralidad de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:

- VELOCIDAD DE 100 - 1500 r.p.m.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE a dicha observación, quedando la velocidad deberá ser de 100-1500 r.p.m, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

velocidad deberá ser de 100-1500 r.p.m

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

- Superficie de agitación es de acero inoxidable o aleación antimagnética de aluminio

Actualmente en el mercado existen diversos materiales resistentes a altas temperaturas, la cual los fabricantes optan para usar en sus equipos eligiendo la mejor calidad y que se adecue a ellos, por lo cual para una mayor pluralidad de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:

- Superficie de agitación de acuerdo al fabricante

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, deberá ser estructura metálica de acero inoxidable no corrosiva, resistente a ácidos, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

- Distancia interpupilar:50-75 mm

Actualmente en el mercado existen diversas marcas y cada fabricante especifica su rango de distancia Inter pupilar de acuerdo al diseño conjunto del equipo, cuidando de cubrir ampliamente los promedios de hombres que se sitúan alrededor de 63mm y pueden llegar en las mujeres como mínimo hasta 55mm, por lo cual para una mayor pluralidad de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:

- Distancia Inter pupilar de 55 -75 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Distancia Interpupilar de 55 -75 mm, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Distancia Interpupilar de 55 -75 mm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

- Temperatura de hasta 350°C

Actualmente en el mercado existen diversas marcas y modelos, es por ello que el rango de temperatura los 300 °C se encuentra en el rango operacional de trabajo por parte del usuario, por lo cual para una mayor pluralidad de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:

- Temperatura de hasta 300°C o mayor

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, quedando Temperatura de hasta 300 °C, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temperatura de hasta 300 °C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

- Panel frontal de acero inoxidable

En el mercado existen diferentes materiales para la estructura hacia un horno, tales como el acero laminado que es conocido por su gran estabilidad, propiedades higiénicas óptimas y resistente a la corrosión, por lo cual para una mayor pluralidad de postores con diferentes marcas y modelos a ofertar.

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:

- Panel frontal de acero inoxidable o acero laminado

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la consulta, deberá ser panel frontal de acero inoxidable, pero de preferencia con puerta de vidrio templado, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20606088630	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION SINAPSYS S.A.C.	Hora de envío :	18:10:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

- 2 bandejas de aluminio o alambre niquelado y cromado

Al respecto, de acuerdo al material solicitado hacia las bandejas, estos mismos son propensos frente a la corrosión y actualmente el material que es resistente frente a la corrosión es el acero inoxidable.

Se Consulta si podrán ACEPTAR lo siguiente:
- 2 bandejas de aluminio, alambre niquelado o acero inoxidable.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando 2 bandejas de aluminio o alambre niquelado o acero inoxidable, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2 bandejas de aluminio o alambre niquelado o acero inoxidable

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Del ITEM 001/ COD AGD-MA

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de agitadores que diseñan sus equipos según patentes registradas. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTICULO 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el siguiente requerimiento técnico:

- Volumen máximo de 50 ml a 20L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Volumen máximo de 50 ml a 20L, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de 50 ml a 20L

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Del ITEM 001/ COD AGD-MA

Existe en el mercado diferentes tipos de marcas de agitadores que diseñan sus equipos según patentes registradas. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTICULO 2 de la ley de contratación del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el siguiente requerimiento técnico:

- Velocidad de 100 - 1250 rpm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE a dicha consulta, la velocidad deberá ser de 100-1500 r.p.m, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Del ITEM 001/ COD AGD-MA

En el mercado existen marcas de equipos que ofrecen mejoras y distintos diseños sin que esto suponga un mayor costo. Por otro lado en base a lo solicitado y con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTICULO 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el siguiente requerimiento técnico:

- Dimensiones de placa de 7x7 cm. como mínimo o de 160 mm de diámetro como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Dimensiones de placa de 7x7 cm. como mínimo o de 160 mm de diámetro como mínimo, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones de placa de 7x7 cm. como mínimo o de 160 mm de diámetro como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Del ITEM 002 / COD EST-CO

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de estereoscopio que diseñan sus equipos según patentes registradas. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTÍCULO 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el siguiente requerimiento técnico:

- Distancia interpupilar: 55 -75 mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Distancia Interpupilar de 55 -75 mm, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA N° 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Distancia Interpupilar de 55 -75 mm

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Del ITEM 002 / COD EST-CO

Se solicita al órgano encargado de las contrataciones considerar también distancia de trabajo aproximadas en un rango de +/- 5%, en su calidad de mejora técnica o con el objetivo de permitir una mayor participación de postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Distancia de trabajo: +- 5 %, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Distancia de trabajo: +- 5 %

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Del ITEM 005/ COD TER-ME

Existe en el mercado diferentes tipos de marcas de termómetro que diseñan sus equipos según patentes registradas. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTÍCULO 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el siguiente requerimiento técnico:

- Con rango de temperatura de -50°C a 300°C aprox.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Con rango de temperatura de -50°C a 300°C aprox, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con rango de temperatura de -50°C a 300°C aprox

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-UNCA-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL QU

Ruc/código :	20608422499	Fecha de envío :	27/04/2023
Nombre o Razón social :	PROVEMED S.A.C.	Hora de envío :	18:48:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Del ITEM 003/ COD HOR-EL

Existe en el mercado diferentes tipos marcas de termómetro que diseñan sus equipos según patentes registradas. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, amparados en el ARTÍCULO 2 de la ley de contrataciones del estado en su inciso a) libertad de concurrencia, e) competencia, aceptara el organo encargado de las contrataciones en coordinación con la parte usuaria ampliar el rango del siguiente requerimiento técnico:

- Temperatura de hasta 300°C

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, quedando Temperatura de hasta 300 °C, tal cual lo indica el área usuaria en la referencia estipulada en el ítem c) CARTA Nª 004-2023/JEZCH-CONSULTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temperatura de hasta 300 °C