

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUÁNUCO".

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ACCESORIOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUÁNUCO.

2. ÁREA USUARIA: ES. SALUD BUCAL

3. FINALIDAD PUBLICA

Con la adquisición de los accesorios odontológicos, tiene como fin una atención eficiente y sofisticada hacia la población, disminuyendo necesidades y carencias por parte de los Puestos de Salud de la Red de Salud Huánuco y su población.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General: Implementar a los establecimientos de salud de la Red de Salud Huánuco, con accesorios odontológicos para el servicio de odontología, para los Puestos de Salud y su población.

Objetivo Específico: Brindar una atención adecuada y eficiente a la población usuaria de los establecimientos de salud de la Red de Salud Huánuco, con accesorios odontológicos de calidad.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

5.1. Descripción de los bienes

ITEM	AREA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	ES. Salud Bucal	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	UND	27
2	ES. Salud Bucal	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	UND	27
3	ES. Salud Bucal	ESPEJO BUCAL SIMPLE SIN MANGO, SIN AUMENTO N° 5	UND	387
4	ES. Salud Bucal	TIPODON DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UND	20
5	ES. Salud Bucal	PINCEL DE USO DENTAL PARA RESINA	UND	113
6	ES. Salud Bucal	CUÑA INTERPROXIMAL DE PLÁSTICO PARA FOTOCURADO X PAQUETE DE 100	UND	126
7	ES. Salud Bucal	TIRA DE LIJA PARA RESINA X PAQUETE DE 100	UND	689
8	ES. Salud Bucal	BANDEJA DE ACERO ACANALADO DE USO ODONTOLÓGICO	UND	9
9	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UND	565
10	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UND	555
11	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDA MEDIANA	UND	490

12	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UND	565
13	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA	UND	520
14	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA	UND	560
15	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCOCÓNICA MEDIANA	UND	510
16	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCOCÓNICA PEQUEÑA	UND	510
17	ES. Salud Bucal	JUEGO DE FRESAS QUIRÚRGICAS DE FISURA MEDIANA x 6	UND	119
18	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA	UND	464
19	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE	UND	454
20	ES. Salud Bucal	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA LARGA	UND	464
21	ES. Salud Bucal	JERINGA DE METAL CÁRPUL	UND	44
22	ES. Salud Bucal	TALEADOR DE RESINA	UND	49
23	ES. Salud Bucal	PORTAFRESAS METÁLICO	UND	30
24	ES. Salud Bucal	PERFORADOR UNIVERSAL PARA DIQUE DE GOMA	UND	18
25	ES. Salud Bucal	PORTACLAMP DENTAL	UND	16
26	ES. Salud Bucal	CLAMP DENTAL	UND	52
27	ES. Salud Bucal	CLAMP PARA ENDODONCIA PREMOLARES	UND	23
28	ES. Salud Bucal	CLAMP PARA ENDODONCIA CANINOS	UND	23
29	ES. Salud Bucal	CLAMP PARA ENDODONCIA INCISIVOS	UND	27
30	ES. Salud Bucal	LIMAS K SET DEL 15al 40(1ra SERIE) 21mm	UND	9
31	ES. Salud Bucal	LIMAS K SET DEL 45al 80(2da SERIE) 21mm	UND	8
32	ES. Salud Bucal	LIMAS K SET DEL 15 al 40(1ra SERIE) 25 mm	UND	8
33	ES. Salud Bucal	LIMAS K SET DEL 45 al 80(2da SERIE) 25 mm	UND	8
34	ES. Salud Bucal	ALVEO LÓTOMO UNIVERSAL 17cm	UND	2
TOTAL				7491

ITEM 1 : PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD

- De uso odontológico.
- Autoclavable
- Spray mínimo doble salida de agua
- Velocidad de rotación sin carga de más de 350000 r/min.
- Conexión borden de 2 hoyos.
- Presión de aire nominal de 180-245 Kpa.
- Luz Led (deseable)
- Alta eficiencia de corte con menos vibración de ruido.
- Rotor súper silencioso.
- Cambia fresas a presión
- Sujeción de pinza de alta tecnología con casquillo guía de carburo para garantizar una larga vida útil

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


- Rodamientos ceramicos para un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
- Cabeza pequeña para un acceso sencillo y eficaz a la zona de disección
- Pulverizador de 3 boquillas con generación de un chorro fino para una refrigeración óptima
- Guía de luz en barra de vidrio con una luminosidad de hasta 25 000 lux para una detección fiable de los márgenes de disección
- Medios de refrigeración separados y conducidos por el interior para generar un efecto de pulverización óptimo
- Microfiltro de pulverización sustituible para una refrigeración por pulverización eficaz y precisa
- Sistema de acoplamiento, que puede incorporarse en cualquier unidad de tratamiento
- Sistema de sujeción con pinza mediante un botón con una fuerza de sujeción de hasta 30 N para una fijación segura de la fresa
- Termodesinfectable y esterilizable hasta 135 °C.
- MEJORA: Incluye lubricante en spray



ITEM 2: PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD

- **INCLUYE CONTRAÁNGULO** de la misma marca.
- **Fabricado en acero inoxidable quirúrgico**, propiedad anticorrosiva a desinfección por medios físicos o químicos.
- **Conexión borden de 02 salidas** que facilite el acople de piezas rectas y angulares disponibles en el mercado.
- **Presión de servicio de 32 a 36 Psi.**
- **Velocidad de rotación hasta 27000 RPM**
- **Alto torque y velocidad de rotación**, con rotación a la derecha o izquierda giro de 360°
- **Acabado satinado o mate**

- Bajo nivel de ruido
- Características del Contra ángulo:
 - Alta velocidad de rotación hasta 27000 RPM
 - Presión de agua 198 Kpa (2kg)
 - Cambiafresa con sistema de pestillo
 - Presión de aire 1:1 con sistema de refrigeración externa
- Rotulado conforme a normatividad vigente.
- Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.
- Instrucciones de uso en idioma español.




ITEM 3 : ESPEJO BUCAL SIMPLE SIN MANGO, SIN AUMENTO N° 5

- Instrumental para examen odontológico
- De acero inoxidable, esterilizable en calor seco y autoclave
- Espejo bucal N° 5 sin aumento y ángulo de 135 ° con la base.



ESPECIFICACIONES DE MANGO PARA ESPEJO BUCAL

- Instrumental para examen odontológico
- De acero inoxidable, esterilizable en calor seco y autoclave.
- Superficie antideslizante



ITEM 04 : TIPODON DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE

- De uso odontológico.
- Material plástico Termoestable resistente a la limpieza con detergente enzimático.
- Dimensiones mínimas 22cm x 25cm x 28cm
- Con 28 dientes color blanco EXTRAIBLES o NO EXTRAIBLES
- Falsa encía de color rosado coral

MEJORA: INCLUIR CEPILLO DENTAL GRANDE PARA ENSEÑANZA




ITEM 05: PINCEL DE USO DENTAL PARA RESINA

- Material: plástico, Silicona
- Longitud Total: aprox. 17,5 cm +/- 2.5 cm
- Longitud de la pluma: aprox. 10 mm
- Fácil de manejar y operar.
- Incluye 5 tipos diferentes de pinceles para diferentes funciones.
- Adecuado para uso profesional



ITEM 06: CUÑA INTERPROXIMAL DE PLÁSTICO PARA FOTOCURADO (PAQUETE X100)

- Centro colapsable para adaptación anatómica de la banda.
- Cuñas indicadas para el sistema de matrices seccionales Halo, para hacer restauraciones de composite anatómicamente contorneadas de manera sencilla y práctica.
- La separación máxima de los dientes se logra mediante la fuerza del anillo de Nitinol y el acufiamiento activo proporcionado por las cuñas.
- La cuña firme crea un acufiamiento activo para mejorar la separación, mientras que es menos traumática para las papilas.
- Contenido: caja o paquete mínimo 100 unidades. (ver referencia)
- Disponibles en 4 tamaños: muy pequeña, pequeña, mediana y grande.
- Los colores fáciles de distinguir ayudan a identificar los tamaños de las cuñas.
- El diseño hueco hace que las cuñas sean fáciles de colocar y permite apilar las cuñas cuando se necesitan varias



ITEM 07: TIRA DE LIJA PARA RESINA (PAQUETE X150)


Contiene 150 tiras.

- Tiras de poliéster para acabado y pulido de resina.
- Calibre fino y medio en una misma tira.



ITEM 08: BANDEJA DE ACERO ACANALADO DE USO ODONTOLÓGICO

- De uso odontológico.
- Instrumental de acero inoxidable quirúrgico autoclavable.
- Resistentes a la corrosión, cuando se expone a sangre y líquidos corporales, soluciones de limpieza, esterilización y atmósfera.
- De forma rectangular con acabado mate o satinado, con bordes contorneados de adecuado acabado.
- Dimensiones aproximadas según la especificación



ITEM 09: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Redonda chica o pequeña
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 10: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- **Forma Redonda mediana**
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 11: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDA MEDIANA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Redonda cono invertida mediana
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 12: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Redonda grande
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 13: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Fisura mediana
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 14: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA


- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Fisura larga
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544


ITEM 15: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCOCÓNICA MEDIANA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma troncocónica mediana
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 16: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCOCÓNICA PEQUEÑA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Troncocónica pequeña
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544





ITEM 17: FRESAS DE JUEGO DE FRESAS QUIRÚRGICAS DE FISURA MEDIANA x 6

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad y Baja Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Material de Acero inoxidable de uso para cirugías de mediana o alta complejidad de Odontología.
- Total, de 06 fresas con diseño diferente y con vástago y forma de fisura
- De parte activa multilaminada
- Ángulos de afilado diseñados para maximizar corte a bajas revoluciones.



ITEM 18 : FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Flama mediana
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 19: FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE


- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Flama grande
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544

ITEM 20 : FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA LARGA

- De uso odontológico compatibles con Pieza de mano de Alta Velocidad estándar y asimismo compatible con cualquier sistema de cambia fresas.
- Forma Cilindrica larga
- Diamantado con granulometría de identificación por colores, letras o números a nivel de micras ISO 404 – 544


ITEM 21 : JERINGA DE METAL CÁRPULE

- De uso odontológico
- De acero inoxidable y esterilizable al calor seco y húmedo
- Con sistema de aspiración no automática en vástago del émbolo con lanceta.
- De zona de carga exacto para el ingreso de cartucho de anestesia de 1.8 ml
- Exacto para enroscar agujas dentales n° 25", 27" y 30".




ITEM 22 : TALLADOR DE RESINA

- Kit de espátulas para restauración dental
- Contenido: 06 espátulas
- Material: Acero chapado en titanio
- Color: punta dorada
- Resistente al desgaste, fácil de usar, tiempo de uso prolongado, esterilización a alta temperatura y alta presión
- Aplicación de tecnología de recubrimiento de titanio en el área de trabajo.
- Excelente sensibilidad táctil, fácilmente identificable, agarre cómodo, menos tensión.
- Alta resistencia al desgaste del metal, bordes de corte extremadamente afilados



ITEM 23 : PORTAFRESAS METÁLICO

- De uso odontológico
- Instrumental de acero inoxidable con tapa
- Para la disposición de fresas de diamante (no incluidas)
- Capacidad de 20 o más fresas
- De forma redonda o cuadrangular con dimensiones aproximadas de 6 cm de alto x 7.5 cm de diámetro / largo




ITEM 24 : PERFORADOR UNIVERSAL PARA DIQUE DE GOMA

- De uso odontológico
- Otros nombres: PINZA PERFORADORA DE DIQUE DE GOMA
- Material de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Instrumento para corte circular en la hoja del dique de goma; con orificios que van desde 0.5 mm hasta 2.5 mm con platina rotatoria.
- Pinza en diseño tipo Ivory T, con bisagra situada por delante de placa perforadora, émbolo perforador de incidencia vertical.



ITEM 25: PORTACLAMP DENTAL

- De uso odontológico
- Otros nombres: PINZA BREWER o PORTAGRAPA DENTAL
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Cuenta con resorte y traba para la fijación del clamp o grapa durante la presión.
- Longitud máxima 17 cm




MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
CPC ALBERTO VILCHES GOMEZ
JEFE DE UNIDAD CONTROL PATRIOTICO

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
D.D. Eduardo Alegre Carhuamayo
RESPONSABLE
ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
EDON D. SANCHEZ VENEZ RIOS
JEFE DE LA UNIDAD DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

ITEM 26: CLAMP DENTAL

- De uso odontológico
- Otros nombres: GRAPA DENTAL para MOLARES
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión.
- Aletas metálicas a ambos lados unidos por arco resorte en extremo distal.
- Aletas laterales con un orificio y/o una ranura para portaclamp con extremo de aleta lateral plano
- Aleta proximal en forma de lengüeta
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 27: CLAMP DENTAL PARA ENDODONCIA PREMOLARES

- De uso odontológico
- Otros nombres: GRAPA DENTAL para PREMOLARES
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión.
- Aletas metálicas a ambos lados unidos por arco resorte en extremo distal.
- Aletas laterales con un orificio y/o una ranura para portaclamp con extremo de aleta lateral redondeado
- Aleta proximal en forma de lengüeta
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 28 : CLAMP DENTAL PARA ENDODONCIA CANINOS


- De uso odontológico
- Otros nombres: GRAPA DENTAL para CANINOS
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión.
- Aletas metálicas externa (vestibular) e interna (palatina o lingual) unidos por arco resorte laterales
- Aleta externa de mayor tamaño que aleta interna
- Aletas externa e interna en contraposición con un orificio y/o una ranura para portaclamp
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 29 : CLAMP DENTAL PARA ENDODONCIA INCISIVOS



- De uso odontológico
- Otros nombres: GRAPA DENTAL para INCISIVOS
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión.
- Aletas metálicas externa (vestibular) e interna (palatina o lingual) unidos por arco resorte laterales

- Aleta externa de mayor tamaño que aleta interna
- Aletas externa e interna contrapuestas DE TAMAÑO PROPORCIONAL con un orificio y/o una ranura para portaclamp
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 30: LIMAS K SET del 15 al 40 (1ra serie) 21 mm



- De uso odontológico
- Otros nombres: LIMAS PRIMERA SERIE, LIMAS ENDODONCIA, K-FILE
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión medida de 21 mm
- La dureza del instrumental de 2040 hasta 2310 N/mm²
- Hoja de sección cuadrada con torque sentido horario para corte y flexibilidad con parte activa aprox. 13 mm
- Conicidad 2%
- Manija de resina plástica con colores según número #15(blanco), #20 (amarillo), #25 (rojo), #30(azul), #35(verde), #40 (negro)
- El ángulo en la punta debe ser $75^\circ \pm 15^\circ$
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 31: LIMAS K SET del 45 al 80 (2da serie) 21 mm

- De uso odontológico
- Otros nombres: LIMAS PRIMERA SERIE, LIMAS ENDODONCIA, K-FILE
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión medida de 21 mm
- La dureza del instrumental de 2040 hasta 2310 N/mm²
- Hoja de sección cuadrada con torque sentido horario para corte y flexibilidad con parte activa aprox. 13 mm
- Conicidad 2%
- Manija de resina plástica con colores según número #45(blanco), #50 (amarillo), #55 (rojo), #60(azul), #70(verde), #80 (negro)
- El ángulo en la punta debe ser 75° ± 15°
- VER IMAGEN DE REFERENCIA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
CPC. ALBERTO VILCHEZ GARCIA
JEFE DE LA UNIDAD CONTROL PATRIMONIAL





MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
C.D. EDUARDO A. CARRANZA
RESPONSABLE
ESTRATEGIA DE SALUD BUCA

ITEM 32: LIMAS K SET del 15 al 40 (1ra serie) 25 mm

- De uso odontológico
- Otros nombres: LIMAS PRIMERA SERIE, LIMAS ENDODONCIA, K-FILE
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión medida de 25 mm
- La dureza del instrumental de 2040 hasta 2310 N/mm²
- Hoja de sección cuadrada con torque sentido horario para corte y flexibilidad con parte activa aprox. 16 mm
- Conicidad 2%
- Manija de resina plástica con colores según número #15(blanco), #20 (amarillo), #25 (rojo), #30(azul), #35(verde), #40 (negro)
- El ángulo en la punta debe ser 75° ± 15°
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RPT DE SALUD HUÁNUCO
ECON. DARIUS A. VILLAMINER RIOS
JEFE DE LA UNIDAD DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
CPA NECTORIAN VILCHE AGUIRRE
JEFE DE UNIDAD CONTROL PATRIASIAL




ITEM 33: LIMAS K SET DEL 45 al 80(2da SERIE) 25 mm

- De uso odontológico
- Otros nombres: LIMAS PRIMERA SERIE, LIMAS ENDODONCIA, K-FILE
- Instrumental de pieza única material de acero inoxidable martensítico o quirúrgico resistente a la corrosión medida de 25 mm
- La dureza del instrumental de 2040 hasta 2310 N/mm²
- Hoja de sección cuadrada con torque sentido horario para corte y flexibilidad con parte activa aprox. 16 mm
- Conicidad 2%
- Manija de resina plástica con colores según número #45(blanco), #50 (amarillo), #55 (rojo), #60(azul), #70(verde), #80 (negro)
- El ángulo en la punta debe ser $75^\circ \pm 15^\circ$
- VER IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 34: ALVEOLÓTOMO UNIVERSAL 17cm

- De uso odontológico.
- Instrumental de pieza única acero inoxidable de alta calidad, autoclavable y anticorrosivo.
- Mango antideslizante
- Dimensión máxima de 17 cm de largo
- Parte activa convexa de hojas afiladas con mecanismo de reapertura automática al cese de la presión.



6. GARANTÍA COMERCIAL

a. Alcance de la garantía

Además, el proveedor deberá garantizar que los productos sean nuevos, libres de defectos de elaboración a fin de cubrir la reposición inmediata de los productos

b. Condiciones de la garantía

La garantía debe hacerse efectiva al solo requerimiento de (*área usuaria*), en un plazo no mayor a 3 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación; para tal efecto los trámites para la ejecución de las garantías se realizarán mediante correo electrónico.

c. Periodo de la garantía

Garantía de un (02) año como mínimo

d. Inicio del cómputo del periodo de garantía

contabilizada desde la emisión de la conformidad.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona natural y/o jurídica

- Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores RNP – Bienes
- RUC Activo y Habido. Con giro del negocio en el objeto de la contratación

Requisitos que debe contar el proveedor.

- Constancia de Registro de Establecimiento Farmacéutico o Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, emitida por la ANM o la Autoridad Regional de Salud (ARS)
- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. Otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).
- Certificado de Buenas prácticas de Manufactura (BPM) vigente o Certificado ISO 13485 o Certificado CE, que señale el producto ofertado emitido por la ANM.
- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente a nombre del postor emitida por la ANM o ARM (de ser el caso).

8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

8.1. Lugar de entrega

La entrega se realizará en el almacén de la Red de Salud de Huánuco, sito en la AV. Carretera central N° 266 Llicua frente a la cervecería Backus, de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 12:30 horas y de 14:30 a 17:00 horas

8.2. Plazo:

La entrega deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

9. FORMA, CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único, previa conformidad del responsable de la Unidad de Seguros de la Red de Salud Huánuco y presentación de la factura, la guía de remisión.

10. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el Área Usuaría y/o jefe de establecimiento, mediante acta de conformidad en un plazo máximo de siete (07) días calendarios de producida la recepción de los bienes, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación.

11. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Meta: 156

Específica de Gasto: 23.18.21

Fuente de Financiamiento: D y T SIS

N° de Transferencia: 147

Tipo de Recurso: 018

12. PENALIDADES

12.1. Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:
 - Para bienes, servicios y consultorías: $F = 0.25$.
 - Para obras: $F = 0.15$.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conformidad con lo establecido en el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la LEY.

15. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.