

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Dentro de los Accesorios de los 7 reactivos solicitan que el equipo automatizado cuente con 135 muestras a más para cada marcador serológico, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan Control de Calidad Externo de frecuencia mensual con un grupo par mínimo de 30 participantes en la evaluación cualitativa para los 7 marcadores del equipo ofertado, el cual deberá ser acreditado a través de informes de no mayor de 4 meses de antigüedad, al respecto mencionamos que en el mercado actual existen múltiples ofertas de controles de calidad externo de alto performance con sus diferentes características en beneficio del paciente, por lo cual consultamos amablemente al comité acepte Controles de Calidad Externo que cuente con grupo par para los 7 marcadores del equipo ofertado y se acredite con la folletería respectiva.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptará controles de calidad externo que cuenten con grupo par para los 7 marcadores en el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un performance de 200 o más pruebas por hora, al respecto según el requerimiento de las presentes bases se calcula un aproximado diario de 166 pruebas por lo que un equipo con un performance de 180 pruebas por hora cumpliría en exceso el requerimiento solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también un performance de 180 o más pruebas por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se aceptará también un equipo con un performance de 180 a más pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo, al respecto mencionamos que existen metodologías que si bien tienen un tiempo un poco mayor a 40 minutos para el resultado después de ingresada al equipo cuentan con un menor tiempo de preparación del reactivo fuera del equipo lo cual contabilizado en tiempo total sería mucho menor a lo solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se aceptará de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 40 minutos después de ingresada al equipo para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan el siguiente Tipo de equipo: Analizador de Quimioluminiscencia de acceso continuo completamente automatizado, entendemos que el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación el acceso continuo hace referencia a que el equipo no pare en ningún momento del procesamiento, que tenga la capacidad de carga y descarga de muestras y consumibles en cualquier momento sin que el equipo se detenga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 135 muestras a más, en el mercado actual existen diferentes marcas y tecnologías que pueden ofrecer una solución óptima para este tipo de pruebas y cuyos fabricantes establecen su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también que el equipo automatizado cuente con una capacidad de carga de 120 muestras a más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta, se aceptará también que el equipo automatizado cuente con 120 muestras a más para cada marcador serológico para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 25

Consultamos amablemente al comité si el Analizador automatizado de Quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el Analizador automatizado de Quimioluminiscencia convencional deberá contar con cero arrastre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador o Instrumento Automatizado de Quimioluminiscencia convencional con Lectores de códigos de barras para los reactivos y tubos primarios, al respecto mencionamos que para lograr un procesamiento completo de las muestras se utilizan también los controles internos entendemos que los frascos de estos controles también deben contar con códigos de barras desde fábrica, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación los frascos de los controles internos también deben contar con códigos de barras desde fábrica no se deben colocar manualmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller, con certificado de capacitación no menor de 02 años, para tal efecto se acreditará con la copia de la capacitación y entrenamiento según corresponda, al respecto mencionamos que una de las obligaciones del postor ganador es garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas, por ello consultamos amablemente al comité acepte también que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller que garantice el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas y que se acredite con una declaración jurada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que bastará acreditar con una declaración jurada el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 26

Dentro del requerimiento solicitan para el Analizador automatizado una Antigüedad no mayor de 04 años, consultamos amablemente al comité solicite que la Antigüedad del equipo sea no mayor de 01 año y se acredite con el Certificado de Manufactura del equipo garantizando así una menor prevalencia de mantenimientos correctivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta la antigüedad del equipo deberá ser no mayor de 01 año y se acreditará con Certificado de Manufactura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

1. Numeral: 3
Literal: 3.1
Página: 21

Consultamos amablemente al comité pueda establecer el Cronograma de entregas teniendo en cuenta la cantidad solicitada y el consumo del laboratorio bimensual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, ceñirse a las especificaciones técnicas en una sola entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-HRA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOSEROLOGÍA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	09/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:39:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

1. Numeral: 1
Literal: 1.9
Página: 15

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 25 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra y a su vez esclarecer los plazos para las siguientes entregas de acuerdo al cronograma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente su consulta, el plazo de entrega para la única entrega es de 15 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null