

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

ESTUFA HASTA (40-200°C) PARA ESTERILIZACIÓN SECA

Solicitamos al Comité de Selección aclarar si lo que solicitan es ESTUFA HASTA (40-200°C) PARA ESTERILIZACIÓN SECA o AUTOCLAVE.

**Acápito de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 4      **Literal:** 5.1.1      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

En base al principio de eficiencia y libre competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTUFA PARA ESTERILIZACION Y SECADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ESTUFA PARA ESTERILIZACION Y SECADO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESTUFAS PARA INCUBACIÓN POR CONVECCIÓN NATURAL

AJUSTE DE TEMPERATURA, DE 5°C HASTA 100°C

AL RESPECTO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN ACEPTAR TAMBIEN:

PARA MAYOR PLURALIDAD Y CONCURRENCIA DE POSTORES, SOLICITAMOS TAMBIEN ACEPTEN UNA INCUBADORA CON AJUSTE DE TEMPERATURA, 5°C HASTA 80°C

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, EL RANGO DE TEMPERATURA PROPUESTO CUMPLE CON LOS PARAMETROS REQUERIDOS PARA INCUBACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA, EL RANGO DE TEMPERATURA PROPUESTO CUMPLE CON LOS PARAMETROS REQUERIDOS PARA INCUBACION

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD

RANGO DE HUMEDAD 0-100%

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION ACEPTAR TAMBIEN:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD CON RANGO DE HUMEDAD 1-99%, ASI FOMENTAR MAYOR PLURALIDAD Y CONCURRENCIA DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, EL RANGO DE HUMEDAD PROPUESTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE OPERACION RECOMENDADAS PARA ANALISISDE HUMEDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA, EL RANGO DE HUMEDAD PROPUESTO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE OPERACION RECOMENDADAS PARA ANALISISDE HUMEDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ESTUFA HASTA (40-200°c) PARA ESTERILIZACIÓN SECA

CAPACIDAD ¿111 LITROS

AL RESPECTO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN ACEPTAR TAMBIEN:

ESTUFA HASTA (40-200°c) PARA ESTERILIZACIÓN SECA CON CAPACIDAD DE 108 LITROS O MAYOR, ASI FOMENTAR LA MAYOR PLURALIDAD Y CONCURRENCIA DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SON ACEPTABLES LAS ESTUFAS CON CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 111 L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SON ACEPTABLES LAS ESTUFAS CON CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 111 L

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD

CERTIFICACIÓN CE SEGÚN DIRECTIVA EN MAQUINAS 89-392.

CABE INDICAR QUE ESTA ES UNA DIRECTIVA ESPAÑOLA QUE YA NO ESTA VIGENTE Y EL CE ES UNICAMENTE PARA VENDER EN EUROPA.

SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL ACEPTEN CABINA DE BIOSEGURIDAD CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES ASI COMO EL ISO 9001:2015, ANSI/ASHRAE STANDARD 110-1995, OSHA, SEFA, EUROPEAN UNION STANDAR EN 14175-3, UL 1805: STANDARD FOR LABORATORY HOODS AND CABINETS, UL 3101-1: ELECTRICAL EQUIPMENT FOR LABORATORY, AMCA.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

PROCEDE, SE ACEPTA QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA PROPUESTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE, SE ACEPTA QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA PROPUESTA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD (DNA/RNA BIOCAP) CLASE II TIPO A02 4 FT3

CERTIFICACIÓN CE SEGÚN DIRECTIVA EN MAQUINAS 89-392.

CABE INDICAR QUE ESTA ES UNA DIRECTIVA ESPAÑOLA QUE YA NO ESTA VIGENTE Y EL CE ES UNICAMENTE PARA VENDER EN EUROPA.

SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL ACEPTEN CABINA DE BIOSEGURIDAD CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES ASI COMO EL ISO 9001:2015, ANSI/ASHRAE STANDARD 110-1995, OSHA, SEFA, EUROPEAN UNION STANDAR EN 14175-3, UL 1805: STANDARD FOR LABORATORY HOODS AND CABINETS, UL 3101-1: ELECTRICAL EQUIPMENT FOR LABORATORY, AMCA.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

PROCEDE, SE ACEPTAN EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS PROPUESTAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE, SE ACEPTAN EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS PROPUESTAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	15:01:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD (DNA/RNA BIOCAP) CLASE II TIPO A02 4 FT3

PARA APLICACIONES BIOCAP (DNA/RNA), SE USAN CABINAS DE PCR Y NO CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA.

POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL ACLARAR O CONFIRMAR SI HAY UN ERROR DE TIPEO. Y A

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 5.1.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE CABINA PARA ENSAYOS DNA/RNA OMITIR EL TERMINO BIOSEGURIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REQUIERE CABINA PARA ENSAYOS DNA/RNA OMITIR EL TERMINO BIOSEGURIDAD.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DÍAS CALENDARIO, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE CONTRATO O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN

Se solicita respetuosamente al honorable Comité la Aclaración y Ajuste de Plazos de Entrega, ya que en la sección 1.9 de las bases de la licitación, se indica un plazo de entrega de 60 días calendario, incluyendo instalación y puesta en funcionamiento de los bienes. Sin embargo, en las especificaciones técnicas, se mencionan plazos de 20 y 30 días para distintos equipos.

Esta discrepancia genera confusión y podría afectar la transparencia del proceso de contratación. Solicitamos al Comité que aclare cuál es el plazo oficial de entrega que debemos considerar para nuestra propuesta. En caso de que prevalezca el plazo de 60 días, sugerimos ajustar las especificaciones técnicas para garantizar la coherencia en todos los documentos de la licitación. Por otro lado también se propone lo siguiente:

Ajuste de Plazos:

Equipos como Agitador magnético, balanza analítica, baño maría: Solicitamos un ajuste a 40 días, considerando que estos equipos requieren importación y así se facilita la participación de más postores.

Equipos como cabina de bioseguridad, cámara de flujo laminar, estufas y termobalanza: Proponemos ampliar el plazo a 45 días, por la misma razón, garantizando un tiempo adecuado para el cumplimiento del proceso.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: I                            Literal: 1.9                            Página: 15**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON MAXIMO 30 DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGGA DEL BIEN DESPPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON MAXIMO 30 DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGGA DEL BIEN DESPPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

5.1.1. BALANZA ANALITICA

Reproducibilidad

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de una "Reproducibilidad de hasta 0.0003 g" en lugar del valor original de 0.0001 mg, dado que el equipo ofrecido cumple con estándares de precisión adecuados para las necesidades del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA REPETIBILIDAD SE ESTABLECE EN 0.1 MG LA REPRODUCIBILIDAD PUEDE SER HASTA 0.3 MG O 0.0003 G

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA REPEATIBILIDAD SE ESTABLECE EN 0.1 MG LA REPRODUCIBILIDAD PUEDE SER HASTA 0.3 MG O 0.0003 G

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

5.1.1. BALANZA ANALITICA

Linealidad

Consulta: Se pide al honorable Comité considerar la aceptación de una "Linealidad de hasta 0.0003 g", ya que aunque no se cumple el parámetro especificado, el equipo ofrece un rendimiento adecuado dentro de los límites aceptables para los análisis requeridos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, PORQUE LA LINEALIDAD ESTA FUERA DE RANGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACEPTA, PORQUE LA LINEALIDAD ESTA FUERA DE RANGO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

5.1.1. BALANZA ANALITICA

Interfaz

Consulta: Se solicita considerar la aceptación de la interfaz "RS232" en lugar de "Mini USB". Aunque se especificó un tipo de conexión diferente, el RS232 es ampliamente utilizado y funcional para la integración con otros equipos en el campo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE INTERFAZ "MINI USB" POR LA COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REQUIERE INTERFAZ "MINI USB" POR LA COMPATIBILIDAD CON LOS EQUIPOS DE COMPUTO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

5.1.1. BALANZA ANALITICA

Calibración Interna

Consulta: Se propone al honorable Comité la aceptación del "Sistema de calibración interna" en lugar de "calibración isoCAL y calibración externa". Este ajuste es viable y suficiente para garantizar la precisión y confiabilidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES INDISPENSABLE LA CALIBRACION ISO CAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES INDISPENSABLE LA CALIBRACION ISO CAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

BAÑO MARIA

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Circulación

Consulta: Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de la "Circulación interna por agitación magnética" en lugar del parámetro especificado, ya que aunque el método de circulación es diferente, cumple con la funcionalidad requerida para la uniformidad de la temperatura en el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES VIABLE PORQUE LA DIFERENCIA DEL METODO DE CIRULACION NO AFECTA LA FUCIONALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES VIABLE PORQUE LA DIFERENCIA DEL METODO DE CIRULACION NO AFECTA LA FUCIONALIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

BAÑO MARIA

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Dimensiones del Tanque

Consulta: Se pide al honorable Comité considerar la aceptación de las dimensiones del tanque de "305 mm x 305 mm x 140 mm" en lugar de las dimensiones mínimas requeridas, dado que la diferencia en la altura es mínima y el equipo aún puede operar eficazmente dentro de sus especificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ES VIABLE PORQUE LA DIFERENCIA DE DIMENSIONES ES MINIMA Y NO AFECTA LA FUCIONALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES VIABLE PORQUE LA DIFERENCIA DE DIMENSIONES ES MINIMA Y NO AFECTA LA FUCIONALIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

BAÑO MARIA

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Potencia

Consulta: Se solicita considerar la aceptación de una potencia de "800 a 1000 W". Ya que el equipo sigue siendo capaz de alcanzar y mantener las temperaturas deseadas para su operación y se permite la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CUMPLIR CON LA POTENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACEPTA, SE SOLICITA CUMPLIR CON LA POTENCIA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

CONSULTA

Se solicita respetuosamente al honorable Comité considerar la aceptación de filtros HEPA con una eficiencia de "99.995% a 0.3 µm" en lugar del parámetro especificado de "hasta 99.999%". Aunque la eficiencia es ligeramente inferior, el rendimiento del filtro sigue siendo muy alto y adecuado para la mayoría de las aplicaciones de bioseguridad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA PORQUE SE REQUIERE CABINAS CON EL MAS ALTO SISTEMA DE FILTRACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACEPTA PORQUE SE REQUIERE CABINAS CON EL MAS ALTO SISTEMA DE FILTRACION.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿ CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

CABINA DE BIOSEGURIDAD

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Certificación EN 12469

Consulta: Se pide al honorable Comité considerar la aceptación de la certificación "EN 12469 ¿ 65 dB" en lugar de "¿ 58 dB". Aunque el nivel de ruido es un poco mayor, el equipo cumple con los estándares necesarios para su funcionamiento y seguridad.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.1    Literal: 5.1.1    Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA EL NIVEL DE RUIDO PROPUESTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CAMARA FLUJO LAMINAR

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Rejilla de protección filtro HEPA¿ 85% a 0.3 um

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación también de una eficiencia del 99.995% a 0.3 um, lo que representa una mejora tecnológica y permite la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA LA MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Estufa hasta (40-200) para la esterilización seca

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Dimensiones de la Cámara

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de dimensiones de la cámara de "Dimensiones de cámara según el fabricante". Ya que los equipos serán adecuados para las aplicaciones previstas y se permite la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS SON REFERENCIALES SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS MEDIDAS SON REFERENCIALES SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Capacidad 100-200 g

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de la "capacidad 100-200 g +/- 20%" especificando esta opción puede ser adecuada para aplicaciones específicas donde se requiera un análisis de muestras de menor tamaño.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES. SE REQUIERE QUE SE CUMPLA CON LA CAPACIDAD SOLICITADA INICIALMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES. SE REQUIERE QUE SE CUMPLA CON LA CAPACIDAD SOLICITADA INICIALMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Precisión

Consulta: Se pide al honorable Comité tener en cuenta que la "precisión del 0,10%" ofrecida no cumple con el requisito de "1 mg / 0.01%". Sin embargo, esta precisión puede ser suficiente para ciertos procedimientos donde un nivel menor de exactitud sea aceptable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE EL EQUIPO SERA USADO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y SE REQUIERE MAYOR PRECISION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE EL EQUIPO SERA USADO PARA INVESTIGACION CIENTIFICA Y SE REQUIERE MAYOR PRECISION

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Rango de Humedad

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar el "rango de humedad de 0-100%" como un parámetro opcional. Este rango es fundamental para realizar análisis precisos en diversas muestras, permitiendo una versatilidad en las aplicaciones de la termobalanza.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SON ACEPTABLES RANGOS DE HUMEDAD DE 1-99%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SON ACEPTABLES RANGOS DE HUMEDAD DE 1-99%

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Temperatura Mínima

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar la "temperatura mínima de ¿10°C" como un requisito flexible. Aunque no se cumple, se podría evaluar su aceptación en función de las condiciones operativas específicas donde se utilice el equipo.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.1    Literal: 5.1.1    Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL POSTOR NO PRECISA QUE TEMPERATURA OFRECE, POR LO TANTO DEBERA INDICAR DE MANERA DETALLADA LA TEMPERATURA PROPUESTA PARA EVALUAR FACTIBILIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL POSTOR NO PRECISA QUE TEMPERATURA OFRECE, POR LO TANTO DEBERA INDICAR DE MANERA DETALLADA LA TEMPERATURA PROPUESTA PARA EVALUAR FACTIBILIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Modo de Análisis

Consulta: Se solicita al honorable Comité considerar un "modo de análisis versátil que incluya opciones automáticas y manuales". Esta flexibilidad permite adaptar el equipo a diversas necesidades operativas, facilitando tanto análisis de precisión como configuraciones personalizadas según los requerimientos del usuario.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONSIDERAN MODOS DE ANALISIS AUTOMAICOS Y SEMI AUTOMATICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERAN MODOS DE ANALISIS AUTOMAICOS Y SEMI AUTOMATICOS



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

TERMOBALANZA ANALITICA PARA HUMEDAD.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Modo de Visualización de Resultados

Consulta: Se pide al honorable Comité tener en cuenta un "modo de visualización de resultados que ofrezca múltiples formatos de presentación". Esto puede incluir, pero no se limita a, la visualización de humedad, peso seco, y relaciones de humedad, permitiendo una interpretación más completa de los datos obtenidos.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACCEPTAN LOS MODOS DE VISUALIZACION CON MULTIPLES FORMATOS QUE MINIMANETNE INCLUYAN LOS DATOS SOLICITADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACCEPTAN LOS MODOS DE VISUALIZACION CON MULTIPLES FORMATOS QUE MINIMANETNE INCLUYAN LOS DATOS SOLICITADOS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:06:14

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran bienes similares: Equipos de laboratorio de biología molecular y/o laboratorio donde se incluyan como mínimo de 2 equipos solicitados.

**OBSERVACIÓN:**

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que se cumplira con los estándares de calidad y funcionalidad requerida, contribuyendo de manera efectiva. Agradecemos la consideración de esta consulta, que busca enriquecer la competencia y asegurar que las mejores propuestas sean evaluada

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A ,B ,C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO ES PERTINENTE CONSIDERAR EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL YA QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS SON ESPECIALIZADOS Y POR ENDE EL POSTOR DEBE TENER LA EXPERIENCIA Y GARANTIA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ES PERTINENTE CONSIDERAR EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL YA QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS SON ESPECIALIZADOS Y POR ENDE EL POSTOR DEBE TENER LA EXPERIENCIA Y GARANTIA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Consulta, en la descripción de agitador magnético con calefacción, se indica un rango de temperatura hasta 540 °C con un máximo de 20 L. Sin embargo, se sugiere disminuir el rango hasta 350°C si se requiere trabajar con 20 L, ya que una temperatura alta no se podrá homogenizar en un gran volumen. Pero, si se requiere trabajar hasta 540°C, se sugiere la opción de disminuir el volumen máximo hasta 4 L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE TRABAJAR HASTA 540°C ES VIABLE LA OPCION DE DISMUNUIR EL VOLUMEN A 4 L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REQUIERE TRABAJAR HASTA 540°C ES VIABLE LA OPCION DE DISMUNUIR EL VOLUMEN A 4 L.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 45 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 45 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**  
Consulta, en la descripción del baño maría se sugiere que se pueda aceptar Temperatura: Ambiente +7°C a 100°C, ya que 2°C no hace una diferencia significativa

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
PROCEDE PORQUE EL RANGO DE TEMPERATURA NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
PROCEDE PORQUE EL RANGO DE TEMPERATURA NO AFECTA SU FUNCIONALIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**  
Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 60 días.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 6      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 50 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 50 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 50 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Consulta, en dimensiones de la cámara se ha establecida medidas fijas, las medidas de las estufas depende de la marca y del modelo, se sugiere eliminar esta característica. Además, con la referencia de la medida se puede incluir estufas desde 100 L a más, por lo que se pediría que se amplíe el rango de capacidad ¿100 L

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1.1    **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, SE ACEPTAN RANGOS DE CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, SE ACEPTAN RANGOS DE CAPACIDAD IGUAL O MAYOR A 100 L

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

Consulta, en ajuste de temperatura de la estufa para incubación se sugiere que el rango de temperatura vaya de Ambiente +5°C, ya que va a funcionar por convección natural. No podría operar a una temperatura menor al del medioambiente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.1.1    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA PORQUE EL RANGO DE TEMPERATURA PROPUESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTA PORQUE EL RANGO DE TEMPERATURA PROPUESTO NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	22:14:11

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Consulta, se podría realizar una ampliación en el tiempo de entrega a 50 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DE 30 DÍAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA ADQUISICION DEL BIEN EN EL AÑO FISCAL Y CUMPLIR CON LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita ¿Linealidad (mg): 0.0002¿  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría una balanza con linealidad (g): 0.0003  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON PARA INVESTIGACION SE REQUIERE EL MENOR NIVEL DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS SON PARA INVESTIGACION SE REQUIERE EL MENOR NIVEL DE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita interfaz: Mini USB  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría una balanza con interfaz USB.  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA MINI USB O USB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACEPTA MINI USB O USB

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita calibración interna isoCAL, calibración externa  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría una balanza Calibración externa que permite la verificación y el ajuste con masas. Y retirar calibración interna isoCAL que corresponde a una característica de la marca Sartorius  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CALIBRACION ISOCAL NO ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA, SE REQUIERE PARA MAYOR GARANTIA DE PRECISION EN LAS MEDICIONES DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE REQUIERE PARA INESTIGACION CIENTIFICA.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
LA CALIBRACION ISOCAL NO ES EXCLUSIVA DE UNA MARCA, SE REQUIERE PARA MAYOR GARANTIA DE PRECISION EN LAS MEDICIONES DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE REQUIERE PARA INESTIGACION CIENTIFICA.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita BAÑO MARIA: Temperatura Ambiente: +5-100°C  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría un baño maría Temperatura ambiente: +5 a 80°C  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES POR LO CAL, SE REQUIERE RANGO DE TEMPERATURA MAYOR AL PROPUESTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NO PROCEDE DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES POR LO CAL, SE REQUIERE RANGO DE TEMPERATURA MAYOR AL PROPUESTO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita BAÑO MARIA: Temperatura Ambiente: +5-100°C  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría un baño maría Temperatura ambiente: +5 a 80°C  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES, POR LO CUAL SE REQUIERE RANGO DE TEMPERATURA MAYOR AL PROPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NO PROCEDE, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES, POR LO CUAL SE REQUIERE RANGO DE TEMPERATURA MAYOR AL PROPUESTO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita BAÑO MARIA: DIMENSIONES DE LA CUBA  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría un baño maría dimensiones de cuba según las medidas del fabricante.  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita BAÑO MARIA: Precisión: +/-0.1°C  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría un baño maría : Precisión: +/-0.3°C  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE SON EQUIPOS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA, SE REQUIERE MAYOR NIVEL DE PRECISION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO PROCEDE DEBIDO A QUE SON EQUIPOS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA, SE REQUIERE MAYOR NIVEL DE PRECISION

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita BAÑO MARIA: Uniformidad: </=+/-0.5°C  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria si aceptaría un baño maría : Uniformidad: +/-0.2°C  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PROCEDE PORQUE LA UNIFORMIDAD PROPUESTA NO AFECA LA FUNCIONALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE PORQUE LA UNIFORMIDAD PROPUESTA NO AFECA LA FUNCIONALIDAD

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita CABINA DE BIOSEGURIDAD: BIOCAP rna/dna  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria retirar esta característica ya que corresponde a una marca en específico  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PROCEDE SE REQUIERE CABINA PCR PARA ENSAYOS RNA/DNA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROCEDE SE REQUIERE CABINA PCR PARA ENSAYOS RNA/DNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DE INVERSION ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA- DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N° 2437731.

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	23:33:07

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

"De acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas:  
Se solicita estufa para esterilización seca: dimensiones de la cámara 384 x 758  
Se consulta al comité en coordinación con el área usuaria que las dimensiones del cámara deben ser de acuerdo al fabricante  
Para fomentar la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección, ya que cada Marca/Fabricante tiene sus propias tecnologías, presentación y protocolos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS SIN EMBARGO NO DEBEN DIFERIR SIGNIFICATIVAMENTE.