



| FORMATO | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 6/03/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA - ESPECTOFOTÓMETRO DE BARRIDO AUTOMÁTICO PARA ADN, ARN Y PROTEÍNAS | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0370 - 2063067 - NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO INS TERCER NIVEL DE ATENCIÓN. | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 24 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | - | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Oficio N° 000635-2022-DG-INSNB | Fecha de recepción | 13/05/2022 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 12/08/2022 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | 12/12/2022 | De oficio | - | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | - | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | - | Fecha de aprobación | - | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Oficio N° D000274-2022-OGA-OA-MINSA | 11/11/2022 |
| | Solicitan que se acoja las consultas que fueron formuladas en la primera convocatoria del procedimiento de selección, a fin de promover una adquisición en mejores condiciones, un ahorro de los recursos públicos y brindar un equipo de última tecnología. | | | | | | | |
| | 2 | 1 | - | - | - | 1 | Oficio N° D000274-2022-OGA-OA-MINSA | 11/11/2022 |
| | Solicitan que el requisito solicitado en el numeral 6.4 de las Especificaciones Técnicas, relacionado a la Carta de respaldo del fabricante o dueño de la marca, en el cual se expresa el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas, debe ser emitido por el postor, ya que por políticas de la empresa, ni el fabricante ni el dueño de la marca quieren emitir dicho documento. | | | | | | | |
| | 3 | 1 | - | - | - | 1 | Oficio N° D000274-2022-OGA-OA-MINSA | 11/11/2022 |
| | Las exigencias accesorias como el software (PROTOCOLO DICOM) y otras, no les permite cumplir con las Especificaciones Técnicas. | | | | | | | |
| | 4 | 2 | 2 | Oficio N° D000274-2022-OGA-OA-MINSA | 11/11/2022 | - | - | - |
| | En razón a la absolución de consultas y observaciones, se solicitó evaluar la oportunidad de presentación de los literales e), f) y g) requeridos como documentos de admisibilidad en las Bases Integradas, el literal j) de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como el perfil del personal clave. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 1 | - | - | - | 1 | Oficio N° 000640-2022-UAD-INSNB (Informe N° 522-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNB) | 7/12/2022 |
| | Se aclaró que la ficha técnica trabajada con los especialistas del Equipo de la Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DIEM), y según el cuadro de tecnologías trabajado en su oportunidad, existe pluralidad de marcas y modelos para cubrir el requerimiento del usuario. | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|---|-----------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | Oficio N° 000640-2022-UAD-INSNSB (Informe N° 522-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNSB) | 7/12/2022 | |
| Se suprimió el requisito solicitado en las Especificaciones Técnicas para el perfeccionamiento de contrato, respecto a la carta de respaldo del fabricante o dueño de la marca, en el cual se debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas. | | | | | | | |
| 3 | 1 | - | - | 1 | Oficio N° 000640-2022-UAD-INSNSB (Informe N° 522-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNSB) | 7/12/2022 | |
| Se suprimió lo indicado en el numeral 7.1 de las Especificaciones Técnicas, sobre el requisito solicitado de contar con protocolo de comunicación DICOM, en el caso de que el equipo cuente con la opción de comunicación informática. | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | Oficio N° 000640-2022-UAD-INSNSB (Informe N° 522-2022-INGCL-ESG-UAD-INSNSB) | 7/12/2022 | - | - | - |
| Se modificó el requisito solicitado en el numeral 6.4 de las Especificaciones Técnicas, respecto a la copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el equipo, asimismo, se modificó el perfil de la formación académica de los personales claves requeridos como "Profesional para el mantenimiento del equipo" y "Profesional para la capacitación". | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | El área beneficiaria precisó algunas condiciones generales como los documentos requeridos para la admisibilidad de la oferta, la conformidad y el requisito de calificación de la experiencia del postor en la especialidad. | | | | | | |
| 2 | Se suprimió el requisito solicitado en las Especificaciones Técnicas para el perfeccionamiento de contrato, respecto a la carta de respaldo del fabricante o dueño de la marca, en el cual se debe expresar el compromiso para el suministro a la Entidad de los accesorios e instalaciones especiales solicitadas. | | | | | | |
| 3 | Se suprimió lo indicado en el numeral 7.1 de las Especificaciones Técnicas, sobre el requisito solicitado de contar con protocolo de comunicación DICOM, en el caso de que el equipo cuente con la opción de comunicación informática. | | | | | | |
| 4 | Se modificó el requisito solicitado en el numeral 6.4 de las Especificaciones Técnicas, respecto a la copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el equipo, asimismo, se modificó el perfil de la formación académica de los personales claves requeridos como "Profesional para el mantenimiento del equipo" y "Profesional para la capacitación". | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 17/01/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 22/02/2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | X | NO | - | |
| Se determinó la pluralidad de proveedores: - AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A - DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JRS MEDDEV S.A.C - MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACIÓN REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C - BELOMED S.R.L | | | | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | X | NO | - | |
| Se determinó la pluralidad de marcas: - THERMO SCIENTIFIC - IMPLIN - MICRODIGITAL | | | | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | SI | - | NO | X | |
| - | | | | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | X | NO | - | |
| - Precio - Plazo de entrega de la prestación principal. | | | | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | - | NO | X | |
| - | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |

