

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-98-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:07:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N 098-2024-GRA-1 ¿Adquisición de Esterilizador a Vapor Autoclave con Generador Eléctrico Incorporado 42L¿ solicitan lo siguiente:

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

¿ Anillo de sellado utilizado para sellar la puerta y si la presión supera los 2,8 a 3,2 Kgf/cm², el anillo de sellado escapará por el borde, aliviando la presión interna de la cámara

Antecedentes. -

Las autoclaves poseen diversos dispositivos de seguridad para proteger al usuario y al equipo contra posibles accidentes, sin embargo, los sistemas de seguridad contra la sobrepresión de la cámara son a través de una válvula de alivio de presión, o en su defecto si la temperatura sobrepasa en 2 o 3 grados el parámetro programado, existe un apagado automático del equipo. Estos sistemas de seguridad están validados y certificados, no existiendo garantías ni validaciones técnicas en fugas de vapor por los sellos de las puertas generando una exposición al operador a posibles accidentes

Observación N° 1

Señor presidente del comité de selección, solicitamos que se pueda mejorar y precisar este punto de la especificación técnica conforme las recomendaciones de seguridad validadas técnicamente:

¿ Anillo de sellado o junta de silicona utilizado para sellar la puerta, con válvula de alivio de presión interna de la cámara en caso exista una sobrepresión de vapor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap.III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Artículo 2, de la ley de contrataciones del estado, letra a), f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

El objetivo que se busca en el requerimiento es obtener el sistema de seguridad adecuado ante posibles sobrepresiones y existiendo diversos sistemas de seguridad en línea con el requerimiento se ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Anillo de sellado utilizado para sellar la puerta y si la presión supera los 2,8 a 3,2 Kgf/cm², el anillo de sellado escapará por el borde, aliviando la presión interna de la cámara o válvula de alivio de presión interna de la cámara de esterilización en caso exista sobre presión

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:07:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N 098-2024-GRA-1 ¿Adquisición de Esterilizador a Vapor Autoclave con Generador Eléctrico Incorporado 42L¿ solicitan lo siguiente:

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

¿ Sistema de control electrónico de potencia, dispositivo interno al equipo

Antecedentes. -

Las autoclaves poseen sistema de control tanto eléctrico como electrónico de potencia encargada de transformar y controlar los voltajes de la energía eléctrica a través de microprocesador

Observación N.º 2

Señor presidente del comité de selección, observamos este punto de la especificación y solicitamos precisar y ampliar en lo siguiente:

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

¿ Sistema de control electrónico de potencia, a través de microprocesador o microcontrolador y/o eléctrico a través de termostato y disyuntor electromagnético , dispositivo interno al equipo

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap.III Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, de la ley de contrataciones del estado, letra f), g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:
Es correcto que existe controles eléctricos y electrónicos de control de la potencia, SE ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistema de control electrónico de potencia, a través de microprocesador o microcontrolador y/o eléctrico a través de termostato y disyuntor electromagnético , dispositivo interno al equipo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20507883266	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDISPEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:07:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases de la presente Adjudicación Simplificada N 098-2024-GRA-1 ¿Adquisición de Esterilizador a Vapor Autoclave con Generador Eléctrico Incorporado 42L¿ solicitan lo siguiente:

6.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

¿ Cruce electrónico de datos, dispositivo interno al equipo

Antecedentes. -

Es importante contar, tanto con un sistema de datos electrónico tales como tiempo de esterilización, tiempo de secado, hora, temperatura y fases de los ciclos, como con la impresión de estos registros en una impresora incorporada para supervisión y trazabilidad de los procesos

Observación N.º 3

Señor presidente del comité de selección, observamos este punto de la especificación técnica y solicitamos se amplíe el requerimiento y se considere lo siguiente:

¿ Cruce electrónico de datos y/o impresora de registros, dispositivo interno al equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap.III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Artículo 2, de la ley de contrataciones del estado, letra a), f), g)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

Lo que se busca es la documentación del proceso de esterilización, sin embargo los datos deben contar con un registro, que bien puede sustentarse con la incorporación de una impresora. SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cruce electrónico de datos y/o impresora para registros del proceso de esterilización. dispositivo interno o incorporado al equipo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Accesorios incluidos

Manguera

Abrazadera

Bandejas

Soporte de Bandeja

Filtro de tanque

Taza medidora

En el mercado existen diferentes marcas con tecnologías superiores y cumplen con la funcionalidad solicitada, por ello, debemos indicar que, los accesorios solicitados, como por ejemplo la taza medidora no son requeridas, dado que el tanque tiene medidas internas. Asimismo, no todos los equipos requieren una abrazadera y un filtro de tanque, toda vez que los mismos ya se encuentran dispuestos en los equipos. Por ello, solicitamos al comité de selección considerar lo siguiente:

Accesorios incluidos

Manguera

Abrazadera (de requerirla)

Bandejas

Soporte de Bandeja

Filtro de tanque (de requerirlo)

Taza medidora (de requerirla)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara lo siguiente: SE ACALRA que todos los accesorios han sido considerados para facilitar el buen funcionamiento y operatividad del equipo, sin embargo si existe algun accesorio adicional no habria inconvenientes de aceptarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cámara de esterilización 42 litros.
Solicitar medidas específicas restringe la pluralidad de postores, por ello solicitamos amablemente al comité de selección a fin de fomentar pluralidad de postores aceptar lo siguiente:
Cámara de esterilización 42 a 45 litros

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de trabajo: 1.2 Kg/cm2 / 2.3 Kg/cm2

Sobre ello, debemos indicar que el pedir solo 2 presiones puede resultar restrictivo. Por lo que, sugerimos ampliar la presión de trabajo especificada, ello en aras de una mayor concurrencia de postores en el presente proceso de selección. Solicitamos al comité de selección lo siguiente:

Presión de trabajo: 1.2 Kg/cm2 / 2.3 Kg/cm2 o que contenga estos valores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

SE ACLARA que existe un rango de trabajo que demuestra que no existe restricción alguna, las presiones de trabajo solicitadas deben estar dentro del rango establecido por cada fabricante "Presión de trabajo: 1.2 Kg/cm2 A 2.3 Kg/cm2 o que contengan estos valores".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ciclos de Trabajo: 7

Al respecto, debemos indicar que el solicitar como ciclos de trabajo a solo 7 puede ser perjudicial para el personal. Por lo que, sugerimos al comité de selección permitir una cantidad superior a esta, de manera que se indique:
Ciclos de Trabajo: 7 como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que es correcto que los ciclos de trabajo deben ser de una cantidad superior para que se logre mayores opciones de trabajo en beneficio del operador, sin embargo para una mejor disposicion y seleccion del usuario en los programas se acogera con mayores ciclos, por lo tanto. "Ciclos de Trabajo: 7 ciclos como minimo o mayor".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sistema de seguridad: 12 sistemas de seguridad

Sobre ello, debemos indicar que la citada especificación técnica está dirigida a la marca, si bien existen múltiples partes de un sistema de seguridad, un sistema es un conjunto de componentes con una función específica. En tal sentido, al mencionar dicha cantidad de ¿sistemas¿ no se especifica la necesidad del área usuaria, ni de que en específico trata cada uno de estos ¿sistemas¿. Por ello, al requerirse mayor especificidad se sugiere indicar que tenga válvula de sobrepresión:

Sistema de seguridad: 12 sistemas de seguridad o válvula de sobrepresión

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:
SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en cuestiones de seguridad, sin embargo, se tomará en cuenta al menos 09 sistemas de seguridad. por lo tanto."Sistema de seguridad: 09 sistemas de seguridad como mínimo".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES Y/ AUTOCLAVES PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
Solicitamos al comité de selección en la experiencia del postor considerar, EQUIPOS BIOMEDICOS EN GENERAL. Ello a razón de que el indicar equipos y autoclaves para equipamiento educativo, hace que el sustentar la experiencia sea muy cerrada y limitante. Por lo que, en aras de permitir una pluralidad de postores y así evitar que dicho requisito restrinja la participación de otros postores para el presente proceso de selección, solicitamos que dicho requerimiento sea más abierto y permita que la Entidad tenga más opciones.
Por lo expuesto solicitamos considerar el siguiente detalle:
Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES Y/ AUTOCLAVES PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO y Equipos Biomédicos en General.
En aras del principio de Libre Concurrencia de postores en respeto a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que La experiencia que se busca es para garantizar la especialidad en el rubro tanto para esterilizadores a vapor en general como autoclaves para equipamiento educativo por lo tanto:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES A VAPOR Y/O AUTOCLAVES PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

A.INGENIERO ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS

B. ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO:

Solicitamos a vuestro comité de selección, aceptar el mismo profesional (personal clave) para cubrir ambos servicios como especialista de la instalación y puesta en funcionamiento del equipo y el especialista encargado de la capacitación y/o mantenimiento del equipo, siempre que cumpla con las exigencias requeridas en las bases.

En ese sentido, solicitamos que acoja nuestra observación, a fin de no limitar la pluralidad de proveedores, toda vez que sí es viable que un mismo profesional realice tanto la instalación del equipo como la capacitación y/o mantenimiento.

Norma vulnerada. -

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, Principio de Libertad de Concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Se aceptará el mismo profesional para cubrir ambos servicios como la instalación, puesta en funcionamiento así como la capacitación y/o mantenimiento de los equipos, siempre que cumpla con la experiencia solicitada en las bases. SE ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará el mismo profesional para cubrir ambos servicios como la instalación,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:48

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Si bien los factores de evaluación son elegidos bajo criterios de la entidad convocante, en aras de elegir la mejor opción de postor, debemos indicar que, en las bases se solicita como factor de evaluación Integridad en la contratación pública (Para procedimientos de selección de bienes y servicios ¿ 480,000 Soles), no obstante, se está frente a una adjudicación simplificada cuyo proceso de selección de bienes y servicios es de < a 480,000 > de 41,200, por lo cual no amerita solicitar dicho factor de evaluación. Ello en aras de no vulnerar la normativa de Contrataciones con el Estado y su Reglamento ¿ Principio de Competencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

Es correcta su apreciación referente a que lo solicitado se aplica para procesos de Contratación Pública y no para Adjudicaciones Simplificadas con es el caso del presente proceso de selección, por lo tanto SE ACOGE SU OBERVACION, se suprimirá este factor de evaluación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá este punto de las bases como factor de evaluación y el puntaje se sumará al factor de evaluación PRECIO 100 puntos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:15:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En características técnicas indica "Cámara de esterilización: 42 litros".

Solicitamos al comité en selección para una mayor participación de postores en considerar "Cámara de esterilización: mayor o igual a 42 litros".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:15:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En FORMACIÓN ACADÉMICA solicitan 01 Ingeniero Biotecnólogo y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecánico. Solicitamos a comité en selección en considerar al profesional Ingeniero Industrial ya que también esta inmerso en la fabricación de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que se aceptará solo los profesionales con la experiencia solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:39:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

6.1-CARACTERISTICAS TECNICAS
EQ-428 AUTOCLAVE

Descripcion: Autoclave Digital 42 Litros

El comité aceptara un equipo con capacidad de la camara de 50 lt? la cual no difiere mucho de la capacidad solicitada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:39:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

6.1-CARACTERISTICAS TECNICAS

EQ-428 AUTOCLAVE

Descripción: Autoclave Digital 42 Litros

Características principales

Presión de Trabajo: 2.3Kgf

El comité aceptará un equipo con presión máxima de 2.1 Barg?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

SE ACLARA que existe un rango de trabajo que demuestra que no existe restricción alguna, las presiones de trabajo solicitadas deben estar dentro del rango establecido por cada fabricante. "Presión de trabajo: 1.2 Kg/cm2 A 2.3 Kg/cm2 o que contengan estos valores".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	18:39:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(...) Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES Y/ AUTOCLAVES PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

Para una mayor pluralidad de postores, solicitamos a la entidad ampliar los bienes que se consideran similares de la siguiente manera:

"Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES Y/ AUTOCLAVES PARA LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO"

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que La experiencia que se busca es para garantizar la especialidad en el rubro tanto para esterilizadores a vapor en general como autoclaves para equipamiento educativo por lo tanto:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS ESTERILIZADORES A VAPOR Y/O AUTOCLAVES PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

-AUTOCLAVE DIGITAL 42 LITROS

Se solicita al comité de selección aceptar también una Autoclave de 45 Litros, ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de marcas y postores que participan en el presente proceso de selección.

Ante ello solicitamos se pueda ampliar dicha característica de la siguiente manera:

AUTOCLAVE DIGITAL DE 42 HASTA 45 LITROS COMO MAXIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

CAMARA DE ESTERILIZACIÓN: 42 LITROS

Se solicita al comité de selección aceptar también una Autoclave de 45 Litros, ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de marcas y postores que participan en el presente proceso de selección.

Ante ello solicitamos se pueda ampliar dicha característica de la siguiente manera:

CAMARA DE ESTERILIZACIÓN: 42 HASTA 45 LITROS COMO MAXIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

PANEL: PANTALLA DIGITAL LCD

En el mercado actual existen Autoclaves Digitales con pantallas en la que se indica en tiempo real el ciclo completo de esterilización.

Ante ello solicitamos se pueda ampliar esta característica según el criterio de vigencia tecnológica que rigen las contrataciones del estado de la siguiente manera:

PANEL: PANTALLA DE MANEJO TACTIL LCD A COLOR

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que se aceptará pantallas mejores a la solicitada, por lo tanto: "PANEL: PANTALLA DIGITAL LCD O MEJOR".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

DIMENSION INTERNA DEL TANQUE APROX: Ø 32 CM X 44 CM.

Al indicar que las dimensiones son aproximadas se solicita indicar el rango de medidas que se aceptarán; Ello con la finalidad de ampliar la pluralidad de marcas y postores para el presente proceso de selección de la siguiente manera:

DIMENSIONES INTERNAS DEL TANQUE: Ø 32 A 34 CM X 44 A 62 CM COMO MAXIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

SE ACLARA que las dimensiones solicitadas son aproximadas sin embargo se precisara un rango sin que esto signifique una mayor o menor capacidad de la solicitada, por lo tanto:

DIMENSIONES INTERNAS DEL TANQUE: Ø 30CM A 34CM X 44CM A 60 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

ANILLO DE SELLADO UTILIZADO PARA SELLAR LA PUERTA Y SI LA PRESION SUPERA LOS 2,8 A 3,2 kgf/cm2, EL ANILLO DE SELLADO ESCAPARÁ POR EL BORDE, ALIVIANDO LA PRESIÓN INTERNA DE LA CÂMARA.

Cada fabricante diseña sus equipos (Autoclave) con el sistema de seguridad de sobrepresión y así evitar cualquier accidente; ante ello y con la finalidad de ampliar la pluralidad de marcas y postores se solicita también aceptar:

CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente:

SE ACLARA que el objetivo que se busca en el requerimiento es obtener el sistema de seguridad adecuado ante posibles sobrepresiones y existiendo diversos sistemas de seguridad en línea con el requerimiento por lo tanto:

"Anillo de sellado utilizado para sellar la puerta y si la presión supera los 2,8 a 3,2 Kg/cm², el anillo de sellado escapará por el borde, aliviando la presión interna de la cámara o válvula de alivio de presión interna de la cámara de esterilización en caso exista sobre presión".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20553512019	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GESTION MEDICA EMPRESARIAL S.A.C.	Hora de envío :	19:20:36

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SE REQUIERE:

PUERTA CON CERRADURA, ESTE SISTEMA DE CIERRE MANTIENE LA MANIJA EMPOTRADA EN EL PANEL FRONTAL DEL EQUIPO EVITANDO QUE SE DESBLOQUEE ACCIDENTALMENTE.

Cada fabricante diseña sus equipos según estándares de seguridad requeridos para evitar accidentes al usuario; el requerir la manija empotrada en el panel frontal se estaría direccionando a una determinada marca y modelo. En el mercado actual existen Autoclaves con el sistema de cierre y apertura de la puerta de forma automática (electrónica); Ante ello y según el Criterio de Vigencia Tecnológica, con la finalidad de ampliar la pluralidad de marcas y postores se solicita aceptar:

SISTEMA DE CIERRE DE PUERTA SEGUN FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en cuestiones de MAYOR Y MEJOR seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20171923370	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	BIONET SA	Hora de envío :	21:04:07

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

C.Respecto a la Capacidad tecnica y profesional- C.1 Experiencia del personal clave

Requisitos:

A. INGENIERO ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y B) ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO -Solicitamos que en la formación académica y experiencia laboral deba ser considera la Carrera de Ingeniero Químico debido a que sus funciones y conocimientos son iguales o superiores a los mencionados y en relación a la experiencia laboral deba ser considerada como experiencia experiencia laboral como asesor técnico comercial o ejecutivo de ventas en temas relacionados a equipos de laboratorio y/o capacitaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo No. 1017) en el Artículo 4

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Se aceptará solo los profesionales con la experiencia solicitada en las bases. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20611729457	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA & INGENIERIA STARTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:53

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ¿ Pag 28

Ingeniero especialista encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de equipos:

Formación académica:

01 ingeniero biotecnólogo y/o ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico.

Experiencia profesional:

Deberá tener experiencia profesional mínima de dos (02) años, como técnico y/o especialista y/o encargado y/o residente y/o supervisor en instalación de equipos de laboratorio y/o módulos de enseñanza y/o educativos.

Especialista encargado de la capacitación y/o mantenimiento:

Formación académica:

Ingeniero biotecnólogo y/o ingeniero electrónico y/o ingeniero mecánico.

Experiencia profesional:

Deberá tener experiencia profesional mínima de dos (02) años, como técnico y/o especialista y/o encargado y/o residente y/o

OBSERVACIÓN: Para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité especial muy amablemente, aceptar también Técnico electrónico industrial, ya que también cuentan con vasta experiencia y capacidad en este rubro de equipos de laboratorio, tales como autoclave y/o esterilizadores.

Notar que una profesión en específica, no determina el nivel de conocimiento y experiencia necesaria para los equipos requeridos, por lo que solicitamos muy respetuosamente al comité especial, ampliar las carreras de personal clave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCEART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: Se aceptará solo los profesionales con la experiencia solicitada en las bases. NO SE ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20611729457	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA & INGENIERIA STARTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:53

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS

Cámara de Esterilización: 42 Litros

CONSULTA:: Se solicita al honorable Comité que, para permitir una mayor participación de postores potenciales, considere aceptar un rango en la capacidad de la cámara de esterilización, quedando el parámetro de la siguiente manera:

Cámara de esterilización: 40 ¿ 50 Litros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que el requerimiento es determinado por el área usuaria de forma objetiva y precisa, por lo tanto lo solicitado es acorde a los objetivos buscados en capacidad, dimensiones y espacios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELÉCTRICO INCORPORADO 42L PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, AREQUIPA" CUI N° 2337917

Ruc/código :	20611729457	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA & INGENIERIA STARTEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:53

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS

Dimensión interna del tanque aprox: ø 34 cm x 44 cm

Dimensión aprox: H 58 cm x W 58 cm x L 75 cm

CONSULTA: Las medidas solicitadas corresponden a una marca en específica, por lo que para permitir una mayor pluralidad y concurrencia de postores potenciales, se solicita al digno Comité, que las medidas sean de acuerdo al diseño de cada fabricante. Tener en cuenta que las dimensiones no alteran la funcionalidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta lo siguiente: SE ACLARA que las dimensiones solicitadas son aproximadas sin embargo se precisara un rango sin que esto signifique una mayor o menor capacidad de la solicitada, por lo tanto: "DIMENSIONES INTERNAS DEL TANQUE:
Ø 30CM A 34CM X 44CM A 60 CM.

DIMESIONES EXTERNAS:
55CM A 58CM (ANCHO) X 75 CM A 78 CM (PROFUNDIDAD) X 45CM A 58CM (ALTURA)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null