

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 04/09/2024

Hora de envío : 11:46:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pag 21

CAPITULO III

REQUERIMIENTO

6.-CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

6.1 Descripción y cantidad de los bienes.

Solicitan 500 und de PROTEINA C REACTIVA X 100 DET KIT, sin embargo en el CAPITULO I GENERALIDADES 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA SOLICITAN 150000 UND.

Solicitamos amablemente al comité de selección ACLARAR la cantidad requerida, para evitar inconvenientes en la entrega.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 6.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara que se esta solictando 500 kits, . Error al tipiar en consignar la cantidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20557788841	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	11:59:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que aclare las cantidades ya que en el capítulo 1, sección 1.2 solicita PROTEINA C REACTIVA X 100 DETERMINACIONES, CANTIDAD 150000 UNIDADES y en el capítulo 3 subcapítulo 6 sección 6.1 solicita PROTEINA C REACTIVA X 100 DET, CANTIDAD 500 UNIDADES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría aclara que se esta solicitando 500 kits, Error al tipiar en consignar la cantidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 07 días calendario.

La cantidad del requerimiento para la primera entrega de proteína C reactiva x 100 determinaciones es de 250 kits para entrega en 07 días calendarios según lo indicado numeral 1.9 plazo de entrega; a nuestro criterio este plazo de entrega es imposible de cumplir por la cantidad de kits solicitados; los importadores de este reactivo como nuestra empresa no cuentan con un stock de esa cantidad para entrega en tan corto tiempo (en anteriores procesos de selección al cuestionar el plazo de entrega, el comité al responder invoca que en el estudio de mercado las empresas participantes si indican cumplir con este plazo de entrega de 7 días calendarios pero nuestra empresa así como otras empresas que comercializan este reactivo no fuimos invitados a participar en el estudio de mercado, por ese motivo no tuvimos la oportunidad de observar este requisito técnico mínimo en las TDR, creemos que debería tomarse en cuenta este aspecto a la hora de resolver el pliego de consultas y observaciones) y ninguna otra empresa creemos se atrevería a importar esa cantidad de kits sin saber a ciencia cierta si será adjudicada con la buena pro, por ese motivo solicitamos se AMPLIE el plazo de entrega a 20 días calendarios, que si creemos es mas factible de poder cumplir desde que es notificada la orden de compra al proveedor ganador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección con el Area Usuaría solicita que se acoja a las Bases, debido que se solicita con urgencia para la distribución a los Laboratorios que cuentan con necesidad para los exámenes laboratoriales y garantizar con diagnósticos oportunos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Copia simple del rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto según lo autorizado en su registro sanitario

Solicitamos se PRECISE si lo que se tiene que presentar es el PROYECTO de rotulado inmediato y mediato presentado ante DIGEMID para la obtención del registro sanitario o es el rotulado inmediato y mediato de un producto terminado (que no necesariamente sería el que se tenga que entregar en caso de salir favorecido con la buena pro).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección con el Área Usuaria precisan que se presentara los del proyecto de rotulo que se presentaron para la obtencion del registro sanitario de los envases mediato e inmediato del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Solicitamos además se solicite ADEMÁS el certificado de buenas practicas de distribución y transporte (BPDT) a nombre del postor participante, por el motivo que el reactivo solicitado para compra requiere de cadena de refrigeración. Ambas certificaciones deben acreditar el ALCANCE de temperatura refrigerada 2 - 8°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: j Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comite de selección con el Area Usuaria precisan que se ha considerado en las Base en la pagina 21.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Proteina C reactiva
Clase reactivo para bioquimica

Solicitamos se modifique lo indicado en clase, dice reactivo para bioquímica, debe decir clase REACTIVO PARA INMUNOLOGIA, la razón es porque la metodología indicada líneas abajo indica aglutinación por latex; en el caso fuera reactivo para bioquímica debería decir metodología por INMUNOTURBIDIMETRIA.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 6.2.1Literal: s/

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección con el Area Usuaría acogen la consulta y se modificara en las Bases Integradas Reactivo para Inmunologia, Metodologia Inmunoturbidimetria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Carcteristicas técnicas
Proteina C reactiva
Fecha de vencimiento no menor de 18 meses

Todos los dispositivo medico de diagnostico in vitro (reactivo de inmunologia) según información del fabricante tienen dieciocho (18) meses de vida útil, es decir desde su fecha de fabricación hasta el último día de su vencimiento, y como es producto de importacion, al llegar a Peru, tiene una vigencia minima entre 15 a 16 meses, por lo que requerir una vigencia de 18 meses es imposible de cumplir, por ese motivo se pide modificar esta requisito a vigencia igual o mayor a doce (12) meses desde el momento de su fecha de entrega en almacen, adjuntando carta de compromiso de canje por vencimiento menor a 12 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/l Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de Seleccion y el Area Usuaría aclara al participante garantizará la autenticidad y el buen estado de los Bienes entregados por un periodo mínimo de quince (15) meses, en caso de no cumplir con lo mínimo requerido deberá ser canjeado en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de notificado por el Administrador de contrato. Si el producto es menor a 15 meses presentar carta de compromiso canje no menor a 12 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Características técnicas
Proteína C reactiva
Certificado de calidad

Solicitamos se nos PRECISE que documento se debe presentar para acreditar certificado de calidad, si se refiere a la norma ISO 13485 u otra norma de calidad que acredite el fabricante de la marca del reactivo ofertado, o se refiere al certificado de análisis.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: s/ Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de selección con el Area Usuaría precisan que se presentara el Certificado de Analisis y/o protocolo de Analisis del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-DIRESA-HCO/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO (PROTEINA C REACTIVA X 100 DETER. KIT), PARA LAS IPRESS DE LA REGION HUANUCO.

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Plazos para las entregas

Según el cuadro 01 se indica que son dos entregas, la primera entrega esta establecida desde cuando empieza a contabilizarse, pero lo que esta claro es la entrega 2, que indica mes 2, pero no se indica después de cuanto tiempo desde la entrega 1 se procedera a la entrega 2, se solicita PRECISAR con detalle el plazo de entrega en días calendarios para la segunda entrega contados desde la primera entrega.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 6.5.2Literal: s/lPágina: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de Seleccion y el Area Usuaría precisa al participante para el internamiento del bien de acuerdo a las Bases la primera entrega (1ra entrega) se efectuará a los cuatro (04) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la emisión de la orden de compra. La segunda entrega (mes 2) del cronograma, el plazo de entrega vence el último día hábil del mes correspondiente 30 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTES DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null