

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGITAL 8 IN X 10 IN X 125

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	08/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	09:25:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGÚN DIGEMID LAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS SON PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTROS SANITARIOS AL SER ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN PARA LAS IMPRESORAS. SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EXCLUIR EL CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO COMO DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: E.6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,en referencia al MEMORANDUM N° 0593-2023-DAD-HSJL, se retirara de las bases el Registro Sanitario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta ,en referencia al MEMORANDUM N° 0593-2023-DAD-HSJL, se retirara de las bases el Registro Sanitario

Entidad convocante : DIRECCION DE SALUD IV L.E. - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-HSJL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGITAL 8 IN X 10 IN X 125

Ruc/código : 20562940821

Nombre o Razón social : SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU

Fecha de envío : 08/06/2023

Hora de envío : 09:25:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

al ser proveedores del bien solicitado a nivel nacional y ESSALUD, este bien cuenta con CBPM y Protocolo de Analisis que certifica que el producto esta en optimas condiciones y no requiere ACTA DE VERIFICACIÓN CUALI-CUANTITATIVA. Se solicita al comité de selección EXCLUIR el punto e.5 que solicita el Acta de verificación Cualitativa

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: E.5 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,en referencia al MEMORANDUM N° 0593-2023-DAD-HSJL, se retirara de las bases el Acta de Verificacion Cualitativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta ,en referencia al MEMORANDUM N° 0593-2023-DAD-HSJL, se retirara de las bases el Acta de Verificacion Cualitativa