

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-UNCP-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:20:47

**Observación: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**  
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ¿  
Se consideran bienes similares a los siguientes: MÁQUINAS DE ENSAYO UNIVERSAL

OBSERVACIÓN

Al solicitar: ¿MÁQUINAS DE ENSAYO UNIVERSAL", solo se están detallando bienes iguales al objeto de convocatoria, y NO bienes similares, es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar y ampliar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 2 inciso a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
EL COMITÉ EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:03:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Al distinguido comité de selección, indicamos acerca de la característica que indican en su pagina 19, punto numero 5, confirmar que se aceptará como una mejora tecnológica que se presenten equipos con espacio de ensayo vertical mayor a 914mm/36 pulgadas, ya que esto significará mayor espacio para realizar los ensayos, y por tanto una MEJORA TECNICA. Solicitamos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor.  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:03:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Al distinguido comité de selección, indicamos que las eett indican en su pagina 19, punto numero 8, se solicita que tenga una opcion para incorporar instalación de hornos y cámaras ambientales para realizar ensayos a altas o bajas temperaturas"¿. Al decir que es una OPCION, no queda claro por lo tanto favor de confirmar si es obligatorio y debe incluirse necesariamente o sólo es opcional. De ser obligatorio, indicar cual de los dos debe entregarse e instalarse en el equipo: Horno o cámara ambiental, ya que sólo se podría colocar una de ellas. Del mismo modo, confirmar la temperatura de trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii.8 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:03:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al distinguido comité de selección, indicamos que estos equipos se tienen que fabricar a pedido, y que debido a sus dimensiones y pesos se trataría de una máquina grande, tendría que ser transportado a Perú vía marítima. Por lo cual, considerando que el estándar de fabricación son 12 semanas (84 días) y que el transporte marítimo promedio es de 45 días, y que además se tiene que considerar tiempos de trámites, desaduanaje, transportes hasta Huancayo, trabajos de cimentación con el equipo en el laboratorio, preinstalación y demás, el tiempo de 120 días de plazo de entrega no es real y no se podría cumplir de ningún modo. Por tanto, solicitamos amablemente puedan corroborar lo indicado y ampliar el plazo hasta 150 días, sobre todo considerando que esta ampliación está contemplando que el bien se entregue aún dentro del año fiscal lo cual no afectaría ningún trámite administrativo. Asimismo, los factores de evaluación deben modificarse y considerar lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iv Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20296021408	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:03:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al distinguido comité de selección, indicamos que en la experiencia del postor en la especialidad, no se ha indicado el monto facturado que debe presentar si el postor tiene la condición de micro y pequeña empresa, conforme a lo que indican las bases estandar para licitaciones públicas de bienes según la resolución 004-2022-OSCE, en su página 24., indica si el VALOR ESTIMADO DE ALGUN ITEM CORRESPONDA AL MONTO DE UNA ADJUNDICACION SIMPLIFICADA, es decir SI EL VALOR ESTIMADO ES MENOR DE 480 MIL SOLES, debe indicarse el monto facturado para las MYPES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 29.4 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge, este proceso no tiene ítems que se encuentren con valor estimado que corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada.  
EL COMITÉ EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. El equipo solicitado cuenta con amplias dimensiones y sólo puede transportarse por barco. Asimismo, requiere de transporte especializado hasta su entidad y adecuaciones civiles en el área de trabajo. Se solicita ampliar el plazo de entrega hasta 180 días calendario como mínimo, favoreciendo de este modo la pluralidad de marcas y postores que se presentarán al presente proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. Respecto al punto 11 de la página 19, por un tema de estabilidad de transferencia de datos se recomienda que estos sean transferidos de manera cableada por un puerto serial, y NO por Wifi o Bluetooth como solicitan. De lo contrario existirían problemas constantes de envío de datos, esto inclusive lo pueden consultar con un ingeniero de sistemas o telecomunicaciones para corroborar lo indicado. Sugerimos que se RETIRE wifi o bluetooth, o que como mínimo se acepte de manera alternativa comunicación por cable hacia la computadora, quedando de la siguiente manera: "11. Sistema de conexión por wifi, o por bluetooth, o por puerto usb, o de manera cableada hacia la computadora, para la transferencia de datos"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Sres. Del comité te selección. Las opciones que han colocado en el punto 4 de la pagina 19, son justamente eso , OPCIONES para el equipo. Favor de confirmar cual de las tecnologías indicadas deberan ser entregadas, ya que cada una de ellas es una opción distinta que se configura para el equipo y el usuario debe seleccionar específicamente cuál es la que requerirá que se instale : Extensómetro y deflectómetro de precisión, tecnología de video, laser, codificador, bandas extensométricas y/o LVDT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii.4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Sres. Del comité te selección. En el punto 4 de la pagina 19, Favor de confirmar a que se refieren con "codificador" y para que lo utilizarán específicamente. De lo contrario favor de retirarlo de las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** iii.4      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:

No se acoge

Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor

EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sres. Del comité te selección. En el punto n°5 de las eett indican que "las columnas pueden extenderse hasta 914mm". Favor de explicar a que se refieren, ya que las maquinas universales NO PUEDEN EXTENDER LAS COLUMNAS VERTICALES, ESTAS SIEMPRE SON FIJAS. Lo que se puede extender son los travesaños que van en la parte superior pero NO LAS COLUMNAS VERTICALES. Inclusive, en la foto que han colocado de referencia, se observa que LAS COLUMNAS SON FIJAS. Es un error técnico o de traducción de inglés a español. Solicitamos ACLARAR que se refiere a que el espacio vertical sea extensible y como minimo 914mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor  
EL COMITÉ EN PLENO NO ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sres. Del comité te selección. En la característica numero ocho de las eett indican que "opcion para incorporar instalación de hornos y cámaras ambientales para realizar ensayos a altas o bajas temperaturas"¿. Confirmar cual es el rango de temperatura que debe tener el horno o cámara.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: iii.8 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
Son los requerimientos mínimos solicitado; puede usted ofrecer algo igual o mejor  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2327925¿, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2024¿

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	17:10:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sres. Del comité de selección. En la página 21, requisitos de calificación, experiencia del postor en la especialidad, se indica que se consideran BIENES SIMILARES a las "MAQUINAS DE ENSAYO UNIVERSAL", lo cual es exactamente el mismo bien del presente requerimiento "PRENSA UNIVERSAL DE ENSAYO MECÁNICO". Conforme a lo indicado en múltiples pronunciamientos del OSCE, no se debe colocar como un bien similar el mismo bien que se está requiriendo, esto desnaturaliza el concepto de BIEN SIMILAR. Solicitamos verificar lo indicado y modificar los bienes similares con equipos correspondientes al rubro, como equipos de ensayos mecánicos, equipos de ensayos en rocas, equipos de ensayo en suelos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 049-2024-JGL-FCFA-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento Como sigue:  
No se acoge  
EL COMITÉ EN PLENO ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null