

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA GENERAL

Ruc/código : 20521301237

Fecha de envío : 26/07/2023

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Hora de envío : 19:08:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El el apartado de la distribución de la buena pro se menciona que no corresponde. Según el Resumen Ejecutivo publicado en el presente proceso, se observa que el informe técnico emitido resuelve que no todas las empresas participantes del estudio de mercado cumplen con la totalidad de los items, solo una única empresa cumple con la totalidad. Por el contrario, si hubiese la posibilidad de participar por items y no por paquete completo, se hace posible que las demás empresas podamos participar y exista multiplicidad de postores por item. Ante esto, solicitamos al comité que permita la distribución de la buena pro y de esa forma exista multiplicidad de postores por items, es decir que se permita la postulación por item y no solo por paquete.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.7. **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se opto por paquete debido a que el valor estimado de 4 items no supera las 8 UIT cada uno, y el sistema SEACE no permitio convocar por relación de items, salía una advertencia que indicó lo siguiente: el valor estimado de los items debe superar 8 UIT.

Usted puede participar en todos los items, no hay impedimento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA GENERAL

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 19:08:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el apartado de documentos para la emisión de la oferta, punto e) Documentación adicional que el postor debe presentar tales como fichas técnicas, catálogos, carta del fabricante o similares. Solicitamos al comité que pueda aclarar si los sustentos a presentar es uno solo del grupo o todos ellos, es decir, el proveedor está obligado a presentar todos esos documentos o solo uno de ellos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cualquiera de los documentos indicados en el literal e), que acredite todas las partes que conforman cada uno de los items con sus respectivos códigos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA GENERAL

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 19:08:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones del Módulo de Óptica Geométrica indican que la fuente de luz debe de permitir al menos configuraciones de 3 haces de luz paralelos desde la misma fuente. Para poder obtener una imagen virtual o real a partir de la intersección de los haces de luz cuando atraviesan una lente se emplean dos haces paralelos de incidencia, generalmente los equipos que tienen 3 haces de luz usan el tercer haz como referencia del haz que no sufre refracción (atraviesa el centro óptico). En nuestro caso, nuestra pizarra magnética contiene ya un trazo en el medio del centro óptico que simula ese haz y de esa forma el experimento correspondiente a la óptica geométrica puede realizarse sin ningún problema. Por tal, solicitamos al comité que pueda acoger la posibilidad de aceptar empresas que oferten también fuentes de luz laser con dos haces de luz paralelas, con la condición que esto no afecte la experiencia del módulo de óptica geométrica.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque el haz central se debe refractar al mover la lente para poder alinearla correctamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA GENERAL

Ruc/código : 20521301237

Nombre o Razón social : WAREM S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 19:08:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el apartado de la experiencia del postor se entiende que la experiencia es sobre el total de los items. De confirmarse que los proveedores pueden participar por items y no solo por paquete. Solicitamos al comité que pueda disgregar la experiencia del postor cada cada item.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se pude disgregar, ya que la convocatoria es por paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Nomenclatura : AS-SM-38-2023-UNI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA GENERAL

Ruc/código :	20553639515	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	EDUTEC LABIMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EDUTEC LABIMPORT S.A.C.	Hora de envío :	23:48:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

BASES;

Ítem N° 6

MODULO DE ENSEÑANZA DE FISICA ¿ EXPERIMENTO DE PÉNDULO FÍSICO

El módulo debe incluir:

- ¿ Sensor de movimiento
- ¿ Base o trípode para el equipo
- ¿ Varilla de soporte

CONSULTA

PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SEGÚN LEY DE CONTRATACIONES

SE ACEPTARIA TAMBIEN UN SENSOR FOTOPUERTA POR EL SENSOR DE MOVIMIENTO, SIENDO EL SENSOR FOTOPUERTA MUY FUNCIONAL PARA LAS MEDIDAS DEL TIEMPO Y PERIODOS EN EL EXPERIMENTO DE PÉNDULO FÍSICO

QUEDANDO ASI LAS BASES:

Ítem N° 6

MODULO DE ENSEÑANZA DE FISICA ¿ EXPERIMENTO DE PÉNDULO FÍSICO

El módulo debe incluir:

- ¿ Sensor de movimiento o Fotopuerta
- ¿ Base o trípode para el equipo
- ¿ Varilla de soporte

FAVOR DE CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: Ítem N° 6 **Página: 23**

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, se acepta sensor de fotopuerta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sensor de movimiento o fotopuerta