

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código : 10466384947

Fecha de envío : 17/05/2023

Nombre o Razón social : ORTEGA PEREZ GHESMINNE

Hora de envío : 12:14:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comité: De acuerdo a las EE.TT del carro porta muestra de acero inoxidable para laboratorio, le indicamos que no especifica el tipo de modelo que requieren, por lo que le solicito muy amablemente si pudieran agregar una imagen referencial del producto? o en su caso aclarar si ofertamos a nuestro criterio el producto o de acuerdo a los modelos que se encuentran en el mercado?, en ese sentido, por favor aclarar lo solicitado o en su defecto agregar la imagen referencial

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** 8 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART,

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observacion se incluirea en las bases la imagen referencial del carro porta muestras requerido; asimismo, los participantes podrán realizar visita a las instalaciones del Laboratorio de la PTAR San Juan de Miraflores, con dirección en Av. Las Torres altura de la cuadra 5 de la Av. Pedro Miotta el día 07.06.2023 realizar las coordinaciones previas a la visita con el Sr. Martín Marrufo al celular 994173294 ó 971375801.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas página N° 25 se incluye imagen referencial carro porta muestras.
(Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20492414299	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las especificaciones tecnicas no indica el tamaño de las garruchas de acero inoxidable.
Se sugiere incorporar garruchas de 4" de acero inoxidable ya que esta soporta mas de 1 tonelada de peso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, por que el carrito porta muestra que requiere el área usuaria para el laboratorio deberá soportar un peso menor a 100 KG
(Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20492414299	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:23

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Solicitan considerar muebles de laboratorio como sillas de laboratorio, porta pipetas, o bandejas de laboratorio.

Se solicita considerar mesas de acero inoxidable coches de curaciones de acero inoxidable, coches multipropósitos o mobiliario clínico de ACERO INOXIDABLE

Ya que estos bienes si son son bienes iguales o similares mas no sillas ni porta pipetas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

para mayor pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación , se incluire como bienes similares: mesas de acero inoxidable, coches de curaciones de acero inoxidable o coches multipropósitos de acero inoxidable o mobiliario clínico de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes

sillas de laboratorio de acero inoxidable o portapipetas de acero inoxidable o bandejas de laboratorio de acero inoxidable o carritos para laboratorio de acero inoxidable o carritos de paro de acero inoxidable o mesas de acero inoxidable o coches de curaciones de acero inoxidable o coches multipropósitos de acero inoxidable o mobiliario clínico de acero inoxidable o material de laboratorio de acero inoxidable.

(Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20492414299	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:23

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Características Técnicas:

LARGO DE BANDEJA - 70 CM

ANCHO DE BANDEJA - 40 CM

Especificar que altura debe llevar la bandeja si sera de la misma plancha seria oportuno contar con una imagen referencial o diseño para mejor precisión en las especificaciones tecnicas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo solicitado; se incluire en bases la imagen referencial del carro de porta muestras solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas página N° 25 se incluye imagen referencial carro porta muestras. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20601974429	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	INOXTEC LS E.I.R.L.	Hora de envío :	09:41:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Buen día
Se agradecere agregar una foto refencial del carro porta muestras solicitado para que sea ofertado un mueble similar.

Saludos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, se incluirá la imagen referencial asimismo, los participantes podrán realizar visita a las instalaciones del Laboratorio de la PTAR San Juan de Miraflores, con dirección en Av. Las Torres altura de la cuadra 5 de la Av. Pedro Miotta el día 07.06.2023 realizar las coordinaciones previas a la visita con el Sr. Martín Marrufo al celular 994173294 ó 971375801.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas página N° 25 se incluye imagen referencial carro porta muestras. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código : 20109350754

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Hora de envío : 17:40:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 3.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las especificaciones técnicas AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1 , se indica:

"[...] El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100 000.00 (Cien mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria [...]"

Al respecto, solicitamos incluir dentro de los bienes similares al objeto de la convocatoria a equipos y materiales de laboratorio, ya que los bienes solicitados forman parte de un laboratorio de análisis. Para poder tener una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 2

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente como bien similar al material de laboratorio de acero inoxidable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes

sillas de laboratorio de acero inoxidable o portapipetas de acero inoxidable o bandejas de laboratorio de acero inoxidable o carritos para laboratorio de acero inoxidable o carritos de paro de acero inoxidable o mesas de acero inoxidable o coches de curaciones de acero inoxidable o coches multipropósitos de acero inoxidable o mobiliario clínico de acero inoxidable o material de laboratorio de acero inoxidable. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código : 20109350754

Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 17:40:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la referencia al ítem 8.5. CARACTERISTICAS TÉCNICAS de las especificaciones técnicas AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1 , se indica:

"[...] CARRO PARA MUESTRA DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO [...]"

Largo de Bandeja: 70 cm
Ancho de Bandeja: 40 cm
Distancia entre compartimientos: 45 cm
Altura total sin garruchas: 90 cm
04 Garruchas de acero inoxidable sin freno
03 Compartimientos o bases con plancha de 2mm en acero inoxidable satinado
04 Soportes tipo perfil ángulo de 1 1/2" con espesor de 2.5 mm en acero inoxidable
01 Agarrador con tubo de 1 1/2" circular y pared de 2 mm espesor [...]"

Por lo expuesto, solicitamos cordialmente al Comité también considerar, con el objeto de lograr una mayor pluralidad de postores :

Material : Acero inoxidable
Número de bandejas : 3
Dimensiones de bandejas : 46 x 69 cm
Distancia entre bandejas : 30 cm
Dimensiones totales :
Largo : 79 cm
Ancho : 48 cm
Altura : 84 cm

Con barandas para protección de la carga y llantas de goma giratorias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, se actualizará la ficha técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Considerar las siguientes características técnicas: Material : Acero inoxidable

Número de bandejas : 3

Dimensiones de bandejas : de 40 a 46 x 69 a 70 cm

Distancia entre bandejas : de 30 a 45 cm

Dimensiones totales :
Largo : 70 a 79 cm
Ancho : 40 a 48 cm
Altura : 84 a 90 cm

Con barandas para protección de la carga y llantas de goma giratorias. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20510092580	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	ALVANSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:08:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las especificaciones técnicas son genéricas, se requiere que la entidad adjunte los planos de fabricación a fin de poder elaborar la propuesta adecuada

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre concurrencia y competencia ART 3° LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, por que ya existen modelos comerciales en catálogos que ustedes pueden consultar. Se está agregando una foto referencial del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas página N° 25 se incluye imagen referencial carro porta muestras. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20537004895	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	RN SERVICIOS EN ACEROS INOXIDABLES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:03

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre los Requisitos Sanitarios para la Prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la OMS indicó que ya no es necesario tomar medidas preventivas contra este tema, solicitamos aclarar si es necesario tomar en cuenta estas disposiciones para la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 16 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Es necesario tomar en cuenta las disposiciones vigentes indicadas en el formulario GLSFO0048. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20537004895	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	RN SERVICIOS EN ACEROS INOXIDABLES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:03

Consulta: **Nro. 10**

Consulta/Observación:

Se solicita agregar a las especificaciones un plano detallado del carro porta muestra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, por que ya existen modelos comerciales en catálogos que se pueda consultar. Se incluirá en bases la foto referencial del carro porta muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas página N° 25 se incluye imagen referencial carro porta muestras. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CARRO PORTAMUESTRAS ACERO INOX P/LAB

Ruc/código :	20537004895	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	RN SERVICIOS EN ACEROS INOXIDABLES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:01:03

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia a estructuras metálicas en acero inoxidable para fomentar la pluralidad de postores aplicando el principio de igualdad.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, toda vez que se requiere bienes de acero inoxidable de uso para laboratorio. (Memorando N° 861-2023-EG-PTAR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null