

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE DE LA RED ASISTENCIAL JUNIN POR EL PERIODO DE 12 MESES (SET DE FIJACION EXTERNA) ITEM II Y III

Ruc/código : 20548615675

Fecha de envío : 28/11/2023

Nombre o Razón social : DYFSO ALIANZA EMPRESARIAL E.I.R.L.

Hora de envío : 22:42:41

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las características solicitan 3 tubos de fibra de carbono. Se aceptara 3 tubos rigidos de aluminio.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos

**Numeral:** A

**Literal:** ITEM 2

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad a la absolucion de area usuaria se aceptaran fibras de carbono o tubos rigidos de aluminio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Incorporar a la ficha del requerimiento:

Set de fijacion externa axial dinamica.

(¿) tubos rigidos de fibra de carbono o de aluminio.