

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL - IOARR CON CUI N°2567825

Ruc/código : 20604537372

Nombre o Razón social : NOVAMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 20:40:25

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

B02: CON CONEXIÓN DE ENTRADA PARA OXIGENO Y AIRE MACHO (5 EQUIPOS CON CONECTOR OHMEDA Y 10 EQUIPOS CON CONEXIÓN DISS)

SUSTENTO: Respecto a las conexiones de mangueras cabe señalar que hubo un error tipográfico, puesto que están solicitando mangueras o conectores DISS para 15 equipos, cuando en realidad la cantidad de equipos solicitados para este proceso o requerimiento es de solo 3 unidades de SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL.

Petitorio Concreto: Solicitamos al area usuaria y al comité corregir dicha especificación técnica a lo siguiente.

B02: CON CONEXIÓN DE ENTRADA PARA OXIGENO Y AIRE (TRES (03) EQUIPOS CON CONECTOR OHMEDA O TRES (03) EQUIPOS CON CONEXIÓN DISS)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el area usuaria aclara su consulta y manifiesta que por error involuntario se consignó B02: CON CONEXIÓN DE ENTRADA PARA OXIGENO Y AIRE MACHO (5 EQUIPOS CON CONECTOR OHMEDA Y 10 EQUIPOS CON CONEXIÓN DISS) En tal sentido, a la integración de las bases se corregirá segun detalle a B02: CON CONEXIÓN DE ENTRADA PARA OXIGENO Y AIRE (3) EQUIPOS CON CONEXIÓN DISS)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B02: CON CONEXIÓN DE ENTRADA PARA OXIGENO Y AIRE (3) EQUIPOS CON CONEXIÓN DISS)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL - IOARR CON CUI N°2567825

Ruc/código :	20604537372	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	NOVAMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B08: CON CONTROL DE LA DIFERENCIA ENTRE: LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA Y LA TEMPERATURA PROXIMAL A LAS VIAS AÉREAS DE 2 GRADOS.

SUSTENTO: Para pluralidad de postores se solicita modificar dicha EETT, respecto a control y ajuste de la temperatura, puesto que con ello están direccionando a una determinada marca en el mercado.

Petitorio Concreto: Aclarar dichas cantidades de los circuitos e interfaces de los circuitos CPAP del ítem (D07), por ejemplo, puede ser.

B08: CON CONTROL DE LA DIFERENCIA ENTRE: LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CÁMARA Y LA TEMPERATURA PROXIMAL A LAS VIAS AÉREAS DE 2 GRADOS O PRECISIÓN DE LA Sonda de temperatura +- 0.3 °C, EN RANGO DE 25 A 45 °C.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara su consulta y manifiesta que a efectos de propiciar la mayor participación de postores, a la integración de las bases se consignará en el numeral B08 lo siguiente: B08 RANGO DE VISUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CAMARA Y LA TEMPERATURA PROXIMAL A LAS VÍAS AEREAS DE 2° C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08 RANGO DE VISUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LA CAMARA Y LA TEMPERATURA PROXIMAL A LAS VÍAS AEREAS DE 2° C

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL - IOARR CON CUI N°2567825

Ruc/código :	20604537372	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	NOVAMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:40:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B10: CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA CON AUTOCALIBRACION

SUSTENTO: Para pluralidad de postores se solicita modificar dicha EETT, respecto a control y ajuste de la temperatura con autocalibración, puesto que con ello están direccionando a una determinada marca en el mercado.

Petitorio Concreto: Solicitamos al area usuaria y al comité corregir dicha especificación técnica a lo siguiente.

B10: CONTROL Y/O AJUSTE DE TEMPERATURA CON AUTOCALIBRACION O RANGO DE FLUJO DE GAS RECOMENDADO DESDE 60 LPM HASTA 120 LPM

Acápites de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el area usuaria aclara su consulta y manifiesta que que a efectos de propiciar la mayor participación de postores, a la integración de las bases se consignará en el numeral B10 lo siguiente: B10 CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA , DEBE QUEDAR : CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA CON AUTOCALIBRACIÓN O SERVOCONTRALADO POR HILO CALEFACTOR O SERVOCONTROLADO POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B10 lo siguiente: B10 CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA , DEBE QUEDAR : CONTROL Y AJUSTE DE TEMPERATURA CON AUTOCALIBRACIÓN O SERVOCONTRALADO POR HILO CALEFACTOR O SERVOCONTROLADO POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-INMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL - IOARR CON CUI N°2567825

Ruc/código : 20604537372

Nombre o Razón social : NOVAMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 25/07/2023

Hora de envío : 20:40:25

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

D07: DIEZ (10) KIT COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS QUE SE ADAPTEN A LAS INTERFACES Y ACCESORIOS NEONATALES DE CPAP NASAL (20 INTERFACES CON MEDIDA 9, 10 INTERFACE CON MEDIDA 7.5, 10 INTERFACE CON MEDIDA 10.5) QUE CONTENGA: CORRUGADO DE RAMA INSPIRATORIA, CORRUGADO DE RAMA ESPIRATORIA, HUMIDIFICADOR Y GENERADOR DE PEEP.

SUSTENTO: Respecto al ITEM (D07) de los circuitos existen incongruencia en las cantidades de las interfaces, puesto que piden 10 kit de circuitos y 40 interfaces de tres medidas, (7.5, 9, 10.5) por favor se le pide al comité aclarar dicho petitorio para las 3 unidades de SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL.

Petitorio Concreto: Aclarar dichas cantidades de los circuitos e interfaces de los circuitos CPAP del ítem (D07), por ejemplo, puede ser.

D07: DIEZ (10) KIT COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS QUE SE ADAPTEN A LAS INTERFACES Y ACCESORIOS NEONATALES DE CPAP NASAL (5 INTERFACES CON MEDIDA 9, 3 INTERFACE CON MEDIDA 7.5, 2 INTERFACE CON MEDIDA 10.5) QUE CONTENGA: CORRUGADO DE RAMA INSPIRATORIA, CORRUGADO DE RAMA ESPIRATORIA, HUMIDIFICADOR Y GENERADOR DE PEEP.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2., inciso a) Libertad de concurrencia, inciso b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el area usuaria acoge su observación y manifiesta que considerando que el presente procedimiento de selección es la adquisición de 03 equipos sistema CPAP nasal, a la integración de las Bases se consignara en el literal D07 lo siguiwnte. D07 03 CON MEDIDA 7.5, 03 CON MEDIDA 10.5 Y 04 CON MEDIDA 9.0 que contenga corrugado de rama inspiratoria , corrugado de rama espiratoria, humidificador y generador de PEEP

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

D07 03 CON MEDIDA 7.5, 03 CON MEDIDA 10.5 Y 04 CON MEDIDA 9.0 que contenga corrugado de rama inspiratoria , corrugado de rama espiratoria, humidificador y generador de PEEP