

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501552691 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | BIOSYM E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:57:25 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Rango de Humedad Relativa: Controlado con panel de control de 10% - 80%, con precisión de ajuste en 0.5 ¿ 1.0%, con variación de ± 0.5 ¿ 1%. "

Entendiendo que el proyecto requerirá de brindar estrés abiótico, consultamos al área usuaria si las condiciones de trabajo involucrarán necesariamente HR% por debajo de 50%. En caso no sea de tal manera, solicitamos puedan considerar: Rango de Humedad Relativa: Controlado con panel de control de 50% a 80% o mayor, con precisión de ajuste en 1.0%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:
La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501552691 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | BIOSYM E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:57:25 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"Temporizador: Incluye temporizador, ajustable desde 1 min hasta 90 días. Capaz de programar horas luz y oscuridad en el sistema de iluminación para el crecimiento de plantas. "

Los diferentes fabricantes cuentan con paneles de control expresados en ciclos de diferentes lapsos de tiempo, solicitamos puedan ampliar esta especificación a Temporización 0~99 horas 59 minutos/funcionamiento continuo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501552691 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | BIOSYM E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:57:25 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"5.2.11. Incluye Interface de Ethernet LAN, USB "

Esta especificación no está relacionada al desempeño del equipo, por lo que solicitamos puedan considerarla como opcional o en su defecto considerar como accesorio adicional un termohigrómetro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

Si bien es cierto no está relacionado al desempeño del equipo, pero si es necesario para la recolección de datos de parámtros físicos del equipo durante su funcionamiento (Luz, Temperatura, Humedad). "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501552691 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | BIOSYM E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:57:25 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Se consideran vienes similares a las siguiente : Cabina de flujo laminar , cabina extractora de gases o cabina de macroscopia,vitrina de gases, cabina de bioseguridad"

Respecto a los bienes similares deseamos amablemente incluyan dentro de bienes similares también equipos como cámara germinadora o cámara bioclimatica. solicitamos la modificación a "Se consideran vienes similares a las siguiente : Cabina de flujo laminar , cabina extractora de gases o cabina de macroscopia,vitrina de gases, cabina de bioseguridad, cámara germinadora o cámara bioclimatica "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge:

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopia, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se consideran vienes similares a las siguiente : Cabina de flujo laminar , cabina extractora de gases o cabina de macroscopia, vitrina de gases, cabina de bioseguridad, cámara germinadora o cámara bioclimática " Pág.24

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"f) DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS DEL EQUIPO RESPALDADO POR LA MARCA, PARA PODER ATENDER EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA (30) DIAS CALENDARIO"

Consulta: Solicitamos que se acepte una declaracion jurada del postor solamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

La declaración jurada de disponibilidad de repuestos del equipo debe ser respaldado por la marca."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"g) DELCARACION JURADA DEL PERSONAL QUE BRINDARA LA CAPACITACION, DEBE CONTAR CON UN (01) AÑO DE EXPERIENCIA EN CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y/O MANEJO DEL EQUIPO"

Consulta: Solicitamos que el personal sea certificado por la marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la experiencia en capacitaciones sobre uso y/o manejo del equipo, será a través de constancias de capacitación en el manejo de cámaras bioclimáticas o similares."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ANEXO 06 (PRECIO DE LA OFERTA)

Consulta: se observan 02 formatos de precio en la pagina 49 y 50. ¿Cual es el que debe ir en la oferta?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP. II Literal: 2.2 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que se está considerando un solo anexo. pág 49.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se consulta amablemente al comité de selección si es posible incrementar el plazo de entrega solicitado de "90 días calendarios" a "100 días calendarios desde el día siguiente de emitida la orden de compra", ya que un equipo de este tipo de dimensiones y características necesariamente debe ser manufacturado bajo pedido e importado desde fábrica, por lo que los tiempos de entrega, debido a la fabricación, importación, etc., se estiman en 100 días calendarios como mínimo.

En ese sentido, solicitamos amablemente al comité de selección incrementar el plazo de entrega a "hasta 100 días calendarios desde el día siguiente de notificada la orden de compra".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.1 . Características y condiciones

* Sistema de refrigeración: Con sistema de refrigeración/calentamiento, de escalabilidad y precisión, sin vibraciones ni ruidos durante su funcionamiento. Gas refrigerante libre de CFC.

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que cuente con un sistema de refrigeración/calentamiento con ahorro de energía libre de CFC, que cuente con una de regulación de la temperatura suave periférica mediante camisa de aire, ya que esta característica puede ser considerada como una mejora tecnológica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.6. Acondicionamiento, montaje o instalación

*** Lugar de instalación: ¿ (Se adjunta plano de la infraestructura precisando el lugar donde se instalará el equipo)

Se solicita amablemente al comité de selección que puedan precisar dónde se encuentra el plano de la infraestructura donde se instalará el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara:

Que el plano se encuentra adjunto en la página 27."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.8. Pruebas o ensayos para la conformidad del bien

Se realizará una prueba o ensayos en el equipo

Se solicita amablemente al comité de selección que pueda precisar qué tipo de prueba o ensayo se realizará en el equipo y si los costos de esta prueba deberán ser asumidas por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara:

El ensayo o prueba se refiere a verificar los parámetros internos de temperatura, luminosidad y humedad del equipo, por equipos auxiliares como termoigrómetros o luxómetros que proveerá el proveedor del bien."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

10. Lugar y plazo de entrega

Plazo de entrega: Noventa (90) días calendarios, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra

Se solicita amablemente al comité de selección incrementar el plazo de entrega a "Cien (100) días calendarios, contados desde el día siguiente de notificada la orden de compra", ya que un equipo de este tipo de dimensiones y características necesariamente debe ser manufacturado bajo pedido e importado desde fábrica, por lo que los tiempos de entrega, debido a la fabricación, importación, etc., se estiman en 100 días calendarios como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

13. Modalidad de ejecución contractual

Llave en mano

Se consulta amablemente al comité de selección si el lugar donde se instalará el equipo cuenta con los requerimientos mínimos necesarios para garantizar la operatividad del equipo o deberán realizarse trabajos conexos de ingeniería, lo cual debe ser incluido en la oferta del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara:

El lugar donde se instalará el equipo si cuenta con los requisitos mínimos necesarios para garantizar la operatividad del equipo. Sin embargo, si es necesario un acondicionamiento adiconal que requiera el equipo, esta será asumida por el proveedor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 15:22:58 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

B. PLAZO DE ENTREGA

De 1 hasta 30 días calendarios: 30 puntos

De 31 hasta 45 días calendarios: 20 puntos

De 46 hasta 90 días calendarios: 10 puntos

Se solicita amablemente al comité de selección variar los puntajes del factor de evaluación "PLAZO DE ENTREGA", ya que tiempos menores a 45 días suponen un gran riesgo de incumplimiento contractual por parte de los postores debido a que un equipo de estas dimensiones y características debe ser fabricado bajo pedido e importado desde fábrica, lo que supone un tiempo mínimo de 75 días para la entrega del bien considerando la fabricación, importación, etc.

En ese sentido, se sugiere al comité de evaluación considerar la siguiente propuesta de puntaje para el factor de evaluación "PLAZO DE ENTREGA":

Hasta 100 días calendarios: 30 puntos

De 100 hasta 120 días calendarios: 20 puntos

Más de 120 días calendarios: 10 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" No se acoge:

Los puntajes de calificación para el plazo de entrega se mantendrán como están establecidas en las bases. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Estimado comité en la SECCIÓN ESPECÍFICA, CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO.3.1 Especificaciones Técnicas "Rango de temperatura: Controlado con panel de 0 a 60°C con precisión de ajuste en 0.1°C con variación de ± 0.5-1 °C".

Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores el comité aceptará una mejor rango de variación de temperatura a ± 0,5- 2 °C?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimado comité en la SECCIÓN ESPECÍFICA, CAPÍTULO III: REQUERIMIENTO.3.1 Especificaciones Técnicas " Rango de humedad relativa: Controlado con panel de control de 10% -80% con precisión de ajuste en 0.5 - 1 % con variación ± 0.5 - 1%".

Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores el comité aceptará una mejor rango de variación de humedad de ± 0,5 - 5%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" No se acoge:
La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado comité en la SECCIÓN ESPECÍFICA, CAPÍTULO III: B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, Requisitos: acreditar experiencia, por la venta de "bienes iguales o similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de microscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras." Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores, ¿El comité aceptaría que la experiencia postor incluya acreditar venta de equipos especializados para laboratorio biotecnología y biología molecular?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:
Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar adicionar como característica que la cámara bioclimática cumpla con la normativa DIN 12880 que refiere los requisitos para muebles de almacenamiento de laboratorio en términos de diseño, materiales, seguridad y funcionalidad a fin de garantizar la seguridad, la precisión de los resultados y el cumplimiento de los estándares y regulaciones aplicables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:
Por no estar esta información en las especificaciones técnicas del proceso"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar que en el punto 5.1 de las Características y Condiciones: "La cámara bioclimática acondicionada con sistema de iluminación regulable estándar que simule luz de día. Además de incorporar Luz UV" se le añade después de simule luz de día: "simule también condiciones de noche y permita el control de la intensidad de iluminación" a fin de otorgar al usuario la posibilidad de generar condiciones de iluminación más específicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:
Con las especificaciones técnicas solicitadas, el equipo tendrá posibilidad de una configuración de horas luz y horas de oscuridad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar añadir en el punto 5.1 de las Características y Condiciones: "La cámara debe contar con una pantalla táctil de al menos 7" con un amplio ángulo de visión, con una interfaz intuitiva a fin de que la información del proceso sea legible y fácil de usar"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

Se debe ceñirse a las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar añadir en el punto 5.1 de las Características y Condiciones: "La cámara bioclimática debe contar con una controlador que permita seleccionar el lenguaje para comodidad del usuario y debe incluir español"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:

Se debe ceñirse a las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar añadir en el punto 5.1 de las Características y Condiciones: "La cámara bioclimática debe permitir la comunicación LAN, USB y Wifi para una eficaz exportación de datos"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:
Se debe ceñirse a las especificaciones establecidas, el cual sí precisa una interfaz de comunicación de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20604584176 | Fecha de envío : | 30/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | AP BIOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 17:32:54 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

El jurado podría considerar añadir en el punto 5.1 de las Características y Condiciones: Temporizador se podría añadir en favor del usuario: "La cámara bioclimática debe contar con una función de temporización o sistema de control de tiempo integrado que permita ajustar desde 1 min hasta 90 días, eficiencia del dispositivo de convección de aire forzada y que permita programar horas luz y oscuridad en el sistema de iluminación para el crecimiento de plantas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge:
Ceñirse a las especificaciones técnicas, donde se incluye que el tiempo debe ser ajustado desde 1 min a 90 días, se acepta mejoras con respecto al tiempo de temporización."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null