

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA
Nomenclatura :	LP-SM-7-2024-HRA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DESCRIPCION ITEM 1 SOLICITAN ADEMAS DE HEMOGRAMA, PRUEBA RAPIDA PARA GRUPO SANGUINEO, SIENDO QUE LA SOLICITUD ACORTA LA POSIBILIDAD DE POSTORES DEBIDO A QUE NO TODOS PUEDEN BRINDAR AMBAS COSAS JUNTAS, SE SOLICITA AL AREA USUARIA SEPARAR LOS ITEM.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el Item N° 1 corresponde a Hemograma Automatizado diferencial 5 estirpes y el Item N° 2 corresponde a Prueba rápida cromatográfica para grupo sanguíneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
PLAZO DE ENTREGA, TENIENDO EN CUENTA LA INTALACION DE LA PLATAFORMA DE MAS DE UN EQUIPO Y EN UN HOSPITAL ANEXO, ES FACTIBLE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPITULO 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge su consulta , se aceptara el plazo de entrega de hasta Cuarenta y cinco (45) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepcion de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
plazo de entrega de hasta Cuarenta y cinco (45) días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
DESCRIPCION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PUEDA CONTEMPLAR SEPARAR LOS INSUMOS DE PRUEBA RAPIDA CROMATOGRAFICA PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3,1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que el Item N° 1 corresponde a Hemograma Automatizado diferencial 5 estirpes y el Item N° 2 corresponde a Prueba rápida cromatográfica para grupo sanguíneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: RENDIMIENTO 220 HEMOGRAMAS POR HORA, SEGUN REQUERIMIENTO SOLITAN UN EQUIPO QUE HAGA 220 PBS POR HORA, SOLICITAMOS PARA MAYOR CONCURRENCIA ACEPTAR EQUIPO DE 100 PRUEBAS POR HORA A MAS Y EN EL CASO DE FOTIS EQUIPOS DE 70 PRUEBAS POR HORA A MAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge. El area usuaria señala que por la alta demanda de hemograma al día, se requiere un analizador y un laminador con dichos performances para poder realizar el analisis, revisión y validación de las pruebas al finalizar el turno diurno (6 horas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL EQUIPO DE EMERGENCIA SOLICITAN UN EQUIPO DE 120 PRUEBAS POR HORA O MAS , PARA LO CUAL SOLICITAMOS PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES UN EQUIPO DE 100 PRUEBAS A MAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
o se acoge. El area usuaria señala que por manejar pacientes con mayor riesgo de vida (UCI, TRAUMASHOCK y OTROS), requieren un analizador veloz y con un buen desempeño, que le permita analizar y validar dichas pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20608481762	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR - DISTPROLABECUADOR SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	13:52:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN UN EQUIPO DE 5 DIFERENCIALES CON UN RENDIMIENTO DE 75 PRUEBAS POR HORA A MAS, SOLICITAMOS PARA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES ACEPTAR UN EQUIPO DE 60 A MAS PRUEBAS POR HORA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Area usuaria indica necesitar un equipo con las características señaladas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:48:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del sistema modular, solicitan un volumen de muestra no mayor a 80ul. Sabiendo que los tubos de ensayo de 3ml y pediátricos (0.5ml) comercializados en el mercado cuentan con una determinada concentración de anticoagulante EDTA y este debe mezclarse con un volumen correcto de sangre, para evitar cambios en la morfología celular. Frente a lo antes mencionado, solicitamos puedan aceptar como volumen de muestra no mayor a 190ul.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge dicha consulta. El area usuaria señala que es correcta su apreciación y aceptara el volumen de hasta 190ul para el analisis de las muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

volumen de hasta 190ul

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:48:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del sistema modular, solicitan una linealidad no menor de 500 x 109/L. Conociendo que las trombocitosis son afecciones que aparecen cuando la sangre presenta recuento de plaquetas por encima del rango normal. Esto se debe a generan como respuesta una elevación exagerada de plaquetas. Las trombocitosis pueden superar rangos mayores a 1000 x 109/L y estar relacionada a procesos esenciales, reactivos o neoplasias. Frente a lo antes mencionado, solicitamos puedan aceptar una linealidad hasta 5000 x109/L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. El area usuaria señala que dicha linealidad indica en las especificaciones tecnicas estaba errada, ya que el rango de 500 x 109/L es un valor normal y por se requiere que el equipo pueda brindar una linealidad superior para patologias como las trombocitosis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : LP-SM-7-2024-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA para el Servicio de Patología Clínica del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:13:23

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAN PLAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Al respecto, cabe señalar que lo correcto es que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra y no de suscrito el contrato, debido que la Orden de Compra es requerida para el internamiento de los bienes.

Solicitamos tambien considerar ampliar el plazo de entrega, toda vez que los equipos solicitados en cesion en uso deben cumplir con la antigüedad y tener la mejoras tecnologicas.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer que el plazo de entrega sea establecido de la siguiente manera:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Cincuenta (50) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta parcialmente, se aceptara el plazo de entrega de Cuarenta y cinco (45) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepcion de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega de Cuarenta y cinco (45) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepcion de la orden de compra.