



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 46-2023-UNMSM-2.

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS P.I. CUI N° 2307554 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

En las instalaciones de la Oficina de Abastecimiento, siendo el día 7 de febrero de 2024, a las 10:31 horas; se instaló el Órgano Encargado de Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 046-UNMSM-2 (segunda convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS P.I. CUI N° 2307554 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, a fin de iniciar la apertura electrónica, admisión, evaluación y calificación de ofertas:

1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Miembro del Órgano encargado de Contrataciones - OEC:

MERY VALLE MOROCHO

DNI 42357909

2. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se registraron a través del SEACE los participantes siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	10416678125	NIÑO DE GUZMAN BECERRA DANIEL GIOVANI	2023-12-15 08:46:59.0	Válido	2023-12-15 08:46:59.0
2	20100042500	CIMATEC SAC	2023-12-18 09:21:27.0	Válido	2023-12-18 09:21:27.0
3	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	2023-12-18 08:33:23.0	Válido	2023-12-18 08:33:23.0
4	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	2023-12-15 08:46:42.0	Válido	2023-12-15 08:46:42.0
5	20100511348	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	2024-01-07 20:38:01.0	Válido	2024-01-07 20:38:01.0
6	20438551825	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	2023-12-18 17:26:29.0	Válido	2023-12-18 17:26:29.0
7	20451829913	DBG SOLUCIONES S.A.C	2023-12-15 10:15:35.0	Válido	2023-12-15 10:15:35.0
8	20464408623	BAIRES S.A.C.	2023-12-15 08:46:43.0	Válido	2023-12-15 08:46:43.0
9	20503497728	CORPORACION DAMAR S.A.C.	2023-12-21 12:38:15.0	Válido	2023-12-21 12:38:15.0
10	20510536488	PESAJE Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.C	2023-12-18 09:29:05.0	Válido	2023-12-18 09:29:05.0
11	20516809524	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	2023-12-20 09:46:38.0	Válido	2023-12-20 09:46:38.0
12	20541679627	COORPORACION DEL ROSARIO S.A.C.	2023-12-18 09:30:51.0	Válido	2023-12-18 09:30:51.0





Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
13	20547969783	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	2023-12-26 21:46:45.0	Válido	2023-12-26 21:46:45.0
14	20549708545	EXPERT INGENIERIA E INSTRUMENTOS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-12-19 10:12:36.0	Válido	2023-12-19 10:12:36.0
15	20557788841	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	2024-01-08 11:07:16.0	Válido	2024-01-08 11:07:16.0
16	20563567032	DEUCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-12-18 16:25:42.0	Válido	2023-12-18 16:25:42.0
17	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	2023-12-18 08:55:47.0	Válido	2023-12-18 08:55:47.0
18	20566575508	ESAX INTERNATIONAL E.I.R.L.	2023-12-27 23:28:35.0	Válido	2023-12-27 23:28:35.0
19	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-12-16 11:41:14.0	Válido	2023-12-16 11:41:14.0
20	20600972171	TECHNOMIC S.A.C.	2023-12-19 11:29:28.0	Válido	2023-12-19 11:29:28.0
21	20600989988	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.	2024-01-08 11:05:54.0	Válido	2024-01-08 11:05:54.0
22	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	2023-12-20 12:14:51.0	Válido	2023-12-20 12:14:51.0
23	20602198562	AP COMPLEMENT S.A.C.	2024-01-09 15:12:36.0	No válido	2024-01-09 15:12:36.0
24	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	2023-12-18 16:11:59.0	Válido	2023-12-18 16:11:59.0
25	20603511311	MQ INSTRUMENTAL SOLUTIONS S.A.C.	2023-12-18 14:32:00.0	Válido	2023-12-18 14:32:00.0
26	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	2023-12-15 15:20:35.0	Válido	2023-12-15 15:20:35.0
27	20604404291	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	2023-12-18 18:50:51.0	Válido	2023-12-18 18:50:51.0
28	20605876774	A.S. ALLENDE S.A.C.	2023-12-18 16:12:32.0	Válido	2023-12-18 16:12:32.0
29	20607109894	ANIMAL SPACE AND SOLUTIONS STORE S.A.C.	2024-01-09 15:13:57.0	Válido	2024-01-09 15:13:57.0

3. DETALLE DE LOS POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS:

En el día y horario señalado en el cronograma del procedimiento de selección, los siguientes postores presentaron su oferta a través del SEACE:



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	10/01/2024	15:46:57	20100329205	10/01/2024	15:49:35	Enviado	Valido
2	20464408623	BAIRES S.A.C.	10/01/2024	10:58:48	20464408623	10/01/2024	10:59:28	Enviado	Valido
3	20600972171	TECHNOMIC S.A.C.	10/01/2024	23:18:31	20600972171	10/01/2024	23:19:33	Enviado	Valido
4	20100511348	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	10/01/2024	23:53:20	20100511348	10/01/2024	23:54:37	Enviado	Valido



4. APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS ÍTEM I y II:

Acto seguido el órgano encargado de contrataciones procedió a evaluar la documentación de presentación obligatoria solicitadas en las bases integradas, asimismo el OEC solicito apoyo al área usuaria para su evaluación de la ficha técnica en atención al artículo 46.4 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, por lo que se considera el Oficio N° 003-2024-D-FCB/UNMSM emitido por el decano de la facultad de ciencias biológicas para la evaluación de las propuestas, obteniendo el resultado siguiente:

ÍTEM I

	DOCUMENTOS	H.W.KESSEL S.A.C.	TECHNOMIC S.A.C.	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES
A	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
B	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
C	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
D	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas. (Anexo N° 3)	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
E	Adicionalmente, presentar la siguiente documentación para acreditar las características técnicas mínimas del bien a adquirir:	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
F	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
G	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
H	El precio de la oferta en soles Anexo 6	PRESENTÓ	PRESENTÓ	PRESENTÓ
	CONDICION	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

TECHNOMIC S.A.C.

- * NO indica resolución 170 lp/mm (en folio 24 indica 228 lp/mm para modelo NZ.1903).
- * NO sustenta tiempo de vida del led de 25,000 horas.
- * De los Dos iluminadores LED de luz reflejada como mínimo:
NO presenta el iluminador REFLEJADA vertical.
- * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en el Certificado de Cumplimiento EETT folio 33, ofrece modelo NZ.1703-M, mientras que en Característica de la resolución lp/mm folio 24, ofrece modelo NZ.1903.

KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES:

- * NO sustenta resolución 170 lp/mm.
- * NO sustenta iluminación transmitida led integrada para campo claro y campo oscuro.
- * NO especifica tiempo de vida del led de 25,000 horas.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

- * NO especifica ISO 9022-1 ni ISO 13485 ni ISO 9001.
- * De acuerdo a Bases integradas, postor debe incluir link del fabricante para corroborar cumplimiento y sustento de especificaciones técnicas.
- * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en ANEXO N°6 PRECIO DE OFERTA, ofrece modelo ZM6847THE, mientras que en presentación de producto folio 49, ofrece modelo ZM6745B-1FLS.

ÍTEM II

	DOCUMENTOS	BAIRES S.A.C.	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES
A	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTÓ	PRESENTÓ
B	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	PRESENTÓ	PRESENTÓ
C	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTÓ	PRESENTÓ
D	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones Técnicas. (Anexo N° 3)	PRESENTÓ	PRESENTÓ
E	Adicionalmente, presentar la siguiente documentación para acreditar las características técnicas mínimas del bien a adquirir:	CUMPLE	NO CUMPLE
F	Declaración jurada de plazo de Entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTÓ	PRESENTÓ
G	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
H	El precio de la oferta en soles Anexo 6	PRESENTÓ	PRESENTÓ
	CONDICION	ADMITIDO	NO ADMITIDO

KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES:

- * Ofrece zoom continuo de 6.7:1 (ZM6745B-1FLS)
- * Ofrece 110 mm de distancia de trabajo (ZM6745B-1FLS, ZM6847THE)
- * NO sustenta resolución 170 lp/mm.
- * Ofrece rango total de aumento sin auxiliar 6.7x-45x (ZM6745B-1FLS)
- * NO sustenta apertura numérica 0.057 A.N.
- * Ofrece 35° con oculares 10x/23 mm (ZM6847THE).
- * NO especifica 3 métodos de iluminación para episcopia con cinco puntos LEDs.
- * NO especifica tiempo de vida del led de 25,000 horas.
- * NO indica calidad de iluminación 4500k (transmitida) libre de radiación UV e IR.
- * NO especifica sistema de autoapagado para prolongar el tiempo de vida útil.
- * Ofrece cámara para microscopio independiente.
- * NO especifica ISO 9022-1 ni ISO 13485 ni ISO 9001.
- * De acuerdo a Bases integradas, postor debe incluir link del fabricante para corroborar cumplimiento y sustento de especificaciones técnicas.
- * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en ANEXO N°6 PRECIO DE OFERTA, ofrece modelo ZM6847THE, mientras que en presentación de producto folio 50, ofrece modelo ZM6745B-1FLS.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

5. CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS ITEM I Y II:

ITEM I

De acuerdo a las ofertas admitidas se procede a la calificación de las ofertas de acuerdo con el artículo 75° del RLCE y las Bases del procedimiento de selección.

	POSTOR 1
REQUISITOS DE CALIFICACION	H.W.KESSEL S.A.C.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	S/ 1,583,039.75
CALIFICACION	CALIFICA

H.W.KESSEL S.A.C.

POSTOR O CONSORCIADOS	MONTO FACTURADO	%	RESULTADO
H.W.KESSEL S.A.C.	S/ 1,583,039.75	100.00%	CALIFICADO
TOTAL =	S/1,583,039.75	100.00%	

EXPERIENCIA	CLIENTE	EXPERIENCIA PROVIENE DE:	MONTO FACTURADO
CONTRATO 01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	H.W KESSEL S.A.C	S/ 346,642.00
CONTRATO 02	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	H.W KESSEL S.A.C	S/ 504,499.00
CONTRATO 03	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	H.W KESSEL S.A.C	S/ 485,754.00
CONTRATO 04	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	H.W KESSEL S.A.C	S/ 246,144.75
			S/ 1,583,039.75

ITEM II

De acuerdo a las ofertas admitidas se procede a la calificación de las ofertas de acuerdo con el artículo 75° del RLCE y las Bases del procedimiento de selección.

	POSTOR 1
REQUISITOS DE CALIFICACION	BAIRES S.A.C.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	S/ 1,583,039.75
CALIFICACION	CALIFICA

BAIRES S.A.C.

POSTOR O CONSORCIADOS	MONTO FACTURADO	%	RESULTADO
BAIRES S.A.C.	S/ 1,050,779.97	100.00%	CALIFICADO
TOTAL =	S/1,050,779.97	100.00%	





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

EXPERIENCIA	CLIENTE	EXPERIENCIA PROVIENE DE:	MONTO FACTURADO
CONTRATO 01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA AGRARIA LA SELVA	BAIRES SAC	S/ 85,449.99
CONTRATO 02	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA	BAIRES SAC	S/ 34,000.00
CONTRATO 03	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS	BAIRES SAC	S/ 94,600.00
CONTRATO 04	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU	BAIRES SAC	S/ 231,480.00
CONTRATO 05	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	BAIRES SAC	S/ 140,000.00
CONTRATO 06	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA AGRARIA LA SELVA	BAIRES SAC	S/ 358,349.99
CONTRATO 07	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN	BAIRES SAC	S/ 106,899.99
			S/ 1,050,779.97

6. EVALUACIÓN DE OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

ÍTEM I

FACTOR DE EVALUACIÓN	PRECIO	H.W.KESSEL S.A.C.	
		PUNTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP$ O_i $i = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$	ACREDITA S/ 240,163.00	100.00	100.00

ÍTEM II

FACTOR DE EVALUACIÓN	PRECIO	BAIRES S.A.C..	
		PUNTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP$ O_i $i = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$	ACREDITA S/ 144,000.00	100.00	100.00





7 CONCLUSION:

El Órgano encargado de Contrataciones - OEC da por aprobado el resultado de la evaluación de la oferta técnica y su calificación, de acuerdo con el análisis efectuado.

En vista del resultado obtenido decide **OTORGAR LA BUENA PRO** del procedimiento de selección de **Adjudicación Simplificada N° 46-2023-UNMSM-2** cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS P.I. CUI N° 2307554 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS** referente ÍTEM I para la adquisición de **MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPIO**, al postor **H.W.KESSEL S.A.C.**, por un monto de **S/ 240,163.00 (Doscientos Cuarenta Mil Ciento Sesenta y Tres con 00/100 Soles)** y ÍTEM II para la adquisición de **MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPIO CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA** al postor **BAIRES S.A.C.** por un monto **S/ 144,000.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil con 00/100 soles)**

p



MERY VALLE MOROCHO

DNI: 42357909

Órgano encargado de Contrataciones - OEC UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DECANATO

Lima, 15 de enero de 2024

OFICIO N.º 00003-2024-D-FCB/UNMSM

Señorita

LIC. MERY VALLE MOROCHO

Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)

U.N.M.S.M.

Presente. –

ASUNTO: Apoyo en la evaluación de fichas técnicas
Adjudicación Simplificada N.º 46-2023-UNMSM

REFERENCIA: Carta N.º 01-2023-OEC/AS-SM-46-2023-UNMSM-2

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi respetuoso saludo y a la vez remitir a su despacho el reporte de apoyo técnico en la verificación de los documentos remitidos por los postores en la AS N.º 46-2023-UNMSM-1 "ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS".

Agradeceré continuar el proceso respectivo y estaré atento a cualquier indicación de que se requiera a la Facultad de Ciencias Biológicas.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



UNMSM

Firmado digitalmente por RAMIREZ
ROCA Pablo Sergio FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.01.2024 20:12:11 -05:00

Dr. PABLO SERGIO RAMÍREZ ROCA
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS


"ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNMSM", Adjudicación Simplificada N° 46-2023-UNMSM-2

ITEM 1- MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

N°	PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	EQUIPO	CUMPLIMIENTO EETT		OBSERVACIONES
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	
1	TECHNOMIC SAC	20600972171	EUROMEX NEXIUSZOOM EVO NZ.1703-M/NZ.1903		X	<ul style="list-style-type: none"> * NO indica resolución 170 lp/mm (en folio 24 indica 228 lp/mm para modelo NZ.1903). * NO sustenta tiempo de vida del led de 25,000 horas. * De los Dos iluminadores LED de luz reflejada como mínimo: NO presenta el iluminador REFLEJADA vertical. * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en el Certificado de Cumplimiento EETT folio 33, ofrece modelo NZ.1703-M, mientras que en Característica de la resolución lp/mm folio 24, ofrece modelo NZ.1903.
2	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205	ZEISS STEMI 305	X		
3	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	20100511348	AMZ ZM6745B- 1FLS/AZM ZM6847THE		X	<ul style="list-style-type: none"> * NO sustenta resolución 170 lp/mm. * NO sustenta iluminación transmitida led integrada para campo claro y campo oscuro. * NO especifica tiempo de vida del led de 25,000 horas. * NO especifica ISO 9022-1 ni ISO 13485 ni ISO 9001. * De acuerdo a Bases integradas, postor debe incluir link del fabricante para corroborar cumplimiento y sustento de especificaciones técnicas. * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en ANEXO N°6 PRECIO DE OFERTA, ofrece modelo ZM6847THE, mientras que en presentación de producto folio 49, ofrece modelo ZM6745B-1FLS.

ITEM 2- MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON CAMARA DIGITAL INTEGRADA

N°	PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	EQUIPO	CUMPLIMIENTO EETT		OBSERVACIONES
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	
1	BAIRES SAC	20464408623	LEICA EZ4W	X		
2	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	20100511348	AMZ ZM6745B- 1FLS/AZM ZM6847THE		X	<ul style="list-style-type: none"> * Ofrece zoom continuo de 6.7:1 (ZM6745B-1FLS) * Ofrece 110 mm de distancia de trabajo (ZM6745B-1FLS, ZM6847THE) * NO sustenta resolución 170 lp/mm. * Ofrece rango total de aumento sin auxiliar 6.7x-45x (ZM6745B-1FLS) * NO sustenta apertura numérica 0.057 A.N. * Ofrece 35° con oculares 10x/23 mm (ZM6847THE). * NO especifica 3 métodos de iluminación para episcopia con cinco puntos LEDs. * NO especifica tiempo de vida del led de 25,000 horas. * NO indica calidad de iluminación 4500k (transmitida) libre de radiación UV e IR. * NO especifica sistema de autoapagado para prolongar el tiempo de vida útil. * Ofrece cámara para microscopio independiente. * NO especifica ISO 9022-1 ni ISO 13485 ni ISO 9001. * De acuerdo a Bases integradas, postor debe incluir link del fabricante para corroborar cumplimiento y sustento de especificaciones técnicas. * Hay una divergencia e información imprecisa respecto al modelo ofertado, en ANEXO N°6 PRECIO DE OFERTA, ofrece modelo ZM6847THE, mientras que en presentación de producto folio 50, ofrece modelo ZM6745B-1FLS.




UNMSM

Firmado digitalmente por RAMIREZ
ROCA Pablo Sergio FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.01.2024 20:12:36 -05:00

Dr. PABLO SERGIO RAMÍREZ ROCA
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS