

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las presentes bases solicitan en el inciso a) Presentación del registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente, en caso de corresponder.

De acuerdo a lo mencionado, se consulta amablemente al comité de selección si es correcta nuestra apreciación que el Registro Sanitario se aplica solo para los sub ítems: ¿Anticuerpo anti VIH 1-2, Hepatitis B anticuerpo anticore total, Hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpo anti treponema pallidum total, anticuerpo anti Hepatitis C, anticuerpo anti HTLV 1-2, Anticuerpo anti chagas, prueba de coombs poliespecífico en tarjeta y prueba de grupo sanguíneo ABO, RH globular y sérico en tarjeta¿.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el inciso b) Copia de Certificado o Protocolo de Análisis, que acredite las características específicas del bien. De corresponder.

Se solicita al comité de selección que, al ser reactivos de procedencia biológica y de alta rotación, el COA que se presente en la propuesta será solo de referencia mas no será el mismo lote de las entregas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE su consulta y señala que agregará lo siguiente: El Certificado o Protocolo de Análisis solo será de referencia mas no será el mismo lote de las entregas, debido a la procedencia biológica y alta rotación del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE su consulta y señala que agregará lo siguiente: El Certificado o Protocolo de Análisis solo será de referencia mas no será el mismo lote de las entregas, debido a la procedencia biológica y alta rotación del mismo.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el inciso b) Copia de Certificado o Protocolo de Análisis, que acredite las características específicas del bien. De corresponder.

Con respecto a lo indicado, el Certificado o Protocolo de Análisis es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del fabricante, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional.

Por ello se consulta amablemente al comité de selección si es correcta nuestra apreciación que el COA será de acuerdo a cada formato de su fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los subítems del 1 al 7 solicitan Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.

Considerando que los productos solicitados son reactivos de fuente biológica y que este tipo de material no permiten fechas de expira mayores a 6 meses; se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria se acepte fechas de expira no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con carta de compromiso de canje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE su consulta, por lo que se aceptará el Tiempo de Expiración no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega, previa carta de compromiso para la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE su consulta, por lo que se aceptará el Tiempo de Expiración no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega, previa carta de compromiso para la firma del contrato.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los subítems del 1 al 7 en Muestra biológica solicitan Suero y/o plasma.

Tomando en cuenta la importancia de corroborar, frente a un resultado reactivo, tanto en la muestra de suero y plasma de la bolsa del donante (gestión de riesgo), además conociendo el impacto negativo que puede generar el contar con un solo tipo de muestra biológica como mala toma de muestra (volumen insuficiente, hemolisis), mala identificación o repetición para verificación de resultado. Solicitamos al comité de selección precisar que el tipo de muestra biológica para los 7 marcadores de tamizaje sea Suero y Plasma con EDTA y CPD y que al ser características específicas del procesamiento estén sean sustentadas únicamente con la presentación de insertos originales y/o traducidos al idioma español.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta. Se precisará lo siguiente: Muestra Biológica: Suero y Plasma con CPD y EDTA para los 7 marcadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta. Se precisará lo siguiente: Muestra Biológica: Suero y Plasma con CPD y EDTA para los 7 marcadores

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el sub ítem ANTICUERPO HEPATITIS C se indica en METODOLOGÍA ¿Quimioluminiscencia convencional que contengan antígenos recombinantes y/o polipéptidos de la región estructural y no estructural del virus de la Hepatitis C". Se consulta amablemente al comité si nuestra apreciación es correcta de que dentro de las regiones no estructurales se encuentran mínimamente las regiones NS3 y NS4.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta por lo que se aclara que el entender de la empresa es correcto y, que dentro de las regiones no estructurales se encuentran mínimamente las regiones NS3 y NS4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el sub ítem 5. Muestra de las especificaciones técnicas del Equipo en cesión de uso de inmunoserología se indica: ¿Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma y/o suero¿ y en función a la consulta N°5 tomando en cuenta la importancia de corroborar, frente a un resultado reactivo, tanto en la muestra de suero y plasma del donante (gestión de riesgo), se solicita al comité técnico solicite que el equipo en cesión de uso tenga la capacidad para procesar directamente y en simultáneo suero y plasma con EDTA y CPD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria afirma que su apreciación es correcta, el equipo en cesión de uso tiene la capacidad para procesar directamente y en simultáneo suero y plasma con EDTA y CPD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6. Procesamiento de Datos solicitan en Hardware externo: 01 servidor, 07 Computadoras Terminales, cableado estructural y puntos de red, 04 impresoras láser, 02 impresora de código de barras y 03 escáner de código de barras. 3 impresoras láser.

En aras de no incrementar el precio de las pruebas, se solicita al comité de selección considerar 01 servidor, 03 lector de código de barras, 7 computadoras, 3 impresoras láser, 2 impresoras de código de barras y que incluya el sistema de cableado estructural para toda la red física.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y se colocará en las bases que el requerimiento será de 03 impresoras láser y sistema de cableado estructural para toda la red física.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y se colocará en las bases que el requerimiento será de 03 impresoras láser y sistema de cableado estructural para toda la red física.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6. Procesamiento de Datos solicitan: ¿Incluir el dispositivo de Internet móvil, el mismo que estará conectado al servidor que proveerá el postor¿.

En el presente requerimiento no mencionan que se realizará campañas de donación de sangre, motivo por el cual el dispositivo de internet móvil no es necesario para el funcionamiento del software de gestión ya instalado en el área de banco de sangre. Es por este motivo que se solicita retirar de las bases el dispositivo de internet móvil.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y retirará de las bases ¿Incluir el dispositivo de Internet móvil, el mismo que estará conectado al servidor que proveerá el postor¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y retirará de las bases ¿Incluir el dispositivo de Internet móvil, el mismo que estará conectado al servidor que proveerá el postor¿.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el sub ítem 8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios, solicitan ¿Pruebas Efectivas (la reposición estimada de los controles y calibradores utilizados será del 30 % del total de pruebas solicitadas en el requerimiento) y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra¿.

Teniendo en cuenta que cada marca tiene una metodología de trabajo y que los controles y las Calibraciones dependen de manera estricta a la frecuencia de corridas analíticas del banco de sangre (días de corridas a la semana) y de la frecuencia de variación de lote de reactivos entregados (lo cual es de muy poca frecuencia), respectivamente, se solicita al comité que, en aras de realizar un cálculo real, la cantidad de pruebas en reposición sea verificada en base al informe del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta. Se precisará que la reposición estimada de los controles y calibradores utilizados será calculado de acuerdo al informe que se obtiene de las frecuencias de corridas realizadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta. Se precisará que la reposición estimada de los controles y calibradores utilizados será calculado de acuerdo al informe que se obtiene de las frecuencias de corridas realizadas

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En antigüedad y otros piden: ¿No mayor a 07 años de antigüedad¿
Considerando que los equipos modulares se deben encontrar operativos durante las 24 hrs. al día y los 7 días a la semana, adicionalmente debe contar y cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo, siendo la casa comercial postora responsable del buen funcionamiento del equipo. Ante lo expuesto, se solicita amablemente al área usuaria retirar la antigüedad del equipo o considerar un equipo con antigüedad no mayor a 8 años de fabricación con la finalidad de permitir una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que no retirará de las bases la Antigüedad de los equipos, pero si se ampliará ésta a ocho (08) años de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que no retirará de las bases la Antigüedad de los equipos, pero si se ampliará ésta a ocho (08) años de fabricación.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En antigüedad y otros piden: ¿No mayor a 07 años de antigüedad¿
Considerando que los equipos modulares se deben encontrar operativos durante las 24 hrs. al día y los 7 días a la semana, adicionalmente debe contar y cumplir con el cronograma de mantenimiento preventivo, siendo la casa comercial postora responsable del buen funcionamiento del equipo. Ante lo expuesto, se solicita amablemente al área usuaria retirar la antigüedad del equipo o considerar un equipo con antigüedad no mayor a 8 años de fabricación con la finalidad de permitir una mayor participación y pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que no retirará de las bases la Antigüedad de los equipos, pero si se ampliará ésta a ocho (08) años de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que no retirará de las bases la Antigüedad de los equipos, pero si se ampliará ésta a ocho (08) años de fabricación.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En Experiencia del Postor en la Especialidad solicitan:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis con 79/100 SOLES (S/ 593,566.79) para el ÍTEM PAQUETE 1 y Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 20/100 SOLES (S/ 606,433.20) para el ÍTEM PAQUETE 2, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se solicita al comité de selección que al ser un ítem paquete único se considere como Experiencia del Postor el acredita un monto facturado acumulado equivalente a Quinientos Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis con 79/100 SOLES (S/ 593,566.79 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE su consulta y corregirá el monto considerando como ítem único.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con el área usuaria ACOGE PARCIALMENTE su consulta y corregirá el monto considerando como ítem único.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En Experiencia del Postor en la Especialidad mencionan que ¿Se consideran bienes similares a los siguientes: materiales e insumos médicos en general para el servicio de nefrología¿.

Se solicita al comité de selección que el presente requerimientos es de adquisición de reactivos para el Banco de Sangre, por lo que los bienes similares a la presente convocatoria se debe considerar Reactivos de Banco de sangre y/o tamizaje serológico o inmunoserológico y/o Reactivos de inmunohematología.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, se modificará y se considerará Reactivos de Banco de sangre y/o tamizaje serológico o inmunoserológico y/o Reactivos de inmunohematología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, se modificará y se considerará Reactivos de Banco de sangre y/o tamizaje serológico o inmunoserológico y/o Reactivos de inmunohematología.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los sub ítems 6 correspondiente al ensayo ANTICUERPO ANTI HTLV 1- 2 dentro de las especificaciones indica en la presentación que sea ¿de última generación¿, por lo que solicitamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria nos aclare si este término hace referencia al cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el ítem correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación, la presentación hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación, la presentación hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En los sub ítems 7 correspondiente al ensayo ANTICUERPO ANTI CHAGAS dentro de las especificaciones indica en la metodología que sea de ¿de última generación¿, por lo que solicitamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria nos aclare si estos términos hacen referencia al cumplimiento de las especificaciones solicitadas en el ítem correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación, la presentación hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria indica que es correcta su apreciación, la presentación hace referencia al cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

No se hace mención que especificaciones técnicas de los reactivos a ofertar de INMUNOSEROLOGÍA se deben sustentar como mínimo durante la presentación de la oferta, por lo que solicitamos al comité técnico en coordinación con el área usuaria se acredite las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:

- a. Metodología
- b. Presentación
- c. Muestra biológica

Que, al ser características específicas del producto sean sustentadas con la presentación obligatoria de insertos originales y/o traducidos al idioma español, y las características que no estén contempladas dentro de ellos se puede presentar otros documentos del fabricante para sustentar el cumplimiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se colocará que se acredite las especificaciones de: Metodología, Presentación y Muestra Biológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se colocará que se acredite las especificaciones de: Metodología, Presentación y Muestra Biológica.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

No se hace mención que especificaciones técnicas del equipo en cesión en uso a ofertar de INMUNOSEROLOGÍA se deben sustentar como mínimo durante la presentación de la oferta, por lo que solicitamos al comité técnico en coordinación con el área usuaria se acredite las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:

- ¿ Tipo
- ¿ Metodología
- ¿ Performance
- ¿ Características
- ¿ Muestra

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se deberá acreditar las especificaciones técnicas: Tipo, metodología, performance, características, muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se deberá acreditar las especificaciones técnicas: Tipo, metodología, performance, características, muestra.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el sub ítem 2.1.1 Documentación de presentación obligatoria, página 17, no se indica que documentos deberá presentar el posto durante la presentación de la oferta por ello solicitamos amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria precise que los documentos mínimos a presentar para la acreditación de la oferta de los reactivos y equipo en cesión de uso sean catálogos, manuales, folletos, brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertado que acrediten las características técnicas como declaración Jurada y/o carta del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que, los documentos mínimos a presentar para la acreditación de la oferta de los reactivos y equipo en cesión de uso serán catálogos, manuales, folletos, brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertado que acrediten las características técnicas como declaración Jurada y/o carta del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta y señala que, los documentos mínimos a presentar para la acreditación de la oferta de los reactivos y equipo en cesión de uso serán catálogos, manuales, folletos, brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertado que acrediten las características técnicas como declaración Jurada y/o carta del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6 Procesamiento de datos dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso de inmunoserología indica: ¿Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 01 año o más¿.

Considerando que cada plataforma tiene diferente capacidad de almacenamiento, solicitamos al comité técnico en coordinación con el área usuaria, acepten un sistema con capacidad de archivo de datos de 30 mil resultados (fuera de los resultados de controles y calibraciones) con la finalidad de no limitar la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se aceptará que el postor ofrezca un sistema con capacidad de archivo de datos de 30 mil resultados (fuera de los resultados de controles y calibraciones).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se aceptará que el postor ofrezca un sistema con capacidad de archivo de datos de 30 mil resultados (fuera de los resultados de controles y calibraciones).

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6 Procesamiento de datos dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso de inmunoserología indica: ¿Conexión vía modem para monitoreo de alarmas, fallas y otros¿.

Considerando que cada plataforma tiene diferente monitoreo o emisión de alarmas, solicitamos al comité técnico en coordinación con el área usuaria, acepten un equipo en cesión de uso con el monitoreo y/o emisión de alarmas, fallas y otros a través de una alarma visual en la pantalla del equipo con la finalidad de no limitar la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se aceptará un equipo que permita el monitoreo y/o emisión de alarmas, fallas y otros a través de una alarma visual en la pantalla del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se aceptará un equipo que permita el monitoreo y/o emisión de alarmas, fallas y otros a través de una alarma visual en la pantalla del equipo.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el sub ítem 8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso de inmunoserología indica: ¿Controles Internos: proporcionar Material de Control líquido listo para su uso en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis como mínimo.¿

Considerando que para el sub ítem 1 ANTICUERPO ANTI VIH 1 ¿ 2 se solicita en la presentación Controles dependientes individuales para HIV 1, HIV2, Ag p24 y control negativo, solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria aclare que se están solicitando dos niveles de control (negativo y positivo) a excepción del sub ítem 1 ANTICUERPO ANTI VIH 1 ¿ 2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC de selección en coordinación con el área usuaria aclara que su apreciación es correcta y precisa que para los sub ítems de 2 a 7 de los reactivos de tamizaje se está solicitando dos niveles de control (negativo y positivo) a excepción del sub ítem 1 Anticuerpo VIH 1-2 que se solicita los niveles de controles dependientes individuales positivos para HIV 1, HIV 2 y Ag p24 y control negativo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El DEC de selección en coordinación con el área usuaria aclara que su apreciación es correcta y precisa que para los sub ítems de 2 a 7 de los reactivos de tamizaje se está solicitando dos niveles de control (negativo y positivo) a excepción del sub ítem 1 Anticuerpo VIH 1-2 que se solicita los niveles de controles dependientes individuales positivos para HIV 1, HIV 2 y Ag p24 y control negativo

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el sub ítem 6 Procesamiento de datos dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso de inmunoserología indica: ¿Software que tenga interconexión con los Sistemas del HMC¿ y considerando que se está brindando un plazo para la instalación completa del software de gestión para banco de sangre será como máximo de 15 días calendarios a partir del día siguiente emitida la primera Orden de Compra.

Por los procesos de conexión y gestión del software para conectarse con los sistemas del HMC solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria se amplie el plazo de instalación completa del software de gestión para banco de sangre sea como máximo de 30 días calendarios a partir del día siguiente emitida la primera Orden de Compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC en coordinación con al área usuaria ACOGE la consulta de la empresa, y se ampliará el plazo de instalación completa del software de gestión a 30 días calendarios a partir del día siguiente emitida la primera Orden de Compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-ABR-2-2025-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL BANCO DE SANGRE DE LA IPRESS HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	30/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	16:56:16

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el sub ítem 11 acondicionamiento dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso de inmunoserología indica:

¿El local o lugar para la instalación de los equipos serán acondicionados y ambientados por la empresa en un plazo no mayor a siete (07) días hábiles de consentida la buena pro; para la instalación la empresa garantizará que el ambiente cuente con los requerimientos necesarios para el funcionamiento del analizador proporcionado lo necesario para esto (aire acondicionado, mesa para el analizador, acondicionamiento eléctrico para el funcionamiento del mismo, etc.) y un sistema de protección del equipo contra descargas eléctricas, regulador de voltaje y soporte de energía durante interrupción del fluido eléctrico¿.

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el área usuaria aclare si los requerimientos del ambiente como aire acondicionado, mesa para el analizador, acondicionamiento eléctrico para el funcionamiento del mismo, etc son opcionales y serán instalados de acuerdo a la necesidad del área usuaria, para así no afectar el presupuesto anual.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VI Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El DEC de selección en coordinación con el área usuaria aclara que su apreciación es correcta y precisa que la ambientación será adecuada de acuerdo a la necesidad del banco de sangre para el funcionamiento adecuado de los equipos a instalar, por lo que lo indicado en las bases son una ejemplificación de lo que se podría requerir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null