

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	LP-SM-5-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 1
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

A01 SITEMA DIGITAL CON TECNOLOGIA DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN

EN B11 Y B13 SE DEMUESTRA QUE ESTAN SOLICITANDO UN PANEL PLANO. UN PANEL PLANO ES UNA TECNOLOGIA QUE REEMPLAZA A UN INTENSIFICADOR DE IMAGEN Y JAMAS PUEDEN ESTAR PRESENTES AMBOS A LA VEZ.

OBSERVACIÓN
SE SOLICITA CAMBIAR A01 DE LA SIGUIENTE MANERA:
A01. SISTEMA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, DEBIDO A LA REVISIÓN REALIZADA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE PUDO DETERMINAR QUE ESTE PUNTO PRESENTA UN ERROR Y/O INCONGRUENCIA, ", REALIZANDO ESTA MODIFICACIÓN, LO QUE SE BUSCA ES AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y EVITAR QUE EL PROCESO SEA DECLARADO DESIERTO POR INCUMPLIMIENTO DE EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A01. SISTEMA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE PANEL PLANO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Se solicita en A19 FLUOROSCOPIA

EN LAS ESPEFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SE SOLICITA FLUOROSCOPIA, LO CUAL YA VIENE SIENDO SOLICITADO EN EL NUMERAL A17

SE SOLICITA:
ELIMINAR EL NUMERAL A19, POR REPETIRSE EN EL NUMERAL A17

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE, YA QUE EN MODO DE OPERACIÓN LA FLUOROSCOPIO CONTINUA DONDE MEJORARA LA PRECISIÓN, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A19 FLUOROSCOPIA CONTINUA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

A 23 PAQUETE DE SOFTWARE PARA APLICACIONES VASCULARES AVANZADOS: BOLUS CHACE, SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS)

LOS TÉRMINOS SOLICITADOS EN PUNTO A23 SON ÚNICOS PARA UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, NO PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE UN POSTOR.

SE SOLICITA:

QUE EL PUNTO A23 SEA OPCIONAL PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE UN POSTOR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, POR LO QUE EN ARAS DE UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, EL POSTOR PUEDE OFRECER LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A 23 (OPCIONAL) PAQUETE DE SOFTWARE PARA APLICACIONES VASCULARES AVANZADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

B18 PANTALLA VISIBLE DESDE TODOS LOS LADOS DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

NUESTRA PANTALLA CUENTA CON UN ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN DE 160° LO CUAL PERMITE VISUALIZARLO DE CASI CUALQUIER ÁNGULO.

OBSERVACIÓN
SE SOLICITA MODIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

B18: PANTALLA VISIBLE DESDE TODOS LOS LADOS DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO Ó CON UN ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN DE 160° O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, YA QUE PARA EL USUARIO ES NECESARIO QUE LA PANTALLA EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO SE PUEDA VISUALIZAR EN TODOS LOS LADOS PARA QUE TODOS LOS USUARIOS DENTRO DEL ÁREA QUIRÚRGICA NO PIERDAN LA VISUALIZACIÓN, CONTAR CON ACCESO RÁPIDO A LAS IMÁGENES CLÍNICAS, REDUCIR MOVIMIENTOS INMISARIOS Y TENER UNA VISUALIZACIÓN CONTINUA EN LAS IMÁGENES PARA PODER REALIZAR AJUSTES PRECISOS EN TIEMPO REAL EVITANDO ERRORES EN CIRUGÍA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL FLAT PANEL O EN EL GENERADOR DE RAYOS X

OBSERVACIÓN:
SE SOLICITA SE CORRIJA EL TERMINO ERRONEO INTENSIFICADOR DE IMÁGENES (QUE PUEDE HABER SIDO ORIGINADO POR ERROR DE TIPEO) POR DETECTOR PLANO YA QUE LOS ARCOS EN C PUEDEN TENER O SOLO INTESIFICADOR DE IMAGENES O SOLO DETECTOR PLANO Y NO AMBOS A LA VEZ. CONSIDERAR QUE EL PRESENTE REQUERIMIENTO ES DE UN ARCO EN C CON DETECTOR PLANO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, DEBIDO A QUE EL TERMINO INTENSIFICADOR DE IMAGEN NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE IMPU+L11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL FLAT PANEL O DIGITALIZADOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C04 PROCESADOR LÁSER (IMPRESIÓN EN SECO), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4096 TONOS DE GRISES O MAYOR, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 50 PELÍCULAS POR HORA O MAYOR, PARA PELÍCULAS DE 14in x 17in (PULGADA), SUMINISTRO DE INSUMOS: 120 PELÍCULAS COMO MÍNIMO (EL TAMAÑO DE LAS PELÍCULAS SERÁ ELEGIDA POR EL ÁREA USUARIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, SEGÚN LOS TAMAÑOS SIGUIENTES: 14in x 17in, 14in x 14in, 11in X 14in, 10in X 12in, 8in X 10in) CON INTERFACE DICOM (ALMACENAMIENTO Y ENVÍO), CARGA DE LA BANDEJA A LA LUZ DE DÍA, 220 V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)

OBSERVACIÓN:

NORMALMENTE LOS PROCESADORES LASER EN SECO SON VOLUMINOSOS Y QUITAN DEMASIADO ESPACIO EN SALA DE OPERACIONES. ADEMAS, EN LA ACTUALIDAD, LAS IMPRESIONES EN MEDIOS FISICOS YA NO SON REQUERIDAS Y ESTAN DESACTUALIZADAS. HOY EN DIA LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS SE ENVIAN AL PACS DE LA INSTITUCION Y SE EVITA GENERAR MÁS DESPERDICIOS DEBIDO A LAS PLACAS IMPRESAS. HOY EN DÍA TODO ESTO SE MANEJA MEDIANTE UN COMPUTADOR.

SE SOLICITA:

SE CONSIDERE ACEPTAR TAMBIÉN LA OFERTA DE IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA AL EQUIPO EN LUGAR DEL PROCESADOR LASER..TENER EN CUANTA QUE A03 TAMBIEN QUEDARIA MODIFICADO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DADO QUE ES UN REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ESTÁNDARES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C06 DOS (04) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5mm DE PLOMO COMO MÍNIMO

OBSERVACIÓN:
SE SOLICITA ACLARAR LA CANTIDAD DE PROTECTORES DE GONADA A ENTREGAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, YA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
C06 CUATRO (04) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5 MM DE PLOMO COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C06 DOS (04) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5mm DE PLOMO COMO MÍNIMO

OBSERVACIÓN:

SE SOLICITA ACLARAR LA CANTIDAD DE PROTECTORES DE GONADA A ENTREGAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, YA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C06 CUATRO (04) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5 MM DE PLOMO COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C07 DOS (04) LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO

OBSERVACIÓN:

SE SOLICITA ACLARAR LA CANTIDAD DE LENTES EMPLOMADOS A ENTREGAR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, YA QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C07 CUATRO (04) LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0,5MM DE PLOMO COMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

C08 UNA (01) UPS ¿ON LINE¿ DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC DC/AC y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA; VOLTAJE DE ENTRADA: 220V ± 10% O MAYOR; VOLTAJE DE SALIDA: 220V: 3% O MENOR; CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA 25% O MAS. SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS (PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN): AUTONOMÍA DE BATERIA MINIMO 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

AL SER UN ELEMENTO GRANDE, QUE SE MOVERA ENTRE SALAS Y QUE MANEJA CORRIENTES ALTAS, EL USO DE UN UPS NO ESTÁ RECOMENDADO PORQUE LE QUITA MOVILIDAD AL EQUIPO AL NO SER DE FÁCIL MOVILIDAD Y PESOS EXCESIVO.

SE SOLICITA:
RETIRAR EL PUNTO C08 AL NO SER UN ELEMENTO NECESARIO PARA EL ARCO EN C RODABLE, Y QUITARLE LA POSIBILIDAD DE SER MOVILIZADO CON LIBERTAD POR LAS SALAS DE OPERACIONES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, PUES EL UPS GARANTIZA AUTONOMÍA EN CASO DE CORTES DE FLUIDO ELÉCTRICO PARA LA PARTE DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES (COMPUTADORA) QUE REQUIEREN PROTECCIÓN PARA PODER EJECUTAR LAS RUTINAS DE GRABACIÓN Y/O CIERRE DE PROGRAMAS ADEMÁS DE ELLO, ES UN REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ESTÁNDARES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 90 días calendarios, según el detalle indicado, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

PLAZO DE ENTREGA:

Los plazos de entrega serán de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 80 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.
- PLAZO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN: 10 días calendario a partir de la entrega del bien.

La Entidad, está solicitando equipos nuevos y de primer uso, para la recargada necesidad del usuario; sin embargo, no está considerando que el contratista para cumplir con deberá importar los equipos; por lo que, en la actualidad los plazos de entrega (fabricación, importación, nacionalización, traslado al hospital y/o centro de salud, etc.) han variado considerablemente, ahora se manejan tiempos de entrega entre 130 a 150 días calendario.

OBSERVACIÓN:

Por lo que solicitamos, sírvase confirmar que el plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del Equipo Biomédico, sus componentes periféricos e insumos, será de ciento treinta (130) días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, al correo electrónico señalado por el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, YA QUE AL SER UN EQUIPO IMPORTADO Y DE LATA GAMA LOS PLAZOS DEBEN AJUSTARCE L MERCADO ACTUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA SERÁN DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO.

- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 110 DÍAS CALENDARIO CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O FIRMADO EL CONTRATO.
- PLAZO DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN: 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos de presentación obligatoria

e) Cuadro descriptivo, para de las características de la maquina según lo requerido en el punto 01.02 el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas de las bases administrativas, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos.

Adicionalmente el postor deberá presentar ficha técnica y/o folletos y/o catálogos y/o manuales y/o hojas técnicas y/o brochure DEL FABRICANTE para acreditar el cumplimiento de las características técnicas y/o requisitos funcionales específicos en el Numeral N° 5.3 del capítulo III del requerimiento de la sección Específica de las Bases, como Marca, modelo, año de fabricación.

IMPORTANTE:

De ser el caso que exista diferencia en la terminología el postor podrá aclararla mediante una carta del fabricante sobre el punto.

CONSULTA:

Solicitamos nos confirme, sí para el Cuadro descriptivo, es correcto usar el Formato N° 01. Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de cumplimiento de las características técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE USARA EL FORMATO N° 01, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

A. CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El postor debe contar con

- ¿ Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según normativa vigente de la DIGEMID.
- ¿ Contar con Resolución para comercializar, importación, exportación y/o distribución de equipos médicos, según normativa vigente de la DIGEMID.
- ¿ Contar con Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, según normativa vigente de la DIGEMID.

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

El documento que habilita al postor a llevar a cabo la actividad económica es la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico, documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del D.S. 014-2011-SA.

OBSERVACIÓN:

De tal manera, que SOLICITAMOS, considere su retiro de los documentos que se solicitan en la relación líneas arriba; y, se presente la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, YA QUE LOS BIENES A ADQUIRIR SON EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE LA POBLACIÓN, POR LO TANTO LOS EQUIPOS DEBERÁ CONTAR CON LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS DE CORRESPONDER, ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DONDE INDIQUE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo
¿ Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico.

OBSERVACIÓN:

SOLICITAMOS, que para el encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo, se considere también Ingeniero Electrónico, quedando de la siguiente manera:

01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo
¿ Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrónico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA OBSERVACION HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo
¿ Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico.

01 técnico en instalación y mantenimiento
¿ Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia.

OBSERVACIÓN:

SOLICITAMOS, nos confirme que el Profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo, podrá ser el mismo profesional encargado de realizar las actividades en instalación y mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, PUES AL SER UN EQUIPO DE ALTA COMPLEJIDAD, SE REQUIERE CONTAR CON EL MAYOR APOORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO TANTO PARA LA INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIONES., CON LO QUE SE GARANTIZA UNA ADECUADA ENTREGA DEL BIEN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	16:27:25

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

B. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación:
Mejora 1: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 9001.
Mejora 2: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 13485.

Como se sabe, las certificaciones de calidad o similares no atribuyen ningún valor agregado o mejoría alguna intrínsecamente al producto ofertado, ya que están relacionadas a diversos procesos en su fabricación, distribución, almacenamiento, procesos, etc. Es precisamente dicho entendimiento lo que justifica que NO debe incluirse dichos estándares de calidad como factores de evaluación para el caso de la contratación de bienes, a diferencia de la contratación de servicios y ejecución de obra en que si está establecida en las Bases Estándar (aprobados mediante Directiva N° 001- 2019-OSCE/CD).

Adicionalmente,

OBSERVACIÓN:
De tal manera, que SOLICITAMOS, suprimir dichos documentos de las mejoras a las Especificaciones Técnicas, y agregue estos puntajes al literal A. PRECIO del Factor de Evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. IV Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2°. Numerales: a), f), i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, ASI MISMO SE INCORPORARA ESTA NORMATIVA DENTRO DEL PUNTO 5.2, FOLIO 20, COMO REQUISITOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'- EL BIEN (MARCA) OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON: ISO 9001 Y/O EL CERTIFICADO CE. Y/O ISO 13485.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20545272688	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRACION Y SOLUCIONES MEDICAS DE DIAGNOSTICO S.A.C. - ISOLMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:21:16

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DETECTOR DE PANEL PLANO (FLAT PANEL)

B12 EFICIENCIA DE DETECCIÓN CUÁNTICA (DQE) IGUAL O MAYOR A 72%, MEDIDO EN EL CAMPO MAS GRANDE

El DQE depende de la relación señal - ruido y estos parámetros podemos minimizarlos usando baja dosis de radiación (factores radiológicos kv, mA y mAs). Lo cual hace que 60% de DQE sea también eficiente a los detectores flat panel con respecto a la calidad de imagen.

Por lo tanto, solicitamos al comité que para fomentar la mayor participación de postores y marcas pudieran aceptar esta característica de la siguiente manera:

B13 DETECTOR PLANO CON EFICIENCIA DE DETECCIÓN CUÁNTICA (DQE) IGUAL O MAYOR A 58% (@ 0.5lp/mm)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE CONSIDERANDO QUE ES UN PARÁMETRO QUE REPERCUTE EN LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES JUNTO CON OTROS PARÁMETROS, LA NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA ES LA SOLICITADA, POR LO QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES; ASIMISMO CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Es de conocimiento que todas las especificaciones técnicas solicitadas del equipo no se pueden sustentar con ficha técnica y/o folletos y/o catálogos y/o manuales y/o hojas técnicas y/o brochure DEL FABRICANTE como indican en las bases, por lo que solicitamos al Comité Especial también aceptar carta emitida por el fabricante indicando el cumplimiento de algunos cumplimientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA CARTA DEL FABRICA SE ACEPTARA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- CUANDO EXISTA DIFERENCIA EN LA TERMINOLOGÍA EL POSTOR PODRÁ ACLARARLA MEDIANTE UNA CARTA DEL FABRICANTE SOBRE EL PUNTO, ASI MISMO SE PODRA SUSTENTAR CON CARTAS DE FÁBRICA LAS CUALES SOLO SERVIRÁN PARA ACREDITAR UN NÚMERO MÁXIMO DE 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:11:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Este punto indica:
Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos, según norma vigente de la DIGEMID
Para que exista una mayor participación de postores, solicitamos al Comité de Selección aclarar o todo caso aceptar el siguiente termino:
Contar con Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los equipos a nombre del postor o terceros, según norma vigente de la DIGEMID

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS BIENES A ADQUIRIR SON EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE LA POBLACIÓN, POR LO TANTO LOS EQUIPOS DEBERÁ CONTAR CON LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS DE CORRESPONDER, ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DONDE INDIQUE LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20515490311	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MEDICOS REPROMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:15:54

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que, a fin de fomentar la libre competencia y mayor pluralidad de postores, suprimir el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, que permitirá mayor participación de proveedores en el procedimiento de selección, atendiendo de esa manera, además, al principio de concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, CONSIDERANDO LA COMPLEJIDAD DEL EQUIPO, ES NECESARIO QUE LOS POSTORES CUENTEN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDO PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA ENTREGA Y SERVICIO POSTVENTA DE LA GARANTÍA, QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS; ASÍ MISMO, CABE RECALCAR DE CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA023-2016-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita:

A23 PAQUETE DE SOFTWARE DE APLICACIONES VASCULARES AVANZADAS: BOLUS CHACE, SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS).

Pedimos respetuosamente al comité evaluador sea objetivo con este ítem y pueda modificar esta especificación con la finalidad que haya una mayor pluralidad de postores al nombre del software de forma universal como tal: DSA (Digital Subtraction Angiography) ya que este engloba ambas técnicas.

por lo expuesto Solicitamos al comité se acepte:

A23 PAQUETE DE SOFTWARE DE APLICACIONES VASCULARES AVANZADAS DSA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita:

PLAZO DE ENTREGA 90 DÍAS contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o firmado el contrato.

En la actualidad los plazos de entregas están alargados por la carga en el transporte internacional, por lo que pedimos ampliar ligeramente el tiempo de entrega 100 días.

por lo expuesto Solicitamos al comité se acepte:

PLAZO DE ENTREGA 100 DÍAS contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra o firmado el contrato.

¿ PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 80 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra o firmado el contrato.

¿ PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION: 20 días calendario a partir de la entrega del bien.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

1. En el literal e) del numeral ¿2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta¿ (página 15 y 16), se indica que se tiene que presentar un cuadro descriptivo ¿según lo requerido en el punto 01.02 el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas de las bases¿. Al respecto, no apreciamos el punto ¿01.02¿. Favor aclarar a que se refiere cuando se indica ¿según el punto 01.02¿. ¿Se refiere al Formato N° 1 de la página 30 de las Bases?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE USARA EL FORMATO N° 01, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

2. En el numeral ¿6. Requisitos y/o perfil del proveedor¿ (página 24), se requiere ser ¿personal natural y jurídica¿, ¿contar con RUC¿, ¿contar con RNP¿, ¿no tener impedimento para trabajar con el estado¿. Al respecto, solicitamos aclarar que esos documentos serán acreditados con la Declaración Jurada del Anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ES CORRECTO, ASI MISMO DEBERAN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHA INFORMACION DE CORRESPONDER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

3. Como parte del numeral ¿16. Entregables¿ (página 26), se indica que se debe presentar el ¿procedimiento para la entrega y recepción del bien¿. Al respecto, solicitamos aclarar el alcance de dicho documento, pues parecería que se refiere al ¿protocolo de pruebas del equipo¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE SUPRIMIRA EL ITEM: PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN, SIENDO REEMPLAZADO POR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFORMIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ENTREGA DEL ACTA DE CONFORMIDAD
- ENTREGA DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
- ENTREGA DEL FORMATO DE RESULTADO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

4. Como parte del numeral ¿17. Conformidad de recepción del bien¿ (página 26) se indica que para la conformidad se debe presentar: ¿copia de la orden de compra¿, ¿comprobante de pago¿ y ¿entregables en original¿; no obstante, la exigencia de dicha documentación no se encuentra acorde a lo establecido en el Formato 02, que es el documento que establece lo necesario para la firma del acta de conformidad. Además, la factura se exige para el pago, no para la firma del acta de conformidad. Por ello, solicitamos suprimir el numeral ¿17. Conformidad de recepción del bien¿, a efectos de evitar confusión en los participantes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL PUNTO 17. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN, HACE REFERENCIA A LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN, SIENDO UN REQUISITO PARA ESTE TRÁMITE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL FORMATO 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

5. Como parte del numeral ¿24. Otras condiciones¿ (página 29) se indica la Resolución Ministerial N° 119-MINSA; no obstante, el citado de esa norma está incompleta, pues falta indicar el año de la norma.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, SE SUPRIMIRÁ EL PUNTO 24. OTRAS CONDICIONES, A FIN DE EVITAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	21:45:01

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

6. Como parte del numeral ¿25 Requisitos de calificación¿ (página 27), se establece de forma incompleta los requisitos de calificación. Por ello, a fin de evitar confusión en los participantes, tomando en cuenta que los Requisitos de calificación están regulados en el numeral 3.2, solicitamos suprimir el numeral ¿25 Requisitos de calificación¿ (página 27).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN SE ENCUENTRAN DE MANERA COMPLETA EN PUNTO 3.2 (FOLIO 44,45 Y 46)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal A01, se indica lo siguiente:
A01: Sistema digital con tecnología de intensificador de imagen.

Este ítem no es congruente con los ítems B11 a B15 donde se pide flat panel. Se sugiere tener en cuenta que el panel plano que permite mayor cobertura y mejor calidad de imagen. Especialmente para los requerimientos de gastro de la entidad, se recomienda tener mayor cobertura con un panel plano que tiene geometría cuadrada. Por ejemplo, en el pliego se menciona que se desea realizar gastroendoscopia, este es un procedimiento para visualizar el esófago, una anatomía larga. ¿Se trata de un error por confusión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal A23, se indica lo siguiente:
A23: Paquete de Software para aplicaciones vasculares avanzadas: Bolus Chace, Sustracción con tolerancia al movimiento (MTS)

BOLUS CHACE, SUSTRACCIÓN CON TOLERANCIA AL MOVIMIENTO (MTS)
Se solicita parafrasear este ítem puesto que no aplica para arcos en C móviles, corresponde a angiógrafos. Tener en cuenta que un angiógrafo tiene incorporada la mesa de paciente para este barrido coordinado, el arco en C no. A continuación se sugiere una redacción diferente con funcionalidades similares a las requeridas para arco en C y con términos genéricos que permiten pluralidad de postores:
VISUALIZACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE, FILTRO PARA DETECCIÓN DE RUIDO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A23 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal B09, se indica lo siguiente:
B09: Diafragma tipo iris para colimación concentrica sin radiación.

Se solicita modificar para poder incluir más geometrías de colimador que van a favorecer la cobertura al ser cuadrada como el flat panel, y no van a afectar el absoluto la funcionalidad.
Por lo antes expuesto y permitir mayor pluralidad de postores, se solicita considerar lo siguiente:

B09: Diafragma tipo iris o rectangular para colimación concentrica sin radiación."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B09 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE EN ARAS DE UNA MEJORA TÉCNICA Y CONSIDERANDO QUE LA FINALIDAD DE AMBAS ES LA MISMA EL POSTOR PUEDE OFRECER DIAFRAGMA TIPO IRIS O RECTANGULAR PARA COLIMACIÓN CONCÉNTRICA SIN RADIACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B09: DIAFRAGMA TIPO IRIS O RECTANGULAR PARA COLIMACIÓN CONCÉNTRICA SIN RADIACIÓN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal B11, se indica lo siguiente:
B11: Dimensiones del panel plano: 21x21 cm como mínimo

Se solicita un flat panel de 20 x 20 cm, una diferencia mínima de 1 cm que no va a tener efecto clínico y es por temas de decisión de diseño del fabricante. Incluso, el resto de parámetros solicitados se superan.

Se solicita amablemente modificar el siguiente requerimiento, de esta manera permite mayor pluralidad de postores.

B11: Dimensiones del panel plano: 20x20 cm como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES; ASIMISMO CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal B03, se indica lo siguiente:
B03: Máxima corriente: 15 mA o mas

En el pliego se está requiriendo un generador de rayos X de alta gama, por lo que se sugiere una corriente mayor para ser más congruentes con la potencia y capacidad del equipo. Para una potencia de 15 kW es posible requerir una corriente máxima de 120 mA o más.

El Principio de Vigencia tecnológica menciona, que los bienes deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos. Asimismo, con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación y en Virtud al Principio de Vigencia Tecnológica, solicitamos se modifique la presente característica técnica:

B03: Máxima corriente: 120 mA o mas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B03 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONSIDERANDO QUE EL USO DE UN ARCO EN C, EN SU MAYORÍA ES PARA FLUOROSCOPIA, QUE REQUIERE BAJOS NIVELES DE mA, ELEVAR LA CORRIENTE SOLICITADA NO SE ENMARCA DENTRO DE DICHA NECESIDAD, POR LO QUE SE PRECISA QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS; ASÍ MISMO, CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal B15, se indica lo siguiente:
B15: Matriz de imagen o mayor de 1500 x 1500 píxeles a 16 BITS

Solicitamos modificar este ítem puesto que para un detector de un tamaño de 21 x 21 cm una matriz suele ser de 1300 x 1300 porque físicamente no caben más píxeles en esta dimension. De lo contrario, se sugiere incrementar el tamaño requerido a 30x30 cm en el ítem B11 para alcanzar la resolución requerida. Favor recordar que el tamaño de matriz (resolución) y el tamaño del detector están relacionados directamente

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B15 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES; ASIMISMO CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS. ASI MISMO LAS DIMENSIONES DEL PANEL PLANO HAN SIDO ACLARADAS EN EL ITEM 54

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal C05, se indica lo siguiente:
C05: Dos (04) mandiles emplomados (con sus respectivos collarines) de 100 cm de largo como mínimo y con un espesor equivalente en plomo de al menos 0,5 mm

Se solicita amablemente clarificar si se requiere 02 o 04 mandiles emplomados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C05 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE EXISTIO UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO LA CANTIDAD SOLICITADA: CUATRO (04)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal C06, se indica lo siguiente:
C06: Dos (04) protectores de gonada emplomados con espesor equivalente a 0,5 mm de plomo como minimo

Se solicita amablemente clarificar si se requiere 02 o 04 protectores de gonadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C06 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE EXISTIO UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO LA CANTIDAD SOLICITADA: CUATRO (04)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal C07, se indica lo siguiente:
C07: Dos (04) lentes emplomados con espesor equivalente a 0,5mm de plomo como mínimo

Se solicita amablemente clarificar si se requiere 02 o 04 lentes emplomados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C07 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE EXISTIO UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO LA CANTIDAD SOLICITADA: CUATRO (04)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En la sección 3.1 de las Especificaciones Técnicas, en el literal C08, se indica lo siguiente:
C08: Una (01) UPS ""ON LINE"" DE DOBLE CONVERSION AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA: VOLTAJE DE ENTRADA: 220V +/- 10% O MAYOR, VOLTAJE DE SALIDA: 220V: 3% O MENOR; CAPACIDAD DE POTENCIA EN LA SALIDA 25% O MAS. SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS (PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN): AUTONOMIA DE BATERIA: MINIMO 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA

Se solicita amablemente aceptar incluir una UPS aprobada por fabricante que garantice la compatibilidad adecuada con el sistema y el respaldo necesario.

Por lo antes expuesto y permitir mayor pluralidad de postores, solicitamos considerar lo siguiente:

C08: Una (01) UPS ""ON LINE"" DE DOBLE CONVERSION AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA: VOLTAJE DE ENTRADA: 220V +/- 10% O MAYOR, VOLTAJE DE SALIDA: 220V: 3% O MENOR; CAPACIDAD DE POTENCIA EN LA SALIDA 25% O MAS. SUPERIOR A LA POTENCIA DE LOS EQUIPOS (PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN): AUTONOMIA DE BATERIA: MINIMO 10 MINUTOS A CARGA MÁXIMA O UPS APROBADO POR EL FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C08 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, QUE DEBE PRIMAR LA FINALIDAD DEL USO DEL UPS EN EL EQUIPO Y QUE DEBE CUMPLIR CON LO MÍNIMO SOLICITADO, POR LO QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES; ASIMISMO CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"En la sección 2.2.1.1 de documentos de presentación obligatoria, en el literal e) se indica lo siguiente:
e)Cuadro descriptivo, de las características de la maquina según lo requerido (...)

Se solicita amablemente que se permita sustentar los items del C03 al C09, con el Anexo No 3, debido a que estos son accesorios y no el bien principal de la contratación."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LOS ÍTEMS C04 Y C08 AL SER COMPONENTES IMPRESCINDIBLES DEL EQUIPO PRINCIPAL QUE TIENEN INJERENCIA DIRECTA EN EL FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DEL EQUIPO, DEBEN SUSTENTARSE CON CATÁLOGOS, BROCHURES O MANUALES DEL FABRICANTE. LOS ÍTEMS C03, C05, C06, C07 Y C09PODRAN SER SUSTENTADOS A TRAVÉS DEL ANEXO 03 Y POR UNA DDJJ DE COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1.1 de documentos de presentación obligatoria, en el literal e) se indica lo siguiente:
e)Cuadro descriptivo, de las características de la maquina según lo requerido (...)

Observamos en las bases administrativas que no se ha consignado el formato de Hoja de presentación de producto, por lo cual solicitamos a vuestra entidad acoger la observación formulada por lo cual se incorpore el Formato de Hoja de presentación de producto o en todo caso indicar si es formato propio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** E **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION SE ACLARA QUE SE USARA EL FORMATO N° 01, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN EL LITERAL ANEXOS EN LA PAGINA NUMERO 36 EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En la sección 2.5) Forma de Pago, se indica lo siguiente:
La forma de pago de las prestaciones accesorias será en pagos parciales, siendo los primeros 5 mantenimientos 15% por cada mantenimiento y el último mantenimiento 25% del monto ofertado (02 mantenimientos por año como mínimo, haciendo 06 mantenimientos) y tras la emisión de la conformidad por el área usuaria.

Hemos detectado un error con respecto al porcentaje de los pagos de las prestaciones accesorias, ya que se realiza en base a la garantía, es decir, de manera semestral durante 03 años.
Por lo antes expuesto, solicitamos realizar el siguiente cambio:

La forma de pago de las prestaciones accesorias será en 06 PAGOS PERIODICOS y tras la emisión de la conformidad por el área usuaria (...)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, CADA PAGO DEBERÁ HACERSE LUEGO DE LA EJECUCIÓN Y CONFORMIDAD DE CADA PRESTACIÓN ACCESORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA FORMA DE PAGO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS SERÁ EN 06 PAGOS PERIÓDICOS Y TRAS LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD POR EL ÁREA USUARIA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En la sección 2.3) Requisitos para Perfeccionar el Contrato, en el literal k) solicitan lo siguiente:
k) Documentos requeridos en las EE.TT (De corresponder)

Se solicita amablemente al Comité de Selección retirar este literal, ya que genera confusión. En la oferta se presenta todo lo que solicitan con respecto a las Especificaciones Técnicas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** K **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN SE RETIRARA EN LA SECCIÓN 2.3) REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, EL INCISO LITERAL K) DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS EE.TT (DE CORRESPONDER) EL MISMO QUE SE VERÁ REFLEJADO EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

"En la sección 2.5) Forma de Pago, solicitan lo siguiente:
Documentos requeridos en las EE.TT (De corresponder)

Se solicita amablemente al Comité de Selección retirar este literal, ya que genera confusión. En la oferta se presenta todo lo que solicitan con respecto a las Especificaciones Técnicas."

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE SUPRIMIRA DICHO REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20600756011	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	Hora de envío :	21:51:24

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

En la sección 3.2) Capacidad Técnica y Profesional, en el literal c) se indica lo siguiente:

C.1) Experiencia del Personal Clave

Requisitos:

01 Profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo

-Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico

-El personal debe contar con dos años de experiencia (...)

01 Técnico en instalación y mantenimiento

-Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrónica

-El personal debe contar con 01 año de experiencia como mínimo (...)

Se solicita amablemente considerar Ingenieros Electrónicos, para la capacitación Técnica y Profesional. Cabe resaltar que la entidad debe evitar condiciones restrictivas en la participación de los procesos de selección, las cuales se evidenciarían en la limitación de restringir la actuación del Ingeniero Electrónico, por lo cual se estaría inaplicando los principios de libertad de concurrencia, competencia, eficacia y eficiencia, señalados en el artículo 2 de la Ley 30225 "Ley de Contrataciones del Estado".

Por lo antes expuesto, se solicita considerar lo siguiente:

01 Profesional encargado de la instalación y puesta en marcha de equipo

-Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electrónico

-El personal debe contar con dos años de experiencia (...)

01 Técnico o Ingeniero en instalación y mantenimiento

-Técnico en electrónica y/o Técnico en Electrónica y/o Ingeniero Electrónico

-El personal debe contar con 01 año de experiencia como mínimo (...)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

01 PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO

- INGENIERO ELECTROMECAÁNICO Y/O INGENIERO BIOMÉDICO Y/O INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O INGENIERO MECATRÓNICO

01 TECNICO EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO

- TECNICO EN ELECTRONICA Y/O TECNICO ELECTROTECNIA Y/O BACHILLER EN ELECTRONICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

e) Cuadro descriptivo, para de las características de la maquina según lo requerido en el punto 01.02 el numeral 5.3 de las especificaciones técnicas de las bases administrativas, solicitado por la Entidad, evidenciando cumplimiento de dichos requerimientos.

Solicitamos al comité aclarar si se refieren a la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, en el cual se deberá detallar los folios en el que se pueden verificar el cumplimiento de cada especificación técnica, con catalogos y/o brochures y/o manuales y/o hojas técnicas del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

DETECTOR DE PANEL PLANO (FLAT PANEL)

B12 EFICIENCIA DE DETECCIÓN CUÁNTICA (DQE) IGUAL O MAYOR A 72%, MEDIDO EN EL CAMPO MAS GRANDE

EL DETECTOR QUE PROPONEMOS ES EL FORMATO DE 26 x 26 cms

UN MTF DE 70% A 0.0 LP/MM

UN TAMAÑO DE PIXEL DE 100UM, LO QUE SUPERA A LO SOLICITADO POR LA INSTITUCIÓN EN LA CARACTERÍSTICA B14 DE 198UM.

Y CON UN ÁREA ACTIVA DE 2600X2560 CM, LO CUAL DA COMO RESULTADO 6.65 MP.

CON ESTAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SUPERAMOS EN CALIDAD DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO EN COMPARACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL DQE NO ES EL UNICO PARAMETRO PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, PROPONEMOS QUE LA CARACTERÍSTICA SE CONSIDERE DE LA SIGUIENTE MANERA:

B12 EFICIENCIA DE DETECCION CUANTICA (DQE) IGUAL O MAYOR A 60% (@0.5 lp/mm) MEDIDO EN EL CAMPO MAS GRANDE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 17

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

A01 SISTEMA DIGITAL CON TECNOLOGIA DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN

Al parecer hay una incongruencia en el requerimiento del hospital ya que el intensificador de imágenes esta emparejado a una cámara CCD para producir imágenes, y no a un detector como lo que solicitan en la característica B11.

Por lo tanto, solicitamos al Comité retirar el termino INTENSIFICADOR DE IMAGEN, porque no corresponde a las características del detector flat panel.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

PERIFERICOS / ADITAMENTOS

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES O TUBO DE RAYOS X

Al parecer hay una incongruencia en el requerimiento del hospital ya que el intensificador de imágenes esta emparejado a una cámara CCD para producir imágenes, y no a un detector como lo que solicitan en la característica B11.

Por lo tanto, solicitamos al Comité retirar el termino INTENSIFICADOR DE IMAGEN, porque no corresponde a las características del detector flat panel y considerar esta característica de la siguiente manera:

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL DETECTOR FLAT PANEL O TUBO DE RAYOS X

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Solicitan Ingeniero electromecánico y/o Ingeniero biomédico, encargado de la instalacion y puesta en marcha del equipo Arco en C. No se está considerando dentro de este punto a un INGENIERO ELECTRONICO especializado en radiología para la función antes mencionada.

Solicitamos al Comité considerar también dentro del profesional clave para la instalacion y puesta en marcha a un INGENIERO ELECTRONICO y con experiencia en radiología, quedando de la siguiente manera:

01 profesional encargado de la instalacion y puesta en marcha de equipo

- Ingeniero electromecánico y/o Ingeniero biomédico y/o ingeniero electronico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Solicitan 01 técnico en instalacion y mantenimiento que sea Tecnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia. Solicitamos que dentro de la relacion del personal clave encargado de la instalacion y mantenimiento sea considerado también un bachiller en electrónica con experiencia en radiología, quedando de la siguiente manera:

01 técnico en instalacion y mantenimiento

- Bachiller en electrónica y/o Tecnico en electrónica y/o Técnico en Electrotecnia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

CAPITULO IV

B MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De lo que se trata en factores de evaluación es encontrar un factor diferenciador el cual mejore el rendimiento, capacidad y calidad del equipo.

Estas tres características las cumple los certificados de calidad que estan conectados al proceso de producción y estandarización de la calidad del producto, por lo tanto, los documentos que deberían ser evaluados son los certificados 13485 y el certificado CE, los cuales contemplan al diseño, fabricación y pruebas operativas del equipo.

Por lo tanto, entendemos que la entidad lo que busca es asegurar que el producto que se adquiera sea de calidad, sin embargo, estan considerando un certificado como el ISO 9001 que es básicamente normas de gestión de la calidad que sirve a las organizaciones a cumplir con sus expectativas.

Solicitamos que pueda considerarse el ISO 9001 y/o el certificado CE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	22:08:22

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

C05 DOS (04) MANDILES EMPLOMADOS (CON SUS RESPECTIVOS COLLARINES) DE 100CM DE LARGO COMO MINIMO Y CON UN ESPESOR EQUIVALENTE EN PLOMO DE AL MENOS 0.5MM

C06 DOS (04) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5MM DE PLOMO COMO MINIMO

C07 DOS (04) LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5MM DE PLOMO COMO MINIMO

AL PARECER SE HA INCURRIDO EN UN ERROR DE TIPEO, POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITÉ ACLARAR EL REQUERIMIENTO EN ESTOS PUNTOS, YA QUE EN LETRAS CONSIDERAN UNA CANTIDAD Y EN NUMEROS ENTRE PARENTESIS, OTRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA OBSERVACIÓN SE HA DETERMINADO DADO QUE EXISTIÓ UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO, SIENDO PARA LOS PUNTOS C05, C06 Y C07, LA CORRECCION TIPOGRAFICA "CUATRO (04)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

A01 SISTEMA DIGITAL CON TECNOLOGIA DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN, ACLARAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A01, YA QUE LO REQUERIDO EN LA EETT A01 NO CONCUERDA CON EL REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL ITEM B11 DIMENSIONES DEL PANEL PLANO: 21 X 21 CM COMO MINIMO. LA TECNOLOGIA PANEL PLANO (FLAT PANEL) PROPORCIONA UNA VISUALIZACION MAS CLARA Y DETALLADA DE LAS IMÁGENES MEDICAS CAPTURADAS. POR LO QUE PARA QUE LA EETT A01 TENGA COHERENCIA CON LA EETT B11, SOLICITAMOS LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN:

A01 SISTEMA DIGITAL DE DETECTOR DE PANEL PLANO (FLAT PANEL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

DETECTOR DE PANEL PLANO (FLAT PANEL)

B11 DIMENSIONES DEL PANEL PLANO: 21x21 cm COMO MINIMO

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN, ACEPTAR DENTRO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA B11 QUE LAS DIMENSIONES DEL PANEL PLANO SEAN DE 31 X 31 CM, YA QUE SERÁ UNA VENTAJA CLÍNICA QUE PROPORCIONARÁ BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS EN TÉRMINOS DE MEJORA DE LA VISUALIZACIÓN, OFRECIENDO UNA VISUALIZACIÓN MÁS CLARA Y NÍTIDA DE LAS IMÁGENES MÉDICAS, LO QUE FACILITA EL DIAGNÓSTICO PRECISO Y EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PACIENTE, REDUCCIÓN DE LA DISTORSIÓN PERMITIENDO UNA INTERPRETACIÓN MÁS PRECISA DE LOS DETALLES ANATÓMICOS Y PATOLÓGICOS., OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO, COMODIDAD ERGONÓMICA Y COMPATIBILIDAD CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS, LO QUE CONTRIBUYE A UNA ATENCIÓN MÉDICA MÁS EFICIENTE Y PRECISA.

B11 DIMENSIONES DEL PANEL PLANO: 31 X 31 CM COMO MINIMO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL ÍTEM DE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA PRESENTA UN ERROR Y/O INCONGRUENCIA YA QUE EN EL PUNTO B15 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE SOLICITA " MATRIZ DE IMAGEN O MAYOR DE 1500 X 1500 PÍXELES" CONSULTADO EN EL ÍTEM 34, LO CUAL NO SE PODRÍA CUMPLIR SOLICITANDO UN PANEL PLANO DE 21 X 21, POR LO QUE DEBIÓ CONSIDERARSE "B11 DIMENSIONES DEL PANEL PLANO: 30 X 30 CM COMO MINIMO", REALIZANDO ESTA MODIFICACION, LO QUE SE BUSCA ES AMPLIAR LA PARTICIPACION Y EVITAR LA INTERPRETACION DE UN DIRECCIONAMIENTO O DESIERTO POR INCUMPLIMIENTO DE EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B11 DIMENSIONES DEL PANEL PLANO: 30 X 30 CM COMO MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

B13 TECNOLOGIA CMOS O A-SI

LA TECNOLOGÍA CMOS OFRECE UNA ALTA RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN. EN LOS ARCOS EN FORMA DE "C" SE UTILIZA LA TECNOLOGÍA CMOS, LO QUE PERMITE UNA REPRESENTACIÓN PRECISA DE LOS DETALLES Y UNA REPRODUCCIÓN DE COLOR DE ALTA CALIDAD. ADEMÁS, EL CMOS PERMITE UN CONTROL PRECISO DE LOS PÍXELES INDIVIDUALES EN EL PANEL. ESTO ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN PANTALLAS CURVAS, DONDE LA CURVATURA PUEDE AFECTAR LA GEOMETRÍA DE LOS PÍXELES. LA TECNOLOGÍA CMOS PERMITE AJUSTAR Y CORREGIR LAS DISTORSIONES GEOMÉTRICAS PARA GARANTIZAR UNA IMAGEN UNIFORME Y DE ALTA CALIDAD EN TODO EL PANEL, ADEMÁS DE PERMITIR UNA RESPUESTA RÁPIDA DE LOS PÍXELES INDIVIDUALES. DADO QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO ES EXCLUSIVA DE UN SOLO FABRICANTE, POR TAL MOTIVO SE CONTEMPLARÍA UNA PLURALIDAD DE POSTORES. PEDIMOS AL COMITÉ DE SELECCION LO SIGUIENTE PARA LA EETT B13:

B13 TECNOLOGIA CMOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B13 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EN ARAS DE UNA MEJORA TÉCNICA, SE CONSIDERARA ÚNICAMENTE EN EL PUNTO B13 LA TECNOLOGÍA CMOS, YA QUE OFRECERÁ BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA TECNOLOGÍA SILICIO AMORFO (A-SI) EN APLICACIONES DE ARCOS EN C, INCLUYENDO MEJOR CALIDAD DE IMAGEN, MAYOR SENSIBILIDAD, MENOR CONSUMO DE ENERGÍA, VELOCIDADES DE LECTURA MÁS RÁPIDAS, ETC. EN BENEFICIO DEL HOSPITAL, BAJO EL PRINCIPIO DE MEJORAS, CRECIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B13 TECNOLOGIA CMOS O SUPERIOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

B16 UN (01) MONITOR DE 27IN (PULGADAS)¿..
NUESTRA REPRESENTADA CUENTA CON UN MONITOR ÚNICO DE 32¿ CON UNA RESOLUCIÓN 4K UHD QUE PROPORCIONARÁ UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL CON DETALLES NÍTIDOS Y PRECISOS. PARA UNA SALA DE CIRUGÍA, ESTO ES FUNDAMENTAL PARA VISUALIZAR CON CLARIDAD LOS DETALLES ANATÓMICOS, COMO TEJIDOS, VASOS SANGUÍNEOS Y ÓRGANOS, LO QUE PUEDE CONTRIBUIR A UNA CIRUGÍA MÁS PRECISA Y SEGURA. EL MONITOR DE 32 PULGADAS OFRECE UN ESPACIO DE PANTALLA GENEROSO PARA MOSTRAR IMÁGENES MÉDICAS, RADIOGRAFÍAS, IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO, Y OTROS DATOS CLÍNICOS SIMULTÁNEAMENTE. ESTO PERMITE UNA VISUALIZACIÓN MÁS EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN CRÍTICA Y PUEDE MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN TIEMPO REAL DURANTE LA CIRUGÍA. ADEMÁS, CUENTA CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DONDE EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE UTILIZAN IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL, COMO FLUOROSCOPIA, UN MONITOR 4K UHD PROPORCIONA UNA REPRESENTACIÓN MÁS PRECISA Y DETALLADA DE LAS IMÁGENES, LO QUE FACILITA LA ORIENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DURANTE LA CIRUGÍA. POR TAL MOTIVO PEDIMOS AL PEDIMOS AL COMITÉ ESPECIAL EL SIGUIENTE CAMBIO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
B16 UN (01I) MONITOR DE 32 in (PULGADAS) COMO MÍNIMO (CON PANTALLA DIVISIBLE EN DOS ÁREAS) , LCD O TFT O UHD A COLOR O BLANCO Y NEGRO, CON BRILLO MÁXIMO DE 600 cd/m2 O MÁS, DE ALTA RESOLUCIÓN 3840 X 2160 PÍXELES DE CALIDAD DIAGNÓSTICA, Y DE GRADO MÉDICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B16 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, AL SER UN EQUIPO MÉDICO DE ALTA COMPLEJIDAD, EL O LOS MONITORES DEBEN SER DE RESOLUCIONES PARA GRADO MÉDICO. SE ACLARA QUE LAS DIMENSIONES INDICADAS EN B16 SON PARA PANTALLA EFECTIVA, ES DECIR QUE LAS IMÁGENES DEBERÁN ENMARCARSE COMPLETAMENTE EN LAS DIMENSIONES SOLICITADAS. ES POR ELLO QUE DEBE CEÑIRSE A LAS BASES; ASIMISMO CONFORME AL ARTÍCULO 72.4 DEL RLCE Y A LA DIRECTIVA 023-2016-OSCE/CD NO HAY CAMBIOS SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES O TUBO DE RAYOS X, PEDIMOS ACLARAR AL COMITÉ DE SELECCION QUE EL REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO B11 DONDE INDICA EL TAMAÑO DEL PANEL PLANO, B13 DONDE PIDEN QUE SEA TECNOLOGIA CMOS, SE DEBERA DE CAMBIAR LA ESPECIFICACION TECNICA YA QUE ES UN EQUIPO DE RAYOS X RODABLE EN ARCO EN C VASCULAR CON PANEL PLANO. POR TAL MOTIVO PEDIMOS AL PEDIMOS AL COMITÉ ESPECIAL EL SIGUIENTE CAMBIO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

C01 LOCALIZADOR LASER EN EL PANEL PLANO O TUBO DE RAYOS X

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C01 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTE PUNTO HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGrafo E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA
SEGÚN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EL BIEN MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARÁ EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO, EL MISMO QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 SE PRODUJO UN CESE EN LA PRODUCCIÓN DE MUCHAS FÁBRICAS. LA SITUACIÓN POST-COVID ACTUAL, LUEGO DE REACTIVARSE LA ECONOMÍA, GENERÓ COLA EN LA FABRICACION Y TRANSPORTE DE EQUIPOS BIOMÉDICOS. ESTO, SUMADO A LA REALIDAD GEOPOLÍTICA DERIVADA DEL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA, HA OCASIONADO QUE LOS TIEMPOS DE DESPACHO DE LOS FABRICANTES AUMENTE CONSIDERABLEMENTE.

POR LO EXPUESTO, CON EL FIN DE FAVORECER LA PLURALIDAD DE POSTORES, SE SOLICITA:
AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 120 DÍAS CALENDARIO (EL CUAL SE DISGREGA EN 110 DÍAS DE ENTREGA EN BULTO, 02 DÍAS CALENDARIO PARA LA INSTALACION Y 03 DIAS CALENDARIO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 05 DÍAS PARA LA CAPACITACION, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN CRONOGRAMA.". CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO SOLICITADO ES DE GAMA ALTA, POR LO QUE CADA EQUIPO SE DISEÑA Y FABRICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR EL HOSPITAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE HA RESPONDIDO ESTA CONSULTA EN EL ÍTEM 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

e) Adicionalmente el postor deberá presentar ficha técnica y/o folletos y/o catálogos y/o manuales y/o hojas técnicas y/o brochure DEL FABRICANTE para acreditar el cumplimiento de las características técnicas y/o requisitos funcionales específicos en el Numeral N° 5.3 del capítulo III del requerimiento de la sección Específica de las Bases, como Marca, modelo, año de fabricación.

Solicitamos al comité de selección aceptar adicionalmente como documento para acreditar el cumplimiento de las características técnicas a: cartas del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE HA RESPONDIDO ESTA CONSULTA EN EL ÍTEM 18

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
Solicitamos al comité que para no restringir la participación de postores se acepte también como PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO a:
Ing. Mecatrónico, colegiado y habilitado con experiencia de 02 años como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:14:16

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

01 TECNICO EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Solicitamos al comité que para no restringir la participación de postores se acepte también como TECNICO EN INSTALACION Y MANTENIMIENTO a:

Bachiller en Ing. Electrónica, con 01 año de experiencia como mínimo en trabajos relacionados con la instalación, puesta en marcha y/o mantenimiento de equipos biomédicos y/o encargado de equipos biomédico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA CONSULTA HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE CON ARCO EN C, PARA EL PROYECTO ADQUISCION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO ACOGRAFO E INCUBADORA NEONATAL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2534645

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/05/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:35:52

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

De acuerdo al Documento publicado por el OSCE, los Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de Evaluación según objeto contractual (Actualizado con Resolución N° D000225-2022-OSCE-PRE y publicado el 23.11.2022, indica que los factores de evaluación para los Bienes y Suministro de Bienes pueden ser los siguientes:

- ¿ Integridad en la contratación pública: Contar con certificación del sistema de gestión antisoborno. Factor que debe ser acreditado con el Certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 37001:2017).
- ¿ Mejoras a las especificaciones técnicas: Como lo indica el nombre, este factor de evaluación se refiere a las Mejoras ofertadas por el postor según lo previsto en las bases con referencia a las características técnicas o especificaciones técnicas.

Por lo antes mencionado, solicitamos al comité retirar el factor de evaluación incluido en bases ya que no está permitido de acuerdo a lo indicado por el Documento publicado por el OSCE:

B. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación:

- Mejora 1: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 9001.
- Mejora 2: El bien (marca) ofertado cuenta con ISO 13485

En su lugar, solicitamos incluir el Factor de Evaluación: Integridad en la contratación pública, quedando el Puntaje de la siguiente manera:

A.PRECIO (98 PUNTOS)

B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Certificado a nombre del postor que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 37001:2017). (02 PUNTOS)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE ESTA OBSERVACION HA SIDO EVALUADO Y RESPONDIDO SEGÚN EL ÍTEM 16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null