

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES

1	NÚMERO DE ACTA	16-AS-343-2023-OEC-GR PUNO-1		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, Puno a los 24 días del mes de enero del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno, a las 16:26 horas, el ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES designado mediante Formato MEMORANDUM Nro. 0216-2023-GR-PUNO/ORA/OASA-PYHCH, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACION DE LAS OFERTAS correspondientes según orden de prelación.			
3	MIEMBRO DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES: Organismo Encargado de las Contrataciones, designado para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección:			
	YURI LISBETH MAMANI RAMOS	Dependencia	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:			
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC	
	1	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055	
	2	ENRAF MEDICA E.I.R.L.	20415716754	
	3	BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.	20429030782	
	4	CORPORACION MULTIMEDIC E.I.R.L.	20448550975	
	5	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20454094221	
	6	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141	
	7	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	20493132416	
	8	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	20501887286	
	9	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	20505110651	
	10	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	20505867077	
	11	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954	
	12	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	20524800510	
	13	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554	
	14	TEVIMED S.A.C.	20536941364	
	15	INTELLI-CHECK S.A.C.	20547629338	
	16	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20552895496	
	17	SIMED PERU S.A.C.	20553853355	
	18	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861	
	19	MF VIDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MF VIDA S.R.L.	20602357016	
	20	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20602609104	
	21	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291	
	22	ERAL MEDICAL S.A.C.	20606026421	
	23	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.	20606039272	
	24	IGAN PERUANA SOCIEDAD ANONIMA	20606267241	
	25	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123	
	...			
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta via electronica en el SEACE:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de registro	Hora de registro
	1	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	28/12/2023	22:19:18
	2	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/12/2023	19:26:20
	3	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.	28/12/2023	20:44:55
	...			

FORMATO N° 11		
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES		
6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.	
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS	
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	De la revisión y evaluación se evidencia que no cumple con las especificaciones técnicas en el punto A17: SE PIDE COMO MINIMO 450 mmHg según la oferta es de 700 Kpa (con conversión es de 5250.45 mmHG) folio 26, el mismo que se corrobora con la carta del área usuaria número 012-2024-GR PUNO/GRDS/R-ACHT; así como también no cumple con el personal clave, indicado en la bases "acreditación por el fabricante del equipo ofertado" en el Folio 79 el postor presenta un certificado emitido por una empresa diferente a la del fabricante.
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN	
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ítem unico
2	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.	ítem unico
9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	
DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de EVALUACION DE LA OFERTA, según ANEXO 02 que forma parte de la presente Acta.		
10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES	
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTORES		PUNTAJES
A.	PRECIO	100.00 puntos
ANEXO N° 10 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		5.00 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105.00 puntos
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.
A.	PRECIO	97.52 puntos
ANEXO N° 10 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA		4.88 puntos
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		102.40 puntos
11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1er	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	105.00
2do	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.	102.40
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		



FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES				
12	CALIFICACIÓN			
Luego de culminada la evaluación, el ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	
A	HABILITACION/capacidad legal	X		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		X	
de la revision y evaluacion a la oferta del postor se concluye que no cumple con acreditar el requisito de calificacion de la experiencia del postor en la especialidad en "analizador de electrolitos y gases de sangre portatil y/o equipos de laboratorio en general" segun lo solicitado en las bases integradas pagina 28; el postor presenta a Folios 90 - 101 su experiencia en suministros, presenta como bienes similares la venta de " suministro de cartucho para gases artificiales, electrolitos y metabolitos para equipo propio con 01 backup", que corresponde a la venta de suministros encambio la entidad solicita experiencia en la venta de bienes. segun el articulo 75 de la ley inciso 75.1 Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores... , según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada				
C	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICA		
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	
A	HABILITACION/capacidad legal	X		
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR	X		
C	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA		
SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.				
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de CALIFICACION DE LA OFERTA, según ANEXO 03 que forma parte de la presente Acta.				
13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, para el PAQUETE el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, y cumple con los				
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			
1	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.		S/.	193,800.00
...			S/.	
DE SER EL CASO INCLUIR:				
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:				
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN		
14	ACUERDO ADOPTADO			
El ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Admisión de la Oferta, Evaluación de la Oferta y Calificación de la Oferta adjuntos que forman parte integrante del presente Acta.				
15	 YURI LISBETH/MAMANI RAMOS ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

ANEXO 03

CALIFICACION DE LA OFERTA

ITEM 1	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO		
	REQUISITOS DE CALIFICACION	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.
A	HABILITACION/ capacidad legal		
	El postor debe contar con: • Autorización del Ministerio de Salud MINSA – DIGENID para importar y/o comercializar medicamentos, insumos, instrumental y equipo de uso médico.	CUMPLE	CUMPLE
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de s/. 49,500.00, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a los siguientes: "ANALIZADOR DE ELECTROLÍTICOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL".	NO CUMPLE (a)	CUMPLE
C	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	El personal a cargo de la instalación de los equipos un ingeniero mecánico electricista y/o electrónico y/o ramas a fines con experiencia en la instalación de equipos médicos. Con una experiencia mínima de seis (06) meses como especialista en instalación y mantenimiento de equipos médicos el cual debe estar acreditado por el fabricante del equipo ofertado.	CUMPLE	CUMPLE
		NO CALIFICA	CALIFICA

de la revisión y evaluación a la oferta del postor se concluye que **no cumple** con acreditar el requisito de calificación de la experiencia del postor en la especialidad en "analizador de electrolitos y gases de sangre portatil y/o equipos de laboratorio en general" según lo solicitado en las bases integradas pagina 28; el postor presenta a Folios 90 - 101 su experiencia en suministros, presenta como bienes similares la venta de " suministro de cartucho para gases artificiales, electrolitos y metabolitos para equipo propio con 01 backup", que corresponde a la venta de suministros encambio la entidad solicita experiencia en la venta de bienes. según el artículo 75 de la ley inciso 75.1 Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores... , según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada

(a)

ANEXO 02

EVALUACION DE LA OFERTA

ITEM 1	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO
--------	---

FACTOR DE EVALUACION: PRECIO

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Donde:

i = Oferta

P_i = Puntaje de la Oferta a Evaluar

O_i = Precio i

O_m = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje Máximo del precio

Valor Referencial
Om
S/. 189,000.00
PMP (puntos)
100

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE DE FACTORES DE EVALUACION	ANEXO N° 10 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL INCLUIDO BONIFICACION	REMPPE	ORDEN DE PRELACION	
		Nombre o Razon Social	Monto de Oferta	(100 puntos)	(10 puntos)			1er.	2do
01	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		189,000.00	100.00	5.00	105.00	SI		
02	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.		193,800.00	97.52	4.88	102.40	SI		

ANEXO 01
ADMISION DE LA OFERTA

ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO				
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		POSTORES		
		BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C. - DROGUERIA HEALTHCARE MEDICAL S.A.C.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Adicionalmente, EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUMENTOS, CATALOGOS O SIMILARES para acreditar el punto A COMPONENTES del numeral 5.1 de las especificaciones técnicas, asimismo, la MARCA, MODELO, PROCEDENCIA.	NO CUMPLE (1)	CUMPLE	CUMPLE
f)	Copia de Registro Sanitario o Certificado Sanitario (copia simple) con sus anexos (cuando corresponda) • Vigente a la fecha de presentación de ofertas, expedida por DIGEMID. • No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del registro. • Los datos expresados en la oferta presentada, deben coincidir con los datos indicados en el registro sanitario del producto ofertado. • Deberá de acreditar que el producto ofertado cuenta con registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario, independiente de quien sea el titular. Conforme lo señalado por la DIGEMID a través del Oficio N°1494-2011-DIGEMID-DG/DAS/ATY/AG/MINSA de fecha 24/05/2011. En caso de aquellos productos que por su naturaleza no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá de acreditar tal condición con documento.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Copia simple de certificado expedido por la DIGEMID-MINSA que cumple con las Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA para sus dispositivos médicos, a nombre del postor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	S/ 68,850.00 CUMPLE	S/ 189,000.00 CUMPLE	S/ 193,800.00 CUMPLE
CONDICION		NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA				
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	NO	NO	NO
b)	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 10).	SI	SI	SI

De la revision y evaluacion se evidencia que no cumple con las especificaciones tecnicas en el punto A17: SE PIDE COMO MINIMO 450 mmHg segun la oferta es de 700 Kpa (con conversion es de 5250.45 mmHg) folio 26, el mismo que se corrobora con la carta del area usuaria numero 012-2024-GR PUNO/GRDS/R-ACHT; asi como tambien no cumple con el personal clave, indicado en la bases "acreditacion por el fabricante del equipo ofertado" en el Folio 79 el postor presenta un certificado emitido por una empresa diferente a la del fabricante.

(1):

